

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 – Sekcja zamówień publicznych
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/63/2017

10.10.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na*

**DZIERŻAWĘ 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I
HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ
DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA
OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY**

- I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z .2015 r. poz. 2164) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, jak poniżej:

1. Dotyczy: Pakiet zbiorczy, pozycja 4,1

1.1 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm,znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy: Pakiet zbiorczy, pozycja 4,2

2.1 Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do dializ poliuretanowy zestaw standardowy z cewnikiem dwukanałowym 15,5FR o długości całkowitej 24cm (długość od mufy- 19cm), 28cm (długość od mufy- 23cm), 32cm (długość od mufy- 27cm),36cm (długość od mufy- 31cm), 40cm (długość od mufy- 35cm), widoczny w Rtg. Zestaw składający się z: cewnika dwukanałowego z mufką z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi o przepływie 2.6 cc i jednym światłem żylnym o przepływie 1.6 cc wykonany z termowrażliwego, biokompatybilnego Carbothane w zestawie z: tunelizatorem metalowym z gwintową nasadką uciskową, mankietem uszczelniającym, zespołem rozgałęziaczy, rozszerzadłem tunelizującym, rozszerzaczem naczyniowym 16F, skalpelem, igłą punkcyjną 18 G x 7cm, pianka zabezpieczająca, opatrunki na ranę, portami iniekcyjnymi, usztywniaczem.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

2.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4,1 oraz pozycji 4,2 z Pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

3. Dotyczy: pakiet zbiorczy pozycja 4,1 termin składania ofert: 13.10.2017

3.1 Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

3.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4,1 do osobnego pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

4. Dotyczy: pakiet zbiorczy pozycja 4,2 termin składania ofert 13.10.2017

4.1 Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długościach tip to cuff/długość całkowita: 19/24 cm, 23/28 cm, 27/32 cm, 50/55 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aperiogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza

4.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4,2 do osobnego pakietu?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

5. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.1 Dializatory niskoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach : 1,0m 1,4m 1,8m , zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.1 Dializatory niskoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach : 1,4m 1,8m , zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.2 Dializatory wysokoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach: 1,0m 1,4m 1,8m ,zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.2 Dializatory wysokoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach: 1,4m 1,8m ,zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.2 Dializatory wysokoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach: 1,4m 1,8m 2,2m ,zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

10. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.2 Dializatory wysokoprzepływowe j. u., z błoną heliksonową , o bardzo wysokich klirensach fosforanów ,o powierzchniach: 1,0m 1,4m 1,8m 2,2m ,zgodne z pozostałym SIWZ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.3 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie koncentratu kwaśnego w kanistrach o pojemności obecnie używanej w Państwa stacji dializ ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp3.6 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie igieł do dializ , żylnych i tętnicznych, obecnie używanych w Państwa stacji dializ ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp. 3.7 Cewniki czasowe do dializ j.u.:

Czy zamawiający zgodzi się na zaferowanie w zadaniu 3.7 cewnika czasowego silikonowego o średnicach 11,5 Fr i 13,5 Fr i długościach 15cm, 20 cm, 24 cm w zestawie ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

14. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp. 3.8 Cewniki permanentne do dializ j.u.:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 3.8 cewnika permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach :19 cm, 23 cm, 27cm,31 cm ,35 cm cuff to top o przepływie powyżej 400 ml/ min w zestawie? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane

Lp. 3.9 Ile zabiegów łącznie przewiduje Zamawiający wykonać na dwóch dzierżawionych aparatach HDF w okresie 3 lat, pozwoli to oszacować ilość potrzebnych drenów do aparatów HDF w ciągu 3lat?

Odp. Około 3500 zabiegów.

16. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu

Lp 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia do maksymalnie 48 godzin ?

Odp. Tak, Zamawiające dopuszcza.

17. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu

Lp 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii do 4 dni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

18. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu

Lp 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii do 5 dni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

19. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu

Lp 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie wstawienia aparatu zastępczego na czas realizacji naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

20. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu

Lp 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie wstawienia aparatu zastępczego na czas realizacji naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

21. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu

Lp 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie wstawienia aparatu zastępczego na czas realizacji naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin od zgłoszenia ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

22. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Parametry Techniczne

Poz. 1 aparaty do hemodializ 12 szt.

Lp.11 Urządzenie nowe nieużywane, rok produkcji 2017.

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie 12 aparatów do hemodializ, obecnie używanych w Państwa stacji dializ, znacznie zmniejszając koszty dla Zamawiającego ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

23. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Parametry Techniczne

Poz. 2 aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line - 2 szt.

Lp.11 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie 1 aparatu do hemodiafiltracji, obecnie używanego w Państwa stacji dializ, znacznie zmniejszając koszty dla Zamawiającego ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

24. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Parametry Techniczne

Poz. 2 aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line - 2 szt.

Lp.11 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie używanego 1 aparatu do hemodiafiltracji z rokiem produkcji 2016r ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

25. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry wymagane dotyczące poszczególnych pozycji wskazanych w Zestawieniu asortymentowo-ilościowym. Parametry Techniczne

Poz. 2 aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line - 2 szt.

Lp.11 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie używanych 2 aparatów do hemodiafiltracji z rokiem produkcji 2016r ?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

26. Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ

Zestawienie asortymentowo-ilościowe

Przy niezmienionym aparacie do hd i przy zachowaniu idealnie wszystkich tych samych parametrów techniczno-użytkowo-obserwacyjnych nastąpiła zmiana jedynie ostatniej litery w samym nazewnictwie aparatów Fresenius 4008S classic

na nową nazwę Fresenius 4008S classix (zmiana dotyczy tylko nazwy, aparat pozostał bez żadnych najmniejszych zmian), prosimy o dopuszczenie posługiwania się nazwą 4008S classix ?

Odp. Tak, Zamawiające dopuszcza.

27. Czy Zamawiający w załączniku nr do punktu 3.7 dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych dwukanałowy o długości 25 cm i śr. 13,5 F.

Odp. Tak Zamawiający dopuści taki rodzaj cewnika.

28. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ze wspólnego pakietu pozycji 3.3 do 3.6 do oddzielnego zadania na sprzęt zużywalny do aparatów 4008S. Obecna konstrukcja SIWZ, gdzie w jednym pakiecie należy zaoferować sprzęt zużywalny do aparatów posiadanych przez Zamawiającego oraz oferowanych do dzierżawy ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnych ofert.

W związku z tym, że zamawiający posiada aktualnie aparaty firmy FRESENIUS, a sprzęt zużywalny w pkt 3.4 i 3.5 sprzedawany jest wyłącznie przez tę firmę i nie ma możliwości zamiany nawet na produkt równoważny

to taka konstrukcja uniemożliwia złożenie oferty przez innego wykonawcę.
Takie zapisy są zatem naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

Odp. Zamawiający zgadza się na ze wspólnego pakietu pozycji 3.3 do 3.

29. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy w dzierżawionych aparatach do hemodializy w ramach zapisu: poz. 1 pkt 14 oraz poz. 2 pkt 16 – „Obowiązkowa dezynfekcja aparatu po zakończeniu każdej dializy. Pamięć minimum ostatniej dezynfekcji” Zamawiający wymaga automatycznej dezynfekcji ssawek koncentratu?

Odp. Zamawiający nie wymaga automatycznej dezynfekcji ssawek koncentratu?

30. Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 1 oraz Zadaniu 2, Zamawiający wyrazi zgodę na składanie osobnych ofert na dzierżawę aparatów do hemodializy i dzierżawę aparatów do hemodiafiltracji?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

31. Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w zamówieniu zbiorczym w pkt. 3.1, wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji i złożenie osobnej oferty dializatorów niskoprzepływowch o unikalnej trójwarstwowej błonie, które zapewniają stabilne i wysokie tempo transportu, efektywny klirens mocznika i fosforanów o wysokiej biogodności kompatybilnych z aparatami własnymi Zamawiającego oraz z aparatami oferowanymi w dzierżawie o pow. 1.4; 1.7; 2.1 do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

32. Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w zamówieniu zbiorczym w pkt. 3.2 wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji i złożenie osobnej oferty dializatorów wysokoprzepływowch o zwiększonej wydajności dzięki trójwarstwowej budowie zapewniającej selektywną przepuszczalność, dużą szybkość dyfuzji oraz minimalny opór dyfuzyjny, efektywny klirens mocznika i fosforanów o wysokiej biogodności o pow. 1.4; 1.8 do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

33. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu zbiorczego w pkt. 3.4 kapsuł z bicarbonatem, które są kompatybilne jedynie z apratem firmy Fresenius lub czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie pozycji bicarbonatu, który jest kompatybilny z aparatami ak i dialog co pozwoli na zaoferowanie tego produktu przez innych producentów?

Odp. Nie, wprowadzono zmiany w SIWZ

34. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu zbiorczego w pkt. 3.5 ultrafiltra kompatybilnego tylko z aparatem Fresenius i umożliwi zaoferowanie ultrafiltra pasującego do maszyn oferowanych w dzierżawie?

Odp. Nie, wprowadzono zmiany w SIWZ

35. Czy zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowanie innych środków do dezynfekcji w postaci kapsuł do odwapniania i odbiałczania aparatu kompatybilnego z aparatmi typu AK i Dialog?

Odp. Nie, wprowadzono zmiany w SIWZ

36. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie zbiorczym w pkt. 3.7 koncentratu kwaśnego w workach 3,5 l kompatybilnych z aparatami AK lub czy rozszerzy pakiet o możliwość dodania w.w. pozycji?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

37. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kapsuł z bicarbonatem kompatybilnych z aparatmi typu dialog i AK z pakietu zbiorczego w pkt. 3.8?

Odp. Nie, wprowadzono zmiany w SIWZ

38. Czy zamawiający w specyfikacji aparatu do hemodializy w pkt. 12 dopuści do zaoferowania aparatu z możliwością wykonania zabiegu jednoigłowego? Click clack jest nazwą handlową aparatu firmy Fresenius.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

39. Czy zamawiający w pakiecie zbiorczym w pozycji 3 w pkt. 3.1 wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania koncentratu w 3,5 l workach z możliwością zmiany składu koncentratu oraz wyraźnym oznakowaniem kompatybilnych z aparatami typu AK?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

40. Czy zamawiający w pakiecie zbiorczym w pozycji 3 w pkt. 3.5, wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania lini, nie wyposażonych w kranik trójdrożny i filtr przeciwbakteryjny w obwodzie zamkniętym?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

41. Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz. 3.8 dopuści możliwość wyłączenie pozycji?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

42. Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym poz 3.6 dopuści cewniki czasowe do dializ, zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, dwukanałowe, o dł. 15-25cm, śr. 11-12F, proste, wyraźne oznaczenie pojemności kanałów, zaciski na ramionach cewnika, termoczułe, poliuretanowe?

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

II. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ:

Aktualna SIWZ z załącznikami w załączeniu.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Roman Nojszewski