



Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/38/2021

Łomża, dnia 02 listopada 2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej *Ustawą na zakup i dostawę urządzenia rehabilitacyjno – diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.*

Zamówienie realizowane w ramach zadania finansowanego przez Ministra Zdrowia, pn. „Doposażenie podmiotów leczniczych w urządzeniu do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback na potrzeby rehabilitacji w roku 2021” w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy, przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, otrzymany w dniu 02.11.2021 r., wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający, z racji na niedostępność na rynku urządzenia EMG opisanego w formularzu cenowym, dopuści równoważne urządzenie w którym zamiast gier jest:

- 20 gotowych programów do stymulacji w terapii nietrzymania moczu.
- 2 programy do samodzielnych ćwiczeń z instrukcjami głosowymi (WORK, REST)

oraz pozostałe parametry:

- 2 tryby pracy: zabiegowy i pacjenta
- 3 technologie: Biofeedback EMG, stymulacja EMS, ETS
- duży 2,4', kolorowy wyświetlacz
- obsługa przy użyciu przycisków
- wykorzystywanie w rehabilitacji i diagnostyce
- prezentacja aktywności mięśni w formie wizualnej i dźwiękowej
- obliczanie danych statystycznych przy wykorzystaniu historii urządzenia
- 5 opcji językowych do wyboru (angielski, niemiecki, włoski, francuski i hiszpański)
- zasilanie bateryjne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto, Zamawiający informuje, że dokonał następującej zmiany treści SWZ:

W załączniku nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane pkt 42 przyjmuje nowe brzmienie:

Lp.	Wymagane parametry i warunki – OPIS PARAMETRU	Parametr wymagany	Parametr punktowany	Parametr oferowany – należy podać Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podał nazwę/tytuł oraz nr strony dokumentu (przedmiotowego środka dowodowego), w treści którego widnieje potwierdzenie zaoferowanego parametru
42	Min. 6 gier EMG z biofeedback lub min. 6 programów do ćwiczeń relaksacji, wzmacniania mięśni, koordynacji	TAK	Bez punktów	

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk