



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Ministerstwo Zdr. i Opieki Społecznej
SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/69/2017

06.10.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

ZAKUP I DOSTAWĘ WÓZKÓW: REANIMACYJNEGO, ZABIEGOWEGO I ANESTEZJOLOGICZNEGO ORAZ ZESTAWU DO INTUBACJI I WENTYLACJI Z WORKIEM SAMOROZPRĘŻALNYM W RAMACH PROJEKTU

nr POIS.09.01.00-00-0031/16 pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, jak poniżej:

I. Dotyczy: Pakiet 1 – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

1. Prosimy (w pkt. 1.2) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w szuflady z łatwym i cichym mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady.

Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy (w pkt. 2.1) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w dodatkowy blat roboczy wysuwany z lewej strony wózka za pomocą wyprofilowanego uchwytu.

Zamawiający dopuszcza

3. Prosimy (w pkt. 2.2) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w blat roboczy stały wykonany z tworzywa ABS zapewniającego wysoki standard higieniczny, bez powłoki antybakteryjnej.

Zamawiający dopuszcza

4. Prosimy (w pkt. 3.1) o możliwość zaoferowania wózka bez konieczności stosowania 3 szyn instrumentalnych ze stali kwasoodpornej; narożniki wózka zabezpieczone krążkami odbojowymi nad kołami.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

5. Prosimy (w pkt. 3.3) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w nadstawkę bez konieczności mocowania na układzie szynowym.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

6. Prosimy (w pkt. 3.5) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w pojemniki, które nie są zamykane kluczem.



Zamawiający podtrzymuje SIWZ

7. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w półkę pod defibrylator z regulacją obrotu, ale bez regulacji wysokości.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

8. Prosimy (w pkt. 5.1) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z pokrywą ABS, mocowany bezpośrednio do korpusu wózka (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

9. Prosimy (w pkt. 5.2) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w uchwyt do butli z tlenem mocowany bezpośrednio do korpusu wózka (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

10. Prosimy (w pkt. 5.3) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w uchwyt do pojemnika na igły, przystosowany do pojemników różnej wielkości, mocowany do nadstawki (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

11. Prosimy (w pkt. 5.4) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w uchwyt na pudełko rękawiczek ze stali malowanej proszkowo mocowany do nadstawki (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

12. Prosimy (w pkt. 5.5) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w blat roboczy posiadający wyprofilowane brzożki służące jako uchwyty do prowadzenia wózka.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

13. Prosimy (w pkt. 7.1) o możliwość zaoferowania wózka, którego konstrukcja wykonana jest ze stali zwykłej malowanej proszkowo.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

14. Prosimy (w pkt. 7.4) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w koła do jazdy we wszystkich kierunkach, w tym 2 z pełną blokadą, średnica kół 150 mm.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

15. Prosimy (w pkt. 8.3) o możliwość zaoferowania wózka o długości 720 mm.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

16. Prosimy (w pkt. 8.4) o możliwość zaoferowania wózka o szerokości 610 mm.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

17. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka w kolorze jasnoszarym z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad.


Zamawiający dopuszcza

II. Dotyczy: Pakiet 2 – Wózek anestezjologiczny – 6 szt.

1. Prosimy (w pkt. 1.2) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w szuflady z łatwym i cichym mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady.

Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy (w pkt. 2.1) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w dodatkowy blat roboczy wysuwany z lewej strony wózka za pomocą wyprofilowanego uchwytu.



3. Prosimy (w pkt. 2.3) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w blat roboczy stały wykonany z tworzywa ABS zapewniającego wysoki standard higieniczny, bez powłoki antybakteryjnej.

Zamawiający dopuszcza

4. Prosimy (w pkt. 3.1) o możliwość zaoferowania wózka bez konieczności stosowania szyn instrumentalnych ze stali kwasoodpornej.

5. Zamawiający podtrzymuje SIWZ

6. Prosimy (w pkt. 3.2) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z pokrywą, mocowany bezpośrednio do korpusu wózka (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

7. Prosimy (w pkt. 3.3) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w uchwyt do pojemnika na igły mocowany do specjalnej tuby nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

8. Prosimy (w pkt. 3.4) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w uchwyt na pudełko rękawiczek ze stali malowanej proszkowo mocowany do specjalnej tuby nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

9. Prosimy (w pkt. 3.5) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w blat roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do prowadzenia wózka.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

10. Prosimy (w pkt. 4.1) o możliwość zaoferowania wózka, którego konstrukcja wykonana jest ze stali zwykłej malowanej proszkowo.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

11. Prosimy (w pkt. 4.4) o możliwość zaoferowania wózka w kolorze jasnoszarym z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad.

Zamawiający dopuszcza

12. Prosimy (w pkt. 4.5) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w koła do jazdy we wszystkich kierunkach, w tym 2 z pełną blokadą, średnica kół 150 mm.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

13. Prosimy (w pkt. 5.3) o możliwość zaoferowania wózka o szerokości 610 mm.


Zamawiający podtrzymuje SIWZ

III. Dotyczy: Pakiet 3 – Wózek zabiegowy – 1 szt.


1. Prosimy (w pkt. 1.4) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w szuflady z łatwym i cichym mechanizmem dociskania niedomkniętej szuflady.

Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy (w pkt. 2.1) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w dodatkowy blat roboczy wysuwany z lewej strony wózka za pomocą wyprofilowanego uchwytu.



3. Prosimy (w pkt. 2.3) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w blat roboczy stały wykonany z tworzywa ABS zapewniającego wysoki standard higieniczny, bez powłoki antybakteryjnej.
Zamawiający dopuszcza
4. Prosimy (w pkt. 3.1) o możliwość zaoferowania wózka bez konieczności stosowania 3 szyn instrumentalnych ze stali kwasoodpornej; narożniki wózka zabezpieczone krążkami odbojowymi nad kołami.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
5. Prosimy (w pkt. 3.3) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w nadstawkę bez konieczności mocowania na układzie szynowym.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
6. Prosimy (w pkt. 3.5) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w pojemniki, które nie są zamykane kluczem.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
7. Prosimy (w pkt. 4.1) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z pokrywą ABS, mocowany bezpośrednio do korpusu wózka (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
8. Prosimy (w pkt. 4.2) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w uchwyt do pojemnika na igły, przystosowany do pojemników różnej wielkości, mocowany do nadstawki (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
9. Prosimy (w pkt. 4.3) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w uchwyt na pudełko rękawiczek ze stali malowanej proszkowo mocowany do nadstawki (bez konieczności stosowania szyny instrumentalnej).
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
10. Prosimy (w pkt. 4.4) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w blat roboczy posiadający wyprofilowane brzożgi służące jako uchwyty do prowadzenia wózka.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
11. Prosimy (w pkt. 5.1) o możliwość zaoferowania wózka, którego konstrukcja wykonana jest ze stali zwykłej malowanej proszkowo.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
12. Prosimy (w pkt. 5.4) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w koła do jazdy we wszystkich kierunkach, w tym 2 z pełną blokadą, średnica kół 150 mm.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
13. Prosimy (w pkt. 6.3) o możliwość zaoferowania wózka o długości 720 mm.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
14. Prosimy (w pkt. 6.4) o możliwość zaoferowania wózka o szerokości 610 mm.
Zamawiający podtrzymuje SIWZ
15. Prosimy o możliwość zaoferowania wózka w kolorze jasnoszarym z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad.
Zamawiający dopuszcza



IV. Dotyczy Pakiet 1

1. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny w którym szuflady posiadają uszczelkę przy górnej krawędzi frontu? Rozwiązanie to w znacznym stopniu chroni przed wnikaniem kurzu do szuflady lecz nie zapewnia pełnej pyłoszczelności

Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści w lp. 2.3 blat bez powłoki antybakteryjnej?
Zamawiający dopuszcza
3. Czy Zamawiający dopuści w lp. 3.1 szyny instrumentalne montowane w inny sposób niż poprzez narożniki zintegrowane z korpusem?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny z nadstawką z pojemnikami uchylnymi montowanymi w dwóch rzędach na stelażu z rurek ze stali kwasoodpornej, w obudowie z tworzywa bez możliwości zamknięcia pojemników na klucz?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści uchwyt na rękawiczki z tworzywa sztucznego?

Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wykonany ze stali zabezpieczonej galwanicznie i lakierowanej proszkowo?

Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o długości 640 mm i szerokości 520mm? Wymiary nie obejmują dodatkowego wyposażenia i uchwytu do prowadzenia.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

V. Dotyczy Pakiet 2

1. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny w którym szuflady posiadają uszczelkę przy górnej krawędzi frontu? Rozwiązanie to w znacznym stopniu chroni przed wnikaniem kurzu do szuflady lecz nie zapewnia pełnej pyłoszczelności.

Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści w lp. 2.3 blat bez powłoki antybakteryjnej?

Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści uchwyt na rękawiczki z tworzywa sztucznego?


Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny wykonany ze stali zabezpieczonej galwanicznie i lakierowanej proszkowo?

Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny o długości 640 mm i szerokości 520mm? Wymiary nie obejmują dodatkowego wyposażenia i uchwytu do prowadzenia.

Zamawiający podtrzymuje SIWZ



VI. Dotyczy Pakiet 3

1. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy w którym szuflady posiadają uszczelkę przy górnej krawędzi frontu? Rozwiązanie to w znacznym stopniu chroni przed wnikaniem kurzu do szuflady lecz nie zapewnia pełnej pyłoszczelności.

Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści w lp. 2.3 blat bez powłoki antybakteryjnej?

Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści w lp. 3.1 szyny instrumentalne montowane w inny sposób niż poprzez narożniki zintegrowane z korpusem?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy z nadstawką z pojemnikami uchylnymi montowanymi w dwóch rzędach na stelażu z rurek ze stali kwasoodpornej, w obudowie z tworzywa bez możliwości zamknięcia pojemników na klucz?

Zamawiający podtrzymuje SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści uchwyt na rękawiczki z tworzywa sztucznego?

Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści wózek zabiegowy wykonany ze stali zabezpieczonej galwanicznie i lakierowanej proszkowo?

Zamawiający dopuszcza

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski