

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/02/15/2021

Łomża, dnia 19.07.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI KONKURSU OFERT ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy Konkursu ofert na wykonanie, dostawę i montaż mebli medycznych do Pracowni Hemodynamiki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/15/2021

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznika nr 2 do konkursu ofert - Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane

1. Czy Wykonawca ma zaoferować regał z półkami montowanymi na stałe czy z wewnętrznymi regulowanymi? – dotyczy l.p. 5
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania półek wewnętrznych regulowanych.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy, tylko z frontem malowanym proszkowo? Oferowane rozwiązanie jest estetyczne i bardzo często wybierane przez Użytkowników. – dotyczy l.p. 6, 7
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy Wykonawca ma zaoferować półkę jednopoziomową czy dwupoziomową? – dotyczy l.p. 8
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zaoferowania półki dwupoziomowej.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie półki wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej? – dotyczy l.p. 8
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka RTG wg poniższego opisu i wizualizacji?

Regał na 5 fartuchów RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyposażenie: 5 wieszaków wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 specjalnie zaprojektowanych pod fartuchy radiologiczne. Wymiary regału: 565x565x1600mm



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zaoferowania wieszaka montowanego do ściany - system łopatkowy.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni. Termin podany przez Zamawiającego jest zbyt krótki na wykonanie takiego zakresu, tym bardziej, że są to meble pod wymiar i wymagana będzie wizja lokalna celem wykonania dokładnych pomiarów.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści Konkursu ofert, poprzez zmianę następujących postanowień:

- 1) pkt II Konkursu ofert otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.”

- 2) § 3 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Konkursu ofert, otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.”

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminu składania ofert w niniejszym Konkursie ofert na 23 lipca 2021 r. godz. 12.00.

Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-lomza.pl w terminie do dnia 23 lipca 2021 r. do godz. 12.00 (termin składania ofert).

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk