



Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/37/2023

Łomża dnia 12.07.2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy Pzp, na **dostawę wyrobów medycznych wykorzystywanych w procedurach urologicznych oraz dostawę nici i materiałów szewnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/37/2023,**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w **pakiecie nr 5** siatki przepuklinowe o parametrach:

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary zgodnie z OPZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 5 do SWZ w zakresie Pakietu 5.

Pytanie 2

Pakiet 5, poz. 1a

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wielkości porów 1,3 x 2,0, w rozmiarze 8 x 15 cm i wadze 55 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią w załączniku nr 5 do SWZ w zakresie Pakietu 5 poz.1a.

Pytanie 3

Pakiet 5, poz. 1b, 1c

Czy Zamawiający dopuści siatkę o wielkości porów 1,3 x 2,0, i wadze 55 g/m², pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią w załączniku nr 5 do SWZ w zakresie Pakietu 5 poz. 1b, 1c.

Pytanie 4

uprzejmie prosimy o dopuszczenie:

Pakiet nr 1, poz. 1: Cewnik trójdrożny Dufour Ch 20 z balonem o poj. 60 ml. Zatyczka stożkowa w osobnym opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 5 do SWZ w zakresie Pakietu 1 poz. 1.

Pytanie 5

uprzejmie prosimy o dopuszczenie

Pakiet nr 1, poz. 2: Cewnik trójdrożny Dufour Ch 22 z balonem o poj. 70 ml. Zatyczka stożkowa w osobnym opakowaniu. Pozostałe parametry zgodne z SWZ co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w załączniku nr 5 do SWZ w zakresie Pakietu 1 poz. 2.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pasko

Adres Szpitala Wojewódzkiego :
18 - 404 Łomża Al. Piłsudskiego 11
tel. centr. (86) 47 33 900
fax (86) 47 33 624

e-mail: sekretariat@szpital-lomza.pl
www.szpital-lomza.pl
Nr rachunku bankowego: 61 1020 1332 0000 1402 1215 3583

NIP: 718-16-89-321
REGON: 450665024
KRS: 0000024716