



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, dnia 16 grudnia 2024 r.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/02/12/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI KONKURSU OFERT

Dotyczy Konkurs ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/12/2024

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu zaoferowania strojów ochronnych wyposażonych w kieszenie wewnętrzne lub uczyni z tego wymóg opcjonalny? W przypadku stroju chroniącego przed promieniowaniem RTG nie ma możliwości korzystania z kieszeni wewnętrznych w trakcie użytkowania stroju.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy bez kieszeni wewnętrznych.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamizelki, której konstrukcja zapewnia odciążenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść Konkursu ofert. Zamawiający wymaga, aby kamizelka od strony wewnętrznej posiadała elastyczny pas odciążający odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający zgodzi się uczynić w przedłużonego tyłu kamizelki wymóg opcjonalny? Przy odpowiednim dobraniu rozmiaru kamizelki zachodzi ona na fartuch i nie tworzy stref odkrytych przy pochylaniu się.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść Konkursu ofert. Zamawiający wymaga, aby tył kamizelki był wydłużony.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
dr n. med. Anita Świętochowska