

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, **na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/4/2023**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Dotyczy Pakietu 5 pkt. 6 – Aparat EKG**

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma myśli - APARATY EKG -badanie AUTOMANUAL"? Czy chodzi Zamawiającemu o badania Auto i Manual, a wpisanie AUTOMANUAL jest omyłką pisarską? Standardowe aparaty EKG o nowoczesnej technologii posiadają badania AUTO oraz MANUAL.

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli badanie automatyczne i ręczne, a wpisanie AUTOMANUAL jest omyłką pisarską.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu relacji serwisu do 72 godzin, czasu naprawy do 7 dni, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego wyłącznie w przypadku przekroczenia terminu 14 dni naprawy.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 3**

**Dotyczy Pakietu 4 – Lampa szczelinowa**

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową o poniższych parametrach:

- a) Typ okulara: konwergencyjny okular Galileusza o kącie zbieżności 8
- b) Powiększenie okulara 12,5x

- c) Zakres korekcji dioptrażu: +/- 5D
- d) Pięć powiększeń bez zmiany okulara: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x
- e) Średnica rzeczywistego pola widzenia – odpowiednio dla powiększeń: 36mm, 22mm, 14mm, 9mm, 5.6mm
- f) Wysokość szczeliny regulowana skokowo o wartościach: 0,2mm/1mm/3mm/5.5mm, 9mm, 14mm
- g) Szerokość szczeliny regulowana płynnie w zakresie 0 – 14mm
- h) Filtry oświetlenia niebieski, dyfuzor, natural density, red free, zielony
- i) „Regulacja rozstawu źrenic w mikroskopie w zakresie 48.5 – 80mm
- j) Ciągły obrót szczeliny w zakresie 0° – 180°
- k) Pochylenie szczeliny pod kątami: 5°, 10°, 15° i 20°
- l) Regulacja wysokości podbródka w zakresie 59 mm
- m) Źródło światła: pojedyncza dioda LED o temperaturze barwowej 3000k
- n) Lampa przystosowana do podłączenia i współpracy z przystawką cyfrową o rozdzielczości 8Mpx
- o) Zakres ruchu zgrubnego wózka lampy szczelinowej w poziomie:
- p) Waga lampy szczelinowej z podstawą i podbródkiem (bez stolika, tonometru i przystawki cyfrowej): 17 kg

**Odpowiedź:**

- a) Zgodnie z treścią SWZ
- b) Zgodnie z treścią SWZ
- c) Zgodnie z treścią SWZ
- d) Zamawiający dopuszcza
- e) Zamawiający dopuszcza
- f) Zamawiający dopuszcza
- g) Zamawiający dopuszcza
- h) Zamawiający dopuszcza
- i) Zamawiający dopuszcza
- j) Zamawiający dopuszcza
- k) Zamawiający dopuszcza
- l) Zgodnie z treścią SWZ
- m) Zgodnie z treścią SWZ
- n) Zgodnie z treścią SWZ
- o) Zgodnie z treścią SWZ
- p) Zgodnie z treścią SWZ

#### **Pytanie 4**

##### **Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę Pkt. 5 na:

Wstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej w serwisie w razie przedłużającej się naprawy gwarancyjnej powyżej 21 dni.

Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie zapewnić urządzenia zastępczego w okresie gwarancji przy każdej, nawet krótkoterminowej naprawie. Dodatkowe warunki gwarancji i serwisu spowodują, iż Wykonawca jest zmuszony wkalkulować je w cenę urządzenia. Zamawiający nie będzie mógł zatem uzyskać najlepszej ceny za przedmiot zamówienia.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ**

#### **Pytanie 5**

##### **Dotyczy Wzoru umowy § 6 Pkt. 1. C)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę powyższego punktu na:

za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy (w tym również m.in.: w przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego oraz braku wykonania przeglądów w terminach określonych w Umowie) - w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ**

#### **Pytanie 6**

##### **Dotyczy Wzoru umowy § 6 Pkt. 1. D)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę powyższego pkt na: za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości **0,1 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary nie nalicza się w przypadku dostarczenia Kupującemu na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjach równych lub lepszych,

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ**

#### **Pytanie 7**

##### **Dotyczy Wzoru umowy § 6 Pkt. 1. e)**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę powyższego pkt na: za zwłokę w czasie reakcji: przyjęciu zgłoszenia – podjęciu naprawy w ramach gwarancji, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każde 6

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ**

#### **Pytanie 8**

##### **Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę punktu nr 1 – czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy na „czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia 24 godziny – podjęcie naprawy – 3 dni robocze.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ**

#### **Pytanie 9**

##### **Dotyczy Pakietu 4 – lampa szczelinowa Pkt. 28.**

##### **Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane**

Czy Zamawiający dopuści marker rogówkowy: 4,5 mm radialne znakowanie z rozszerzeniem do 11,5mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ**

#### **Pytanie 10**

##### **Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ - Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia**

Zamawiający wymaga autoryzacji producenta na serwis zaoferowanego sprzętu.

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika - załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.

Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu i uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca zapewni świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeżeli wykonawca zapewni świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta.**

#### **Pytanie 11**

##### **Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor Pkt. 5**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z drzwiami komory otwieranymi manualnie, z ergonomicznym łatwym do mycia i dezynfekcji uchwytem do otwierania drzwi, niewystającym poza linię obudowy urządzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ**

**Pytanie 12**

**Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor Pkt. 8**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby myjnia dezynfektor miała możliwość ustawiania dezynfekcji termicznej zdefiniowanej według wymaganej normy PN EN ISO 15883-1/3 na poziomie od A<sub>0</sub> 60 do A<sub>0</sub> 3000 oraz czy dla weryfikowania poprawności temperatury dezynfekcji termicznej min. posiadała dwa niezależne czujniki temperatury, z których co najmniej jeden (zgodnie z pkt. 5.12.6 PN-EN ISO 15883-1) był umieszczony w pozycji dla najniższej temperatury osiągananej dla naczyń umieszczonych w komorze?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 13**

**Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor Pkt. 8 bis**

Prosimy o doprecyzowanie czy w związku z obligatoryjnym wymogiem osiągnięcia temperatury dezynfekcji termicznej powyżej 93°C Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed wydostawaniem się oparów, tak aby myjnia dezynfektor wyposażona była w automatyczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, aby po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi były suche bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń zgodnie z definicją suszenia określoną wymaganą normą PN EN 15883-1/3 a pozostałości pary i skropliny odprowadzane były do kanalizacji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 14**

**Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor Pkt. 7**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z systemem 13 dysz strumieniowych i obrotowych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniającym dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna zapewniająca skuteczność mycia wewnątrz naczyń sanitarnych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 15**

##### **Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor Pkt. 17**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora o wymiarach: szerokość 500mm, głębokość 450mm i wysokości 1730 mm o budowie kompaktowej z drzwiami komory otwieranymi uchylnie w dół, gwarantującymi załadunek na ergonomicznej wysokości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 16**

##### **Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor Pkt. 23**

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga skuteczności usuwania spor *Clostridium difficile* potwierdzonej certyfikatem zewnętrznej instytucji, wyłącznie przy użyciu środka zmiękczającego, bez zastosowania środka sporobójczego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 17**

##### **Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor Pkt. 27**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjni dezynfektora z wysokowydajną, energooszczędną pompą wody o wydajności 90 litrów/min. i maksymalnej mocy 0.55 kW gwarantującą wymaganą skuteczność mycia naczyń sanitarnych.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 18**

##### **Dotyczy Pakietu 6 - Holter EKG – poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z holterem EKG dedykowanego oprogramowania do analizy zapisu holterowskiego wyposażonego w algorytmy automatycznej analizy i wczytywanie badań z holtera do systemu przez kabel USB w czasie poniżej 20 sekund, niezależnie od długości badania (nawet do 7 dni)? Oprogramowanie jest niezbędnym elementem całego systemu holterowskiego, ponieważ bez niego nie jest możliwe wykonanie analizy badania holtera EKG, a tym samym nie można postawić żadnej diagnozy co do dalszego leczenia pacjenta.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.**

## Pytanie 19

### Dotyczy Pakietu 6 - Holter EKG – poz. 13

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z holterem EKG i oprogramowaniem do analizy zapisu holterowskiego, komputera PC klasy All-in-One na którym to komputerze zostanie zainstalowane oprogramowanie holterowskie?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.**

## Pytanie 20

### Dotyczy Wzoru umowy § 6

Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów wynikających z § 6 na następujące:

#### „§ 6

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną: a) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca -w wysokości **5%**wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
- b) za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy (w tym również m.in.: w przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji sprzętu medycznego oraz braku wykonania przeglądów w terminach określonych w Umowie) -w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w §2 ust. 7<sup>1</sup> Umowy - w wysokości **0,2%**wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi –w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary nie nalicza się w przypadku dostarczenia Kupującemu na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjach równych lub lepszych,
- e) za zwłokę w czasie reakcji: przyjęciu zgłoszenia –podjęciu naprawy w ramach gwarancji, w wysokości **0,2 %**wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy za każde 6 h zwłoki liczone odpowiednio od upływu 24 h (w okresie gwarancji) i 48 h (po okresie gwarancji) od zgłoszenia,
- f) w wypadku każdorazowego naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy - kara umowna w wysokości 100,00 zł za każde naruszenie.
- g) zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,
- h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub projektu jej zmiany albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek,  
i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w związku z wezwaniem Zamawiającego do zmiany umowy – w wysokości **0,2%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek,(...)”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w Załączniku nr 6 do SWZ.**

#### **Pytanie 21**

##### **Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyższe o wymiarach 1775mm wysokości, wyższe o 145mm?

Wymiary te nie mają wpływu na pracę urządzenia, urządzenie zajmują tę samą powierzchnię podłogi, a dzięki dopuszczeniu takiego urządzenia umożliwi to złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 22**

##### **Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor**

Czy zamawiający dopuszcza większą moc pompy obiegowej – 750W, większą o 20W?

Większa moc nie obciąża urządzenia, a zwiększa skuteczność mycia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 23**

##### **Dotyczy Pakietu 7 – Myjnia dezynfektor**

Czy zamawiający dopuszcza myjnię wyposażoną w minimum 15 dysz myjących (w tym 3 obrotowe, minimum 5 rozpraszających oraz minimum 7 stałych)?

Rozwiązanie to zapewnia taką samo jakość mycia, a przy tym daje możliwość złożenia ofert większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

#### **Pytanie 24**

##### **Dotyczy pakietu nr 1- Zestaw narzędzi laparoskopowych**

Czy Zamawiający w załączniku nr 4 do SWZ pakiet 1- zestaw narzędzi laparoskopowych, ilość - 2 zestawy w opisie wymaganych parametrów podał ilości sztuk wymaganych narzędzi już dla 2 zestawów? Jeśli tak, prosimy o informację czy w asortymencie opisanym w punktach 23—30 nie



zaszła omyłka w ilościach. Zamawiający wymaga 2 zestawów a w tych pozycjach określono ilości 1 szt. lub 1 opakowanie. Jeśli jednak podane ilości w poz. 23-30 są prawidłowe, prosimy o informację do którego zestawu należy włączyć w/w elementy oraz zmodyfikowanie formularza cenowego w taki sposób, aby możliwe było wycenienie każdego zestawu z osobna.

**Odpowiedź: Zamawiający w opisie podał wymaganą ilość sztuk narzędzi już do dwóch zestawów. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika asortymentowo ilościowego w zakresie Pakietu 1 dodając poz. 2 „wyposażenie zestawów”. Aktualny Załącznik nr 4 do SWZ w zakresie Pakietu 1 stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

#### **Pytanie 25**

##### **Dotyczy pakietu nr 1- Zestaw narzędzi laparoskopowych**

W związku z tym, że poz. 23, tabliczka identyfikacyjna z opisem stanowią integralną częścią wyposażenia wanny kontenera i nie posiada odrębnego dokumentu Deklaracji Zgodności i CE, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentacji potwierdzającej Deklaracji Zgodności i CE dla wanny kontenera, a bez odrębnego dokumentu dla tabliczki identyfikacyjnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie 26**

##### **Dotyczy pakietu nr 1- Zestaw narzędzi laparoskopowych**

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem oferowanych produktów, które wymagają sprowadzenia z zagranicy a także obecną światową sytuację na rynku sprzętu medycznego przy zakłóconym obecnie łańcuchu dostaw komponentów produkcyjnych, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy dla pakietu nr 1 do 8 tygodni od podpisania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym:**

**1) w rozdziale VI SWZ „Termin wykonania zamówienia” pkt 2 przyjmuje aktualne brzmienie:**

**„2. Termin realizacji zamówienia:**

**8 tygodni od daty zawarcia umowy – dotyczy Pakietu: 1**

**6 tygodni od daty zawarcia umowy – dotyczy Pakietów: 2 – 7”**

**2) w Załączniku nr 6 do SWZ „Wzór umowy” § 3 przyjmuje aktualne brzmienie:**

**„§ 3**

**Strony ustalają termin wykonania Umowy:**

**8 tygodni od daty zawarcia umowy – dotyczy Pakietu: 1**

**6 tygodni od daty zawarcia umowy – dotyczy Pakietów: 2 – 7”**

**Pytanie 27****Dotyczy pakietu nr 1 - Zestaw narzędzi laparoskopowych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności: uszczelki do trokarów, które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 28****Dotyczy pakietu nr 1- Zestaw narzędzi laparoskopowych**

Dotyczy wymaganego okresu gwarancji min. 36 m-cy. Z uwagi na fakt, iż w przypadku przedmiotu zamówienia producent nie udziela tak długich gwarancji prosimy o rozważenie zmiany minimalnego okresu gwarancji na 24 miesięcy. Zapewnienie tak długiego, min. 36 miesięcznego okresu gwarancji może wiązać się ze znacznym podwyższeniem kosztu instrumentów, co nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 29****Dotyczy pakietu nr 1- Zestaw narzędzi laparoskopowych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h od zgłoszenia awarii? Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SWZ „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” w pkt 1. Aktualny Załącznik nr 5 do SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.**

**Pytanie 30****Dotyczy pakietu nr 1- Zestaw narzędzi laparoskopowych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej do 10 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy Polski do 20 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 31****Dotyczy pakietu nr 1- Zestaw narzędzi laparoskopowych**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych) wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 32****Dotyczy Wzoru umowy § 6 ust.1 pkt. d)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego naliczania kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu wad, usterek w okresie gwarancji i rękojmi z 1% wartości brutto umowy na 1% wartości brutto sprzętu którego dotyczy wada, usterka?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w Załączniku nr 6 do SWZ.**

**Pytanie 33****Dotyczy Wzoru umowy § 6 ust.1 pkt. b, c, d i e)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar za zwłokę w spełnieniu świadczeń wynikających z umowy, za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji oraz za zwłokę w czasie reakcji serwisu z 1% do 0,5%?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy określone w Załączniku nr 6 do SWZ.**

**Pytanie 34****Dotyczy pakietu nr 6 - Holter EKG – pkt 7**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie na czym ma polegać ocena jakości przygotowania pacjenta? Czy chodzi o kontrolę jakości sygnału EKG i podłączenia elektrod? Czy Zamawiający ma coś więcej na myśli?

**Odpowiedź: Tak, chodzi o kontrolę jakości sygnału EKG i podłączenia elektrod.**

**Pytanie 35**

**Dotyczy pakietu nr 6 - Holter EKG – pkt 7**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie parametru „ocena jakości przygotowania pacjenta”. Jest to parametr zbyt ogólny, który może być różnie rozumiany przez różnych wykonawców.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 36**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 3 i 4**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG drukujący w standardowym układzie 3, 4, 6 i 12 kanałów?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 37**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 6 i 11.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z rodzajami badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, LONG bez AUTOMANUAL? Profil AUTOMANUAL jest rozwiązaniem niestandardowym stosowanym tylko w aparatach jednego konkretnego producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 38**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 8.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o długość zapisu badania automatycznego od 10 do 80 sekund?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 39**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 12.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o zapisie badania w trybie LONG od 1 do 10 minut ?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 40**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 21.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z pamięcią wewnętrzną pozwalającą na zapis 250 badań oraz dołączonym oprogramowaniem umożliwiającym nieograniczoną archiwizację badań, jak również dokładną analizę i interpretację?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 41**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 24.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG umożliwiający do 90 minut pracy na zasilaniu akumulatorowym?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 42**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 30.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o filtrze zakłóceń mięśniowych 25 Hz i 35 Hz oraz filtram autoadaptacyjnym, automatycznie dostosowującym wartości poszczególnych filtrów?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 43**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 31.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z 5 poziomami filtracji izolinii w zakresie 0,05 Hz-1,5 Hz oraz dodatkowym filtrem „splines”?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 44**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 32.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z filtrem autoadaptacyjnym, automatycznie dostosowującym wartości poszczególnych filtrów w zakresie 0,05-170 Hz?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 45**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 39.**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wyświetlaczu dotykowym 5,7” i rozdzielczości 640 x 480 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

**Pytanie 46**

**Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty EKG - punkt 39.**

Czy Zamawiający wymaga, żeby aparat EKG miał możliwość rozbudowy o profesjonalny moduł spirometryczny pozwalający na wykonanie spirometrii natężonej, swobodnej i MVV wdechowo-wydechowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 47**

**Dotyczy pakietu nr 5 - Holter EKG – punkt 10**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy Holter EKG zasilany dwoma bateriami lub akumulatorami AA?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 48**

**Dotyczy pakietu nr 5 - Holter EKG – punkt 10**

Czy zamawiający wymaga, aby dołączone oprogramowanie było kompatybilne z kompleksową platformą kardiologiczną Cardio Point, umożliwiającą wykonanie badań EKG, holtera EKG, holtera ABPM, próby wysiłkowej, spirometrii, ergospirometrii, która jest użytkowana przez zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

**Pytanie 49**

**Dotyczy pakietu nr 4 – lampa szczelinowa**

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową, która NIE JEST wyposażona w fiksator LED emitujący czerwone światło z mocowaniem typu „gęsia szyja” posiadający wyłącznik.

**Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.**

Zamawiający **na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy**, dokonuje następującej zmiany treści SWZ:

1. Załącznik nr 4 do SWZ, w zakresie Pakietu 1 „Zestaw narzędzi laparoskopowych”, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma.
2. Załącznik nr 5 do SWZ, w pkt 1, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma.
3. Załącznik nr 6 do SWZ, w § 3, otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego pisma.
4. W związku z **art. 137 ust. 6 Ustawy**, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Rozdział XVII ust. 1 i 3 SWZ otrzymują nowe brzmienie:

**„1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2023 r. do godziny 12:00.**

**3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 marca 2023 r. o godzinie 12:30.”**

5. Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni, tj. do dnia 28 czerwca 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W związku z powyższym, Zamawiający **na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy**, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 042-124373 z dnia 28/02/2023 r.

Zgodnie z **art. 135 ust. 6 i 137 ust. 2 Ustawy**, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianę SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4354c625-b378-11ed-9236-36fed59ea7dd>

---

Podpisał

Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży

**Jarosław Pokoleńczuk**