

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/60/2020

21 .01. 2021 r.

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/60/2020.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ.

Pytanie 1
pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne o długości 100 cm dla wymaganych krzywizn oraz dostępne długości 110 cm i 130 cm dla krzywizny Pigtail i 130 cm dla krzywizn JL4 i JR4. Cewniki posiadają 32 krzywizny I 15 kształtów? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2
Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny stenty z zakresem długości od 8 mm do 48 mm dostępne średnice 2.50; 2.75; 3.0; 3.5 ; długości 8 mm – 40 mm dostępne średnice 2.25; 4.0;4.5; długości 13mm-24 mm dostępne średnice 2.0? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3
Pakiet 17

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentów o dł. od 8 mm dla wszystkich średnic nominalnych, oraz o dł. do 25 mm dla stentów o śr. 2,0 mm, dł. do 29 mm dla stentów o śr. 2,25 mm, dł. do 34 mm dla stentów o śr. 2,5 mm, dł. do 36 mm dla stentów o śr. 2,75 mm dł. do 40 mm dla stentów o śr. 3,0 – 5,0 mm, oraz o grubości przęsła stentu – nie większej niż 70 µm, zamiast 65 µm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4
Pakiet 40

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie introducera z przewodnikiem o dł. 48 cm zamiast 40 cm, rozszerzadła naczyniowego o dł. 180 mm zamiast 190 mm oraz koszulki o dł. 130 mm zamiast 160 mm wykonanej z poliamidu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5**do Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 13 torquer'ów kompatybilnych z przewodnikami od 0.010" do 0,038"? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6**do Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 18 Mikrocewnika o zewnętrznej średnicy przksymalnej 2,6F (0,87mm)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7**do Pakietu nr 9**

Czy istnieje możliwość zmiany ilości oferowanego produktu w pakiecie nr 9 na wielokrotność 10 szt.? W tym przypadku 40 szt. lub 50 szt. Prośba wynika ze sposobu pakowania oferowanego produktu w opakowaniach zbiorczych oraz konieczności zachowania wymaganej kontroli jakości.

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy. dokonał zmiany treści Załącznika nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo – ilościowe w zakresie Pakietu 9 - Urządzenie do tamowania krwawienia po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie w następujący sposób:

Pakiet 9

w brzmieniu:

Lp.	Asortyment/ Parametry wymagane	J.m.	Ilość
1	Urządzenie do tamowania krwawienia po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie		
	Zestaw złożony z:		
1.1	urządzenia do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej za pomocą polimerowej kotwicy lub dysku mocującego od strony światła naczynia i korkiem kolagenowym od zewnętrznej strony naczynia na bazie kolagenu i polimeru	zestaw	45
1.2	koszulki naczyniowej		
1.3	lokalizatora tętnicy		
1.4	przewodnika typu J		
1.5	Całkowita bioabsorpcja kotwicy polimerowej, korka kolagenowego oraz szwu chirurgicznego łączącego kotwicę z korkiem - w czasie nie dłuższym niż 90 dni		
1.6	Zestaw dostępny w wersji 6F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 5-6F) lub w wersji 8F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 7 – 8F)		

otrzymuje nowe brzmienie:

Lp.	Asortyment/ Parametry wymagane	J.m.	Ilość
1	Urządzenie do tamowania krwawienia po nakłuciu tętnicy udowej, w zestawie		
	Zestaw złożony z:		
1.1	urządzenia do zamykania miejsca po nakłuciu tętnicy udowej za pomocą polimerowej kotwicy lub dysku mocującego od strony światła naczynia i korkiem kolagenowym od zewnętrznej strony naczynia na bazie kolagenu i polimeru	zestaw	40
1.2	koszulki naczyniowej		
1.3	lokalizatora tętnicy		
1.4	przewodnika typu J		
1.5	Całkowita bioabsorpcja kotwicy polimerowej, korka kolagenowego oraz szwu chirurgicznego łączącego kotwicę z korkiem - w czasie nie dłuższym niż 90 dni		
1.6	Zestaw dostępny w wersji 6F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 5-6F) lub w wersji 8F (zamykający miejsce po nakłuciu koszulką 7 – 8F)		

W związku z powyższą zmianą Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma *Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe* **PO ZMIANIE – dotyczy Pakietu 9.**

W pozostałym zakresie Załącznik nr 4 do SIWZ nie ulega zmianie.

**Pytanie 8
do pakietu nr 35**

Czy Zamawiający w pakiecie 35 dopuści przewodniki wewnątrznaczyniowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu FFR, kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego aparatem do pomiaru FFR, o następujących parametrach: długość przewodnika 185 cm, średnica 0,014”, końcówka dystalna prosta lub J do wyboru Zamawiającego, giętka część dystalna z pokryciem hydrofilnym w części elastycznej, dystalna część przewodnika dobrze widoczna w obrazie RTG, przewodniki w opcji przewodowej typu „plug and play” gwarantującej łatwe podłączenie przewodnika do aparatu za pośrednictwem PIM-u., przewodnik umożliwia pomiar istotności zwężenia tętnicy wieńcowej bez konieczności wywoływania hiperemii?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 9
do pakietu nr 36**

Czy Zamawiający w pakiecie 36 dopuści przewodniki wewnątrzwieńcowe do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu FFR o dostępnej dł. 185 cm (bez opcji 300 cm) i bez możliwości opcjonalnego dostarczenia przewodników do jednoczesnego pomiaru FFR i parametrów przepływu wieńcowego metodą Dopplerowską? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy?

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego "oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej". Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dot. Pakiet 33

Stenty DES uwalniające lek antyproliferacyjny, o dużej sile radialnej i możliwości rozprężenia znacznie ponad średnicę nominalną.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny stentu DES o profilu przejścia dla stentu z balonem o średnicy nominalnej 3,0 mm - nie większym niż 0,042". Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

dotyczące umowy

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy dot. Pakietów nr 16, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) poprzez nadanie § 2 ust. 3 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Przejęcie własności Asortymentu na Zamawiającego nastąpi w momencie pobrania z depozytu przez Kupującego danego zestawu/danej sztuki*, o których mowa w ust. 2.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

dotyczące umowy

Prosimy o doprecyzowanie wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy dot. Pakietów nr 16, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) poprzez dodanie § 2 ust. 14 o następującej treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Zamawiającego. W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w depozycie więcej niż jeden asortyment danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Czy w pakiecie 19, Zamawiający dopuści system dystalnej protekcji, do wprowadzania na niezależnym przewodniku, z nieoznakowaną końcówką lecz doskonale widoczny w skopii, posiadający markery proksymalny i dystalny obrazujące początek i koniec koszyka oraz doskonale widoczną w obrazie RTG obręcz koszyka, wykonaną z drutu wolframowego. Pory filtra w rozmiarach uzależnionych od umiejscowienia w filtrze - od 250 µm w części proksymalnej, 160 µm w środkowej, i 70 µm w części dystalnej. Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Czy w pakiecie 22, Zamawiający dopuści pętlę do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych o następujących parametrach:

- pętla wykonana z połączanego drutu wolframowego
- umieszczona w części dystalnej nitinolowego przewodnika, pod kątem 90 stopni
- w komplecie jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer
- długość pętli 65, 120, 175 i 200cm – w zależności od rozmiaru
- średnice: 2 – 35mm
- bardzo dobra manewrowalność i elastyczność

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16**do Pakietu nr 12:**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 12, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140 cm przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność oraz standardowej do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055”), szybkość aspiracji 115,2cm³/min, dostarczany wraz z dwoma strzykawkami a’30cm³, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 22 systemu do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych w zestawie, o następujących parametrach:

- Zestaw zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik
- Rozmiar 4F-6F
- Pętla w budowie zawiera nitinol wolfram, pokryta złotem
- Pętla doskonale widoczna w skopi
- Pojedyncza pętla ustawiona pod kątem 90 stopni
- Rozmiary pętli: 5 mm; 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
- Długość pętli 120 cm
- Długość cewnika 48cm, 100 cm
- Pętla z wypustką ułatwiającą uchwycenie małych obiektów
- Duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1
- Cewnik wykonany z Pebaxu odporny na załamania i zagięcia z markerem na dystalnym końcu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto, w związku z omyłkami pisarskimi w treści wzoru umowy *dot. Pakietów nr 16, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45*, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, dokonał zmiany treści ww. Załącznika do SIWZ.

Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma *Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy dotyczący Pakietów nr 16, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45* - **PO ZMIANIE**.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej *SIWZ*, w **zakresie terminu składania ofert** oraz **terminu otwarcia ofert**, o których mowa w części 11 pkt 1 i pkt 3 *SIWZ* oraz na stronie tytułowej *SIWZ*:

1. **Termin składania ofert upływa w dniu 08 lutego 2021r o godz. 09.00**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lutego 2021r o godz. 09.30**

W pozostałym zakresie *SIWZ* nie ulega zmianie.

W związku z powyższą zmianą *SIWZ*, zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu nr 2020/S 253-638302 z dnia 29.12.2020 r.

Załączniki:

1. ***Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe - PO ZMIANIE – Dotyczy Pakietu 9***
2. ***Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy dotyczący Pakietów nr 16, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 - PO ZMIANIE.***

Podpisał

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk