

**Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/26/2019**

**22.07.2019 r.**

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę chusteczek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytanie 1.**

Czy w pozycji nr 1 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, pakowane po 100 szt. chusteczek o wymiarach 14 cm x 20 cm o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>, wykonane z polipropylenu?

**Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 2.**

Czy w pozycji nr 2 – Zamawiający mógłby dopuścić Chusteczki nasączone alkoholem ( etanolem ) bez dodatku innych alkoholi i QAC chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty, chusteczki wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej, o gramaturze ok 50 g/m<sup>2</sup>, pakowane po 100 szt. w opakowanie typu flowpack z plastikowym klipssem zamykającym?

**Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

### **Pytanie 3.**

#### **Załącznik nr 4 do SIWZ**

Poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na przeznaczenie produktu tzn. "*Chusteczki do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice usg, monitory, stetoskopy*" oczekuję od preparatu z poz. 1. badań kompatybilności materiałowej potwierdzających możliwość stosowania produktu wobec stali szlachetnej, miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych (np. poliwęglanu, PMMA, polietylenu twardego, polistyrenu, poliamidu 6, polisulfonu), kauczuków, wykonanych w niezależnych laboratoriach akredytowanych, co pozwoli jednoznacznie określić bezpieczeństwo stosowania.

**Ad.3. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 4.**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Poz. 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wobec wymogu dot. *"Możliwość stosowania bez użycia rękawic ochronnych"*, oczekuje preparatu, który posiada badania dermatologiczne potwierdzające ww. wymóg.

**Ad.4. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 5.**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie chusteczek o skuteczności wobec B, F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Polyoma SV40, HIV, HBV, HCV) w czasie do 1min oraz Tbc (Mycobacterium terrae) i Noro w czasie do 15min, dopuszczonych do obrotu jako wyrób medyczny.

**Ad.5. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 6.**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Poz. 1. Prosimy o dopuszczenie chusteczek o skuteczności wobec B,Tbc (M. terrae), F (Candida albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40, Noro, HIV, HBV, HCV) w czasie do 5min, z możliwością rozszerzenia spektrum o Rota przy wydłużeniu czasu działania do 15 minut, dopuszczonych do obrotu jako wyrób medyczny.

**Ad.6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisywanego asortymentu, pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 7.**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Poz. 2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający z uwagi na przeznaczenie preparatu do obszaru o podwyższonym ryzyku, oczekują od preparatu z poz. 2. badań kompatybilności materiałowej potwierdzających możliwość stosowania produktu wobec stali szlachetnej, stali narzędziowej, tworzyw sztucznych (np. polietylen twardy, polistyren, poliwęglan, poliamid 6, polisulfon), kauczuków (np. IIR, PCV, SI, PUR), wykonanych w niezależnych laboratoriach akredytowanych, co pozwoli jednoznacznie określić bezpieczeństwo stosowania.

**Ad.7. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 8.**

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Poz. 2. Prosimy o dopuszczenie chusteczek o skuteczności wobec B, F, V (Adeno Noro) w czasie do 1min, Clostridium difficile w czasie do 5 min oraz Tbc (Mycobacterium terrae) i Bacillus subtilis w czasie do 15min, o wymiarach jednej chusteczki 20cmx30cm, dopuszczonych do obrotu jako wyrób medyczny.

**Ad.8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisywanego asortymentu, pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 9.**

**Pytanie ogólne**

- a) Prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie w miejsce raportów badań, zaświadczeń producenta produktów o możliwości zastosowania produktów w oddziale neonatologicznym.
- b) Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający celem potwierdzenia skuteczności bójczej i mając na względzie bezpieczeństwo, wymaga przedstawienia przez Wykonawców badań dla proponowanych preparatów dezynfekcyjnych wykonanych w laboratoriach akredytowanych dla obszaru medycznego, czyli właściwego dla wykorzystania danego preparatu w placówce szpitalnej.
- c) Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Ad.9.**

- a) **Zamawiający dopuszcza przedstawienie zaświadczeń producenta, pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.**
- b) **Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

c) Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pytanie 10.**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny chusteczki o spektrum działania B, F (Candida albicans) w 5 min wg EN 16615, V (Adeno, Noro, Polio) w czasie 5 minut wg 14476 oraz Tbc (M. terrae i M. avium), F (C. albican i A. niger), S (B. subtilis, C. difficile, C. perfringens) w czasie 15 minut?

**Ad.10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 11.**

**Dotyczy pozycji nr 1**

Czy Zamawiający pozwoli w pozycji 1 na zaoferowanie chusteczek do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych m.in. głowic USG oraz powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę), o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno Noro), S w czasie do 5 minut, o rozmiarze 115x220 mm, konfekcjonowanych w opakowaniach po 450 sztuk chusteczek w przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań? Opakowania z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem.

**Ad.11. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 12.**

**Dotyczy pozycji nr 1**

Czy Zamawiający pozwoli w pozycji 1 na zaoferowanie chusteczek do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych m.in. głowic USG oraz powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę), o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno Noro), S w czasie do 5 minut, o rozmiarze 200x300 mm, konfekcjonowanych w opakowaniach po 200 sztuk chusteczek? Opakowania z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem.

**Ad.12. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 13.**

**Dotyczy pozycji nr 1**

Prosimy o dopuszczenie opinii producenta odnośnie zastosowania na oddziałach neonatologicznych ze wskazaniem na splukiwanie powierzchni, z która po zastosowaniu preparatu mogłaby mieć kontakt z noworodkami (ze względu na bezpieczeństwo wrażliwej grupy jaką są noworodki)?

**Ad.13. Zamawiający dopuszcza przedstawienie zaświadczeń producenta, pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 14.**

**Dotyczy pozycji nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał działanie wirusobójcze „V” przeciwko wirusom Polio, Adeno, Noro?

**Ad.14. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 15.**

**Dotyczy pozycji nr 2**

Czy Zamawiający pozwoli w pozycji 2 na zaoferowanie chusteczek do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych m.in. głowic USG oraz powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę), o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno Noro), S w czasie do 5 minut, o rozmiarze 115x220 mm, konfekcjonowanych w opakowaniach po 450 sztuk chusteczek w przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań? Opakowania z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem?

**Ad.15. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 16.**

**Dotyczy pozycji nr 2**

Czy Zamawiający pozwoli w pozycji 2 na zaoferowanie chusteczek do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych m.in. głowic USG oraz powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę), o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), S w czasie do 5 minut, o rozmiarze 200x300 mm, konfekcjonowanych w opakowaniach po 200 sztuk chusteczek? Opakowania z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem.

**Ad.16. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisywanego asortymentu, pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 17.**

**Dotyczy pozycji nr 2**

Prosimy o dopuszczenie opinii producenta odnośnie zastosowania na oddziałach neonatologicznych ze wskazaniem na splukiwanie powierzchni, z którą po zastosowaniu preparatu mogłaby mieć kontakt z noworodkami (ze względu na bezpieczeństwo wrażliwej grupy jaką są noworodki)?

**Ad.17. Zamawiający dopuszcza przedstawienie zaświadczeń producenta, pozostałe wymogi SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 18.**

**Dotyczy pozycji nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał działanie sporobójcze „S” przeciwko Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus?

**Ad.18. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 19.**

**Dotyczy pozycji nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał działanie wirusobójcze „V” przeciwko wirusom Polio, Adeno, Noro?

**Ad.19. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 20.**

**poz 2 .**

Prosimy o dopuszczenie do oceny sporobójczych chusteczek o spektrum działania wobec B,F, Tbc, V(wirusy osłonione, Vaccina, Noro,Rota) w czasie 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych, Aspergillus i Cl. Difficile w czasie 15 minut. Chusteczki spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

**Ad.20. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 21.**

**Do poz. 1 :**

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem chlorku didecyldimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), w czasie 1 minuty, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Noro w czasie 1 minut, Polyoma do 5 minut, Rota, Tbc w czasie 15 minut, wykonane z wysokiej jakości włókniny w rozmiarze min. 20x20cm, konfekcjonowane w opakowaniach a 200 sztuk, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

**Ad.21. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 22.**

**Do poz. 1 i 2:**

Z uwagi na brak metodyki badań potwierdzających możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych prosimy o odstąpienie od tego wymogu na rzecz stosowanego oświadczenia.

**Ad.22. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.**

*Niniejsze pismo zostaje przesłane drogą elektroniczną wykonawcom, którzy przekazali wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej szpitala [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)*

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

*mgr Mariusz Obrycki*