

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2019

17 października 2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie okulistycznego mikroskopu operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści diodę LED umieszczoną w zasięgu wzroku operatora na obudowie modułu XY informującą o aktualnej pozycji ogniskowania w położeniu środkowym lub peryferyjnym? Prośba o przyznanie punktacji z umiejscowienie wizualizacji na module XY znajdującym się na wysokości wzroku operatora- 10pkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści bazę stereoskopii 24mm zapewniającą optymalne widzenie przestrzenne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści precyzyjny, zmotoryzowany system pochylania głowicy w zakresie +15/-50 stopni z możliwością zapamiętania pozycji oraz jej przywołania z menu operatora? Oferowany zakres jest wystarczający do przeprowadzenia wszystkich procedur chirurgicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści nasadkę okularową o specjalnej konstrukcji dedykowaną do oferowanego mikroskopu o regulowanym pochyleniu w zakresie 10-50 stopni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści okulary szerokokątne dla operatora o zakresie regulacji korekcji sferycznej -5D do+5D? W praktyce chirurgicznej nie spotyka się operatorów o konieczności tak wysokiej kompensacji, w przypadku wyjątków zawsze można skorzystać z okularów korekcyjnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w niezależny układ oświetlenia koaksjalnego, charakteryzujący się dwoma punktami oświetlenia, który wraz ze specjalną konstrukcją układu optycznego oraz żarówkami ze specjalnie centrowanymi żarnikami zapewnia uzyskanie stabilnego i intensywnego refleksu z dna oka? Prośba o przyznanie punktacji za mikroskop wyposażony w niezależny układ oświetlenia koaksjalnego 10pkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy w przypadku zaoferowania mikroskopu z niezależnym układem oświetlenia koaksjalnego pokrywającego się z osią widzenia Zamawiający wymaga układu wzmocnienia czerwonego refleksu?

W przypadku wyposażenia mikroskopu w oddzielny układ oświetlenia koaksjalnego nie jest uzasadnione posiadanie układu wzmocnienia czerwonego refleksu ani wskaźnika jego pozycji. Prośba o zaniechanie punktacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga oświetlenie szczelinowe zmotoryzowane z niezależnym źródłem światła z kontrolą za pomocą sterownika nożnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia oświetlenia szczelinowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego, z funkcją automatycznego resetu, o zakresie przesuwu 50x50mm, z diodą informującą o pozycji centralnej/peryferyjnej umieszczoną na obudowie układu będącego w zasięgu wzroku operatora. Prośba o przyznanie punktacji za umieszczenie wizualizacji na module XY-10 pkt

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuszcza przycisk nożny z możliwością pracy bezprzewodowej?

Prośba o przyznanie punktacji za zaoferowanie przycisku bezprzewodowego 10pkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przycisk nożny z możliwością pracy bezprzewodowej.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie parametrów ocenianych.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści oświetlenie główne realizowane w technologii LED oraz oświetlenie koaksjalne halogenowe (z dwoma żarówkami, robocza/zapasowa) 12V/50W umieszczone w głowicy mikroskopu? Manewrowanie ramionami mikroskopu może spowodować uszkodzenie pojedynczych włókien światłowodu, co w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia transmisji światła i zmniejszenia jego natężenia w polu operacyjnym. W rezultacie zwiększają się koszty eksploatacji mikroskopu, ponieważ należy brać pod uwagę wymianę kosztownego elementu jakim jest światłowód. Prośba o przyznanie punktów za oświetlenie bezpośrednie 10pkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści wskazanie stanu wyważenia mikroskopu na skali względnej umieszczonej w okolicach pokrętła balansu mikroskopu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści manualną blokadę ruchu głowicy w pionie uniemożliwiającą opuszczenie się głowicy mikroskopu do określonej pozycji, niezależnie od stanu wyważenia głowicy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści wyłączenie światła lub reset mikroskopu po podniesieniu jego ramienia do skrajnej górnej pozycji? Po każdorazowym zakończeniu zabiegu mikroskop jest podnoszony ponad pole operacyjne, co skutkuje resetowaniem mikroskopu i wyłączeniem światła.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości programowania wysokości głowicy mikroskopu do funkcji wyłączenia światła lub resetu mikroskopu.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści adapter kamery bez przesłony do regulacji głębi ostrości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści kamerę full HD z następującymi wyjściami sygnałowymi: HDMI, SDI, S Video, Video out?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie inwertera niezintegrowanego z oftalmoskopem będącego kompatybilnym z oferowanym systemem obrazowania do operacji witreoretinalnych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

**Z up.
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
dr n. o zdr. Joanna Chilińska**