

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego**  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 268  
**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)      [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

ZT-SZP-226/01/95/2017

22.12.2017 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę 12 aparatów do hemodializy i 2 aparatów do hemodializy i hemodiafiltracji on-line wraz z oprzyrządowaniem na okres 3 lat oraz dostarczenie materiałów zużywalnych do leczenia hemodializami na okres 3 lat dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/95/2017**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

**Pytanie 1**

pakiet 1 pozycja 3.6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości całkowitej: 24 cm, 28 cm, 32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza (dotyczy pozycji) „cewniki czasowe do dializ j.u.”**

**Pytanie 2**

pakiet 1 pozycja 3.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3,6 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3**

pakiet 1 pozycja 3.7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu "shoutgun"(schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zginanie, bez otworów bocznych 14 FR i długości całkowitej: 24 cm, 28 cm, 32 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11 cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14 cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic

(czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza (dotyczy pozycji „cewniki permanentne do dializ j.u.”)**

**Pytanie 4**

pakiet 1 pozycja 3.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3.7 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1**

**Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane**

Lp3.3 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie koncentratu kwaśnego w kanistrach o pojemności obecnie używanej w Państwa stacji dializ ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6**

**Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1**

**Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane**

Lp. 3.6 Cewniki czasowe do dializ j.u.:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu 3.7 cewników czasowych , takich samych jak obecnie używanych w Państwa stacji dializ ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza cewniki czasowe do dializ j.u. o średnicy 11-13,5 F. W pozostałym zakresie zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**

**Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1**

**Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane**

Lp. 3.7 Cewniki permanentne do dializ j.u.:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zadaniu nr 3.8 cewników permanentnych , takich samych jak obecnie używanych w Państwa stacji dializ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 8**

**Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1**

**Zestawienie asortymentowo-ilościowe, parametry wymagane**

Lp. 3.5 Bez określania rodzaju zabiegu, ile zabiegów **łącznie** przewiduje Zamawiający wykonać na dwóch dzierżawionych aparatach **HDF** w okresie 3 lat, pozwoli to oszacować ilość potrzebnych drenów do aparatów HDF w ciągu 3 lat?

**Odpowiedź**

**Zamawiający planuje wykonać 3.500 zabiegów HDF w okresie 3 lat.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1**

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu**

Lp 2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia do maksymalnie 48 godzin ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1**

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu**

Lp 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie maksymalnego czasu niezbędnego na

usunięcie awarii do 4 dni?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

***Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1***

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu**

Lp 3. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie maksymalnego czasu niezbędnego na usunięcie awarii do 5 dni?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 12**

***Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1***

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu**

Lp 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie wstawienia aparatu zastępczego na czas realizacji naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 13**

***Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1***

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu**

Lp 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie wstawienia aparatu zastępczego na czas realizacji naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 14**

***Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1***

**Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia dotyczące oferowanego sprzętu**

Lp 4. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie wstawienia aparatu zastępczego na czas realizacji naprawy na koszt Wykonawcy w ciągu 72 godzin od zgłoszenia ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 15**

***Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 2***

**Zestawienie asortymentowo-ilościowe**

Przy absolutnie niezmienionym aparacie do hd i przy zachowaniu idealnie wszystkich tych samych parametrów techniczno-użytkowo-obługowych nastąpiła zmiana jedynie ostatniej litery w samym nazewnictwie aparatów Fresenius 4008S classic na nową nazwę Fresenius 4008S classix (zmiana dotyczy tylko nazwy , aparat pozostał bez żadnych najmniejszych zmian), prosimy o dopuszczenie posługiwania się nazwą 4008S classix ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

Zwracamy się do zamawiającego z pytaniem dotyczącym pakietu nr1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na dwa aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on- line z rokiem produkcji odpowiednio 2013 i 2014. Oba aparaty nowe i nieużywane. Pozostałe 12 aparatów do hemodializy nowe z rokiem produkcji 2017.

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 17**

Zwracamy się do zamawiającego, z pytaniem dotyczącym pakietu nr1 Ile punktów w ocenie technicznej dotyczącej pakietu pierwszego zamawiający przyzna w przypadku gdy dwa aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line będą nowe i nieużywane z rokiem produkcji 2013 i 2014 rok produkcji. Pozostałe 12-cie aparatów do hemodializy jest nowe z rokiem produkcji 2017.

**Odpowiedź****Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.****Pytanie 18**

Czy zamawiający w punkcie 3 pisząc o zapewnieniu aparatu zastępczego w pełnej gotowości na cały okres realizacji zamówienia wymaga, aby aparat zastępczy został dostarczony od początku trwania umowy, czy w przypadku wystąpienia ewentualnej awarii?

**Odpowiedź****Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 19**

Czy zamawiający może określić całkowitą przybliżoną ilość wykonywanych zabiegów hemodiafiltracji on-line przez okres 3 lat?

**Odpowiedź****Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.****Pytanie 20**

Pytanie dot. 3.3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pozycji 15900 koncentratów kwaśnych i zgodzi na zaoferowanie 29600 sztuk do aparatów dzierżawionych?

Prośba motywowana jest brakiem kompatybilności pomiędzy aparatami, które Zamawiający posiada.

**Odpowiedź****Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.****Pytanie 21**

Dotyczy tabeli parametry techniczne poz 2. Aparaty do hemodializy i hemodiafiltracji on-line- 2 szt. lp.10 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez podstawy na zbiornik ze środkiem dezynfekcyjnym?

**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 22**

Dotyczy tabeli 3 tj. Materiały zużywalne do aparatów wymienionych z pozycji 1 i 2 do wykonania 45500 dializ/ 3 lata

Czy zamawiający w pozycji 3.3 „koncentrat kwaśny do dializ” wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratów kwaśnych w workach 3,5L typu softpac wystarczających na jedną dializę, kompatybilnych z oferowanymi aparatami?

**Odpowiedź****Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.****Pytanie 23**

Dotyczy tabeli 3 tj. Materiały zużywalne do aparatów wymienionych z pozycji 1 i 2 do wykonania 45500 dializ/ 3 lata

Czy zamawiający w pozycji 3.5 „Linie krwi żyłne i tętnicze w komplecie j.u.” wyrazi zgodę na zaoferowanie do aparatów wymienionych w pozycji 1 linii sterylizowanych promieniami gamma bez kranika trójdrożnego i filtra przeciwbakteryjnego w obwodzie zamkniętym, ponieważ proponowane aparaty do hemodializy nie wymagają użycia tego typu linii, a do aparatów w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie linii bez kranika trójdrożnego z filtrem. Kranik trójdrożny nie jest wymagany w liniach do proponowanych aparatów z pozycji 2. Proponowane linie są dostarczane przez producenta aparatów z pozycji 1 i 2 i są w pełni kompatybilne z oferowanymi aparatami.

**Odpowiedź****Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.****Pytanie 24**

Dotyczy tabeli 3 tj. Materiały zużywalne do aparatów wymienionych z pozycji 1 i 2 do wykonania 45500 dializ/ 3 lata

Czy zamawiający w pozycji 3.1 dializatory niskoprzepływowe wyrazi zgodę na złożenie oferty na dializatory niskoprzepływowe w przedziale 1,4m<sup>2</sup>- 2,1m<sup>2</sup> (1,4m<sup>2</sup>; 1,7m<sup>2</sup>; 2,1m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź****Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 25**

Dotyczy tabeli 3 tj. Materiały zużywalne do aparatów wymienionych z pozycji 1 i 2 do wykonania 45500 dializ/ 3 lata

Czy zamawiający w pozycji 3.2 dializatory wysokoprzepływowe wyrazi zgodę na złożenie oferty na dializatory wysokoprzepływowe w przedziale 1,4-2,1m<sup>2</sup> (1,4m<sup>2</sup>; 1,7m<sup>2</sup>; 2,1m<sup>2</sup>)

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 26**

Dotyczy tabeli 3 tj. Materiały zużywalne do aparatów wymienionych z pozycji 1 i 2 do wykonania 45500 dializ/ 3 lata

Czy zamawiający w pozycji 3.6 wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł z przedziału 14-17G?

**Odpowiedź**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 27**

Dotyczy tabeli 3 tj. Materiały zużywalne do aparatów wymienionych z pozycji 1 i 2 do wykonania 45500 dializ/ 3 lata

Czy zamawiający w pozycji 3.7 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości 15-25 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

Ponadto w związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej w numeracji załącznika nr 1 do SIWZ PAKIET 1 poz. 3 Materiały zużywalne do 14 szt. aparatów wymienionych w poz. 1 i 2 oraz do aparatów własnych Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje odpowiednio zmiany załącznika nr 1 PAKIET 1 w zakresie numeracji.

Załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

**Podpisał**

**Pełnomocnik Dyrektora**

**Ds. administracyjno – inwestycyjnych**

**mgr Aneta Gomółka - Siembora**