

Załącznik nr 4 do SWZ - Zestawienie asortymentowo-ilościowe i parametry wymagane PO ZMIANIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę odzieży i bielizny operacyjnej barierowej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/30/2023

OFERUJEMY

PAKIET 1										
L.p.	Asortyment/ Parametry wymagane	Kolor	Personalizacja odzieży i bielizny operacyjnej (rodzaj napisu na każdej sztuce)	Rozmiar - ilość	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Vat %	Wartość brutto [PLN]	Producent, model – numer katalogowy, nazwa (należy podać)
1.	Komplet operacyjny (bluza + spodnie) Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Tkanina ma zapewnić komfort dotykowy właściwy bawełnie. Tkanina ma zapewniać wysoki termo fizjologiczny komfort użytkowania, gramatura 120- 140 g/m ² , zawartość bawełny minimum 48% . Bluza: krój prosty, z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. Długość nogawki (od pasa do dołu) minimalna dla: S - 107 cm;	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Sala Endoskopii Urologicznej	80 kompletów, w tym: XXL - 10 kpl XL - 40 kpl L - 20 kpl M - 10 kpl	1040					
		bordowy	Szpital Wojewódzki w Łomży Pracownia Hemodynamiki	230 kompletów, w tym: XXL - 20 kpl XL - 40 kpl L - 80 kpl M - 60 kpl S - 30 kpl						
		niebieski	Szpital Wojewódzki w Łomży Pracownia Elektrofizjologii	160 kompletów, w tym: XL - 60 kpl L - 60 kpl M - 40 kpl						

	M - 112 cm; L - 115 cm; XL, XXL, XXXL - 116 cm. Dopuszcza się zawartość nitki węglowej 1-2%. Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Dodatkowe wymagania: - próbnik kolorów tkanin z oznaczeniem nazewnictwa fabrycznego; ostateczny wybór koloru zostanie dokonany przez Zamawiającego po porównaniu z próbnikiem tkanin dostarczonym w postępowaniu; - próbki oferowanego asortymentu - 2 komplety (rozm. M i XL)	niebieski	Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny	500 kompletów, w tym: XXXL - 70 kpl XXL - 100 kpl XL - 100 kpl L - 130 kpl M - 100 kpl					
		fioletowy	Szpital Wojewódzki w Łomży Dział Higieny Szpitalnej	36 kompletów, w tym: XXL - 2 kpl XL - 8 kpl L - 8 kpl M - 10 kpl S - 6 kpl XS - 2 kpl					
		bordowy	Szpital Wojewódzki w Łomży OIT	34 komplety, w tym: M - 34 kpl					
2.	Fartuch operacyjny Fartuch barierowy chirurgiczny wielokrotnego użytku standardowej skuteczności - wykonany na bazie dwóch tkanin: pole krytyczne z tkaniny o gramaturze 110-120 g/m ² , poziom odporności na przenikanie cieczy min. 90 cm wysokości słupa wody; pole niekrytyczne z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano – poliestrowej o zawartości bawełny 55% +/- 5% o gramaturze 110-125 g/m ² ; poziom przepuszczalności powietrza minimum 50 cm ³ /cm ² . Tkanina bawełniano-poliestrowa ma zapewniać wysoki termo fizjologiczny	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Sala Endoskopii Urologicznej	100 sztuk, w tym: XL - 50 szt L - 50 szt	400				

<p>komfort użytkowania szew łączący poszczególne tkaninowe elementy fartucha kryty, zawijany, dwuigłowy - stębnowany; rękawy wykończone elastycznym mankietem min. 8 cm. Dopuszcza się zawartość nitki węglowej 1-2%. Rozmiar fartucha oznaczony kolorową lamówką wokół szyi.</p> <p>Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji.</p> <p>Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 2 szt (rozm. M i XXL)</p>	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny	<p>300 sztuk, w tym: XXL - 100 szt XL - 100 szt L - 50 szt M - 50 szt</p>							
WERTOŚĆ PAKIETU NETTO / BRUTTO										

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE - dotyczy pozycji 1-2.
2. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Pozycja 1-2.
3. Karta danych technicznych tkaniny, z której są wykonane oferowane serwety i odzież, potwierdzająca skład tkaniny, gramaturę, przepuszczalność powietrza (poz. 2), odporność na przenikanie cieczy (~~poz. 2, 5, 6~~) (**poz. 2**) wystawiona przez producenta tkaniny. Pozycja 1-2.
4. Wyniki badań tkaniny przeprowadzonych przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 lub normą równoważną w zakresie pylenia, czystości mikrobiologicznej oraz parametrów wytrzymałościowych. Pozycja 1-2.
5. Oznakowanie znakiem CE. Pozycja 1-2.
6. Instrukcje użytkowania dotyczące prania, suszenia, sterylizacji. Pozycja 1-2.
7. Foldery, ulotki informacyjne dotyczące oferowanego produktu z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Pozycja 1-2.

PAKIET 2										
L.p.	Asortyment/ Parametry wymagane	Kolor	Personalizacja odzieży i bielizny operacyjnej (rodzaj napisu na każdej sztuce)	Rozmiar - ilość	Wymagana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Vat %	Wartość brutto [PLN]	Producent, model – numer katalogowy, nazwa (należy podać)

1.	<p>Nogawica z rozcięciem na dłuższym boku rozm. 75x120 cm Wykonana z tkaniny poliestrowej, gramatura 120-130g/m², nieprzemakalność min. 40 cm wysokości słupa wody. Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Dodatkowe wymagania: - próbki oferowanego asortymentu - 1 szt</p>	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Sala Endoskopii Urologicznej	140 szt w rozmiarze: 75cm x 120cm	140				
2.	<p>Serweta operacyjna jednowarstwowa wykonana z nieprzemakalnej tkaniny o gramaturze 150 – 160 g/m² , skład bawełna 65-75%, poliester, dopuszcza się zawartość nitki węglowej 1-2%. Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Dodatkowe wymagania: - próbki oferowanego asortymentu - po 1 szt z każdego rozmiaru</p>								
	Serweta operacyjna rozm. 180x150 cm	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny	180 cm x150 cm	60				
	Serweta operacyjna rozm. 200x150 cm	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny	200 cm x150 cm	30				
	Serweta operacyjna rozm. 240x150 cm	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny	240 cm x150 cm	30				
	Serweta operacyjna rozm. 180x150 cm	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Sala Endoskopii Urologicznej	180 cm x150 cm	70				

3.	<p>Serweta operacyjna 75cm x 90 cm z dodatkową łatą chłonną 40cm x 60 cm Serweta operacyjna dwuwarszowa, nieprzemakalna: serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 120 g/m² i nieprzemakalności min. 40 cm wysokości słupa wody; dodatkowa warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 280 g/m² i chłonności min. 150% .Dopuszcza się zawartość nitki węglowej 1-2%. Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Dodatkowe wymagania: - próbki oferowanego asortymentu - 1 szt</p>	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Blok Operacyjny	75cm x 90 cm	90					
4.	<p>Serweta rozm. 90 cm x 235 cm z otworem owalnym o średnicy 10cm x 5 cm Serweta operacyjna jednowarstwowa, wykonana z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowej, gramatura min. 120g/m², nieprzemakalność min. 40 cm wysokości słupa wody. Dopuszcza się zawartość nitki węglowej 1-2%. Wytrzymałość wyrobu min. 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji. Dodatkowe wymagania: - próbki oferowanego asortymentu - 1 szt</p>	zielony	Szpital Wojewódzki w Łomży Sala Endoskopii Urologicznej	90cm x 235 cm	70					
WERTOŚĆ PAKIETU NETTO / BRUTTO										

Wymagane dokumenty:

1. Deklaracja zgodności CE - dotyczy pozycji 1-4.
2. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Pozycja 1-4.

3. Karta danych technicznych tkaniny, z której są wykonane oferowane serwety i odzież, potwierdzająca skład tkaniny, gramaturę, przepuszczalność powietrza (poz. 2), odporność na przenikanie cieczy (poz. 2, 5, 6) (poz. 1, 3, 4) wystawiona przez producenta tkaniny. Pozycja 1-4.
4. Wyniki badań tkaniny przeprowadzonych przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 lub normą równoważną w zakresie pylenia, czystości mikrobiologicznej oraz parametrów wytrzymałościowych.
5. Oznakowanie znakiem CE. Pozycja 1-4.
6. Instrukcje użytkowania dotyczące prania, suszenia, sterylizacji. Pozycja 1-4.
7. Foldery, ulotki informacyjne dotyczące oferowanego produktu z zaznaczeniem pozycji, której dotyczą. Pozycja 1-4.