

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 268

e - mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/14/2018

16.05.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatu do znieczulenia na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/14/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1

Lp.60 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ekranem kolorowym dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej 15,1". Rozdzielczość 1024x768 pikseli. Ekran wbudowany w korpus aparatu do znieczulenia?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Lp.106 Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez pomiaru bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany Rozdziału IV ust. 1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.”

podpisał

Pełnomocnik Dyrektora

ds. administracyjno – inwestycyjnych

mgr Aneta Gomółka - Siembora