



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, dnia 20 września 2024 r.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/02/9/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI KONKURSU OFERT

Dotyczy Konkurs ofert na dostawę fartuchów, osłon, okularów i czepków chroniących przed promieniami RTG dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/02/9/2024

Zamawiający przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy przez "Fartuch dwuczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG: – 8 szt. Zamawiający rozumie fartuch dwustronny typu garsonka (kamizelka i spódnica)?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający poprzez fartuch dwuczęściowy rozumie fartuch dwustronny typu garsonka – kamizelka i spódnica.

Pytanie 2

Czy przez „Fartuch jednoczęściowy z ochroną przed promieniowaniem RTG: – 3 szt.” Zamawiający rozumie fartuch dwustronny typu płaszcz?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający poprzez fartuch jednoczęściowy rozumie fartuch dwustronny typu płaszcz.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 Fartuch dwuczęściowy typ Garsonka z wyściółką wewnętrzną z materiału tkanina poliamidowa powleczone poliuretanem spełniające wymagania rozporządzenia 2016/425 „Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG” i normy EN 61331-3:2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim – Część 3: Odzież ochronna, osłony oczu i osłony ochronne pacjenta” ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 - Fartuch dwuczęściowy ww. asortymentu.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 Fartuch dwuczęściowy typ Płaszcz z wyściółką wewnętrzną z materiału tkanina poliamidowa powleczona poliuretanem spełniające wymagania rozporządzenia 2016/425 „Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG” i normy EN 61331-3:2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim – Część 3: Odzież ochronna, osłony oczu i osłony ochronne pacjenta” ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2- Fartuch dwuczęściowy ww. asortymentu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 ochronę tarczycy z zapięciem na rzep spełniające wymagania rozporządzenia 2016/425 „Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG” i normy EN 61331-3:2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim – Część 3: Odzież ochronna, osłony oczu i osłony ochronne pacjenta” ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 – Ochrona na tarczycę ww. asortymentu.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 okulary ochronne spełniające wymagania rozporządzenia 2016/425 „Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG” i normy EN 61331-3:2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim – Część 3: Odzież ochronna, osłony oczu i osłony ochronne pacjenta” ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 4 – okulary ochronne ww. asortymentu.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 czapkę ochronną spełniające wymagania rozporządzenia 2016/425 „Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG” i normy EN 61331-3:2014 „Urządzenia ochronne przed medycznym

diagnostycznym promieniowaniem rentgenowskim – Część 3: Odzież ochronna, osłony oczu i osłony ochronne pacjenta” ? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 5 – Czapka ochronna ww. asortymentu.

**Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
dr n. med. Anita Świętochowska**