



SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2022

Łomża dnia 21.11.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, **na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2022.**

Informacja

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 83
oraz powtórzeniu czynności badania ofert złożonych w Pakiecie 83

Zamawiający informuje, że w dniu 15.11.2022 r. Wykonawca Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław, przesłał Zamawiającemu zastrzeżenia dotyczące dokonanej przez Zamawiającego w dniu 10.11.2022 r. czynności wyboru jako najkorzystniejszej w Pakiecie 83, oferty złożonej przez Wykonawcę EP-P Sp. z o.o. Sp. kom., ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława.

W załączeniu, Zamawiający przekazuje kopię pisma Wykonawcy Varimed Sp. z o.o.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że **unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie 83 oraz powtarza czynność badania ofert złożonych w Pakiecie 83.**

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk

Wrocław, dnia 15.11.2022r.

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

- **Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2022**

*WNIOSEK O COFNIĘCIE CZYNNOŚCI WYBORU I PONOWNE BADANIE OFERT
W ZAKRESIE PAKIETU NR 83*

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

W odpowiedzi na opublikowaną w dniu 10.11.2022r., przez Zamawiającego dokumentację z postępowania (informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty), traktującą o wyborze oferty EP-P Sp. z o. o. Sp. kom. (dalej EP-P) w pakiecie nr 83 wnioskujemy zgodnie z poniższym.

Zamawiający dokonując wyboru w swym uzasadnieniu powołał się na art. 239 ust. 1 ustawy zgodnie z zasadą wyboru w oparciu o kryteria oceny ustalone dla przedmiotowego zamówienia publicznego i określone w dokumentach postępowania (cena-60%, termin dostawy 40%).

W tym miejscu nadmieniamy, że firma Varimed Sp. z o. o., która w ślad za otwarciem ofert zwróciła się z prośbą do Zamawiającego udostępnienie oferty EP-P wskazała, że zaoferowane akcesoria nie spełniają wymagań SWZ. Wynika to wprost z załączonych do oferty materiałów informacyjnych wskazujących parametry asortymentu.

Wnioskowaliśmy o wnikliwą ocenę i badanie oferty w związku ze wskazaną niezgodnością i przedstawioną w piśmie argumentacją.

Nie mamy wiedzy jakich czynności dokonał w związku z tym Zamawiający ale wybór oferty godzi w zasady pzp oraz nasz interes prawny polegający na uzyskaniu zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Oferta nie może być niezgodna z warunkami zamówienia, które należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp. Zatem obligatoryjną podstawą do odrzucenia jest niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia, która polega również na sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób nieodpowiadający wymaganiom Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, sposobu jego realizacji etc. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej procedurze, gdzie doszło do wyboru oferty, której zaoferowany asortyment nie odpowiada warunkom i wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Chcemy ponadto podkreślić, że Zamawiający przedmiot zamówienia określił w sposób precyzyjny i jednoznaczny, a dobór akcesoriów charakteryzujących się określonymi parametrami stanowił obowiązek po stronie Wykonawcy czemu firma EP-P nie sprostała.

W związku z powyższym Zamawiający w toku badania winien (przy założeniu wystąpienia wątpliwości co do jednoznacznego stwierdzenia o zgodności lub niezgodności oferty z warunkami zamówienia) wezwać do ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień a jeśli te nie potwierdziłyby poprawności, ważności oferty odrzucić ją w myśl obowiązujących przepisów.

Mając na uwadze przedstawione stanowisko oraz pismo traktujące o przesłance do odrzucenia, którą wskazaliśmy w piśmie z dnia 01.08.2022r., skierowanym do Zamawiającego wnioskujemy o:

- cofnięcie czynności wyboru oferty firmy EP-P
- ponowne badanie złożonych ofert z uwzględnieniem niniejszego wniosku
- wybór oferty najkorzystniejszej w myśl ujętych w SWZ kryteriów
- niezwłocznie udostępnienie protokołu z postępowania, o którym mowa w art. 74 ustawy pzp wraz z załącznikami

REASUMUJĄC:

Wnioskujemy zgodnie z powyższym i zwracamy się z prośbą o niezwłoczną odpowiedź na złożone pismo, gdyż z uwagi na dokonanie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej rozpoczęły swój bieg terminy na ewentualne skorzystanie ze środków ochrony prawnej.

Załączniki:

- pismo z dnia 01.08.2022r.
- katalog przedłożony wraz z ofertą przez firmę EP-P a potwierdzający niezgodność parametrów z wymogami SWZ

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Wioletta Kanicka
Data: 2022.11.16 08:26:10 CET

Wrocław, 01.08.2022

Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

WNIOSEK DO ZAMAWIAJĄCEGO O WERYFIKACJĘ ZŁOŻONYCH OFERT

Dotyczy przetargu nieograniczonego na **dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku.**

Firma Varimed Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki 115 / 4U, po dokonanej analizie złożonych ofert, dokumentacji ofertowej (wymagania sprzętu) w połączeniu z odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi w trakcie toczącej się procedury, informujemy, że:

Oferta złożona przez firmę:

EP-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława, w zakresie pakietu 83 winna podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż Zamawiający w tym pakiecie wymaga następujących parametrów:

Pozycja 4:

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do gastrokopii- (długość 1550 mm), - łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; - łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; - teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; minimalna, średnica kanału roboczego 2,8 mm; - pakowane oddzielnie w sterylne pakiety.

Zamawiający odpowiedziami dopuścił dodatkowo:

Pytanie 385 Dotyczy Pakietu nr 83 – poz. 4 Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do kolonoskopii, (**długość 1600 mm**) łyżeczki owalne z okienkiem z igłą i bez igły, łyżeczki standardowe; średnica szczęk 2,3mm, powlekane na całej długości, **szerokość otwarcia szczęk 6,9mm**, , długość samych szczęk ok. 4 mm, pakowane oddzielnie w sterylne pakiety? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z informacji zawartych w karcie katalogowej dostarczonej z oferty EP-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wynika, że zostały zaoferowane szczypce biopsyjne jednorazowego użytku do kolonoskopii, (**długość 1600 mm**) i szerokości otwarcia łopatek (szczęk) **8mm**; co jest niezgodne z pierwotnymi wymaganiami SWZ oraz parametrami dopuszczonymi odpowiedziami Zamawiającego (Zamawiający dopuścił szczypce o konkretnych parametrach).

REASUMUJĄC:

Zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- to właśnie z taką sytuacją spotykamy się w przedmiotowym postępowaniu.

Zgodnie z orzecznictwem przytoczony artykuł określa katalog zamkniętych przesłanek, których zaistnienie skutkuje odrzuceniem oferty. Przepis ma charakter obligatoryjny- co oznacza, że zaistnienie chociażby jednej sytuacji/ przesłanki w nim wskazanej MUSI skutkować odrzuceniem oferty.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wnikliwe badanie i ocenę złożonych ofert zarówno pod względem formalnej strony oferty jak i jej merytorycznej zawartości uwzględnieniem argumentacji wskazanej w niniejszym wniosku.

Aktualne orzecznictwo stoi na stanowisku, że oferta nieodpowiadająca treści SWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie niż określają to warunki SWZ. Odmienność ta powinna przejawiać się przede wszystkim w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji.



W związku z przedstawioną argumentacją podtrzymujemy przedstawione stanowisko i wnioskujemy o odrzucenie oferty firm: EP-P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w zakresie wyżej wymienionych pozycji jako nieodpowiadających treści SWZ zgodnie z brzmieniem prawa.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Wioletta Kanička

Data: 2022.08.01 10:54:52 CEST

Standardowe szczypce biopsyjne STAMPING JAW  

Precyzyjna i bezpieczna biopsja

ŁYŻKI OWALNE / PE POWŁOKA

Charakterystyka

☐ Łyżki owalne typu Stamping Jaw wykonane ze stali nierdzewnej: uchyłne - gwarantujące biopsję styczną;

z okienkami - umożliwiając pobranie większej objętości tkanki;

☐ Rozwarcie łopatek do 8 mm

☐ Zintegrowany uchwyt

☐ Pakowane indywidualnie - sterylne, oznaczenie kolorystyczne na opakowaniu w zależności od obszaru zastosowania szczypiec,

3 etykiety samoprzylepne z nr katalogowym, nr serii, datą ważności, danymi producenta / dystrybutora

Podpis jest prawidłowy

Deklaracja podana przez
MARGORZATĘ WĘSIUK; EP-P SP.
Z O.O. SK
Data: 2022.06.23 21:54:35 CEST



Średnica zewnętrzna	Długość robocza	Długość łopatek	Pojemność łopatek	Ilość szt w opakowaniu	Numer katalogowy	
					Bez igły	Z igłą
Do gastroskopów i kolonoskopów z kanałem roboczym o średnicy od 2.5 mm						
2.3 mm	160 cm	4mm	10,74 m ³	10	BF11-ECO-S-23-160-SU	BF12-ECO-S-23-160-SU
2.3 mm	180 cm	4mm	10,74 m ³	10	BF11-ECO-S-23-180-SU	BF12-ECO-S-23-180-SU
2.3 mm	230 cm	4mm	10,74 m ³	10	BF11-ECO-S-23-230-SU	BF12-ECO-S-23-230-SU

Inne długości dostępne na życzenie

Producent: Yangzhou Fartley Medical Instrument Technology Co., Ltd.

