

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210

e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/20/2020

03 kwietnia 2020 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do leczenia dyskopatii dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej *ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

**Dotyczy Pakietu 2**

Czy Zamawiający dopuści implant o poniższych parametrach:

**Klatka szyjna ze śrubami :**

- klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK,
- śruby wykonane z tytanu,
- klatki dostępne w dwóch rozmiarach podstawy (15mm x 12mm i 17mm x 14mm),
- klatki dostępne w 6 wysokościach (od 5mm do 10mm co 1mm) i dwóch kątach nachylenia (0 i 6 stopni)
- śruby samowierzące i samogwintujące, ze specjalnym gwintem do części korowej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (11mm, 13mm, 15mm)

KOMPLET: 1 klatka, 1 opakowanie śrub (dwie sztuki w opakowaniu) lub

dwie śruby rewizyjne

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy Pakietu 4**

Czy Zamawiający dopuści implant o poniższych parametrach:

**Stabilizacja międzywyrostkowa**

- elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych,
- w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzania więzadła tylnego,
- wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm,
- mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek,
- budowa jednoelementowa,
- symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa,
- implant dostarczany w sterylnym opakowaniu,
- w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych,
- materiał części nośnej implantu: silikon

KOMPLET: 1 implant międzytrzonowy

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

p.o. Dyrektora  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
*Jacek Roleder*