

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 266 – Sekcja zamówień publicznych  
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/46/2017

1.06.2017r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia Apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/46/2017

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Pakiet 2 Komora laminarna

Czy zamawiający zaakceptuje komorę o głębokości wewnętrznej 600 mm?

Czy zamawiający zaakceptuje komorę o szerokości wewnętrznej 1200 mm?

Oferent wpisał konkretne wymiary bez informacji w jakim zakresie zaakceptuje powyższe wymiary.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane wymiary.**

**Pytanie 2**

Pakiet 2 Komora laminarna

Czy prędkość wentylatora może być regulowana elektronicznie za pomocą dostępnego panelu kontrolno – sterowniczego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Pakiet 2 Komora laminarna

Jak powinien wyglądać pręt ze stali do zawieszania worków? Proszę o dokładniejszy opis.

**Odpowiedź: Pręt stalowy powinien pozwalać na zawieszenie, maksymalnie wysoko w tylnej części komory, dużych worków żywnościowych o pojemności ok. 3 litrów.**

**Pytanie 4**

Pakiet 3 Komora laminarna

Czy zamawiający zaakceptuje komorę o głębokości wewnętrznej 600 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Pakiet 3 Komora laminarna

Czy zamawiający zaakceptuje komorę o szerokości wewnętrznej 1500 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Pakiet 3 Komora laminarna

Czy prędkość wentylatora może być regulowana elektronicznie za pomocą dostępnego panelu kontrolno – sterowniczego?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Pakiet 3 Komora laminarna

Jak powinien wyglądać pręt ze stali do zawieszania worków? Proszę o dokładniejszy opis.

**Odpowiedź: Pręt stalowy powinien pozwalać na zawieszenie, maksymalnie wysoko w tylnej części komory, dużych worków żywnościowych o pojemności ok. 3 litrów.**

**Pytanie 8**

Dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zakres ustawiania temperatury wewnętrznej od + 2 do +15 st. C z dokładnością do 0,1 st. C?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

Dotyczy pakietu nr 9:

Zamawiający wymaga: "ilość półek 5" i jednocześnie "ilość organizatorów 2 +1 półka". Zapis ten nie jest jasny - prosimy o wyjaśnienie jaka ma być ilość półek oraz ilość organizatorów (szuflad) w każdej chłodziarce.

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje: ilość półek 6 ilość szuflad 2 sztuki.**

**Pytanie 10**

Dotyczy pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza wymiary (S x G x W) 600 x 650 x 1640 cm oraz głębokość przy otwartych drzwiach 1250 mm?.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

Pakiet 9 – Witryna chłodnicza apteczna – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o wymiarach 600x660x1450 mm (szer. x gł. x wys.), głębokość przy otwartych drzwiach 1110 mm? Zaproponowana witryna spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

Pakiet 9 – Witryna chłodnicza apteczna – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści witrynę chłodniczą o pojemności 320 litrów oraz wymiarach 600x660x1730 mm (szer. x gł. x wys.), głębokość przy otwartych drzwiach 1160 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13**

Pakiet nr 5 - śluzy materiałowe

Dot. Załącznika nr 1 do SIWZ (Zestawienie parametrów) – pkt. 10

Zamawiający określa „kierunek otwierania drzwi z lewej na prawą”.

Prosimy o sprecyzowanie, od strony którego pomieszczenia (to jest czy od strony pomieszczenia o niższej klasie czystości czy od strony boksu jałowego) jest określony wymagany kierunek.

Jest to bardzo istotne, gdyż w służbie, którą będziemy oferować jej strona „czysta” różni się od strony „brudnej”, i dla określenia właściwej wersji służby potrzebna jest informacja o kierunku otwierania drzwi po stronie pomieszczenia „brudnego” (a nie boksu jałowego).

**Odpowiedź:**

Zamawiający określa kierunek otwierania się drzwi od służb materiałowych.

Śluza materiałowa 1

Strona brudna – pomieszczenie 1/9 – drzwi lewe (otwierane z prawej strony do lewej, zawiasy po lewej stronie.)

Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/5 – drzwi lewe (otwierane z prawej strony do lewej, zawiasy po lewej stronie.)

Śluza materiałowa 2

Strona brudna – pomieszczenie 1/8 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.)

Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/5 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.)

Śluza materiałowa 3

Strona brudna – pomieszczenie 1/22 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.)

Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/24 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.)

Śluza materiałowa 4

Strona brudna – pomieszczenie 1/25 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.)

Strona boksu jałowego – pomieszczenie 1/24 – drzwi prawe (otwierane z lewej strony do prawej, zawiasy po prawej stronie.)

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści dostawę służb bez konieczności ich instalacji?

Instalacja służby materiałowej z niezależnym systemem wentylacji pomieszczenia wymaga osadzenia przygotowanym przez Zamawiającego otworze i powinna być wykonana przez ekipę techniczną (murarską) przygotowującą pomieszczenia pracowni.

**Odpowiedź: Zamawiający, nie dopuszcza.**

**Pytanie 15 dot. Pakietu 2** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1320 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16 dot. Pakietu 2** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o głębokości wewnętrznej 490 mm?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 17 dot. Pakietu 2** Czy Zamawiający dopuści pionowy, laminarny przepływ powietrza z prędkością roboczą regulowaną w zakresie 0,30 - 0,35m/s?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 18 dot. Pakietu 2** Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 19 dot. Pakietu 3** Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1625 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 20 dot. Pakietu 3** Czy Zamawiający dopuści pionowy, laminarny przepływ powietrza z prędkością roboczą regulowaną w zakresie 0,30 - 0,35m/s?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 21 dot. Pakietu 3** Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 dot. Pakietu 5** Czy Zamawiający dopuści termin dostawy 6 tygodni od daty podpisania umowy? Uzasadnienie: śluzy wykonywane są indywidualnie na zamówienie Klienta, stąd czas realizacji 7 dni nie jest możliwy do wykonania.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 23 dot. Pakietu 5** Prosimy o sprecyzowanie pomiędzy jakimi klasami czystości będą pracowały śluzy materiałowe.

**Odpowiedź: Śluzy materiałowe będą pracowały klasą czystości B – boks aseptyczny oraz klasą czystości D - postępowanie z produktami po myciu, przed podaniem do boksu.**

**Pytanie 24 dot. Pakietu 5** Czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie „Brak możliwości równoczesnego otwarcia obu drzwi z dodatkowym zabezpieczeniem mechanicznym w przypadku przerwy w dopływie prądu” ? Uzasadnienie: wymaganie dotyczy tego, że drzwi okien podawczych muszą posiadać dodatkowy rygiel mechaniczny, który w momencie braku zasilania będzie je rozblokowywał. Według producenta takie rozwiązanie jest nieergonomiczne ze względu na konieczność przy każdym otwieraniu drzwi nawet przy włączonym zasilaniu wciskania przycisku rozblokowywania rygla mechanicznego, a co za tym idzie użytkownik będzie miał zajęte obie ręce.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 25 dot. Pakietu 5** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie śluz materiałowych o wymiarach wewnętrznych komory 500 x 500 x 500 (szerokość x wysokość x głębokość mm) i gabarytach zewnętrznych 670 x 1038 x 593 (szerokość x wysokość x głębokość mm)? Uzasadnienie: Podane wymiary zewnętrzne są to minimalne możliwe wymiary przy zachowaniu podanej wielkości komory roboczej i zastosowaniu wymaganego wyposażenia (filtry, wentylacja itp.)

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 26 dot. Pakietu 6** Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie wykonania dostawy izolatora - urządzenia służącego do badania lub przygotowywania sterylnych farmaceutyków i pełniącego funkcję analogiczną do komory laminarnej do przygotowywania cytostatyków, czyli ochrony Operatora oraz produktu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści potwierdzenie wykonania dostawy izolatora.**

**Pytanie 27 dot. Pakietu 6** Czy Zamawiający dopuści włączanie, wyłączanie, przełączanie za pomocą przycisków z panelu sterowania?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza włączanie, wyłączanie, przełączanie za pomocą przycisków z panelu sterowania.**

**Pytanie 28 dot. Pakietu 6** Czy Zamawiający dopuści komorę bez kodowania numerycznego dla pracowników? Uzasadnienie: Takie rozwiązanie limituje liczbę użytkowników komory i w przypadku większej ilości pracowników niż limit producenta sprawia trudności organizacyjne.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści komorę bez kodowania numerycznego dla pracowników, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.**

**Pytanie 29 dot. Pakietu 6** Czy Zamawiający dopuści brak wyświetlania na wyświetlaczu temperatury i wilgotności w przestrzeni roboczej? Uzasadnienie: to wymaganie sugeruje rozwiązanie, które w ofercie posiada tylko jeden producent komór laminarnych do cytostatyków.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści brak wyświetlania na wyświetlaczu temperatury i wilgotności w przestrzeni roboczej, z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.**

Zamawiający wyjaśnia, iż na pozostałe pytania odpowiedź zostanie udzielona w terminie późniejszym oraz informuje o zmianie **Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zw. dalej SIWZ w zakresie miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert (Część 13 SIWZ):**

Pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w zaklejonej nieprzezroczystej kopercie, w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża do dnia: **8.06.2017r. do godz. 10.00. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.05.** Decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego.”

Pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Publiczne otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. **8.06.2017r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej (pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża.**”

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje brzmienie:

**„TERMIN SKŁADANIA OFERT: 8.06.2017r. godz. 10.00**

**TERMIN OTWARCIA OFERT: 8.06.2017r. godz. 10.30”**

oraz zapis punktu 12.13 SIWZ otrzymuje brzmienie: Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane Wykonawcy (adres, tel., e-mail do korespondencji) oraz w napis:

Oferta na:  
**dostawę i montaż wyposażenia apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/46/2017**  
**Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 8.06.2017 r. godz. 10.30**

1.

Jednocześnie na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy w celu ewentualnego odesłania jej bez otwierania w przypadku opóźnienia.

Z- ca DYREKTORA  
ds. Lecznictwa  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
lek. med. Hanna Majewska - Dąbrowska