

Łomża, dnia 6 czerwca 2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”

Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/44/2023

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy części 1

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań, który posiada szerokość leża 605 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań, który posiada elektrycznie regulowany segment oparcia pleców w zakresie 0-75°?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań, który posiada siedzisko regulowane za pomocą silnika elektrycznego w zakresie 530 do 970 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań, który posiada podłokietniki regulowane w 3 płaszczyznach zamiast w dwóch? Fotel, który chcemy zaoferować posiada regulację podłokietników na boki oraz góra/dół oraz regulację w płaszczyźnie horyzontalnej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań, którego całkowita szerokość wynosi 950 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.
6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań, który posiada podnózek o wymiarach szerokość 540 mm długość 220mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający może doprecyzować czy w pkt. 9 specyfikacji pisząc wymiary podnóżka: szerokość 600, długość 400 mm miał na myśli segment podudzia czy podnózek o takich wymiarach?
Odpowiedź: Podnózek o takich wymiarach.
8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań, którego podstawa ma wymiary 670 x 990 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. Czy Zamawiający będzie wymagał fotela do pobrań, który będzie regulowany za pomocą 4 niezależnych silników elektrycznych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 Ustawy, Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dyrektor
Jarosław Pokoleńczuk