

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży**  
**Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża**  
**SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 314 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

**Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/37/2019**

**22.11. 2019 r.**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę obłóżek operacyjnych, osłon oraz odzieży operacyjnej jednorazowego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/ 01/ 37/2019.*

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.**

**Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonę na przewody w rozmiarze 14 x 250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 2.**

**Pakiet 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw PCNL o poniższym opisie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta o wymiarach 180cm x 300cm, z otworem 15x20cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany zbiornik w kształcie trójkąta do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szybownik) oraz zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka, dwa zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
- Materiał 3 warstwowy, gramatura min. 73g/m<sup>2</sup>
- Na opakowaniu 4 naklejki do dokumentacji medycznej.


**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3.**

**Pakiet 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o poniższym opisie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 100 x 150cm;
- 2 osłony na kończynę 75 x 120cm;
- 1 serweta o wymiarach 80cm x 120cm, z owalnym otworem 9cm x 15cm samoprzylepnym (szerokość taśmy przylepnej min. 3 cm)
- Laminat o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup>?
- Na opakowaniu 4 naklejki do dokumentacji medycznej.



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4.**

**Pakiet 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższym opisie:

Fartuch operacyjny sterylny M – XL,

- pakowany pojedynczo,
- przód i rękawy wzmocnione laminatem o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> (łącznie gramatura 75g/m<sup>2</sup>)
- reszta fartucha wykonana z włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>,
- rękaw zakończony mankietem o szer. 8 cm.
- na opakowaniu indywidualnym 3 naklejki do dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 5.**

**Pakiet 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższym opisie:

Fartuch chirurgiczny, wzmocniony, sterylny.

- przód fartucha i rękawy wzmocnione laminat – łączna gramatura włókniny podstawowej oraz wzmocnienia 75 g/m<sup>2</sup>,
- Fartucha wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMMMS, przepuszczającej powietrze, o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>,
- rękaw fartucha wykończony mankietem opinającym nadgarstek, szerokość mankieta min. 8 cm,
- wiązanie powinno znajdować się z tyłu fartucha,

Rozmiar: M - XXL

- Wyrób zgodny z normą EN 13 795: 1,2,3.
- na opakowaniu indywidualnym 3 naklejki do dokumentacji medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 6.**

**Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m<sup>2</sup> z nieprzemakalnymi foliowymi wstawkami w części przedniej i w rękawach.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>, przy zachowaniu wymaganej gramatury w części przedniej fartucha i w rękawach oraz pozostałych wymagań SIWZ.**

**Pytanie 7.**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 200cm z przylepcem, wykonaną laminatu o gramaturze min. 56g/m<sup>2</sup>, przylepiec na dłuższym boku. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 8.**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze min. 56 g/m<sup>2</sup>, przylepiec na dłuższym boku. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 9.**

**Pakiet 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 2 x 15cm x 30cm z jednym przylepcem?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 10.**

**Pakiet 7, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na nogi pacjenta w rozmiarze 80cm x 35cm wykonaną materiału dwuwarstwowego (laminat) o gramaturze min. 43g/m<sup>2</sup>?"

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 11.**

**Pakiet 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pod pośladki o poniższym opisie

- Sterylny, jednorazowego użytku
- Materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni
- Opakowanie zewnętrzne typu folia-papier
- Cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie
- Gramatura 62g/m<sup>2</sup>
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta o wymiarach 100cm x 110cm, ze zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (szytwnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę lepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 12.**

**Pakiet 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu o gramaturze min. 40g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 13.**

**Pakiet 8, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180cm x 80cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 14.**

**Pakiet 13, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 16cm x 200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 15.**

**Pakiet 15, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę w rozmiarze 85 x 85, bez taśmy lepnej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 16.**

**Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną o poniższym opisie:

Serweta okulistyczna:

- rozmiar całkowity 140 cm x 150 cm,
- z folią na nacięciu w rozmiarze 9 cm x 11cm
- z 2 torebkami do zbierania płynów w rozmiarze 27 cm x 27 cm, o pojemności min. 500 ml, umieszczonymi po obu stronach otworu.
- sterylna,
- jednorazowego użytku,
- pakowana pojedynczo,
- serweta wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego (warstwa chłonna wykonana z włókniyny polipropylenowej oraz folia PE, o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup>),
- na opakowaniach dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy,
- produkt zgodny z normą EN 13795: 1,2,3.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 17.**

**Pakiet 18, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o poniższym opisie:

Fartuch chirurgiczny, sterylny, j.u., pakowany pojedynczo:

- fartuch w całości wykonany z włókniyny pięciowarstwowej typu SMMMS o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>,
- rękaw fartucha wykończony mankietem opinającym nadgarstek (szerokość mankieta 7 - 8 cm),
- fartuch zapinany przy szyi na rzep, tylne poły zakładane,
- wiązanie powinno znajdować się z tyłu fartucha,
- pakowany bez serwety,
- rozmiary M-XXL
- Wyrób zgodny z normą EN 13 795: 1,2,3,
- na opakowaniach dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy,

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 18.**

**Pakiet 20, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 266 op. a' 50 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.**

**Pytanie 19.**

**Pakiet 20, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 50 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości tj. 1138 op. a' 50 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.**

**Pytanie 20.**

**Pakiet 21, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w woreczek foliowy a' 100 szt.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 21.**

**Pakiet 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75cm x 100cm z otworem 6 x 8cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 22.**

**Pakiet 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 180cm z otworem 5 x 7cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 23.**

**Pakiet 26 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana o poniższym opisie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 35 x 80cm;
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta 100 x 150cm;
- 1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) 15 x 250 cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm z otworem, otoczonym łąką chłonną, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szywnik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów
- Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego, chłonnego na całej powierzchni o gramaturze min. 62g/m<sup>2</sup>
- Osłona na stolik mayo wykonana z folii PE wzmocniona w części roboczej laminatem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 24.**

**Pakiet 29 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 8cm x 120cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 25.**

**Dotyczy pakiet nr 18, poz. 1.**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny j.u. z włókniny czterowarstwowej? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 26.**

**Dotyczy treści SIWZ.**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.**

**Pytanie 27.**

**Pakiet 1 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kamerę o wymiarach 15 x 250 cm zakończonej pierścieniem do zamocowania na przewodzie, z foliową taśmą lepłą na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 28.**

**Pakiet 2 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na aparaturę RTG w kształcie worka o wymiarach 80 x 145 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 29.**

**Pakiet 5 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha posiadającego nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, gramatura wzmocnień na rękawach 40,5 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 30.**

**Pakiet 10 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej przyjaznej dla skóry w rozmiarze całkowitym 40 x 42 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 31.**

**Pakiet 10 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej przyjaznej dla skóry o rozmiarze powierzchni klejącej 30 x 20 cm? Opakowanie nie posiada samoprzylepnych naklejek.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powierzchnie klejącą 30 x 20 cm z zachowaniem rozmiaru całkowitego folii. Zamawiający nie wyraża zgody na brak samoprzylepnych naklejek. W tym zakresie podtrzymuje również wymagania SIWZ.**

**Pytanie 32.**

**Pakiet 14 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni na narzędzia chirurgiczne 1- komorowa o wymiarach 38 x 40 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 33.**

**Pakiet 15 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 80 cm x 90 cm, który jest wykonany z folii PE o grubości 0,05 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 34.**

**Pakiet 15 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w kształcie kuli o średnicy 90 cm, który jest wykonany z folii PE o grubości 0,05 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 35.**

**Pakiet 18 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne w których rękaw zakończony jest mankietem o szerokości min. 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 36.**

**Pakiet 22 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne w rozmiarach S-XXL? Komplet pakowany w opakowanie foliowe. Na opakowaniu zbiorczym etykieta zawierająca nazwę wyrobu, numer katalogowy oraz nazwę wytwórcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 37.**

**Pakiet 26 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 38.**

**dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie nr 1 osłony na przewody o wymiarach 15x250cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 39.**

**dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie nr 2 foliowej osłony na sprzęt medyczny, sterylnej, wykonanej z folii polietylenowej, pakowanej pojedynczo o średnicy 140 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 40.**

**dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do porodu, sterylny.

- serweta 120cm x 75cm - 1 szt.

- serweta 150cm x 90cm - 1 szt.
  - serweta z włókniny typu Spunlace 56x75cm – 1 szt.
  - serwetki celulozowe 25 cm x 21 cm - 6 szt.
  - podkład higieniczny 60 cm x 60 cm - 1 szt. , 90 cm x 60 cm - 1 szt.
- Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>.
- Podkład higieniczny 60 cm x 60 cm- wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową folią, chłonność 520 g(wg normy ISO 11948-1)
- Podkład higieniczny 90 cm x 60 cm- wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową folią, chłonność 815g (wg normy ISO 11948-1).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 41.**

**dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cesarskiego cięcia, sterylny.

- serweta 180/250 x 330 w kształcie litery T, z otworem 36 cm x 36 cm wypełnionym folią chirurgiczną z otworem 18x16cm, z workiem na - 1 szt.(2 porty do ssaka, min. 4 organizatory przewodów).
- serweta do owinięcia dziecka 75x120cm – 1szt
- serweta na stolik Mayo 145cm x 79cm-1szt.
- serweta na stół operacyjny 190cm x 150cm - 1szt,
- serwetki do osuszania rąk-4 szt.
- taśma przylepna 9x50cm – 1szt

Serweta operacyjna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> .

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 42.**

**dotyczy Pakietu nr 4 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do artroskopii kolana, sterylny.

- serweta 320 cm x 230 cm z dwoma otworami elastycznymi o średnicy 5 cm i workiem do zbierania płynów z filtrem i portem do odsysania- 1 szt.
- pokrowiec na nogę 75cm x 22cm - 1 szt.
- serweta na stolik Mayo 145cm x 79 cm - 1 szt.
- serweta na stół operacyjny 190 cm x 150 cm - 1 szt.
- taśmy medyczne samoprzylepne 50cm x 9 cm - 2szt.
- serwetki do osuszania rąk - 4 szt.

Serweta operacyjna wykonana z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>. Pokrowiec na nogę wykonany na zewnątrz z elastycznego nieprzemakalnego materiału podobnego do neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy elastycznej PES

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 43.**

**dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet uniwersalnych, sterylny.

- serweta 240 cm x 150 cm z przylepcem i dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 15x50 cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- serweta 180 cm x 180 cm z przylepcem i dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 15x50 cm i organizatorami przewodów - 1 szt.



- serweta 90 cm x 75cm z przylepcem i dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 15x50 cm i organizatorami przewodów - 2 szt.
  - serweta na stolik Mayo 145 cm x 79cm - 1 szt.
  - serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm - 1 szt.
  - serwetki do osuszania rąk - 4 szt.
  - taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 9 cm - 1 szt.
- Serwety operacyjne wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m2 ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze całkowitej 140 g/m2.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 44.**

**dotyczy Pakietu nr 4 poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 4 niżej opisanego zestawu, dostarczanego obecnie do Państwa Placówki, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń?

Zestaw serwet uniwersalnych, sterylne.

- serweta 240cm x 150cm z przylepcem i dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 15x50cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- serweta 180cm x 180cm z przylepcem i dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 15x50cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- serweta 90cm x 75cm z przylepcem i dodatkową warstwą chłonną w rozmiarze 15x50cm i organizatorami przewodów -2 szt.
- serweta na stolik Mayo 145 cm x 79cm - 1 szt.
- serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm - 1 szt.
- serwetki do osuszania rąk - 4 szt.
- taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 9cm - 1 szt.

Serwety operacyjne wykonane z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75 g/m2 ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze całkowitej 155 g/m2.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 45.**

**dotyczy Pakietu nr 4 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 5 niżej opisanego zestawu, dostarczanego obecnie do Państwa Placówki, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń?

Zestaw do operacji stawu biodrowego, sterylne.

- serweta 260cm x 230 cm z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem( wymiary wycięcia 20 cm x 85 cm) z dodatkową łąką chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- serweta z przylepcem 300cm x 150-180 cm dodatkową łąką chłonną 50x15cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- pokrowiec na nogę 120cm x 36cm - 1 szt.
- serweta nieprzylepna 100x150cm
- serweta na stolik Mayo 145 cm x 79 cm - 1 szt.
- serweta na stół do instrumentarium 190cm x 150 cm - 1 szt.
- taśma medyczna samoprzylepna 50cm x 9 cm – 2 szt.

Serwety operacyjne i pokrowiec wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m2. Serweta główna i serwet przylepna z dodatkową łąką chłonną o całkowitej gramaturze w strefie krytycznej 140g/m2

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 46.****dotyczy Pakietu nr 4 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 6 niżej opisanego zestawu, dostarczanego obecnie do Państwa Placówki, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń?

Zestaw do operacji stawu barkowego, sterylne.

- serweta 260cm x 230 cm z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem( wymiary wycięcia 20 cm x 85 cm) z dodatkową łata chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- serweta z przylepcem 300cm x 150 cm dodatkową łata chłonną 50x15cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- pokrowiec na kończynę 120cm x 36cm - 1 szt.
- serweta nieprzylepna 100x150cm
- serweta na stolik Mayo 145 cm x 79 cm - 1 szt.
- serweta na stół do instrumentarium 190cm x 150 cm - 1 szt.
- taśma medyczna samoprzylepna 50cm x 9 cm – 2 szt.

Serwety operacyjne i pokrowiec wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Serweta główna i serwet przylepna z dodatkową łata chłonną o całkowitej gramaturze w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 47.****dotyczy Pakietu nr 4 poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 6 niżej opisanego zestawu, dostarczanego obecnie do Państwa Placówki, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń?

Zestaw do operacji stawu barkowego, sterylne.

- serweta 260cm x 230 cm z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem( wymiary wycięcia 20 cm x 85 cm) z dodatkową łata chłonną 50x100cm i organizatorami przewodów - 1 szt.
- serweta z przylepcem 180cm x 150 cm - 2 szt.
- pokrowiec na kończynę 25x80cm - 1 szt.
- serweta na stolik Mayo 145 cm x 78 cm - 1 szt.
- serweta na stół do instrumentarium 190cm x 150 cm - 1 szt.
- taśma medyczna samoprzylepna 50cm x 9 cm – 1 szt.
- serwetki do osuszania rąk – 2 szt.

Serwety operacyjne i pokrowiec wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>. Serweta główna z dodatkową łata chłonną o całkowitej gramaturze w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 48.****dotyczy Pakietu nr 4 poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 7 niżej opisanego zestawu, dostarczanego obecnie do Państwa Placówki, co do którego Zamawiający nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń?

Zestaw do operacji dłoni i stopy, sterylne.

- serweta 300cm x 230cm z elementem elastycznym i okrągłym otworem o średnicy 3,5 cm, otoczonym łata chłonną 75x80cm z organizatorami przewodów – 1 szt.
- serweta na stolik Mayo 145 cm x 79 cm – 1 szt.
- serweta na stół do instrumentarium 190x150 cm- 1 szt.
- serwetki do osuszania rąk - 4 szt.
- taśma przylepna – 2 szt.

Serweta operacyjna wykonana laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, z dodatkową łata chłonną o całkowitej gramaturze w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 49.****dotyczy Pakietu nr 4 poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 8 niżej opisanego zestawu?

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm)

1 serweta na stolik instrumentacyjny 150x190cm (owinięcie zestawu)

1 taśma przylepna 9x50cm

2 ręczniki chłonne 30x34cm

4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm

1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm) zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwowa) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywne boki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny (o grubości 80 mikronów) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta główna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujące kierunki aplikacji/rozłożenia serwety.

Serweta główna wykonana laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, z dodatkową łatą chłonną o całkowitej gramaturze w strefie krytycznej 140g/m<sup>2</sup>

Serwety przylepne 50x50cm wykonane z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 50.****dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych, sterylne.

- serweta z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem 230cm x 260cm ( wymiary wycięcia 85x10cm) - 1 szt.;

- serweta z przylepcem 240 cm x 150cm - 1 szt.;

- serweta z przylepcem 75cm x 90cm - 1 szt.;

- serweta na stolik Mayo 145 cm x 79cm – 1 szt.;

- serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm - 1 szt.;

- taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 9cm - 1 szt.;

- serwetki do osuszania rąk - 4 szt.;

Serwety operacyjne wykonane laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 51.****dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 10 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych, sterylne.

- serweta z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem 230cm x 260cm ( wymiary wycięcia 85x10cm) - 1 szt.;

- serweta z przylepcem 240 cm x 150cm - 1 szt.;

- serweta z przylepcem 75cm x 90cm - 1 szt.;

- serweta na stolik Mayo 145 cm x 79cm – 1 szt.;

- serweta na stół do instrumentarium 190 cm x 150 cm - 1 szt.;

- taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 9cm - 1 szt.;

- serwetki do osuszania rąk - 4 szt.;

Serwety operacyjne wykonane laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 52.**

**dotyczy Pakietu nr 4 (pozostałe wymagania)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniach zestawów zaoferowanych w zakresie pakietu nr 4 znajdowały się 4 naklejki samoprzylepne zawierające min. indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja dostawcy, a serweta na stolik Mayo była złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 53.**

**dotyczy Pakietu nr 4**

Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie pakietu nr 4 na pozycje? Ponadto pragniemy nadmienić, iż rozwiązania takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podział pakietu na pozycje. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 54.**

**dotyczy Pakietu nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniu znajdowały się 4 naklejki samoprzylepne zawierające min. indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja dostawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 55.**

**dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 poz. 1 folii chirurgicznej, z klejem akrylowym hypoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie odrywalnymi, nieprzylepnymi, o szerokości po 3,5 cm każdy. Folia operacyjna antystatyczna, matowa, nie odbijająca światła lampy operacyjnej, sterylna, j.u., pakowana pojedynczo, rozmiar całkowity 40x50cm, powierzchnia klejąca 38x50cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 56.**

**dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 10 poz. 2 folii chirurgicznej, z klejem akrylowym hypoalergicznym, do krótko i długotrwałych zabiegów operacyjnych. Folia z dwoma aplikatorami papierowymi, nie odrywalnymi, nieprzylepnymi, o szerokości po 3,5 cm każdy. Folia operacyjna antystatyczna, matowa, nie odbijająca światła lampy operacyjnej, sterylna, j.u., pakowana pojedynczo, rozmiar całkowity 45x20cm, powierzchnia klejąca 38x20cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 57.**

**dotyczy Pakietu nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 kieszeni samoprzylepnej dostarczanej obecnie do Państwa Placówki, wykonanej z przezroczystej folii PE z szeroką taśmą mocującą, jednokomorową,

wyposażoną w 0,5-centymetrową zakładkę z folii PE, która stanowi usztywnienie i pozwala na kształtowanie otworu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 58.**

**dotyczy Pakietu nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 pokrowca na aparaturę o średnicy 90cm, wykonanego z mocnej folii PE o grubości min. 40µm, ściągniętego wyjątkowo elastyczną gumką, umożliwiającą nałożenie na aparaturę, sterylnego, j.u., pakowanego pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 59.**

**dotyczy Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 niżej opisanej serwety okulistycznej?

Serweta okulistyczna:

- rozmiar całkowity 120 cm x 120 cm,
- z folią operacyjną z otworem w rozmiarze 9 cm x 7 cm,
- z torebką do zbierania płynów w rozmiarze 20 cm x 30 cm, o pojemności 500 ml,
- sterylna,
- jednorazowego użytku,
- pakowana pojedynczo,
- serweta wykonana na całej powierzchni z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>),
- na opakowaniach są dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 60.**

**dotyczy Pakietu nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 niżej opisanej serwety okulistycznej?

Serweta okulistyczna:

- rozmiar całkowity 150 cm x 150 cm,
- z folią operacyjną z otworem w rozmiarze 9 cm x 7 cm,
- z torebką do zbierania płynów w rozmiarze 20 cm x 30 cm, o pojemności 500 ml,
- sterylna,
- jednorazowego użytku,
- pakowana pojedynczo,
- serweta wykonana na całej powierzchni z materiału typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>),
- na opakowaniach są dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 61.**

**dotyczy Pakietu nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 niżej opisanego fartucha?

Fartuch chirurgiczny, sterylny, j.u., pakowany pojedynczo:

- fartuch w całości wykonany z włókniny pięciowarstwowej o gramaturze min. 35 g/m<sup>2</sup>,
- rękaw fartucha wykończony mankietem opinającym nadgarstek (szerokość mankieta 7 cm),
- fartuch zapinany przy szyi na rzep, tylne poły zakładane,
- wiązanie powinno znajdować się z tyłu fartucha,
- pakowany bez serwetki do osuszania rąk,
- rozmiary M, L, XL, XXL.

Pozostałe wymagania:

- na opakowaniach cztery samoprzylepne naklejki, zawierające następujące min. informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja dostawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 62.**

##### **dotyczy Pakietu nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 niżej opisanego fartucha?

Zestaw do wkluc podpażyczynówkowych, sterylny, j.u., pakowany pojedynczo.

1. serweta 75x90cm z otworem przylepnym 6x8cm
2. kompresy włókninowe 30g 4w, rozmiar 7,5cm x 7,5cm - 10 szt.;
3. Kleszczyki typu kocher – 1 szt.,
4. serweta rozmiar 50 cm x 60 cm – 1 szt. służąca jako zawinięcie zestawu).

Pozostałe wymagania:

- zestaw apakowany w rękaw papier-folia,
- serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>,
- na opakowaniach wymagane są dwie samoprzylepne naklejki, zawierające następujące informacje: indeks wyrobu, LOT, data ważności

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 63.**

##### **dotyczy Pakietu nr 24 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 poz. 1 serwety chirurgicznej dwuwarstwowej 120 x150cm, z otworem samoprzylepnym o średnicy 12cm, sterylnej, pakowanej pojedynczo z dwoma samoprzylepnymi naklejkami kontrolnymi

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 64.**

##### **dotyczy Pakietu nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 26 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji stawu kolanowego, sterylny.

- serweta z elastycznym otworem i uchwytem do mocowania kabli i drenów 230 cm x 300 cm, średnica 7 cm, z dodatkową łatą chłonną 75x80cm - 1szt.
- serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190cm - 1 szt.
- serweta na stolik Mayo 145 x 79 cm - 1 szt.
- pokrowiec na kończynę 36 cm x 65 cm - 1 szt.,
- taśma medyczna samoprzylepna 9 cm x 50 cm - 2 szt.,
- serwetki celulozowe 30,5x34 cm – 4 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 65.**

**dotyczy Pakietu nr 26**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 26 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji stawu kolanowego, sterylny.

- serweta z elastycznym otworem i uchwytem do mocowania kabli i drenów 230 cm x 300 cm, średnica 7 cm, z dodatkową łatą chłonną 50x100cm - 1szt.
- serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190cm - 1 szt.
- serweta na stół Mayo 145 x 79 cm - 1 szt.
- serweta bez przylepca 150x190cm
- pokrowiec na kończynę 36 cm x 65 cm- 1 szt.,
- taśma medyczna samoprzylepna 9 cm x 50 cm - 2 szt.,
- serwetki celulozowe 30,5x34 cm – 4 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 66.**

**dotyczy Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 28 osłony na przewody o wymiarach 8 x 120cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 67.**

**dotyczy Pakietu nr 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 28 osłony na przewody o wymiarach 15 x 250cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 68.**

**dotyczy pakiet 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie arkusza danych technicznych gotowego produktu potwierdzającego zgodność oferowanego wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 69.**

**dotyczy pakiet 5**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykończonego mankietem o długości min.6cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 70.**

**dotyczy pakiet 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie arkusza danych technicznych gotowego produktu potwierdzającego zgodność oferowanego wyrobu?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 71.**  
**dotyczy pakiet 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha wykończonego mankietem o długości min.6cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 72.**  
**dotyczy pakiet 18**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z włókniny typu SMMMS?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 73.**  
**dotyczy pakiet 21 poz.3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego j.u. wykonanego z chłonnej, przewodzącej włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 74.**  
**dotyczy pakiet 22**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych dostępnych w rozmiarach od S – XXXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 75.**  
**do wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: *„Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 lit. b) – d) następuje na uzasadniony, pisemny wniosek Strony występującej o wprowadzenie zmian. Uzasadnienie wniosku powinno być poparte dowodami, z których jednoznacznie będzie wynikać wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę. (...)”* W pozostałym zakresie bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 76.**  
**do wzoru umowy**

Wnosimy o dodanie do § 5 ust. 5 o następującej treści: *„W wyniku zmiany, o której mowa w ust. 2 li. a) cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 77.**  
**do wzoru umowy**

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § 5 ust. 6 o następującej treści: *„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”*

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie 78.**

**do wzoru umowy**

Wnosimy o zmianę § ust. 4 projektu umowy poprzez dopisanie do jego treści *in fine*: „Z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 79.**

**do wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację kar umownych w następujący sposób:

- a. W § 6 ust. 1 lit. a) projektu umowy kara umowna w wysokości **10% wartości niezrealizowanej części umowy.**
- b. § 6 ust. 1 lit. b) – c) projektu umowy kara umowna w wysokości 0,5% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie, wymianie Asortymentu na wolny od wad
- c. W § 6 ust. 1 lit d) projektu umowy kara umowna w wysokości 0,1% wartości umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 80.**

**do wzoru umowy**

Wnosimy o wykreślenie postanowienia § 6 ust. 2 projektu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 81.**

**do wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 lit. e) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści *in fin*: „jeśli dotyczy”

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 82.**

**do wzoru umowy**

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 3 lit f) projektu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 83.**

**do wzoru umowy**

Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8<sup>1</sup> ust. 3 lit. ab i b. projektu umowy terminu na realizację reklamacji jakościowej do 5 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 84.**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14 x 250 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 85.****Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górną z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolną z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 86 .****Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji litotrypsji przezskórnej o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem do zbiórki płynów
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz

włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m<sup>2</sup>.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>.

Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600% ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 87.****Pakiet 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
  - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
  - 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
  - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm
- + serweta 90x75cm pakowana osobno  
+ serweta na stolik Mayo pakowana osobno

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz

włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na

sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log<sub>10</sub>.

Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350%.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 88.****Pakiet 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o minimalnym składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm

Serweta na stół instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 108/95 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 45/30N. Odporność na penetrację płynów 188 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 350% ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 89.**

##### **Pakiet 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, posiadający nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura fartuch w miejscu wzmocnień 75g/m<sup>2</sup>), rękaw zakończony mankietem o szerokości 7,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

#### **Pytanie 90.**

##### **Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, posiadający nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i na rękawach o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura fartuch w miejscu wzmocnień 75g/m<sup>2</sup>), rękaw zakończony mankietem o szerokości 7,5cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

#### **Pytanie 91.**

##### **Pakiet 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 92.**

##### **Pakiet 7, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

#### **Pytanie 93.**

##### **Pakiet 7, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 94.**

##### **Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 95.**

**Pakiet 7, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści serwety z przylepcem na dłuższym boku?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 96.**

**Pakiet 7, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30 x 40cm samoprzylepną, wyposażoną w taśmę samoprzylepną umożliwiającą umocowanie kieszeni, wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 97.**

**Pakiet 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 98.**

**Pakiet 7, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączenia drenów o różnej średnicy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 99.**

**Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 45g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 100.**

**Pakiet 8, pozycja 1-2**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety zgodne były z normą EN PN 13795, gdyż przedmiotem zamówienia są serwety niesterylne, natomiast norma ta odnosi się do asortymentu sterylne stosowanego na bloku operacyjnym.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu zgodności z normą.**

**Pytanie 101.**

**Pakiet 10, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści folię wyposażoną w część nieprzylepną po obu stronach ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 102.**

**Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 40x42cm o powierzchni klejącej 40x35cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 103.**

**Pakiet 10, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 30x28cm o powierzchni klejącej 30x21cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 104.**

**Pakiet 10, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie nie posiadające samoprzylepnych naklejek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 105.**

**Pakiet 11, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści folię wyposażoną w część nieprzylepną po obu stronach ułatwiającą aseptyczną aplikację folii operacyjnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 106.**

**Pakiet 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 55x55cm o powierzchni klejącej 55x51cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 107.**

**Pakiet 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze całkowitym 30x40cm o powierzchni klejącej 30x36cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 108.**

**Pakiet 11, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie nie posiadające samoprzylepnych naklejek?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 109.**

**Pakiet 13**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 16 x 200 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 110.**

**Pakiet 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw dwóch osłon na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonanych z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, oraz taśmę samoprzylepna pakowaną osobno o szerokości 10cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 111.**

**Pakiet 16, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> wyposażoną w 1 taśmę 10 x 50 cm w zestawie, oraz drugą taśmę pakowaną osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 112.**

**Pakiet 16, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x120cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> wyposażoną w 1 taśmę 10x50 cm w zestawie, oraz drugą taśmę pakowaną osobno?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 113.**

**Pakiet 17**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji okulistycznych o minimalny składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 114.**

**Pakiet 19**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 115.**

**Pakiet 20, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op = 50 szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.**

**Pytanie 116.**

**Pakiet 21, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op = 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.**

**Pytanie 117.**

**Pakiet 21, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonane w całości z chłonnej i przewiewnej włókniny perforowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ. Czepek z proponowanej włókniny wymagany jest w poz. 3.**

**Pytanie 118.**

**Pakiet 22**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 119.**

**Pakiet 22**

Czy Zamawiający dopuści ubranie dostępne w rozmiarach S-XXL?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 120.**

**Pakiet 22**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o paro przepuszczalności >200mm/s?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 121**

**Pakiet 23**

Czy Zamawiający dopuści matę bez taśm przylepnych, w której tylna część wykonana jest z pianki antypoślizgowej, która przylega do każdego obłożenia pacjenta zapewniając bezpieczne umieszczenie narzędzi?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 122.**

**Pakiet 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 123.**

**Pakiet 26**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów i torbą na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
- 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm
- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Osłona na przewody wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 124.**

##### **Pakiet 26**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do artroskopii:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm
- 1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Pytanie 125.**

##### **Pakiet 29**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody bez taśmy samoprzylepnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie 126 .**

**Pakiet 20, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 127.**

**Pakiet 20, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 128.**

**Pakiet 20, poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści maski w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 129.**

**Pakiet 20, poz. 1-2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.**

**Pytanie 130.**

**Pakiet 21, poz. 1-3**

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 131.**

**Pakiet 21, poz. 1-3**

Czy zamawiający dopuści kolor zielony czepek?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 132.**

**Pakiet 21, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 133.**

**Pakiet 21, poz.3**

Czy zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej, przewiewnej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 134.**

**Pakiet 21, poz.3**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 135.**

**dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody o wymiarach 13 x 235 cm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 136.**

**dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania samoprzylepnych naklejek.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 137.**

**dotyczy Pakietu nr 15 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do oceny pokrowca sterylnego w rozmiarze 76 cm x 76 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 138.**

**PAKIET NR 17**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety okulistycznej w rozmiarze 150 x 150 cm, wykonanej z laminatu 2-warstwowego o minimalnej gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> bez dodatkowych warstw chłonnych, z otworem przylepnym 10 x 12 cm (folia operacyjna) i workiem na płyny, pakowanej dodatkowo z serwetą na stolik narzędziowy wzmocnioną w rozmiarze 140 x 160 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 139.**

**PAKIET NR 18**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zapinanych przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku, dopasowującą produkt do kształtu ciała operatora w dowolnym miejscu na wysokości barków? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 140.**

**PAKIET NR 22**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych w rozmiarze S, M, L, XL, XXL? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 141.**

**PROJEKT UMOWY**

**§ 6, ust. 1 b-d-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §6 ust. 1b, i- do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia
- §6 ust. 1b, ii- do kwoty 0,5% wartości niedostarczonej części zamówienia
  
- §6 ust. 1c, i- do kwoty 0,2% wartości wadliwej części dostawy
- §6 ust. 1c, ii- do kwoty 0,5% wartości wadliwej części dostawy
  
- §6 ust. 1d - do kwoty 0,5% wartości towarów dostarczonych, dla których Zamawiający wymaga dokumentów.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współzycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 142.**

**Pakiet 22, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 45g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 143.**

**dotyczące treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się, aby kary umowne w §6 pkt 1b ) i c) naliczane były od wartości niezrealizowanej/reklamowanej części zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 144.**

**dotyczące treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się, aby kary umowne w §6 pkt 1a naliczane były od wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 145.**

**Pakiet 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody urządzeń medycznych, wykonana z folii polietylenowej, sterylna, w postaci rękawa o wymiarach 14 x 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 146.**

**Pakiet 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę z gumką na sprzęt medyczny (ramię C) sterylna, wykonana z folii polietylenowej, pakowana pojedynczo o wymiarach 90 x 75 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 147.**

**Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną, hipoalergiczną, zabezpieczoną jednostronnie silikonowanym papierem, rozmiar całkowity 40 x 40 cm, powierzchnia klejąca 40 x 34 cm, sterylna, j.u., pakowana pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 148.**

**Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną, hipoalergiczną, zabezpieczoną jednostronnie silikonowanym papierem, rozmiar całkowity 30 x 26 cm, powierzchnia klejąca 30 x 20cm, sterylna, j.u., pakowana pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 149.**

**Pakiet 12, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo o wymiarach 79 x 145cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 150.**

**Pakiet 12, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny ze wstawkami, który posiada mankiet o szerokości 6 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 151.**

**Pakiet 13**

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec foliowy w rozmiarze 18 x 250 cm, sterylne, j. u., pakowany pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 152.**

**Pakiet 14**

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna z folii półprzezroczystej, z mankietem usztywniającym, rozmiar 40 x35 cm, sterylna, j. u., pakowaną pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 153.**

**Pakiet 21, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany w opakowania w formie podajnika o pojemności 150 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 154.**

**Pakiet 21, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany w opakowania w formie podajnika o pojemności 120 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 155.**

**Pakiet 21, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny pakowany w opakowania w formie podajnika o pojemności 120 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 156 .**

**Pakiet 24, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną dwuwarstwową z otworem 11cm oraz rozmiarem 100 x 125cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 157.**

**Pakiet 24, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną trójwarstwową o wymiarze 90 x150cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 158.**

**Pakiet 26**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu kolanowego w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów .....	230x315	1
2. serweta na stół .....	150x190	1
3. osłona na kończynę .....	22x75	1
4. taśmy samoprzylepne .....	9x49	2
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. wzmocniona osłona na stół MAYO .....	79x145	1
7. wzmocniona serweta na stół (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 159.**

**Pakiet 27, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną trójwarstwowa o wymiarze 150 x175 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 160.**

**Pakiet 27, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 200 x300 cm z otworem samoprzylepnym typu FLEX 12 cm x16,5cm, otoczonym warstwą chłonną ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 161.**

**Pakiet 28**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z tożsamej włókniny tj. SMS posiadający dodatkowo dwa ręczniczki chłonne ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 162.**

**Pakiet 29**

Czy Zamawiający dopuści sterylą osłonę na przewody o wymiarze 8 x 120 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 163.**

**Pytanie dot. zapisów umowy**

Prosimy o doprecyzowanie treści wzoru umowy - [załącznika nr 5 do SIWZ], poprzez nadanie [par. 6 ust. 1 b, c] następującego brzmienia:

b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:

- i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,
- ii. w wysokości 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

c) za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy:

- i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,
- ii. w wysokości 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 164.**

**Dotyczy: Pakiet 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 1 poz.1 foliową osłonę przewodów urządzeń medycznych, wykonaną z folii polietylenowej, sterylną, w postaci rękawa o wymiarach 13 x 235cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 165.**

**Dotyczy: Pakiet 2 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 2 poz.1 foliową osłonę z gumką na sprzęt medyczny (ramię C) sterylna, wykonana z folii polietylenowej, pakowana pojedynczo o wymiarach 104 x 188 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 166.**

**Dotyczy: pakiet 9 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 9 poz.1 taśmę medyczną, mocującą, samoprzylepną, wykonaną z włókniny wymiary 9 x 51cm, pakowaną pojedynczo, sterylną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 167.**

**Dotyczy: pakiet 13 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści również w pakiecie 13 poz.1 pokrowiec foliowy na światłowody, w rozmiarze 18 x 244 cm, sterylny, j. u., pakowany pojedynczo.?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 168.**

**Pakiet 1, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na kamerę video w rozmiarze 13 cm x 240 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 169.**

**Pakiet 1, poz.1**

Czy Zamawiający oczekuje osłony zaopatrzonej w kartonik ułatwiający aplikację?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kartonik ułatwiający aplikację, jednocześnie podtrzymuje pozostałe wymagania SIWZ.**

**Pytanie 170.**

**Pakiet 2, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 72 x 120 cm.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 171.**

**Pakiet 2, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 75 x 13 cm.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 172.**

**Pakiet 5, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, wzmocnionego, niesterylnego.

- przód fartucha i rękawy wykonane z włókniny foliowanej, o gramaturze min. 25 g/m<sup>2</sup> i odporności na przenikanie wody min. 100 cm H<sub>2</sub>O,

- tył fartucha powinien być wykonany z włókniny polipropylenowej, przepuszczającej powietrze, o gramaturze min. 15 g/m<sup>2</sup>,

- rękaw fartucha wykończony mankietem opinającym nadgarstek, szerokość mankieta min. 8 cm,

- wiązanie z tyłu fartucha,

Rozmiary L lub XL do wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 173.**

**Pakiet 10, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o powierzchni klejącej 40 x 42 cm i powierzchni całkowitej 40 x 50,5 cm. Na pojedynczym opakowaniu folii operacyjnej podany jest rozmiar, data ważności, nr LOT, nazwa produktu oraz nazwa producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**



**Pytanie 174.**

**Pakiet 10, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o powierzchni klejącej 30 x 28 cm i powierzchni całkowitej 28 x 38,5 cm. Na pojedynczym opakowaniu folii operacyjnej podany jest rozmiar, data ważności, nr LOT, nazwa produktu oraz nazwa producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 175.**

**Pakiet 11, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o minimalnie większym rozmiarze powierzchni klejącej 60 x 45 cm i powierzchni całkowitej 70 x 45 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 176.**

**Pakiet 11, poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o minimalnie większym rozmiarze powierzchni klejącej 34 x 40 cm i powierzchni całkowitej 40 x 40 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 177.**

**Pakiet 14, poz. 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przezroczystej torby na narzędzia w rozmiarze 33 cm x 41 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 178.**

**Pakiet 15, poz.1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na aparaturę w rozmiarze 76 x 91cm.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 179.**

**Pakiet 16, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na nogi w rozmiarze 75 x 120 cm.

-dwie taśmy lepne włókninowe w rozmiarze 9 cm x 50 cm, sterylne, pakowane osobno.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 180.**

**Pakiet 16, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stokinety w rozmiarze 36,5 x 72 cm.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 181.**

**Pakiet 16, poz. 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stokinety w rozmiarze 36 x 122 cm  
-taśma lepna włókninowa w rozmiarze 9 cm x 50 cm, sterylna, pakowana osobno.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 182 .**

**Pakiet 18, poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby w celu zachowania wysokiego stopnia barierowości fartucha, rękawy na wysokości strefy krytycznej były tylko klejone, nie szyte? Standardowe szwy nie posiadają pełnej barierowości ze względu na powstawanie w materiale dziur podczas szycia.

**Odpowiedź: Zamawiający preferuje fartuch z rękawami klejonymi na wysokości strefy krytycznej, dopuszcza jednak również rękaw zszywany standardowo.**

**Pytanie 183.**

**Pakiet 22, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy:

Ubranie chirurgiczne:

- komplet: bluza + spodnie w kolorze niebieskim lub zielonym:
- niejałowe,
- ubranie nieprzezroczyste, antystatyczne, niepyłące, oddychające, nie krępujące ruchów,
- ubranie musi przylegać ale nie przylepiać się do ciała, nie może być sztywne,
- bluza z krótkim rękawem, z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu „V”,
- spodnie -krój prosty bez ściągaczy z tasiemką do regulacji w pasie -luźne,
- wykonane na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS nie powodującej podrażnień i uczuleń,
- gramatura min. 35 g/m<sup>2</sup>,
- Komplet dostępny w rozmiarach XS - 3XL do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego, z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach- komplet (bluza + spodnie),
- Komplet pakowany w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu,
- materiał spełniający normę EN 13795-1-3

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 184.**

**Pakiet 25, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do osłony głowicy USG niezawierającego taśm mocujących.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 185.**

**Pakiet 25, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do osłony głowicy USG zawierającego żel do USG o pojemności 20 g.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.**

**Pytanie 186.**

**Pakiet 25, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do osłony głowicy USG ze sterylną serwetą w rozmiarze 30 x 30 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 187.**

**Pakiet 26, poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>, w którego skład wchodzi:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 +/-2 cm z folii PE 50μ z wzmocnieniem 75 x 190 +/-2cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80 x 142 cm składana rewersowo
- 1 x osłona na kończynę 38 x 73 +/-2 cm 2-warstwowa
- 2 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem 20 x 30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm z elastycznym z otworem Ø 5 cm wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropyleń, polietylen).

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.**

Podpisat

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

*mgr Mariusz Obrycki*