

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pionu Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 58 /2020.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ:

Pytanie 1 do zapisów umowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę wzorca umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, poprzez:
1) usunięcie z § 6 ust. 1 umowy zapisów dotyczących 5 letniej rękojmi za wady towaru i w konsekwencji zastosowanie ogólnych przepisów kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, tj. 2 lata.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy:

- 1) postanowienie § 6¹ ust. 1 zdanie I otrzymuje nowe brzmienie:

„Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi za wady fizyczne i prawne aparatury medycznej na okres 2 lat.”

Pytanie 2 do zapisów umowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę wzorca umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, poprzez:
zmianę zapisów z § 6¹ ust. 4 umowy poprzez zmianę czasu naprawy z obecnych 5 dni do 7 dni, przy czym zważywszy, iż czas oczekiwania na części zamienne może być dłuższy niż 7 dni, wobec czego zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na alternatywną możliwość wstawienia urządzenia zastępczego, jeśli okres naprawy będzie dłuższy niż zakładane 7 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy:

- 1) postanowienie § 6¹ ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Sprzedawca, w ramach rękojmi zobowiązany jest wymienić aparaturę medyczną wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, jednakże w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Kupujący uprawniony będzie do zlecenia usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad na koszt Sprzedawcy podmiotowi trzeciemu.”

2) w § 6¹ dodaje ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Sprzedawca może wstawić urządzenie zastępcze na czas usunięcia wady. W takim przypadku Kupujący może odstąpić od uprawnienia wynikającego z ust. 4 zdanie II.”

Pytanie 3 do zapisów umowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę wzorca umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, poprzez:

zmianę § 6 ust. 1 Umowy poprzez określenie maksymalnej wysokości kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć zgodnie z umową do kwoty 15% wartości wynagrodzenia brutto oraz ze względu na rażącą dysproporcję Stron i zaproponowanie jednostronnych bardzo wysokich kar umownych rozważenie zmniejszenia tych kar do poziomu 0,2% wynagrodzenia zamiast 2% - lit b), c) i d) oraz do poziomu 0,1% wynagrodzenia zamiast 0,5% - lit e).

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy:

1) postanowienie § 6 ust. 1 lit. b) – e) otrzymuje nowe brzmienie:

- b) za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy (w tym również w przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatury medycznej/sprzętu medycznego) - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w § 2 ust. 7¹ Umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Kary nie nalicza się w przypadku dostarczenia Kupującemu na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjach równych lub lepszych,
- e) za zwłokę w czasie reakcji: przyjęciu zgłoszenia – podjęciu naprawy w ramach gwarancji, o którym mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy za każde 6 h zwłoki liczone odpowiednio od upływu 24 h (w okresie gwarancji) i 48 h (po okresie gwarancji) od zgłoszenia,

2) postanowienie § 6 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

- 2. Kary umowne określone w § 6 ust. 1 lit b)-f) podlegają sumowaniu. Łączna suma kar umownych określonych w § 6 ust. 1 lit b)-f) nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.**

Pytanie 4 do zapisów umowy.

Czy Zamawiający dopuści zmianę wzorca umowy stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, poprzez:
dodanie w § 6 umowy dodatkowego ustępu dotyczącego braku naliczania kar umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym w szczególności związanej z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami związanymi z Covid-19.

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842)

Pytanie nr 5 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 2:

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 1 pod określeniem "możliwość zintegrowania ze źródłem światła LED" dopuści możliwość zaoferowania procesora kamery full HD spełniającego wymagania w zakresie OPZ zintegrowanego w jednym segmencie ze źródłem światła LED, co umożliwi wykorzystanie oferowanego procesora jako pełnego systemu wizyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 2:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji 3 wymaga potwierdzenia parametru opisanego badaniami klinicznymi wysokiej próby takimi jak metaanaliza ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczące załącznika nr 5 do SIWZ „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” Punkt 2 „w - w okresie gwarancji”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych.

Pytanie nr 8 dotyczące załącznika nr 5 do SIWZ „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” Punkt 2 „w – po okresie gwarancji”:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 5 dni roboczych, a w przypadku napraw poza granicami RP do 12 dni roboczych.

Odpowiedź na Pytanie nr 7 i nr 8:

Zamawiający uwzględniając dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 do SIWZ - *Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia* **poprzez nadanie nowego brzmienie pkt 2:**

L.p.	OPIS PARAMETRU	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY (<i>należy podać</i>)
2.	Maksymalny czas niezbędny na usunięcie awarii od czasu lokalizacji uszkodzenia:		
	- w okresie gwarancji:	7 dni	
	- po okresie gwarancji:	10 dni	

Pytanie nr 9 dotyczące załącznika nr 5 do SIWZ „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” Punkt 4 „, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący:
„Minimalna liczba napraw **gwarancyjnych tego samego podzespołu** powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji - 3 „,

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10 dotyczące załącznika nr 5 do SIWZ „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” Punkt 10 „, Celem doprecyzowania zapisów prosimy o potwierdzenie że szkolenie o którym mowa w pkt. 10 dotyczące napraw - dotyczy szkoleń w zakresie jakie dopuszcza producent dla użytkowników sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi dla użytkowników.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11 dotyczące załącznika nr 5 do SIWZ „Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia” Punkt 11 „, Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie oświadczenia Wykonawcy o częstotliwości przeglądów w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dotyczące formularza cenowego - pakiet 2

Dotyczy formularzy cenowych: Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13 dotyczące pakietu 2 oraz zapisów SIWZ – rozdział VI punkt „C” podpunkt 2a)

Ponieważ nie wszystkie opisane przez Zamawiającego parametry techniczne znajdują się w oryginalnych ulotkach producenta (nie dotyczy parametrów punktowanych) czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku braku potwierdzenia parametru w oryginalnej ulotce na załączenie do oferty stosownego oświadczenia Wykonawcy, który jest autoryzowanym dystrybutorem potwierdzającego wartości parametrów technicznych ?
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza załączenie innych dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dotyczące pakietu 2, zapisów umowy paragraf 2 ustęp 7a oraz zapisów SIWZ – rozdział VI punkt „C” podpunkt 2d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z wymogu dostarczenia instrukcji serwisowych w przypadku pakietu 2 ?

Wszystkie wymagane informacje dla użytkownika są podane w instrukcjach obsługi, które są dostarczone wraz z urządzeniem.

Dostarczenie instrukcji serwisowych urządzenia jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej - Co wiązałoby się z poddaniem przez Zamawiającego Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta,

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczące pakietu nr 2, zapisów SIWZ i umowy paragraf 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin dostawy towaru licząc od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3.

Pytanie nr 17 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3.

Pytanie nr 18 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1d:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3.

Pytanie nr 19 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1e:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,1% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3.

Pytanie nr 20 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1e:

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „48 h (po okresie gwarancji) od zgłoszenia”.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 3.

Pytanie nr 21 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1f:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 500,00 zł ?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści Załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy:

- 1) postanowienie § 6 ust. 1 lit. f) otrzymuje nowe brzmienie:
- f) w wypadku każdorazowego naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy - kara umowna w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie,

Pytanie nr 22 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6¹ ustęp 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu rękojmi do 2 lat ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 23 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6¹ ustęp 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 14 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2.

Pytanie nr 24 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 6¹ ustęp 4:

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie na zapis umowy

„W okresie gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest do naprawy gwarancyjnej lub wymiany aparatury medycznej na sprawną”.

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek naprawy, wymiana części urządzenia wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 2.

Pytanie nr 25 dotyczące pakietu nr 2 oraz zapisów umowy paragraf 12¹:

Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o wykreślenie/ potwierdzenie, że zapisy umowy paragraf 12¹ nie dotyczą pakietu 2?

Odpowiedź:

Zamawiający dodaje w §12¹ wzoru umowy sformułowanie o treści „(jeżeli dotyczy)”

Pytanie nr 26 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – pakiet 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie minimalnego terminu gwarancji wynoszące 24 miesiące dla pakietu 2 ?

(w pakiecie 2 nie jest oceniana gwarancja tylko cena i jakość).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27 - dotyczy Pakietu 1.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał zaoferowania lasera który ma możliwość użycia włókna z boczną emisją wiązki do waporyzacji stercza.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

W związku z powyższą zmianą SIWZ, Zamawiający przekazuje w załączeniu do niniejszego pisma:

1. Załącznik nr 5 do SIWZ – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia - PO ZMIANIE
2. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy - PO ZMIANIE.

Podpisał
DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk