



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/21/2022

Łomża dnia 28 kwietnia 2022 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy PZP na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów z dziedziny kardiologii inwazyjnej dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 2 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodników diagnostycznych bez dodatkowej powłoki heparynowej i zwężanego rdzenia? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 35

Czy Zamawiający w Pakiecie 35 dopuści stymulatory nie posiadające możliwości automatycznego wykreślanie krzywej progno stymulacji (zależność amplitudy od szerokości impulsu) – graficznie, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 26 pkt. 1.5

Czy Zamawiający w pakiecie 26 pkt. 1.5 dopuści również przewodniki do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu (FFR) z giętka dystalna częścią przewodnika o długości 40 cm, z pokryciem hydrofilnym o dł. 39cm i czujnikiem 3cm od części dystalnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 26 pkt. 1.7

Czy w pakiecie 26 pkt. 1.7 Zamawiający ma na myśli przewodniki kompatybilne z systemem posiadającym funkcję wspomaganie interpretacji światła naczynia oraz obrazowania obecności krwi w naczyniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy?

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie w Pakiecie 30 ilości stanu magazynu depozytowego z 40 szt. na 20 szt?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zmianie ulega zestawienie asortymentowo - ilościowe w zakresie Pakietu 30 (w załączeniu).

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 2a o następującej treści: „Asortyment przechowywany przez Kupującego w depozycie pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu pobrania z depozytu przez Kupującego”.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dodanie § 2 ust. 3a o następującej treści: „Asortyment, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z depozytu przez Kupującego. W przypadku, gdyby Kupujący posiadał w depozycie więcej niż jedną pozycję produktu rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności asortyment z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą *first expired/first out*.”

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zgodnie z § 4 ust. 11.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a-f:

a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wypadku:

i. odstąpienia o d Umowy w całości (tj. w zakresie wszystkich Pakietów) w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części** Umowy,

ii. odstąpienia od Umowy w Pakiecie (części w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy w stosunku do dane go Pakietu (części) części), zgodnie z treścią § 4 ust. 1

b) za zwłokę w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:

i. w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu zwykłym, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu**

ii. w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy zamówieniu natychmiastowym (cito), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu.**

c) za zwłokę w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części asortymentu**

d) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy w wysokości 0.5 % wynagrodzenia brutto **nieprzekazanych w terminie dowodów dotyczących tego**



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pakietu o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto nieprzekazanych w terminie dowodów dotyczących tego Pakietu**

f) za zwłokę w dostarczeniu Asortymentu i instrumentarium § 2 ust. 2 , w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto **niedostarczonego w terminie asortymentu**

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8¹ ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zgłoszenia żądania” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 2 ust 2 umowy z depozytem) oraz udostępnienia (dot. § 2 ust2 umowy z depozytem), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 2 ust. 3)

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 5 – wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 ust. 3)

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 34

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

Pozycja 1

- y konektor współpracujący z urządzeniami do 8 F
- wersja push – click pracująca w 3 pozycjach: otwarta, półotwarta, zamknięta
- przezroczysty korpus
- wersja z drenem
- przeznaczony do obsługi jednoręcznej
- pakowany sterylnie

Poniżej zdjęcie produktu:



Pozycja 2

- inflator o pojemności 20 ml
- wytrzymałość do 30 atmosfer
- z drenem i kranikiem w zestawie



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

- rękojeść typu T
- zabezpieczenie przed przypadkowym odblokowaniem korpusu
- mechanizm spustowy w celu wykonania szybkiej deflacji

Poniżej zdjęcie produktu:



Pozycja 3

- opaska promieniowa w 3 rozmiarach : S,M,L
- w zestawie strzykawka do regulacji ciśnienia
- 2 baloniki utrzymujące hemostazę w miejscu wkłucia introducera promieniowego
- przezroczysta konstrukcja
- mocny rzep

Poniżej zdjęcie produktu :



Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 38

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducera typu peel away o następujących parametrach: Introduktory do łatwego umieszczania elektrod do stymulacji lub cewników przez żyłę podobojczykową z blokadą koszulka-rozszerzacz (dylator). Po wprowadzeniu koszulka może zostać wyciągnięta i rozerwana na dwie części. Sterylne i dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar oznaczony jest na uchwycie, który posiada również oznaczenie kolorystyczne.

Zestaw zawiera:

1. Introduktor o długości 13,5cm składający się z rozszerzacza (dylatora) wykonanego z HDPE (z dodatkiem 15% siarczany baru) umieszczonego w koszulce wykonanej z PTFE (z dodatkiem 9% tlenku bizmutu).
2. Prowadnik \varnothing 0,38", długość 50 cm, zakończony z jednej strony końcówką prostą, z drugiej strony końcówką „J” (promień 3 mm), wykonany ze stali nierdzewnej, z umieszczonym w środku drutem zabezpieczającym. Prowadnik umieszczony jest w osłonie z tworzywa sztucznego z elementem prostującym do umieszczania końcówki „J” w igle.
3. Igła introduktora, rozmiar 18 G, długość 7 cm.
4. Strzykawka, pojemność 10 ml.
5. Dostępne rozmiary 6- 11 F

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 43

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie następujących parametrów:

Pozycja 1

Długości 62 i 80 cm

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 2

Dostępne 2 krzywizny w tym wersja extra ostra

Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 3

Koszulka sterowalna dwukierunkowa amerykańskiego producenta o wygięciu

symetrycznym w obie strony do 180 stopni

Pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 44

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie następujących produktów konkurencyjnych :

Pozycja 1

Zgodnie z SIWZ

Dodatkowo w ramach zadania proponujemy również elektrodę 10 polową sterowalną 3 D do zatoki wieńcowej o unikatowej konstrukcji.

Pozycja 2

Zgodnie z SIWZ

Pozycja 3

Zgodnie z SIWZ

Pozycja 4

Zgodnie z SIWZ

Pozycja 5

Elektrod ablacyjna RF o biegunach platynowo-irydowych płaskich. Pozostałe warunki SIWZ spełnione

Pozycja 6, 7 , 8 warunki SIWZ spełnione.

Niewielka różnica w pozycji 5 nie wpływa na walory użytkowe elektrody a dopuszczenie alternatywnego rozwiązania z pewnością przełoży się na cenę asortymentu, Dodatkową zaletą jest zaproponowanie w Pozycji 1 standardowych elektrod sterowalnych oraz unikatowej wersji trójwymiarowej – dzięki temu Zamawiający zyska produkt wysokiej jakości i unikatowy w ramach zadania.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 10

Poz. 1: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stentów o długościach w zakresie od 8 mm do 40 mm, o grubości przęsła 70 µm

Poz. 2:: Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonów, o niskim profilu przejścia, o profilu wejścia końcówki 0,017" (0,043") , RBP 18 atm. , o dł. w zakresie od 10 mm do 40 mm.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 46

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu do walwuloplastyki, posiadającego dwa platynowe markery zamiast złotych, o średnicy od 15 mm, zamiast od 14 mm, o różnych długościach balonu – 25, 30, 40, 45, 50, 60 mm,- dla odpowiednich średnic, o długości cewnika 110 cm zamiast 100 cm, oraz RBP w zakresie 5 – 3 atm., o podatności balonu na rozciągnięcie poza średnicę nominalną, w zakresie RBP - max. 15%

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 41, IX.1

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie na czas trwania umowy, 1 szt. programatora niezbędnego do kontroli wszczepionych urządzeń z możliwością analizy śródoperacyjnej? Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis i aktualizację oprogramowania. Koszty serwisu programatorów ponosi wykonawca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 40

Czy Zamawiający dopuści elektrody defibrylujące tylko i wyłącznie ze złączem DF4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 36

Czy Zamawiający dopuści stymulator resynchronizujący komory CRT-P o masie 30g?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 36

Czy zamawiający dopuści elektrodę lewokomorową bipolarną o grubości 4,6 Fr końca dystalnego oraz elektrodę czteropolową o grubości 5,1Fr końca dystalnego?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 3 w pozycji 1 zestawu do drenażu worka osierdziowego do wprowadzenia przezskórnie metodą Seldingera składającego się z: 2 igieł wprowadzających 18G 7 i 12cm, przewodnika 0,038" (0,97mm) o długości 70cm i zakończeniu "J", rozszerzadła, radiocieniującego cewnika typu pigtail 8,3Fr o długości 40cm posiadającego 6 otworów i stożkowego adapteru umożliwiający podłączenie do drenu lub worka.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 Cewnik balonowy niepodatny Ciśnienie RBP : 22 atm (2.00 do 4.00) i 20 atm (4.50 do 5.00)? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Zamawiający przekazuje w załączeniu treść załącznika nr 4 do SWZ - PO ZMIANIE, w zakresie Pakietu 30.

Podpisal

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk