

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

30 .01.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego jedнокrotnego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.**

Pytanie 1.

Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie z wzoru umowy zapisu w § 2 ust. 3 – *”Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu zamówionego towaru w terminie do 5 dni od daty jego dostarczenia, bez podawania przyczyny”* ewentualnie preredagowanie i dokładne podanie warunków zwrotu towaru przez Zamawiającego.

Zdaniem Wykonawcy powyższy zapis stanowi obejście przepisów ustawy Pzp. Umożliwia on w rzeczywistości niewykonanie nawet w całości zobowiązania, ponieważ zastrzega dla Zamawiającego dowolność w zakresie zwrotu zamówionego towaru. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp *podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.* Nie można uznać, aby wartość zamówienia była ustalona z należytą starannością, jeżeli umowa w takim brzemieniu, będzie powodować stan niepewności co do wartości zamówienia i równocześnie będzie umożliwiać dowolne kształtowanie zakresu i wartości świadczenia Zamawiającego.

Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawca na etapie wyceny oferty posiadał wiedzę o wszystkich wymaganiach i okolicznościach mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przekazywany opis określać musi zakres świadczenia wykonawcy w sposób umożliwiający jego rzetelną ocenę.

Analizując przedmiotowy zapis Zamawiający powinien mieć na uwadze wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2005 r. sygn. V Ca 1110/04 w którym wskazano: *„Wykonawcy, przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zależności od wielkości zamówienia dostawca może wprowadzić określone rabaty. Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (...) zamówienia w pewnym minimalnym zakresie. Dlatego też sąd uznał, że zapisy projektu umowy powinny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać, co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru.”* Zapis w tym kształcie może skutkować również naruszeniem dyscypliny finansów publicznych powodującym odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 2) może również w przyszłości pociągnąć Zamawiającego do odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Wykonawcy.

Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2.

Dotyczy § 3 ust 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy możliwości dokonywania zamówień w formie telefonicznej.

W świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawa, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki. Zatem bez wskazania w umowie upoważnionej osoby, która będzie w jego imieniu składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.”

Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

Dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w pkt. na zapis: „2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- 1) 2- krotne **kolejne** opóźnienie w realizacji dostaw lub reklamacji przedmiotu dostawy, z **wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie**
- 2) 2- krotne **kolejne opóźnienie** w dostawie lub reklamacji przedmiotu dostawy – przekraczające 4 dni, z **wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie**
- 3) 2 – krotna **kolejna** reklamacja jakości przedmiotu zamówienia

Ad.3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4.

Dot. projektu umowy par. 2 ust. 3

Prosimy o wykreślenie zapisu, gdyż zwrot sprzętu medycznego powinien następować w szczególnych i wymienionych w umowie przypadkach.

Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5.

Dot. projektu umowy par. 3 ust. 3

Prosimy o liczenie terminu dostaw na cito w dni robocze, gdyż przy obecnym zapisie, w przypadku zamówienia towaru w piątek Wykonawca będzie musiał dostarczyć towar już w poniedziałek.

Ad.5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6.

Dot. projektu umowy par. 5 ust. 4

Prosimy o liczenie terminów w dniach roboczych.

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7.

Dot. projektu umowy par. 13 ust. 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce „polis” innego dokumentu ubezpieczenia.

Ad.7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8.

Dot. projektu umowy par. 13 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu konieczności przedstawienia nowego dokumentu ubezpieczenia na 3 dni przed upływem terminu ważności obowiązującego dokumentu ubezpieczenia?

Ad.8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9.

Dot. pakietu 340:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania (poz. 1-10) i wydzieli do odrębnego pakietu (poz. 11-13) poniższe pozycje:

Poz. 1 :

Pętłe elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, 15, 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach, oraz

pętłe elektrochirurgiczne miękkie (jednorazowego użytku), kształt standardowy Owalny o średnicy 10,15,25 mm (z drutu plecionego o grubości 0,40 mm) - 10 szt w opakowaniu, rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, a także

pętłe elektrochirurgiczne twarda jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 20 mm; pętla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach, oraz

pętłe elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt półksiężycowaty; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 165 cm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,8 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych gotowych do użycia pakietach?

Poz 2:

jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650mm, oraz 2300 mm; klipsy z mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm; szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia; osłonka plastikowa umożliwi schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; specjalny czerwony stoper zapobiega przypadkowemu uwolnieniu klipsa, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem?

Poz 3:

Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" lub 0,035", długość robocza 2700mm lub 4500mm, giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-420mm znacznik X; bardziej giętka zwężana końcówka dystalna i specjalna konstrukcja rdzenia umożliwia utworzenie pętli alfa; specjalny rdzeń wykonany z nitynu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu, oraz Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" lub 0,035", długość robocza 2700mm lub 4500mm, giętka prosta lub zakrzywiona końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; 1 sztuka w opakowaniu do wyboru przez zamawiającego w zależności od oczekiwanej sztywności.

Poz. 4:

Papillotom trójkanałowy o średnicy 4,5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,025" lub 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikami, zakrzywiony (jednorazowego użytku) - cięciwa 20, 25, 30, 35 mm, nosek 3 lub 7mm (zwężany) - 1 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

Poz 5:

jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm, 18mm, 20,0mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada zwężaną końcówkę ułatwiającą przejście przez zwężenia; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm lub 3,15mm, zewnętrzna średnica dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr) lub; zewnętrzna średnica proksymalnej części cewnika 2,45mm (7Fr); długość narzędzia 1900mm lub 1950mm, maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza lub 5,6ml ; kompatybilna prowadnica 0,025" lub 0,035" ; narzędzie wprowadzane jest po prowadnicy na całej jego długości; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm lub 3,2mm w zależności od średnicy balonu; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon; 1 sztuka w opakowaniu

Poz.6

Koszyk standardowy (o wymiarach 22mm) do usuwania złożeń z dróg żółciowych (wielorazowego użytku), drut koszyka TWARDY lub MIĘKKI - 1 szt, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm

Poz. 7

Prosta proteza plastikowa wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7, 8,5, 10 Fr, z listkami zapobiegającymi przemoieszczeniu, doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor protezy dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; dostępne długości 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 mm, 1 sztuka w opakowaniu

Poz. 8

Jednorazowa proteza plastikowa typu pig-tail wykonana z EVA o optymalnej sztywności i giętkości; średnica 7Fr; atraumatyczne zagięcie minimalizuje efekt dotyknięcia końcem protezy ściany przewodów żółciowych i ściany dwunastnicy; atraumatyczna, doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; dostępne długości: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 mm, 1 sztuka w opakowaniu

Poz. 9

Jednorazowy zestaw do wprowadzania protez 7Fr, 8,5Fr, 10Fr typu one-action, długość narzędzia 1900mm, posiada haczyk C, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica przewodnicy 0,035" o długości 2700mm lub 4500mm; 1 sztuka w opakowaniu.

Poz 10

Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vater; załadowana przewodnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm lub 8.5 - 9.5 - 10.5 mm lub 11 - 12 - 13 mm lub 13,5 - 14,5 - 15,5 mm, lub 16 - 17 - 18 mm lub 18 - 19 - 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; balon o owalnym kształcie wykonany z nylonu o wysokiej przezierności; atraumatyczna końcówka; długość przewodnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; sterylizowane EtO; 1 sztuka w opakowaniu;

Poz. 11. Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu

Poz. 12. Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu

Poz. 13. Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu

Ad.9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 8 w pozycji nr 1** specjalistyczny szew okulistyczny z igłą o długości 6 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 8 w pozycji nr 1** specjalistyczny szew okulistyczny z igłą o długości 6,4 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w **Pakiecie nr 8 w pozycji nr 2** specjalistyczny szew okulistyczny z igłą o długości 6,4 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13.

DOTYCZY PAKIETU NR 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 w pozycji nr 1 szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłaniający, wykonany z poli(p-dioksanonu), podtrzymanie po 14 dniach około 75%, ponad 60% po 28 dniach i około 50% po 42 dniach, okres wchłaniania 180 - 210 dni w rozmiarze:

- 1) Długość igły 40 mm, okrągła ½ koła, niewzmocniona lecz wykonana z najwyższej jakości stali A300, o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości, długość nici 90 cm grubość nici 2 ?
i/lub:

- 2) Długość igły 48 mm, okrągła $\frac{1}{2}$ koła, niewzmocniona lecz wykonana z najwyższej jakości stali A300, o doskonałych parametrach pod względem wytrzymałości, długość nici 90 cm grubość nici 1 ?

Ad.13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** szew wchłaniający, plecionka syntetyczna, powlekana, wykonana z homopolimerów kwasu glikolowego, podtrzymanie po 14 dniach około 65%, po 21 dniach ponad 40%, czas wchłaniania 60 - 90 dni ?

Ad.14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 3 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 4 igłę o długości 48 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad.16. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 5 nić o grubości 1 i długości 75 cm, igłę okrągłą $\frac{1}{2}$ koła o długości 70 mm, lub wyłączy pozycję do innego pakietu, aby umożliwić sobie dostęp do większej ilości ofert i wybór najkorzystniejszej ?

Ad.17. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 6 igłę okrągłą tnącą, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.18. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 19.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 8,10 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.19. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 11 nić o grubości 2/0 i długości 90 cm, igłę okrągłą $\frac{1}{2}$ koła o długości 65 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.20. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 13 igłę wzmocnioną i nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.21. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 16, 17, 18 igłę $\frac{3}{8}$ koła, pozostałe parametry bez zmian ?

Ad.22. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 23.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1** w pozycji nr 20, 21, 22, 23 sposób pakowania 3x45 lub 6x45 z przeliczeniem ilości wymaganych w SIWZ z zaokrągleniem do pełnych opakowań, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.23. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24.

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 1 w pozycji nr 25** nić pakowaną pojedynczo z przeliczeniem ilości zgodnie z SIWZ czyli 280 x (1x150cm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.24. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 25.

DOTYCZY PAKIETU NR 6

Czy Zamawiający dopuści wyłączenie z pakietu pozycji nr 1,2 8-12 w celu uzyskania większej ilości ofert, pełniejszego obrazu jakości i cen, a co za tym idzie - wybór najkorzystniejszej ?

Ad.25. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 26.

DOTYCZY PAKIETU NR 6

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6** w pozycjach 5 i 7 krzywiznę koła 3/8, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.26. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 27.

DOTYCZY PAKIETU NR 6

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6** w pozycji nr 6 nić o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

Ad.27. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28.

Czy w **Pakiecie nr 8 poz. 1 i 2** zamawiający dopuści nici nylonowe z 2 igłami o dł. 6,0 mm 140 mikronów?

Ad.28. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29.

Pakiet nr 4.

Czy w pozycji nr 5 Zamawiający dopuści dł. nici 3 x 50cm?

Ad.29. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30.

Pakiet nr 105

Prosimy o informacje czy Zamawiający ww. pozycji oczekuje papier z nadrukiem czy bez nadruku.

Ad.30. Zamawiający oczekuje papier do EKG z nadrukiem kratki mm.

Pytanie 31.

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści igłę 36 mm bądź 45mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 31. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 32.

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji nr 3 Zamawiający dopuści nić 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.32. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33.

Dotyczy pakietu 1

Czy w pozycji nr 8 Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian.

Ad. 33. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34.

Dotyczy pakietu 11

Zawracamy się z prośbą o wydzielenie pozycje 8-9 do oddzielnego pakietu. Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli złożyć oferty większej grupie oferentów, a co za tym idzie pozyskać korzystniejsze oferty w ramach tego pakietu.

Ad. 34. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35.

Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub więcej miejsc po przecinku?

Ad.35. Zapis zgodnie z częścią XII pkt.7 i pkt.8 SIWZ.

Pytanie 36.

Pakiet 361- Prosimy o doprecyzowanie jaką głębokość nakłucia ma na myśli zamawiający? Czy zamawiający ma na myśli lancet automatyczny?

Ad.36. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37.

Pakiet 54

Prosimy o dopuszczenie mikrobiologicznie czystych łyżek wykonanych z tworzywa sztucznego.

Ad. 37. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38.

Pakiet 186

Prosimy o dopuszczenie strzygarki akumulatorowej z nieruchomą głowicą, wyposażonej w baterię NiMH, odporną na przeładowanie, posiadającej wskaźnik ładowania baterii.

Ad.38. Zamawiający nie dopuszcza. Podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 39.

Pakiet 197

Prosimy o podanie, czy chodzi o elektrody z przewodem?

Prosimy o dopuszczenie elektrod o wymiarach 23 x 30 mm

Prosimy o dopuszczenie czujników węglowych

Ad. 39. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 40.

Pakiet 202

Prosimy o dopuszczenie okularków o wymiarach: 20-28 cm; 24-33 cm; 30-38 cm

Ad. 40. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 41.

Pakiet 221

Poz. 2

Czy kabel ma współpracować z monitorami Philips?

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,4 m

Ad.41. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 42.

Pakiet 222

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla przedłużającego o długości 2,5 m

Ad.42. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 43.

Pakiet 223

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze poniżej 3kg i powyżej 30 kg lub 1-15 kg i 15-40 kg.

Ad.43. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44.

Pakiet 223

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m

Ad.44. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 45.

Pakiet 228

Prosimy o dopuszczenie mankietów z PU (materiał nie jest chłonny)

Czy mankiety mają posiadać złącza Luer?

Ad.45. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 46.

Pakiet 275

Poz. 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Ad.46. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47.

Pakiet 289

Poz. 1, 2

Prosimy o dopuszczenie łyżek z tworzywa

Ad.47. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 48.

Pakiet 316

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie powierzchni przewodzącej 110cm² z konstrukcją pętlową (zamiast odizolowanego pierścienia)

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5 m

Ad.48. poz.1 i poz. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49.

Pakiet 372

Prosimy o dopuszczenie opaski w jednym rozmiarze uniwersalnym, o długości 13,5 cm, szerokości 2,6 cm, 3 dziurki: 1,5cm, 3,8cm oraz 5cm

Ad.49. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 50.

Dotyczy pakietu 186 poz. 2, poz 3.

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści w pakiecie 186 w pozycji 2 oraz pozycji 3 możliwość zaoferowania jednego rodzaju bezpiecznego, uniwersalnego ostrza do każdego typu owłosienia i każdego miejsca ciała, w tym na głowie o parametrach: jednorazowe, uniwersalne, bezpieczne ostrze zapobiegające pociągnięciu skóry w kierunku części tnącej, przeznaczone do każdego rodzaju owłosienia.

Ostrze pakowane pojedynczo, biologicznie czyste, na każdym ostrzu numer LOT, pakowane po 50 sztuk, przeznaczone do strzygarki chirurgicznej model -9681. Strzygarka chirurgiczna, bateria litowo-jonowa, czas ciągłej pracy minimum 160 minut po pełnym ładowaniu trwającym maksymalnie 3 godziny, 6 zakresowy ledowy wskaźnik naładowania baterii, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania, uwalnianie ostrza przy użyciu przycisku zwalniającego bez konieczności dotykania ostrzy.

Zarówno strzygarka, nr katalogowy 9681, jak również kompatybilne ostrza, nr kat. 9680 zostały użyte i przetestowane w 2017r przez wybrane Oddziały Szpitala Wojewódzkiego w Łomży im. Stefana Wyszyńskiego z pozytywnymi opiniami.

Ad.50. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do porodu, sterylne.

- serweta 120-130 cm x 75-100 cm - 1 szt.
- serweta 150-160 cm x 90-100cm - 1 szt.
- serwetki celulozowe 25 cm x 21 cm - 6 szt.
- serweta z włókniny Spunlace 75 cm x 56 cm -1 szt
- podkład higieniczny 60 cm x 60 cm - 1 szt. , 90 cm x 60 cm - 1 szt.

Serwety operacyjne wykonane z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m².

Podkład higieniczny 60 cm x 60 cm- wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową folią, chłonność min. 760 +/- 70g

Podkład higieniczny 90 cm x 60 cm- wykonany z pulpy celulozowej, pokryty antypoślizgową folią, chłonność 1000 +/- 100g.

Ad.51. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 52.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cesarskiego cięcia, sterylne.

- serweta 320-330 cm x 250-260/186 cm w kształcie litery T, z otworem 36 cm x 36 cm wypełnionym folią operacyjną z otworem 18x16cm, z workiem na płyny i organizatorami przewodów- 1 szt
- serweta dla dziecka z włókniny Spunlace 75x120cm - 1 szt.
- serweta na stół Mayo 145cm x75-80cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki-1szt.
- serweta na stół operacyjny 180-200cm x 140 -150cm - 1szt,
- serwetki do osuszania rąk-4 szt.
- taśma przylepna 9x50cm – 1szt

Serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min.60g/m².

Ad.52. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cesarskiego cięcia, sterylny.

- serweta 320-330 cm x 230-260 cm, z otworem 36 cm x 36 cm wypełnionym folią operacyjną, z workiem na płyny wzmocnioną gąbką i sztywnikiem aluminiowym wokół otworu owalnego, z 4 organizatorami przewodów i 2 portami do ssaka- 1 szt

- serweta dla dziecka z włókniny Spunlace 75x120cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 145cm x 75-80cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki -1szt.

- serweta na stół operacyjny 180-200cm x 140 -150cm - 1szt,

- serwetki do osuszania rąk-4 szt.

- taśma przylepna 9x50cm – 1szt

Serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min.60g/m².

Ad.53. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 54.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do artroskopii kolana, sterylny.

- serweta 300-320 cm x 220-240 cm z dwoma otworami elastycznym o średnicy 5 cm i workiem z kształtką do zbierania płynów - 1 szt.

- pokrowiec na nogę 75-80 cm x 225-40 cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 145cm x 75- 80 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki - 1 szt.

- serweta na stół operacyjny 180-200 cm x 140-150 cm - 2 szt.

- taśmy medyczne samoprzylepne 50cm x 8-10 cm - 2szt.

- serwetki do osuszania rąk - 4 szt.

Serweta operacyjna wykonana z trójwarstwowej włókniny (2 x włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min. 75g/m².

Ad.54. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 55.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 4 zestawu, w którym serwety operacyjne wykonane są z włókniny trójwarstwowej (2 x włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min 75g/m², spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad.55. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 56.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 5 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji stawu biodrowego, sterylny.

- serweta 260-320 cm x 180-240 cm z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem(wymiary wycięcia 20 cm x 85cm) - 1 szt.

- serweta z przylepcem 240-300 cm x 150-180 cm - 1 szt.

- pokrowiec na nogę 120cm x 35-40cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 145 cm x 75- 80 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki - 1 szt.

- serweta na stół operacyjny 180-200 cm x 140-150 cm - 1 szt.

- taśma medyczna samoprzylepna 50cm x 8 -10 cm – 2 szt.

- serweta 100x150cm szt.

Serwety operacyjne wykonane z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min.60g/m². Serweta główna posiada dodatkową warstwę chłonną o gramaturze 80g/m².

Ad.56. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 57.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 6 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji stawu barkowego, sterylne.

Zestaw powinien zawierać: serweta 240-260 cm x 160-230 cm z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem (wymiary wycięcia 20 cm x 100 cm) – 1 szt.; serweta z przylepcem 220-240 cm x 150-170 cm - 1 szt.; serweta pod kończynę górną 160- 180 cm x 130- 180 cm – 1 szt.; pokrowiec na kończynę górną 75-120 cm x 30-40 cm – 1 szt.; serweta na stolik Mayo 145 cm x 75-80 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki – 1 szt.; serweta na stół operacyjny 180- 200 cm x 140-150 cm- 1 szt., serwetki do osuszania rąk - 4 szt.; taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 8-10 cm- 3 szt, serwety z przylepcem 75x90cm – 2szt, bandaż elastyczny 12cm x6m – 1szt.

Serwety operacyjne wykonane z trójwarstwowej włókniny (2 x włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min.75g/m2, z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze 80g/m2.

Ad.57. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 7 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji dłoni i stopy, sterylne.

- serweta 300-320 cm x 220-240 cm z elementem elastycznym i okrągłym otworem o średnicy 3,5 cm – 1 szt.
- serweta na stolik Mayo 145 cm x 75-80 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki – 1 szt.
- serweta na stół operacyjny 180- 200 cm x 140-150 cm- 1 szt.
- serwetki do osuszania rąk – 2 - 4 szt.
- taśma przylepna 9x50cm – 1 szt.

Serweta operacyjna wykonana z min. dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min.60g/m2

Ad.58. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 8 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do kraniotomii, sterylne.

Zestaw powinien zawierać: serweta do kraniotomii 228 x 320 cm z torbą na płyny, filtrem i portem do odsysania, z otworem o wymiarach 20x14cm wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów typu velcro - 1 szt.; serweta z przylepcem 50-60 cm x 45-50 cm- 4 szt.;

- taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 8-10 cm- 1 szt.
- serweta na stolik Mayo 145 cm x 75-80 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki – 1 szt.
- serweta na stół operacyjny 180- 200 cm x 140-150 cm- 1 szt.
- serwetki do osuszania rąk - 2 szt.

Serweta główna wykonana z dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min. 60g/m2, z dodatkową warstwą chłonną 80 g/m2. Serwety przylepne wykonane z trójwarstwowej włókniny (2x włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze 75g/m2.

Ad.59. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 9 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji żyłaków kończyn dolnych, sterylne.

Zestaw powinien zawierać: serweta z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem 230-260 cm x 150-230 cm (wymiary wycięcia 100cm x 80cm) - 1 szt.; serweta z przylepcem 230-240 cm x 150-180 cm- 1 szt.; serweta z przylepcem 75x90cm- 1 szt.; serweta na stolik Mayo 145 cm x 75-80 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki – 1 szt.

- serweta na stół operacyjny 180- 200 cm x 140-150 cm- 1 szt.

- taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 8-10 cm- 1 szt.

- serwetki do osuszania rąk – 2- 4 szt.

Serwety operacyjne wykonane z min. dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m².

Ad.60. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61.

dotyczy Pakietu nr 27 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 27 poz. 10 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do operacji tarczycy, sterylne.

Zestaw powinien zawierać: serweta z wycięciem w kształcie litery U i przylepcem 230-260 cm x 150-230 cm (wymiary wycięcia 100cm x 80cm) - 1 szt.; serweta z przylepcem 230-240 cm x 150-180 cm- 1 szt.; serweta z przylepcem 75x90cm- 1 szt.; serweta na stolik Mayo 145 cm x 75-80 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki – 1 szt.

- serweta na stół operacyjny 180- 200 cm x 140-150 cm- 1 szt.

- taśma medyczna samoprzylepna 50 cm x 8-10 cm- 1 szt.

- serwetki do osuszania rąk – 2- 4 szt.

Serwety operacyjne wykonane z min. dwuwarstwowej włókniny (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa) o gramaturze min. 60 g/m².

Ad.61. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62.

dotyczy Pakietu nr 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 37 fartuchów chirurgicznych wykonanych z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad.62. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63.

dotyczy Pakietu nr 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 44 fartucha ochronnego w kolorze białym, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Ad.63. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64.

dotyczy Pakietu nr 246

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 246 niżej opisanego zestawu?

1. Serweta dwuwarstwowa (Hospidrape) 45 x75cm – 1szt
2. Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm – 1 szt
3. Taca medyczna o wymiarach 27 x 13,5 x 2,5cm – 1 szt
4. Pęseta anatomiczna Adson 12 cm – 1 szt
5. Igłotrzymacz Mayo Hegar 14cm – 1szt
6. Nożyczki Iris ostre, zagięte 11cm – 1szt
7. Kompresy włókninowe 7,5 x 7,5cm – 5 szt
8. Zabezpieczenie ostrza – 2 szt

Ad.64. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 65.

dotyczy Formularza ofertowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w formularzu ofertowym tylko pakietów, na które Wykonawca składa ofertę?

Ad.65. Zamawiający dopuszcza, zapis zgodnie w „załączniku nr 1- formularz oferty”

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza, aby oferta zawierała tylko formularze cenowe - zestawienie asortymentowo-ilościowe dotyczący pakietów, na które Wykonawca składa ofertę.

Zamawiający dopuszcza, aby Formularz oferty zawierał tylko te pakiety, na które Wykonawca składa ofertę.

Pytanie 66.

dotyczy pakietu nr 44 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha pakowanego po 10 szt. w opakowaniach foliowych zapewniające higieniczne przechowywanie.

Ad.66. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 67.

dotyczy pakietu nr 55 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej sterylnej spełniającej resztę postawionych wymagań w SIWZ

Ad.67. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 68.

dotyczy pakietu nr 65 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Maski do podawania tlenu z drenem sterylnej zamiast mikrobiologicznie czystej oraz z drenem dł. 200-210 cm zamiast 213 cm spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Ad.68. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69.

dotyczy pakietu nr 66 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu z końcówką donosową bez regulacji spełniającej resztę postawionych wymagań w SIWZ

Ad.69. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 70.

dotyczy pakietu nr 90 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek do mycia rurek sterylnych spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

Ad.70. Zamawiający nie dopuszcza. Niezrozumiała treść pytania.

Pytanie 71.

dotyczy pakietu nr 92 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków pakowanych w op. po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości 4 800 op. po 75 szt.

Ad.71. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 .

dotyczy pakietu nr 96 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kateterów do karmienia z końcówką pasującą do strzykawki luer. Z naszej wiedzy wynika, że nie występują katetery do karmienia z końcówką pasującą do strzykawek Luer Lock.

Ad.72. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 73.

dotyczy pakietu nr 99 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kanki doodbytniczej dla dorosłych bez rozszerzonej kolorowej końcówki

Ad.73. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74.

dotyczy pakietu nr 100 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kanki doodbytniczej dla dzieci bez rozszerzonej kolorowej końcówki

Ad.74. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75 .

dotyczy pakietu nr 137 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego czy będzie wymagał strzykawkę pozbawionych ftalanów z oznaczeniem na pojedynczym opakowaniu.

Ad.75. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76 .

dotyczy pakietu nr 138 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę do pomp infuzyjnych 50 ml z rozszerzoną skalą bez kołnierza stabilizującego spełniającą resztę postawionych wymagań w SIWZ.

Prośbę swą kierujemy ponieważ kołnierz stabilizacyjny był wymagany przy pompach infuzyjnych starego typu.

Ad.76. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77.

dotyczy pakietu nr 140 poz. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawkę 100 ml z dwoma skalami zapewniającymi dokładny odczyt wypełnienia strzykawkę.

Ad.77. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 78.

dotyczy pakietu nr 143 poz. 1

Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia ma na myśli długość komory 65 mm w części przezroczystej komory?

Ad.78. Zamawiający ma na myśli całą długość komory.

Pytanie 79.

dotyczy pakietu nr 143 poz. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego z wyszczególnieniem składników, w tym również plastyfikatora oraz oświadczeniem producenta dołączonego do oferty przetargowej o braku zawartości ftalanów ?

Ad.79. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 80.

dotyczy pakietu nr 157 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie ile szt. opakowań będzie wymagał dla rozmiaru 1,2. Prośbę swą kierujemy ponieważ igły w rozm. 0,5 do 0,9 są dużo tańsze od igieł 1,2.

Uśrednienie ceny spowoduje zawyżenie cen dla igieł 0,5 do 0,9 co jest niekorzystne dla Zamawiającego.

Ad.80. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81.

dotyczy pakietu nr 172 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenów do drenażu dróg żółciowych wykonane z latexu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie folia / folia - papier

Cewnik T-Kehr występuje w rozmiarach CH 10 do CH 22 długość ramion 16/38 cm

Ad.81. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 82.

dotyczy pakietu nr 181 poz. 1-6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z PTFE z filtrem hydrofobowym spełniającym rolę zastawki antyzwrotnej, oraz obrotowym koreczkiem zamykanym standardowo, z oznaczeniem producenta kaniuli na opakowaniu jednostkowym z dwoma znacznikami radioceniującymi spełniającymi resztę postawionych wymagań SIWZ.

Ad.82. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83.

dotyczy pakietu nr 182 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli 0,9x25 spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ.

Prośbę swą kierujemy ponieważ, żaden producent nie produkuje kaniul 0,9x22 mm

Ad.83. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84.

dotyczy pakietu nr 280 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny od góry osadzone na plastikowym ustniku w kształcie koła spełniającej resztę postawionych wymagań SIWZ

Ad.84. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 85.

Pakiet 181

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, który pozwala na dłuższe utrzymanie kaniuli w naczyniu, z portem bocznym, działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i w porównaniu do korka samodomykającego się, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, z oznaczeniem nazwy producenta jedynie na opakowaniu kaniuli, i informacją o braku lateksu na opakowaniu zbiorczym, kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed ryzykiem infekcji, wysokie przepływy kaniul:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ **29 ml/min**
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?

Ad.85. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 86.

Pakiet 182

Czy Zamawiający dopuści: kaniule do wkłuc obwodowych, z portem bocznym, działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", w pełni kontrolowanym w trakcie użytkowania i w porównaniu do korka samodomykającego się, zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, w przeciwieństwie do metalowego zatrasku który zabezpiecza jedynie przed zakłuciem, zintegrowany koreczek Luer Lock z wewnętrznym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka co umożliwi łatwe naprowadzenie w światło kaniuli, kaniula wykonana z poliuretanu z 3 paskami dającymi dobry kontrast na fotografiach RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, lecz nie zmniejszającymi elastyczności kaniuli, wysokie przepływy kaniul:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ **29 ml/min**
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min?

Zgoda Zamawiającego umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości wyrobów medycznych firmy Delta Med., stosowanych z powodzeniem w wielu ośrodkach na terenie całego kraju, zaś dla Zamawiającego będzie korzystne ze względów ekonomicznych, organizacyjnych i logistycznych.

Ad.86. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87.

Pakiet 54

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżki światłowodowej do laryngoskopu, plastikowej, sterylnej, wykonanej ze sztywnego plastiku odpornego na zagięcia i skręcanie, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad.87. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88.

Pakiet 289

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji 1 oraz 2 łyżki światłowodowej do laryngoskopu, plastikowej, sterylnej, wykonanej ze sztywnego plastiku odpornego na zagięcia i skręcanie, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Ad.88. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89.

Pakiet 298

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierze przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażnienia skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Ad.89. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90.

Pakiet 257

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora noworodkowego z rezerwuarem tlenu o pojemności 600 ml?

Ad.90. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91.

Pakiet 291

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora pediatrycznego z rezerwuarem tlenu o pojemności 2500 ml?

Ad.91. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 92.

Pakiet 260

Czy zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o długości 230 cm, średnicy prowadnika 1,75 mm, średnicy włosa 5/6 mm?

Ad.92. Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie 93.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Ad. 93. Zgodnie z zapisem SIWZ w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

Pytanie 94.

Pakiet 58, pozycja 3 - „Pozostałe wymagania”

Dla odpowiedniej kalkulacji ceny oferty, prosimy o podanie ilości wymaganych "zaworów z pokrętem" oraz prosimy o doprecyzowanie, co dokładnie Zamawiający rozumie pod tym terminem.

Ad.94. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 95.

Pakiet 89, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek nasączonych 7,5% roztworem powidonu jodiny (takich, jakie obecnie są dostarczane do Państwa jednostki).

Ad.95. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96.

Pakiet 89, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczek nasączonych 4% roztworem glukonianu chlorheksydydy (takich, jakie obecnie są dostarczane do Państwa jednostki).

Ad.96. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97.

Pakiet 42

Poz.1

a) Czy zamawiający dopuści maski chirurgiczne na troki, wysokobarierowe, w kolorze zielonym, pozostałe wymagania bez zmian?

b) Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

Ad.97. a) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

b) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98.

Pakiet 42

Poz.2

a) Czy zamawiający dopuści maski chirurgiczne na gumki, wysokobarierowe, w kolorze zielonym, pozostałe wymagania bez zmian?

b) Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

Ad.98. a) Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SIWZ.

b) Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99.

Pakiet 43

Poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, w kolorze zielonym, wykonane z włókniny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny, pakowany zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu foliowym?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.99. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100.

Pakiet 43

Poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, w kolorze zielonym, wykonane z włókniyny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny, pakowany zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu foliowym?

Czy zamawiający ma na myśli czepek typu furażerka?

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki, w kolorze zielonym, wykonane z włókniyny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny, pakowany zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu foliowym?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.100. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101.

Pakiet 43

Poz.3

Czy zamawiający ma na myśli czepek typu furażerka?

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka wiązany na troki w kolorze zielonym, wykonane z włókniyny polipropylenowej, rozmiar uniwersalny, pakowany zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu foliowym?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.101. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 102.

Pakiet 44

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

Ad.102. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103.

Pakiet 45

a) Czy zamawiający dopuści ubranie o gramaturze minimum 30 g/m² ?

b) Czy zamawiający ma na myśli 600 kompletów bluza + spodnie?

c) Czy zamawiający dopuści wycenę osobno za spodnie oraz osobno za bluzę?

Ad.103. a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b) tak.

c) Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 104.

Pakiet 46

Czy zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii PE, o wymiarach 76 cm x 140 cm, o długości troków około 56 cm, pakowany po 100 szt.?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Czy zamawiający wydzieli pozycję do osobnego pakietu, ze względów ekonomicznych?

Ad.104. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 105.

Pakiet 47

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie, foliowe, wykończone gumką, rozmiar uniwersalny, bez warstwy antypoślizgowej, pakowane po 100 szt.?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad. 105. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 106.

Pakiet 65

Czy zamawiający dopuści maski do tlenu z drenem, sterylne, z przewodem o długości 200 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Ad.106. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107.

Pakiet 85

Poz.1-2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.107. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 108.

Pakiet 86

a)Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 10 szt. z przeliczeniem?

b)Czy zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2000 ml?

Ad.108. a)Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

b) Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 109.

Pakiet 88

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.109.Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 110.

Pakiet 92

a)Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 75 szt. z przeliczeniem?

b)Czy zamawiający dopuści kieliszki o pojemności 30 ml?

Ad.110. a)Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem.

b) Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 111.

Pakiet 93

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt.?

Ad.111. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 112.

Pakiet 94

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.112. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 113.

Pakiet 103

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.113. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 114.

Pakiet 138

Czy zamawiający dopuści strzykawkę bursztynową 50 ml ze skalą jednostronną, pozostałe wymagania bez zmian?

Ad.114. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 115.

Pakiet 139

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Ad.115. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 116.

Pakiet 143

a) Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5 z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

b) Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

c) Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

d) Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z PVC bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

e) Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego wartości użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu IS zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Ad.116. a) Zamawiający dopuszcza.

b) Zamawiający miał na myśli komorę i aparat do infuzji bez PVC.

c) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

d) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

e) Zamawiający miał na myśli nazwę producenta umieszczoną na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 117.

Pakiet 144

a) Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorcza czterokanałową, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

b) Czy Zamawiający dopuści przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie? Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu TS zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa instrukcja użycia.

c) Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Ad.117. a) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

b) Zamawiający miał na myśli identyfikację na opakowaniu.

c) Zamawiający wymaga.

Pytanie 118.

Pakiet 151

Czy zamawiający oczekuje osłony na głowicę USG, lekko pudrowanej, lateksowej, pakowanej indywidualnie?

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 144 szt. z przeliczeniem?

Ad.118. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

Pytanie 119.

Pakiet 168

Poz.2

a) Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie po 25 szt. pasków w rolce?

b) Czy zamawiający wymaga aby na opakowanie staży posiadało instrukcję użycia w postaci obrazkowej?

Ad.119.a) Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości.

b) Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 120.

Pakiet 214

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową z pulpy o pojemności 700 ml?

Ad.120. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 121.

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę:

a) w dostarczeniu zamówionych towarów w wysokości 0,5% wartości **brutto** niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu;**

b) w wymianie towaru nieodpowiedniej jakości na towar dobrej jakości w wysokości 0,5% wartości **brutto** dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto asortymentu o nieodpowiedniej jakości.**

Ad.121. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 122.

dotyczy pakiet 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w całości wykonanego z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS z wzmocnieniami w części przedniej i ¼ rękawa pozostałe parametry zgodne?

Ad.122. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 123.

dotyczy pakiet 28

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie arkusza danych technicznych gotowego produktu potwierdzającego zgodność oferowanego wyrobu?

Ad.123. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124.

dotyczy pakiet 33

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie naklejek zawierających identyfikację dystrybutora w miejsce wytwórcy?

Ad.124. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 125.

dotyczy pakiet 37 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w całości wykonanego z pięciowarstwowej włókniny typu SMMMS oraz o dopuszczenie arkusza danych technicznych gotowego produktu potwierdzającego zgodność oferowanego wyrobu, naklejek zawierających identyfikację dystrybutora w miejsce wytwórcy, pozostałe parametry zgodne?

Ad.125. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 126.

dotyczy pakiet 44

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha ochronnego fizelinowego w rozmiarze XL, będącym uniwersalnym dla większości użytkowników?

Ad.126. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 127.

dotyczy pakiet 45

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego z super miękkiej włókniny SMMS o gramaturze 45g/m², bluza i spodnie pakowane razem, pozostałe parametry zgodne?

Ad.127. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 128.

dotyczy pakiet 76 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszło do omyłki w formularzu cenowym i chodzi o rękawice diagnostyczne lateksowe pudrowane, których do tej pory Zamawiający używał?

Ad.128. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 129.

dotyczy pakiet 76 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, lateksowych bezpudrowych o powierzchni teksturowanej?

Ad.129. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 130.

dotyczy pakiet 76 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych bezpudrowych o powierzchni biszkopta z dodatkową teksturą na końcach palców?

Ad.130. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131.

dotyczy pakiet 76 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o poziomie AQL ≤ 1.0 . Pragniemy nadmienić, że oferowane rękawice są szczelne, elastyczne, wytrzymałe mechanicznie, zapewniają dobrą chwytność i wrażliwość dotyku.

Ad.131. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 132.

dotyczy pakiet 76 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, które mają oznakowanie rozmiaru na grzbietowej części rękawicy lub mankiecie, a także na opakowaniu wewnętrznym w którym jest umieszczona rękawica?

Ad.132. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 133.

dotyczy pakiet 76 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, które na opakowaniach jednostkowych nie posiadają oznakowanego poziomu AQL. Wymagany poziom AQL 1.5 jest zgodny z wymogiem normy EN 455-1 i każda rękawice medyczna musi go spełniać, tak więc oznakowanie rękawic poziomem AQL nie wnosi wartości dodanej dla produktu, tylko wskazuje na konkretnego Wykonawcę.

Ad.133. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 134.

dotyczy pakiet 76 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylizowanych tlenkiem etylenu, który również jest dopuszczony jako metoda sterylizacji wyrobów medycznych?

Ad.134. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 135.

dotyczy pakiet 81

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitylowych pakowanych po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Ad.135. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 136.

dotyczy pakiet 81

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych posiadających badania wg EN 374-3 na następujące substancje: 50% kwas siarkowy poziom 6, 36% formaldehyd poziom 3, wodorotlenek sodu 40% poziom 6 są to wyższe poziomy od wymaganych oraz badania na cytostatyki wg ASTM D 6978-05 gdzie dla carmustyny czas przebiccia wynosi do 15.3 min., a pozostałe wymienione cytostatyki spełniają wymagany poziom ochrony?

Ad.136. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 137.

dotyczy pakiet 331

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego w rozmiarach od S -XXXL do wyboru Zamawiającego?

Ad.137. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 138.

do wzoru umowy

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 6 ust. 8 lit. a) następującego zapisu: „w takim przypadku cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Ad.138. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 139.

do wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6 ust. 11 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Ad.139. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 140.

do wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 7 ust. 1 lit. a), b). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Ad.140. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 141

do pakietu nr 59,

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach technicznych:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,45 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi zakończone pętelkami. Implantacja taśmy przez otwory zasłonowe.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu.

Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Ad.141. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 142.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 59, poz. nr 1:

- 200 szt. jednorazowych zestawów do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez szybkozłączny, bez dodatkowej nici, oraz
- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Ad.142. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 143.

W razie wezwania do złożenia próbek, prosimy o możliwość dostarczenia w **Pakiecie nr 59** - 1 szt. taśmy niesterylnej.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Ad.143.

Pytanie 144.

Pakiet 304

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie:

- 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.
- 4 osobne opakowanie zawierające: 2 gąbki impregnowane z poprzecznym pofałdowaniem z odsysaniem, z 1 otworem ssącym, z zagiętą końcówką oraz z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, 1 gąbka-aplikator, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 saszetkę z 3 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej.

Każde pojedyncze opakowanie zestawu typu blister z przegrodą, pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i posiada fabryczne zgrzewy na całym obwodzie blistra zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem i kontaminacją elementów zestawu. Do każdego zestawu dołączone urządzenie umożliwiające ewakuację wydzielin z jamy ustnej z zabezpieczeniem anty zasysającym i możliwością nadania kształtu.

Ad.144. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 145.

Pakiet 203, Poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby wraz z układem oddechowym zaoferować adapter do funkcji nCPAP umożliwiającym stosowanie nieinwazyjnego wspomaganie oddechu z respiratorem Fabian?

Ad.145. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 146.

Pakiet 247

Prosimy o podzielenie pakietu na dwie pozycje: poz. 1 filtr powietrza, poz. 2 zbiornika na wodę komory nawilżacza wielorazowego użytku.

Dodatkowo prosimy o określenie modeli inkubatorów, do których Zamawiający oczekuje zaoferowania w/w asortymentu.

Ad.146. Zamawiający nie wyraża zgody na podzielenie pakietu. Model inkubatorów: ATOM Rabee Iucu J, ATOM DUAL.

Pytanie 147.

Pakiet 255

Czy Zamawiający wymaga aby w zestawie z układem była zatyczka uszczelniająca i czy układ ma posiadać zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra?

Ad.147. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 148.

Pakiet nr 135

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą nakładaną 0,4 x 13 mm.

Ad.148. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 149.

Pakiet nr 137

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z kontrastującym tłokiem w kolorze niebieskim. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.149. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 150.

Pakiet nr 137 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Ad.150. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 151.

Pakiet nr 139 poz. 4

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej co zwiększa aseptykę pracy personelu.

Ad.151. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 152.

Pakiet nr 143

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z igłą dwukanałową ściętą standardowo (stożkowo) , z komorą kropkową wielkości 62 mm. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment innym producentom.

Ad.152. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 153.

Pakiet nr 143

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z zaciskaczem rolkowym z zaczepem na dren oraz otworem do zabezpieczenia igły biorczej po użyciu.

Ad.153. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 154.

Pakiet nr 146

Prosimy o dopuszczenie kaniul do żył obwodowych dla noworodków wykonanej z FEP. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Proponowany przez Państwa opis wskazuje tylko jednego producenta kaniul co nie daje możliwości złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej innym producentom.

Ad.154. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 155.

Pakiet nr 146

Czy zamawiający wymaga kaniuli do żył obwodowych dla noworodków ze zdejmowanym uchwytem.

Ad.155. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 156.

Pakiet nr 147

Prosimy o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej do żył obwodowych dla noworodków wykonanej z FEP w rozmiarze 24 G(0,7) x 19 mm 22 ml/min. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Ad.156. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 157.

Pakiet nr 181

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli obwodowej z PTFE z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki antyzwrotnej ,z oznaczeniem producenta na opakowaniu jednostkowym w rozmiarach 24 (0,7 X 19 mm) ,przepływ 22 ml/min, 22 G (0,9 x 25 mm), przepływ 36 ml, 20 G (1,1 x 33 mm) 61 ml,18 G (1,3 x 45mm) 90 ml/min, 17 G (1,5 x 45 mm) 125 ml/min, 16 G (1,7 x 45 mm) przepływ 180 ml/min

Ad.157. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 158

do pakietu nr 59, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu o następujących właściwościach:

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet .Parametry:

1. System jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m2
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out.

Ad.158. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 159.

dotyczy pakietu 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu, zestaw zgodny z normą PN EN 13795

skład:

| | | |
|--|---------|----|
| 1. foliowany wysoko chłonny podkład..... | 60x90 | 1 |
| 2. serwety chirurgiczne..... | 50x60 | 2 |
| 3. ręczniki (do owinięcia noworodka)..... | 56x80 | 2 |
| 4. ręczniki chłonne..... | 18x26 | 6 |
| 5. kompresy włókninowe | 10x10 | 20 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 100x150 | 1 |

Ad.159. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 160.

dotyczy pakietu 27 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego skład:

| | | |
|---|-------------|---|
| 1. serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów | 175/250x300 | 1 |
| 2. serweta - owinięcie noworodka | 90x120 | 1 |
| 3. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 4. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 5. osłona na stół Mayo | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Ad.160. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 161.

dotyczy pakietu 27 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana zestawu wykonane z laminatu dwuwarstwowego min. 63 g/m2 skład:

| | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu | 230x320 | 1 |
| 2. serweta na stół | 150x190 | 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 | 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. osłona na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Ad.161. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 162.

dotyczy pakietu 27 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylne obłożenie pola operacyjnego jednorazowego użytku, uniwersalne:

| | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny | 240x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną | 90x75 | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną | 175x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 6. osłona na stół MAYO | 79x145 | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Zestaw wykonany jest z chłonnego nieprzemakalnego **laminatu trójwarstwowego** (strefa krytyczna) Zestaw jest zgodny z wymaganiami obowiązującej normy PN EN 13795, opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w cztery metki (przylepne zawierające numer katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).

Ad.162. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 163.

dotyczy pakietu 27 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do stawu biodrowego skład:

| | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna góna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów | 300x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej | 200x260 | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna | 75x90 | 1 |
| 4. serweta na stólik | 150x190 | 1 |
| 5. osłona na kończyne | 32x120 | 1 |
| 6. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 7. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 8. wzmocniona osłona na stólik Mayo | 79x145 | 1 |
| 9. wzmocniona serweta na stólik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Zestaw zgodny z normą PN EN 13795

Ad.163. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 164.

dotyczy pakietu 27 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji stawu barkowego skład:

| | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna góna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów | 240x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 230x150 cm z wycięciem U o wymiarach 7x65 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej | 230x150 | 1 |
| 3. taśmy samoprzylepne | 9x49 | 2 |
| 4. ręczniki chłonne | 18x25 | 4 |
| 5. wzmocniona osłona na stólik MAYO | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stólik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Ad.164. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 165.

dotyczy pakietu 27 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji dłoń/stopa wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze w każdym zestawie min. 56g/m2 skład:

| | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończyne o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 | 1 |
| 2. wzmocniona osłona na stólik MAYO | 79x145 | 1 |
| 3. wzmocniona serweta na stólik (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Zestawy zgodne z normą PN EN 13795

Ad.165. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 166.

dotyczy pakietu 27 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze w każdym zestawie min. 56g/m2 skład:

| | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20 cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu | 230x300 | 1 |
| 2. serwety chirurgiczne samoprzylepne z regulowanym otworem o wymiarach 10 x 16 cm..... | 50x50 | 2 |
| 3. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 4. ręczniki chłonne | 18x25 | 2 |
| 5. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Zestawy zgodne z normą PN EN 13795

Ad.166. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 167.

dotyczy pakietu 27 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw do żyłaków wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze w każdym zestawie min. 56g/m2 skład:

| | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów | 240x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem U o wymiarach 20x102 cm, z wydłużoną warstwą chłonną (70x160 cm) w strefie krytycznej..... | 200x260 | 1 |
| 3. serweta chirurgiczna | 100x150 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna | 9x49 | 1 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 | 2 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Zestawy zgodne z normą PN EN 13795

Ad.167. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 168.

dotyczy pakietu 27 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do tarczycy w składzie:

| | | |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x150 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x65 cm) | 260x150 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 175x230 cm z samoprzylepnym wycięciem U (20x20 cm) | 175x230 | 1 |
| 3. taśmy samoprzylepne..... | 9x49 | 2 |
| 4. ręczniki chłonne..... | 18x25 | 4 |
| 5. osłona na stolik MAYO | 79x145 | 1 |
| 6. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 | 1 |

Zestawy zgodne z normą PN EN 13795

Ad.168. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 169.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie okulistyczne skład:

- | | | |
|---|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegów okulistycznych o wymiarach 150x180 cm, posiadająca otwór samoprzylepny o wymiarach 5x7 cm, oraz dwie zintegrowane kieszenie po obu stronach otworu... | 150x180 | 1 |
| 2. ręcznik chłonny..... | 18x25 | 1 |
| 3. folia chirurgiczna..... | 10x12 | 1 |
| 4. serweta na stolik - (owinięcie zestawu)..... | 150x150 | 1 |

Ad.169. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 170.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Serwetę operacyjną w rozmiarze 75 x 90cm, z otworem o wymiarach 6 x 8 cm, z taśmą klejącą wokół otworu, wykonaną z laminatu nieprzemakalnego, z warstwą chłonną na całej powierzchni o gramaturze min. 63g/m².

Ad.170. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 171.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na światłowody w rozmiarze 18x250cm z samouszczelniającą się końcówką?

Ad.171. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 172.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna z folii półprzezroczystej, z szeroką taśmą mocującą, jednokomorowa, rozmiar 35 x 40 cm, sterylną, bez sztywnika?

Ad.172. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 173.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna z folii półprzezroczystej, z szeroką taśmą mocującą, jednokomorowa, rozmiar 35 x 40 cm, sterylną, bez sztywnika lub trzykomorowa, rozmiar 30 x 50cm?

Ad.173. Zamawiający dopuszcza kieszeń jednokomorową w rozmiarze 35 x 40 cm, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 174.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 6

Czy zamawiający dopuści osłonę na stolik MAYO w rozm. 79x145cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.174. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 175.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 7

Czy zamawiający dopuści osłonę na mikroskop, o wymiarach 117 x 254 cm, optyka 65 mm, wykonana z mocnej folii PE?

Ad.175. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 176.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 8

Czy zamawiający dopuści Pokrowiec na aparaturę, w kształcie kwadratu, w rozmiarze 75x75cm, ściągnięty gumką? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.176. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 9

Czy zamawiający dopuści pokrowiec na ramię C o wym. 117 x 183 cm, wyposażony w taśmy lepne w celu lepszego dopasowania? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.177. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 10

Czy zamawiający dopuści osłony na kończynę w rozmiarze 75x120cm bez taśm lepnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.178. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 179.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 11

Czy zamawiający dopuści osłony na kończynę w rozmiarze 22x75cm bez taśm lepnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.179. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 180.

Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 12

Czy zamawiający dopuści osłony na kończynę w rozmiarze 32x120cm bez taśm lepnych? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad.180. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 181.

Dotyczy Pakietu nr 45

Czy zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gr. 49 g/m² pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.181. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182.

dotyczy pakietu 197, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod zakończonych końcówkami z węglowymi konektorami.

Ad.182. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 183.

dotyczy pakietu 197, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod nie przeznaczonych do stosowania w trakcie wykonywania zdjęć RTG.

Ad.183. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 184.

dotyczy pakietu 223, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kabel przedłużający do kardiomonitora o długości 3 m?

Ad.184. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185.

dotyczy pakietu 223, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kabel przedłużający do kardiomonitora o długości 1,1 m?

Ad.185. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 186.

dotyczy pakietu 228, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje mankietów ze złączem typu bolec czy ze złączem typu motylek?

Ad.186. Zamawiający oczekuje mankietów typu bolec lub motylek w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 187.

dotyczy pakietu 295, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrod pakowanych po 10 szt.

Ad.187. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 188.

dotyczy pakietu 295, poz. 1

Prosimy o podanie modelu defibrylatora z jakim mają być kompatybilne elektrody.

Ad.188. EFFICIA DFM 100.

Pytanie 189.

dotyczy par. 7 ust. 1 a) wzoru umowy

Prosimy o określenie kar umownych za nieterminową dostawę na 0,2% od wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

Ad.189. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 190.

Pakiet 97

Czy Zamawiający w **pakiecie 97** dopuści zamiast sondy w rozmiarze 20, sondę w rozmiarze 21?

Ad.190. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 191.

Pakiet 116

Czy Zamawiający w **pakiecie 116** wydzieli pozycje 3 do oddzielnego zadania?

Ad.191. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 192.

Pakiet 293

Czy Zamawiający w **pakiecie 293** wydzieli pozycję 1 i 4 do oddzielnego zadania, dopuszczając jednocześnie w pozycji 1 sondy o długości 90 lub 125 do wyboru przez Zamawiającego z łącznikiem ENFit. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych cen.

Ad.192. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 193.

Pakiet 112

Czy Zamawiający w pakiecie 112 pozycja 1 dopuści zestaw :

1 x fartuch chirurgiczny rozmiar XL

1 x serweta dedykowana do wkłucia centralnego 100 x 140 cm z otworem 9cm i folią wokół otworu , perforacja do rozdarcia serwety po założeniu cewnika

2 x gąbka do dezynfekcji z uchwytem

1 x pojemnik plastikowy do zapakowania zestawu 20 x 15 x 4 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml

10 x kompres z włókniny 10 x 10 cm , 4 warstwy

1 x mini skalpel rozmiar 11

1 x czepek włókninowy chirurgiczny
1 x Opatrunek poliuretanowy 10 x 11,5 cm
5 x kompres z włókniny 5 x 5 cm
1 x maska chirurgiczna na gumki
1 x plastikowa pęseta kolor zielony
1 x strzykawka 10 ml
1 x strzykawka 2,5 ml
1 x igła 25 G
1 x igła 19 G
1 x serweta nieprzylepna 75 x 90 cm (owinięcie zestawu)
Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.193. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194.

Pakiet 145

Czy Zamawiający w pakiecie 145 dopuści aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek bez zastawki zabezpieczającej. Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.194. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 195.

Pakiet 148

Czy Zamawiający w pakiecie 148 poz 1 dopuści zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi), System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Ad.195. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 196.

Pakiet 148

Czy Zamawiający w pakiecie 148 poz 2 dren jednoświatłowy zakończony systemem bezigłowym, pozwalającym na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Długość drenu 10 cm

Ad.196. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 197.

Pakiet 148

Czy Zamawiający w pakiecie 148 poz 3 dren dwuświatłowy zakończony systemem bezigłowym, pozwalającym na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Długość drenów 8 cm

Ad.197. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 198.

Pakiet 155

Czy Zamawiający w **pakiecie 155** dopuści igłę do portów 0,7 mm x 25 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Ad.198. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 199.

Pakiet 227

Czy Zamawiający w pakiecie 227 dopuści port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g, średnia podstawy 28mm, 5 otworów fiksacyjnych, objętość własna 0,47 ml, średnica przegrody 13mm, powierzchnia nakłucia 1,3 cm², komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przysycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuc, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr) widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi), koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępą igłą do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm) do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu, z dołączonym paszportem w języku polskim.

Ad.199. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 200.

Dotyczy: § 7 ust. 1.a) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

Ad.200. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 201.

Dotyczy: § 7 ust. 1.b) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,2% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

Ad.201. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 202.

W §3 ust. 3 projektu umowy prosimy o wykreślenie „zakupu interwencyjne”, gdyż stanowi podwójne sankcjonowanie tego samego naruszenia. W przypadku gdy wykonawca opóźni się z dostarczeniem przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,5% wartości nie dostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki

Ad.202. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 203.

pakiet 289 poz 1:

Bardzo prosimy o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu:

- a) ze światłowodem zapewniającym wysoką transmisję światła do końcówki łopatki,
- b) zielony standard,
- c) jednorazowego użytku,
- d) wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką,
- e) mikrobiologicznie czyste,
- f) dostępne w rozmiarach Mac 2; Mac 3; Mac 4 do wyboru przez Zamawiającego,

g) pakowane pojedynczo

h) z jednoczęściową łopatką wykonaną z plastiku ABS o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Ad.203. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 204.

pakiet 289 poz 2:

Bardzo prosimy o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu:

a) ze światłowodem ze zapewniającym wysoką transmisję światła do końcówki łopatki,

b) zielony standard,

c) jednorazowego użytku,

d) wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką,

e) mikrobiologicznie czyste,

f) dostępny w rozmiarach Miller 0; Miller 1; do wyboru przez Zamawiającego,

g) pakowane pojedynczo

h) z jednoczęściową łopatką wykonaną z plastiku ABS o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Ad.204. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 205.

Pakiet 14 poz. A

Czy Zamawiający dopuści ultralekką siatkę przepuklinową o powierzchni porów min. 4 mm², wymiarze 7,5 cm x 15 cm, wadze ok. 35 g/m², jałowe, pakowane oddzielnie w opakowanie zbiorowe pakowane a3 z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Ad.205. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 206.

Pakiet 14 poz. B

Czy Zamawiający dopuści nieresorbowalną siatkę przepuklinową o powierzchni porów min. 0,59mm², wymiarze 10 cm x 16 cm i gramaturze 80g/m² (+/-10g/m²)?

Ad.206. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 207.

Pakiet 14 poz. C

Czy Zamawiający dopuści nieresorbowalną siatkę przepuklinową o powierzchni porów min. 0,59mm² i gramaturze 80g/m² (+/-10g/m²)?

Ad.207. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 208.

Pakiet 23 poz.1

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonkę przewodów urządzeń medycznych w rozmiarze 15 x 250 cm złożoną harmonijkowo?

Ad.208. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 209.

Pakiet 24 poz.1

Czy Zamawiający dopuści foliową osłonkę z gumką na sprzęt medyczny(ramię C) w rozmiarze 183 x 105 cm?

Ad.209. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 210.

Pakiet 27 poz.2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą 325 cm x250 cm z otworem 35 cm x 32 cm?

Ad.210. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 211.

Pakiet 28 poz.1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny przeznaczony do operacji o standardowym ryzyku, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m², luźny, szeroki, zakrywający część szyi, klatkę piersiową, brzuch oraz kończyny dolne i górne, z poliesterowymi ściągaczami wykonanymi z niepyłącego materiału o dł. 8 cm, o szwach łączone są ultradźwiękowo, w części szyjnej wykończone lamówką z materiału jednorodnego?

Ad.211. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 212.

Pakiet 32 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny z wkładem chłonnym o chłonności min. 1600 g?

Ad.212. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 213.

Pakiet 76 poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne w rozmiarze od S do L, lateksowe, niejałowe rękawice, bezpudrowe, o chropowatej powierzchni, o uniwersalnym kształcie, z rolowanym mankietem, o zawartości protein max. 30 µg/g?

Ad.213. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 214.

Pakiet 76 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, o zawartości protein mniejszej niż 50 µg/g, o długości mniejszej lub równej od 260 mm do 280 mm w zależności od rozmiaru (rozmiar 6 mniejszy lub równy 260 mm, rozmiar 6,5 mniejszy lub równy 260 mm, rozmiar 7 mniejszy lub równy 270 mm, rozmiar 7,5 mniejszy lub równy 270 mm, rozmiar 8 mniejszy lub równy 270 mm, rozmiar 8,5 mniejszy lub równy 280 mm)?

Ad.214. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 215.

Pakiet 76 poz.2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rozmiar rękawicy był wtłoczony w mankiet?

Ad.215. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 216.

Pakiet 331 poz.1

Czy Zamawiający dopuści komplet operacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45 g/m²?

Ad.216. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 217.

Pakiet 370 poz.1

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci przewcześnie urodzonych w rozmiarze do 700 g, o chłonności 35 g, bielone chlorem cząsteczkowym, bez elementów lateksowych, niebarwione, bez substancji zapachowych,

przebadane dermatologicznie, z elastycznymi i miękkimi rzepy, z falbankami bocznymi zapobiegającymi przeciekom, z indykatozem wilgoci na froncie pieluchy, z dodatkiem superabsorbentu, pakowane a30?
Ad.217. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 218.

Pakiet 370 poz.2

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci przewcześnie urodzonych o wadze 600-1200 g, o chłoności 60 g, bielone chlorem cząsteczkowym, bez elementów lateksowych, niebarwione, bez substancji zapachowych, przebadane dermatologicznie, z elastycznymi i miękkimi rzepy, z falbankami bocznymi zapobiegającymi przeciekom, z indykatozem wilgoci na froncie pieluchy, z dodatkiem superabsorbentu, pakowane a30?

Ad.218. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 219.

Pakiet 370 poz.3

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci przedwcześnie urodzonych – poniżej 2 kg, o chłoności 320g, z indykatozem wilgotności, z technologią Air Flow, z wycięciem na kikut pępowiny w przedniej części, z włókniny zapewniającej szybkie i skuteczne wklanianie, z elastycznymi rzepami wielokrotnego użytku oraz z elastycznymi falbankami bocznymi zapobiegającymi wyciekom?

Ad.219. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 220.

dotyczące treści umowy:

W jakich przypadkach Zamawiający będzie korzystał z prawa zwrotu towaru na podstawie § 2 ust. 3 wzoru umowy? § 2 ust. 4 wzoru umowy jest niejasny, co utrudni wykonawcom należyte skalkulowanie ceny oferty. Dlatego wymaga doprecyzowania.

Ad.220. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 221.

dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Ad.221. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 222.

dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy.

Ad.222. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 223.

Dotyczy pakietu nr 168.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania staz w opakowaniach: rolka = 25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 4800 rolek. Spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Ad.223. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 224.

Dotyczy pakietu nr 288, poz. nr 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przedmiotu zamówienia jakim jest jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca

- a) rękaw odprowadzający długości do 165 cm z balonikiem retencyjnym, silikonowy,
- b) wyposażony w specjalnie zaprojektowaną konstrukcję, umożliwiającą umieszczenie końcówki drenu w jamie ciała pacjenta bez penetracji odbytu przy pomocy palca, z portem na worek kolekcyjny z rękawem zintegrowane oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego, zestaw posiada strzykawkę z podziałką o pojemności 45ml do napełnienia balonika retencyjnego, która ułatwia określenie momentu napełnienia balonu i zapobiega jego przepełnienia,
- c) system posiada możliwość zamknięcia światła drenu,
- d) port do pobierania próbek stolca,
- e) w zestawie 3 worki o pojemności 1500 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml, oraz z filtrem węglowym
- f) pasek schodkowy do podwieszania na ramę łóżka,
- g) system biologicznie czysty,
- h) czas stosowania u tego samego pacjenta to 29 dni,
- i) pakowany pojedynczo
- j) prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania potwierdzonych badań klinicznych potwierdzających czas stosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli).

Ad.224. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 225.

Dotyczy pakietu nr 288, poz. nr 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego przedmiotu zamówienia jakim są worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1500 ml, skalowane: 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste.

Ad.225. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 226.

Dotyczy pakietu nr 309.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do punkcji mostka o poniższej specyfikacji:

- 16 G x 50mm
- Ergonomiczny uchwyt motylkowy,
- Płynna regulacja długości ostrza w zakresie minimum 10 do 30 mm,
- ogranicznik głębokości,
- Możliwość biopsji na głębokość do 46 mm,
- Łącznik Luer-Lock umożliwiający podłączenie strzykawkę o pojemnościach od 5-20ml,
- Mandryn ze wskaźnikiem optycznym, uniemożliwiającym jego zamknięcie w odwróconej pozycji.

Ad.226. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 227.

Dotyczy pakietu nr 21.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie półautomatycznej igła do biopsji tkanek miękkich z wbudowanym mechanizmem aplikującym typu TRU CUT:

- rozmiar 18G / 20cm,
- oznaczenie na igle pozwalające na kontrolowanie głębokości wkłucia,
- posiadająca oznaczenia echogeniczne,
- igła nie posiada zdejmowanej kaniuli zewnętrznej,
- igła umożliwiająca dobór głębokości wkłucia – 1,2cm lub 2,5cm,
- posiadająca element zabezpieczający przed przypadkowym przesunięciem się igły,
- cztery samoprzylepne naklejki z nr LOT produktu.

Ad.227. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 228.

Pakiet 336

Poz.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Malecot z wąsem o długości 35cm w rozmiarze 14,16,18,20CH

Ad.228. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 229.

Pakiet 336

Poz.2-3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Dufour z balonem 50-80ml z zatyczką pakowaną osobno.

Ad.229. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 230.

Pakiet 336

Poz. 2-3. Czy z związku z tym, że po resekcji prostaty tkanki są podrażnione czy Zamawiający oczekuje aby cewnik silikonowy posiadał powłokę hydrożelową, która pozwala na atraumatyczne wprowadzenie, redukuje potencjalne podrażnienia i zapobiega uszkodzeniu cewki moczowej.

Ad.230. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 231.

Do pakietu 50, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy typu „rura w rurze”?

Ad.231. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 232.

Do pakietu 51, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 300cm, typu „rura w rurze”?

Ad.232. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 233.

Do pakietu 54: Czy Zamawiający będzie wymagał łyżki w całości, razem ze stopką wykonaną z metalu oraz pełnej rozmiarówki (od rozmiaru 00 do 5) łyżek od tego samego producenta?

Ad.233. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 234.

Do pakietu 65: Czy Zamawiający dopuści do postępowania maskę do tlenu z drenem o długości 210cm?

Ad.234. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 235.

Do pakietu 257: Czy Zamawiający dopuści resuscytator wyposażony w rezerwuar tlenu o objętości 500ml, która jest wystarczająca w przypadku noworodków.

Ad.235. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 236.

Do pakietu 270, poz.2: Czy Zamawiający będzie wymagał aby łącznik kątowy umożliwił korzystanie z niego przez okres 72 godzin, potwierdzone dokumentem producenta oraz czy będzie wymagał samouszczelniającej, dwupłatowej zastawki?

Ad.236. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 237.

Do pakietu 272, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o ciężarze 29g?

Ad.237. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 238.

Do pakietu 272. Poz. 2: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności nawilżania 32,4 mg/l przy VT 1000ml?

Ad.238. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 239.

Do pakietu 272, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o skuteczności nawilżania 31,8 mg/l przy objętości 1000ml?

Ad.239. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 240.

Do pakietu 288: Czy Zamawiający w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty dopuści równoważne rozwiązanie: system do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, o poniższych cechach:

- silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml

znacznik pozycyjny widoczny w badaniu RTG

część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą.

port irygacyjny (kolor niebieski)

port do pobierania próbek na drenie z silikonowym zabezpieczeniem klapką

cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm,

min.czas użytkowania 29 dni

wszystkie elementy trwale ze sobą połączone

urządzenie nie zawiera lateksu

worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego

Ad.240. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 241.

Do pakietu 289: Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu ze światłowodem wykonanym z materiały przezroczystego?

Ad.241. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 242.

Do pakietu 307: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o długości 36cm dla rurek tracheostomijnych, oraz system dla rurek intubacyjnych w rozmiarze CH18 z zastawką oddzielającą cewnik od układu oddechowego, nieprzekręcaną? Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian.

Ad.242. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 243.

DOTYCZY PAKIET 98

POZYCJA 1 – 6

Prosimy o dopuszczenie bezpiecznego systemu do podaży żywienia droga dojelitową to jest standard ENFIT – równoważnego opisanemu systemowi NUTRISAFE firmy VYGON.

System złączy ENFit ma na celu zapobieganie omyłkowemu połączeniu różnych systemów i zwiększać bezpieczeństwo pacjenta, tak aby za pomocą systemów podaży żywienia dojelitowego mogło być podawane tylko żywienie dojelitowe. System ENFit jest opracowany specjalnie dla żywienia dojelitowego i zaprojektowany tak, by był niekompatybilny z systemami podaży pozajelitowej (dożylniej), przez co zwiększa się bezpieczeństwo pacjenta i zmniejsza ryzyko niewłaściwego połączenia.

Ad.243. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 244.

DOTYCZY PAKIET 98

POZYCJA 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia do użycia przez max 48 godzin w systemie ENFIT spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ kompatybilny z oferowanymi strzykawkami ?

Ad.244. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 245.

Dotyczy pakietu 135 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny 1ml, U-100 z nakładana igłą 0,4x12mm?

Ad.245. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 246.

Dotyczy pakietu 136 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do insuliny 1ml z wtopioną igłą 0,3x12,7mm?

Ad.246. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 247.

pakiet 49:

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowodowego kompatybilnego z respiratorem Benett 740,840,SYNO Vent ES o długości 1,6 m typu rura w rurze bez DEHP w skład którego wchodzi:

- rura wewnętrzna 18 mm
- rura zewnętrzna 30 mm
- śr 22 mm do respiratora
- długość 160 cm z kolankiem z portem kapno
- rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm
- tester szczelności
- czas stosowania do 7 dni?

Ad.247. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 248.

pakiet 257:

Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie Resuscytatora noworodkowego:

- przeznaczony dla niemowląt z masą ciała < 10kg,
- przeznaczony dla jednego pacjenta,
- pojemność worka 280ml,
- maska rozmiar: 1,

- dren tlenowy 3 m,
- worek o teksturowanej powierzchni zapewniającej lepszy chwyt,
- przezroczysta maska,
- jednorazowy?

Ad.248. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 249.

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z kwasu poliglikolowego o podtrzymywaniu po 14 dniach ok. 70%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 20%, okres wchłaniania 60-90 dni?

Ad.249. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 250.

Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm?

Ad.250. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 251.

Pakiet 1, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej o długości 65mm?

Ad.251. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 252.

Pakiet 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 48mm lub 77mm?

Ad.252. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 253.

Pakiet 1, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze fioletowym?

Ad.253. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 254.

Pakiet 1, poz. 20, 21, 22, 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 6 x 45cm z podwojeniem zamawianych ilości?

Ad.254. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 255.

Pakiet 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o grubości 4/0?

Ad.255. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 256.

Pakiet 4, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 4.

Ad.256. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 257.

Pakiet 6, poz. 1 – 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych?

Ad.257. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 258.

Pakiet 6, poz. 10-12

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 6.

Ad.258. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 259.

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania po 28 dniach o 23% ?

Ad.259. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 260.

Pakiet 7, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,4mm?

Ad.260. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 261.

Pakiet 7, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 7.

Ad.261. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 262.

Pakiet 8, poz. 1 – 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6,2mm?

Ad.262. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 263.

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 5/0?

Ad.263. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 264.

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 60mm?

Ad.264. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 265.

Pakiet 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 45mm?

Ad.265. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 266.

Pakiet 11, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły o długości 55mm?

Ad.266. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 267.

Pakiet 11, poz. 8-9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie pakietu nr 11.

Ad.267. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 268.

Pakiet 18 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający oczekuje cewników operacyjnych Dufoura z sterylną zatyczką fabrycznie zapakowaną wewnątrz opakowania z cewnikiem?

Ad.268. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 269.

Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewnik operacyjny Dufoura z balonem o pojemności 80-100ml, jak dotychczas stosowany w Państwa placówce?

Ad.269. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 270.

Pakiet 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podwójny przewód do cystoskopu i rektoskopu z pakowanym osobno wewnątrz opakowania silikonowym drenem łączącym, umożliwiającym podłączenia do rektoskopu lub cystoskopu?

Ad.270. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 271.

Pakiet 23 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 14x250cm?

Ad.271. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 272.

Pakiet 24 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 90x100cm?

Ad.272. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 273.

Pakiet 25 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm. Bezpośrednio pod otworem zamocowany długi worek z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów. Serweta wykonana z dwuwarstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m².

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m²

Ad.273. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 274.**Pakiet 25 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| |
|---|
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ² |
| 1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 6 cm x 14 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ² |
| 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m ² |
| 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² |
| 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² . |

Ad.274. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 275.**Pakiet 25 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| |
|--|
| 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ² |
| 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ² |
| 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m ² |
| 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m ² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m ² . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m ² . |

Ad.275. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 276.**Pakiet 25 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z przodu i na rękawach z włókniny podfoliowanej 73g/m², z tyłu wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Ad.276. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 277.**Pakiet 25 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o min. długości 7,5cm?

Ad.277. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 278.

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?

Ad.278. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 279.

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z przodu i na rękawach z włókniny podfoliowanej 73g/m², z tyłu wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Ad.279. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 280.

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem o min. długości 7,5cm?

Ad.280. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 281.

Pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x240cm?

Ad.281. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 282.

Pakiet 30 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na dłuższym boku?

Ad.282. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 283.

Pakiet 30 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową w rozmiarze 30x40cm z foli polietylenowej o gramaturze 65g/m²?

Ad.283. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 284.

Pakiet 30 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 80x30cm z włókniny polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 56g/m²?

Ad.284. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 285.

Pakiet 30 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę o parametrach:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m², w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m². Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwi podłączenia drenów o różnej średnicy?

Ad.285. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 286.

Pakiet 34,35

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu samoprzylepnych naklejek na opakowaniu?

Ad.286. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 287.

Pakiet 34 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 40x42cm z powierzchnią lepną w rozmiarze 36x40cm?

Ad.287. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 288.

Pakiet 34 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 30x28cm z powierzchnią lepną w rozmiarze 22x30cm?

Ad.288. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 289.

Pakiet 35 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 60x52cm z powierzchnią lepną w rozmiarze 60x46cm?

Ad.289. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 290.

Pakiet 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 42x42cm z powierzchnią lepną w rozmiarze 42x36cm?

Ad.290. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 291.

Pakiet 35 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści folie w rozmiarze całkowitym 40x34cm z powierzchnią lepną w rozmiarze 40x28cm?

Ad.291. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 292.

Pakiet 36 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie okulistyczne o składzie:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintergowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik o wymiarach 4cm x 50cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Ad.292. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 293.

Pakiet 36 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o wymiarach 6x8cm o gramaturze 56g/m²?
Ad.293. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 294.

Pakiet 36 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 16x200cm?

Ad.294. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 295.

Pakiet 36 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna z folii przezroczystej w rozmiarze 30x40cm?

Ad.295. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 296.

Pakiet 36 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń samoprzylepna z folii przezroczystej w rozmiarze 50x60cm?

Ad.296. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 297.

Pakiet 36 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o parametrach:

Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m², osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Ad.297. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 298.

Pakiet 36 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop w rozmiarze 120x230cm?

Ad.298. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 299.

Pakiet 36 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści osłonę na mikroskop w rozmiarze 117x203cm?

Ad.299. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 300.

Pakiet 36 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę o grubości 0,035mm?

Ad.300. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 301.

Pakiet 36 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu osłon na ramię C składającego się z 3 części:

-osłony górnej w rozmiarze 100 cm x 160 cm,

-osłony górnej w rozmiarze 80 cm x 150 cm,

-2 taśmy 3x100cm?

Ad.301. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 302.

Pakiet 36 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści osłony na kończynę o wymiarach 70cm x 120cm, wykonane z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50 g/m², łączenia wykonane technika ultradźwiękową?

Ad.302. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 303.

Pakiet 36 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 30x80cm o gramaturze 56g/m² z jedną taśmą przylepną?

Ad.303. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 304.

Pakiet 36 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 35x120cm o gramaturze 56g/m² z jedną taśmą przylepną?

Ad.304. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 305.

Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia-papier z dodatkowym pojemnikiem?

Ad.305. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 306.

Pakiet 38, 39, 246

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych?

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę.

Ad.306. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 307.

Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość pakietu | Ilość |
|------|--|--------|
| 1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe rozm. M | 2 szt. |
| 2 | Tupfer gazowy kula 20cmx20cm | 5 szt. |
| 3 | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13cm | 1 szt. |
| 4 | Ostrza chirurgiczne z trzonkiem 11 | 1 szt. |
| 5 | Misczka 120ml okrągła | 1 szt. |

Ad.307. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 308.

Pakiet 39 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość pakietu | Ilość |
|-------------|--|--------------|
| 1 | Serweta operacyjna, 75cmx90cm, 2-warstwowa, z przylepcem | 1 szt. |
| 2 | Kompres gazowy 13N 8W 7,5cmx7,5cm | 10 szt. |
| 3 | Chwytnak plastikowy do tamponów 13,9cm | 1 szt. |
| 4 | Podkład pola operacyjnego 75cmx75cm (SMS) | 1 szt. |

Ad.308. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 309.

Pakiet 44 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarze L i XL do wyboru Zamawiającego?

Ad.309. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 310.

Pakiet 45 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie o gramaturze 47g/m², pozostałe parametry jak w SIWZ?

Ad.310. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 311.

Pakiet 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x180cm?

Ad.311. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 312.

Pakiet 46 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny podfoliowanej na całej powierzchni, z długim rękawem zakończonym mankietem, w uniwersalnym rozmiarze L?

Ad.312. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 313.

Pakiet 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z włókniny z warstwą antypoślizgową?

Ad.313. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 314.

Pakiet 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z folii bez wstawki antypoślizgowej?

Ad.314. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 315.

Pakiet 47 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Ad.315. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 316.

Pakiet 60 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 700 opakowań?

Ad.316. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 317.

Pakiet 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 22 opakowań?

Ad.317. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 318.

Pakiet 65 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną maskę do tleny z drenem o dł. 210cm, opakowanie folia-papier?

Ad.318. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 319.

Pakiet 66 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wazy tlenowe z prostymi końcówkami donosowymi, bez możliwości regulacji?

Ad.319. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 320.

Pakiet 68 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty sprzęt medyczny 0,7 litra o kształcie owalnym?

Ad.320. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 321.

Pakiet 70 poz. 1 - 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Ad.321. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 322.

Pakiet 70 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali nierdzewnej?

Ad.322. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 323.

Pakiet 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200 ml?

Ad.323. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 324.

Pakiet 75 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty zestaw do pobierania wydzieliny z drenami łączącymi o dł. ok. 30cm?

Ad.324. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 325.

Pakiet 76 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o jednorodnej teksturze na całej powierzchni dłoni oraz palców, co zapewnia dobry chwyt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.325. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 326.

Pakiet 76 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości całej rękawicy min. 280mm – min. 290mm w zależności od rozmiaru, AQL 0,65 potwierdzony raportem badań z jednostki notyfikowanej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.326. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 327.

Pakiet 76 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości całej rękawicy min. 280mm, oznaczeniem rozmiaru nadrukowanym fabrycznie na kopercie w opakowaniu jednostkowym, poziom białek lateksowych 79µg/g potwierdzony badaniami jednostki niezależnej, AQL potwierdzony raportem z badań wg EN 455 z jednostki notyfikowanej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.327. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 328.

Pakiet 80, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe, wyrób medyczny klasy I i kat. I, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.328. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 329.

Pakiet 81, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200 sztuk dla rozmiaru XS-L, a'180 sztuk dla rozmiaru XL?

Ad.329. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 330.

Pakiet 81, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nieposiadające badań na przenikanie substancji Hydrochloride, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Ad.330. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 331.

Pakiet 82 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a z gumową zastawką?

Ad.331. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 332.

Pakiet 89 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do chirurgicznego mycia rąk z 7,5% roztworem jodyny powidionowej?

Ad.332. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 333.

Pakiet 89 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do chirurgicznego mycia rąk z 4% roztworem chlorheksydydy?

Ad.333. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 334.

Pakiet 90 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do mycia rurek tracheostomijnych, o długości ok. 22cm?

Ad.334. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 335.

Pakiet 92 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 4000 opakowań?

Ad.335. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 336.

Pakiet 93 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną wykonaną z miękkiego i delikatnego winylu?

Ad.336. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 337.

Pakiet 96 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50cm, dostępny w rozmiarach 4, 5, 6, 8 Fr?

Ad.337. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 338.

Pakiet 97 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez paska kontrastującego w RTG?

Ad.338. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 339.

Pakiet 97 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 1050 mm?

Ad.339. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 340.

Pakiet 105 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier na tekturowej rolce?

Ad.340. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 341.

Pakiet 107 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści papier na tekturowej rolce?

Ad.341. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 342.

Pakiet 115 poz. 1 - 5

Czy Zamawiający dopuści szyny do palców, wykonane z plastycznej blachy aluminiowej wyklejonej białą gąbką polietylenową?

Ad.342. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 343.

Pakiet 134 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC z nakładaną igłą 0,45 x 13mm?

Ad.343. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 344.

Pakiet 137 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 2858 opakowań lub dopuści wycenę za 1 szt. z przeliczeniem ilości na 200 000 szt.?

Ad.344. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 345.

Pakiet 140 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Janeta z końcówką cewnikową z dodatkowymi dwoma reduktorami Luer, pakowanymi wewnątrz opakowania?

Ad.345. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 346.

Pakiet 143 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą o długości 60mm (55mm część przezroczysta) wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów, z igłą biorczą wykonaną z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym, z logo producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na przyrządzie?

Ad.346. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 347.

Pakiet 144 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i preparatów z komorą wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów, z logo producenta na opakowaniu jednostkowym zamiast na przyrządzie?

Ad.347. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 348.

Pakiet 145 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści aparat typu Spike z filtrem bakteryjnym 1,2µm, bez zintegrowanej zastawki, wyposażony w standardowy kolec biorczy?

Ad.348. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 349.

Pakiet 149 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pancil-Point w rozmiarach: 22G/90mm bez prowadnicy oraz 25G, 26G, 27G/90mm z prowadnicą 20-22G/34mm?

Ad.349. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 350.

Pakiet 149 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pancil-Point w rozmiarach: 25G i 27G/120mm z prowadnicą 20-22G/34mm?

Ad.350. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 351.

Pakiet 149 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Standard z prowadnicą 20-22G/34mm dla rozmiarów 25G, 26G i 27G?

Ad.351. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 352.

Pakiet 158 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych w rozmiarach: 1,1 x 90mm, 0,7 x 90mm, 0,7 x 40mm, 1,2 x 90mm, 0,8 x 90mm, 0,9 x 90mm?

Ad.352. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 353.

Pakiet 162 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji jamy otrzewnowej i opłucnowej ze strzykawką 3-częściową 50/60ml?

Ad.353. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 354.

Pakiet 164, 165, 166

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez możliwości podawania cytostatyków?

Ad.354. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 355.

Pakiet 168 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowe pakowane a'25 szt. z przeliczeniem ilości na 4800 opakowań?

Ad.355. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 356.

Pakiet 171

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli: dodatkowy **korek** kompletny z zestawem?

Ad.356. Tak nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli dodatkowy korek.

Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ dotyczący Pakietu 171 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 357.

Pakiet 172

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45 x 18cm?

Ad.357. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 358.

Pakiet 184

Prosimy o doprecyzowanie, jakiego testu oczekuje Zamawiający: suchego, czy mokrego?

Ad.358. Zamawiający oczekuje testu mokrego.

Pytanie 359.

Pakiet 192,193,194, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec do mocowania sond wykonany w włókniny w kolorze cielistym, z dwustopniowym systemem aplikacji?

Ad.359. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 360.

Pakiet 214

Czy Zamawiający dopuści miskę o pojemności 700ml

Ad.360. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 361.

Pakiet 215 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania g.d.o. z łącznikiem żeńskim (lejek) oraz łącznikiem męskim (stożek z kontrolą odsysania), typu Kapkon?

Ad.361. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 362.

Pakiet 215 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kateter do odsysania w rozmiarze 24Fr?

Ad.362. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 363.

Pakiet 217

Prosimy o określenie rozmiaru oczekiwanego papieru.

Ad.363. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 364.

Pakiet 234

Czy Zamawiający dopuści kateter łącznik w rozmiarach ok. 8mm / 11mm oraz 5mm / 8mm?

Ad.364. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 365.

Pakiet 237 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec foliowy w opakowaniu a'6 szt. z wyceną za 1 op. z przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Ad.365. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 366.**Pakiet 246 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| L.p. | Zawartość pakietu | Ilość |
|------|--|--------|
| 1 | Nożyczki metalowe IRIS proste 11,5cm | 1 szt. |
| 2 | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13cm | 1 szt. |
| 3 | Igłotrzymacz j.u. dł. 13,9cm | 1 szt. |
| 4 | Serweta operacyjna 75cmx90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cmx8cm | 1 szt. |
| 5 | Kompres włókninowy 30G 4W 5cmx5cm | 5 szt. |
| 6 | Kompres włókninowy 30G 4W 7,5cmx7,5cm | 5 szt. |

Ad.366. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 367.**Pakiet 266 poz. I - II**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez powłoki silikonowej?

Ad.367. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 368.**Pakiet 282**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu General Electric MAC 800 w bloku o wymiarach 110mm x 140mm x 150 arkuszy z przeliczeniem ilości na 667 bloków?

Ad.368. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 369.**Pakiet 332 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maski dostępne w rozmiarach 0, 1, 2, 3, 4, 5?

Ad.369. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 370.**Pakiet 353**

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 22m z przeliczeniem ilości na 110 rolek?

Ad.370. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 371.**Pakiet 17****Poz. 2.**

Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewniki wykonane były z materiału 2-warstwowego innego niż poliuretan – materiału wewnątrz bardziej sztywnego na zewnątrz bardziej miękkiego – co zabezpiecza drenaż i komfort pacjenta ?

Ad.371. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 372.**Pakiet 18**

Poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje aby cewniki wykonane były z silikonu pokrytego hydrożelem, co pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika.

Ad.372. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 373.

Pakiet 26

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszyka o rozmiarach 2.2Fr x 120cm, średnica koszyka 11mm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.373. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 374.

Pakiet 26

Poz. 2 Prosimy o wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, w celu umożliwienia złożenie konkurencyjnej oferty, gdyż opis wskazuje na jednego wykonawcę.

Ad.374. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 375.

Pakiet 26

Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o długości 150cm spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.375. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 376.

Pakiet 26

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie prowadnicy o długości 150cm z powłoką hydrofilną na długości 40cm – dedykowaną do zabiegów urologicznych, z 3cm miękkim końcem, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.376. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 377.

Pakiet 26

Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 4.8Fr z powłoką hydrofilną na całej długości cewnika z prowadnicą pokrytą PTFE, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.377. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 378.

Pakiet 26

Poz. 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 4.8Fr, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.378. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 379.

Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zastawka antyzwrotna ma znajdować się na drenie przy miejscu podłączenia do pacjenta zamiast w komorze kroplowej.

Ad.379. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 380.

Pakiet 41

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby regulator przepływu miał kształt beczułki?

Ad.380. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 381.

Pakiet 49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z

polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Ad.381. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 382.

Pakiet 50

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

Ad.382. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 383.

Pakiet 51

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,18 cm H₂O i wydechowy 0,22 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

Ad.383. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 384.

Pakiet 54

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek plastikowych do laryngoskopu typ Macintosh. Łyżka kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja (okrągłe oznaczenie koloru zielonego na mocowaniu łyżki). Wykonana z PCV niezawierającego ftalanów, sztywna, odporna na zagięcia i skręcanie. Światłowod akrylowy, o szerokim, owalnym przekroju od strony źródła światła, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu. Wytrzymałe zatrzaski kulkowe zapewniające trwałe mocowanie w rękojeści. Zakończenie łyżki atraumatyczne, wyraźnie zaokrąglone, pogrubione. Opakowanie foliowe. Na opakowaniu numer serii i data produkcji. Termin przydatności do użycia - 5 lat od daty produkcji. Rozmiary Macintosh: 2 / 3 / 4 /. Wymiary łyżek (+/- 2mm) odpowiednio (długość całkowita/długość robocza/szerokość końcówki dystalnej) dla: roz 2 (115 mm/97mm/14mm), dla roz 3 (133mm/117mm/14mm), dla roz 4 (163mm/147mm/14mm).

Ad.384. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 385.

Pakiet 55

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga masek anestetycznych z silikonowym zaworem do nadmuchiwanie poduszki twarzowej i kompatybilnych ze środowiskiem MRI oraz wolnych od DEHP?

Ad.385. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 386.

Pakiet 65

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do tlenu z drenem o dł. 210 cm zakończonego łącznikiem uniwersalnym kompatybilnym z urządzeniami wymagającymi łączników standardowych i gwintowanych.

Ad.386. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 387.

Pakiet 65

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza maski zawierające DEHP?
Ad.387. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 388.

Pakiet 66

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga cewników do podawania tlenu dla dorosłych i dla dzieci wolnych od DEHP, symbol na opakowaniu jednostkowym oraz od BPA, potwierdzenie w materiałach producenta.

Ad.388. Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 389.

Pakiet 67

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi.

Ad.389. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 390.

Pakiet 67

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Ad.390. Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 391.

Pakiet 67

Prosimy o wyjaśnienie czy, dla jednoznacznej identyfikacji rozmiaru podczas użytkowanie oczekiwane w poz. 1 cewniki mają posiadać kod barwny i numeryczny rozmiaru cewnika podany na łączniku cewnikowym?

Ad.391. Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 392.

Pakiet 67

Prosimy o wyjaśnienie czy w celu jednoznacznej identyfikacji produktu podczas użytkowanie Zamawiający oczekuje informacji o numerze katalogowym nadrukowanej oryginalnie przez producenta na najmniejszym opakowaniu handlowym?

Ad.392. Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 393.

Pakiet 73

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania bez podziałki co 1cm.

Ad.393. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 394.

Pakiet 83

Prosimy Zamawiającego o sprostowanie, czy chodziło o cewniki z końcówką Nelaton, ze względu na fakt, iż cewniki z końcówką Nelaton mają szersze zastosowanie, a cewniki Tiemann stosowane są głównie na udziale urologicznym. Do trudnego cewnikowania mogą być użyte zarówno cewnik wprowadzane po przewodnicy jak i z końcówką Tiemann dlatego prosimy Zamawiającego o zaznaczenie jaką ilość cewników przeznacza na oddział urologii, a jaką dla innych oddziałów i dopuszczenie cewników silikonowych z końcówką Nelaton ze

strzykawką z 10% gliceryną z możliwością utrzymania do 90 dni i cewnika silikonowego do wprowadzania po przewodnicy .

Ad.394. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 395.

Pakiet 83

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z najwyższej jakości silikonu z możliwością utrzymania do 90 dni?

Ad.395. Zamawiający dopuszcza nie wymaga przy zachowaniu pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 396.

Pakiet 96

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do karmienia w rozmiarze 4,5,6,8Fr spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

Ad.396. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 397.

Pakiet 96

Poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem – fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu?

Ad.397. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 398.

Pakiet 114

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego system bezigłowego z negatywnym wypływem wstecznym, , żywotność 200 użyc lub 7 dni, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, o objętości wypełnienia 0,1 ml, o przepływie 135 ml/min, pakowany pojedynczo, w papier folia.

Ad.398. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 399.

Pakiet 114

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego system bezigłowego z negatywnym wypływem wstecznym, żywotność 400 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania, wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: odporność na ciśnienie do 380 psi,, o objętości wypełnienia 0,05 ml, o przepływie 8400 ml/godz, pakowany pojedynczo, w papier folia.

Ad.399. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 400.

Pakiet 114

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z trzyświatłową, wykonaną z PCV przedłużką o długości 11,5 cm, objętości wypełnienia 0,3 ml, średnica 1 mm, może być używana 200 użyc lub 7 dni.

Ad.400. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 401.

Pakiet 114

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z trzyświatłową, przedłużką o długości 8 cm, objętości wypełnienia 0,6 ml, średnica 1 x 2 mm, może być używana 400 użyć lub 7 dni.

Ad.401. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 402.

Pakiet 114

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z dwuświatłową, wykonaną z PCV przedłużką o długości 23 cm, objętości wypełnienia 0,6 ml, średnica 1 mm, może być używana 200 użyć lub 7 dni.

Ad.402. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 403.

Pakiet 114

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie systemu bezigłowego z dwuświatłową, przedłużką o długości 8 cm, objętości wypełnienia 0,4 ml, średnica 1 x 2 mm, może być używana 400 użyć lub 7 dni.

Ad.403. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 404.

Pakiet 121 poz. 3,4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z pakietu nr 121 poz. 3, 4 co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

Ad.404. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 121 poz. 3, 4 i tworzy z tych pozycji nowy pakiet nr 389. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ. Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5 do SIWZ dotyczący Pakietu 121 poz. 1 i 2 oraz Pakietu 389 poz. 1 i 2. i załącznika nr 6 do SIWZ - wykaz wymaganego wadium oraz załącznika nr 1 do SIWZ – formularz oferty w dniu 23.01.2018r.

Pytanie 405.

Pakiet 121

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, o pojemności 500ml. Z niesterylnym łącznikiem do przepływomierza.

Ad.405. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 406.

Pakiet 132

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do żywienia o wypełnieniu 0,5 ml, przepływie >30 ml/min, bez zacisku.

Ad.406. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 407.

Pakiet 132

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do płynów, o objętości wypełnienia 0,5 ml, o przepływie >2 ml/min o długości zestawu 12,5 cm, bez zacisku.

Ad.407. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 408.

Pakiet 132

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra zatrzymującego endotoksyny z drenami bez zacisku i portu dostępu.

Ad.408. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 409.

Pakiet 132

Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra do płynów 0,2 mikrona bez portu do dostrzyknięć i zastawki zwrotnej.

Ad.409. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 410.

Pakiet 138

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wyposażonych jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych nie narzuca obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali.

Ad.410. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 411.

Pakiet 138

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie pompy posiada Zamawiający na wyposażeniu szpitala.

Ad.411. Zamawiający posiada pompy; AGILIA, GRASEBY, ALARIS, ASCOR, KWAPISZ, INJECTO MAT MC ANGILIA, SP-AITECS.

Pytanie 412.

Pakiet 138

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy dla pełnej kompatybilności i bezpieczeństwa, strzykawki mają być wymienione w instrukcji pompy?

Ad.412. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 413.

Pakiet 138

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga skalowania co 1ml do pojemności 60ml?

Ad.413. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 414.

Pakiet 138

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy tłok i cylinder strzykawki mają być wykonane z polipropylenu, co zapewnia bezpieczną podaż leków?

Ad.414. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 415.

Pakiet 139

Prosimy Zamawiającego o odpuszczenie podania ceny jednostkowej netto za 100 sztuk koreczków, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Ad.415. Zamawiający dopuszcza, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Pytanie 416.

Pakiet 140

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie strzykawki zakończonej skośnie-schodkowo.

Ad.416. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 417.

Pakiet 142

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych wykonanych z poliwęglanu, materiału odpornego na pęknięcia oraz pozwalającego na toczenie płynów, tłuszczu i chemioterapeutyków, z pokrętłem w kolorze białym, z optycznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty, z jednym wejściem zabezpieczonym zaworem bezigłowym, z niezależnie osiowo i promieniście obracającą się nakrętką.

Ad.417. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 418.

Pakiet 142

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowane kraniki mają być wyposażone w kolorowe znaczniki służące oznaczeniu linii tętnicznej i żyłnej?

Ad.418. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 419.

Pakiet 142

Poz. 1

Czy oferowane kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Ad.419. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 420.

Pakiet 142

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużaczem 7 cm.

Ad.420. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 421.

Pakiet 142

Poz. 2

Czy kraniki mają posiadać dodatkowy port do iniekcji? Zastosowanie dodatkowego portu iniekcyjnego pozwala na „dostrzykiwanie” terapeutyku bez konieczności rozłączania całej linii. Ze względów epidemiologicznych takie rozwiązanie jest najbardziej optymalnym, zabezpieczającym przed zainfekowaniem linii oraz daje pełną szczelność systemu.

Ad.421. Zamawiający dopuszcza nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z zapisem SIWZ

Pytanie 422.

Pakiet 142

Poz. 2

Czy kraniki trójdrożne mają posiadać wyczuwalny i optyczny indykatorem pozycji otwarty/zamknięty? Sytuacja taka jest podyktowana względami bezpieczeństwa pracy, takie rozwiązania gwarantuje równomierny przepływ w kraniku bez zmiany ciśnienia.

Ad.422. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 423.

Pakiet 143

Prosimy o dopuszczenie aparatów do przetoczeń z komorą kroplową min. 55mm z igłą bioreczą ściętą dwupłaszczyznowo wykonaną z ABS z nazwą producenta umieszczoną na najmniejszym opakowaniu handlowym z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co

Ad.423. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 424.

Pakiet 144

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Ad.424. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 425.

Pakiet 144

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z nazwą producenta umieszczoną na najmniejszym opakowaniu handlowym.

Ad.425. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 426.

Pakiet 145

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przygotowania i pobierania leków z ponad dwa razy lepszą skutecznością filtracji – 0,2 mikrona, bez zastawki, z koreczkiem domykany ręcznie.

Ad.426. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 427.

Pakiet 164,165,166

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy tłok i cylinder strzykawki mają być wykonane z polipropylenu, co zapewnia bezpieczną podaż leków.

Ad.427. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 428.

Pakiet 262

Poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika silikonowego bez powłoki hydrożelowej, bez mandrynu, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.428. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 429.

Pakiet 262

Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystostomii z cewnikiem prostym balonowym w rozmiarze 13CH spełniającym pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.429. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 430.

Pakiet 262

Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarze 11 i 14CH z workiem na mocz, silikonową tulejką i rozrywalnym trokarem, spełniające pozostałe wymogi SIWZ.

Ad.430. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 431.

Pakiet 262

Poz. 4 i 5 Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do cystostomii wyposażony był w silikonową tulejkę mocującą do cewnika– bezpieczną i niealergizującą.

Ad.431. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 432.

Pakiet 266

Poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek intubacyjnych z termowrażliwego medycznego PVC, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa.

Ad.432. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 433.

Pakiet 272

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 %, bez wymiennika ciepła i wilgoci, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H₂O przy przepływie 30 l/min (1,9 cm H₂O przy przepływie 60 l/min), objętość oddechowa V_t 120-1000 ml, waga 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, pakowany pojedynczo.

Ad.433. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 434.

Pakiet 272

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, objętość oddechowa V_t 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, pakowany pojedynczo

Ad.434. Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 435.

Pakiet 272

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, objętość oddechowa V_t 60-500 ml, waga 14 g, filtr ze złączem prostym 15F/22M- 15M/22F, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi,

Ad.435. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 436.

Pakiet 273

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H₂O przy V_t 500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H₂O przy V_t 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H₂O

przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml (maksymalna objętość oddechowa Vt 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Ad.436. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 437.

Pakiet 274

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez uźebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wkliniowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maską bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.

Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10-20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).

Ad.437. Zamawiający dopuszcza proponowany asortyment.

Pytanie 438

Pakiet 276

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego, dwururowego karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni potwierdzony w instrukcji użycia, opakowanie foliowe.

Ad.438. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 439.

Pakiet 276

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowy dwururowy karbowany do respiratora, pediatryczny, średnica rur 15 mm, rury długości 1,5 m wykonane z polietylenu, łącznik Y z portem kapno odłączalny od rur w celu podłączenia nebulizatora, kolanko podwójnie obrotowe odłączalne od łącznika Y, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Ad.439. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 440.

Pakiet 287

Poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający oczekuje by łącznik z bezigłowy portem do pobierania próbek moczu posiadał przezroczyste okienko umożliwiające kontrolę wzrokową procedury.?

Ad.440. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 441.

Pakiet 292

Poz.1

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm, skuteczność nawilżania 24 mg H₂O przy Vt

500ml, utrata wilgotności 13,5 mg H₂O przy V_t 500 ml, przestrzeń martwa 16 ml, opór przepływu 0,2 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, przeznaczony od objętości oddechowej V_t 60 ml (maksymalna objętość oddechowa V_t 1000 ml), waga 6 g, biologicznie czysty.

Ad.441. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 442.

Pakiet 292

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, opory przepływu 0,9 cm H₂O przy przepływie 30 l/min (2,2 cm H₂O przy przepływie 60 l/min), objętość oddechowa V_t 120-750 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Ad.442. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 443.

Pakiet 303

Czy zamawiający wymaga by oba produkty pochodziły od jednego producenta ze względu na pełną kompatybilność

Ad.443. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 444.

Pakiet 304

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy ma na myśli zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni, 7 ml płynem do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydy w wyciskanej saszetce, którego każde pojedyncze opakowanie typu blister pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania tak jak obecnie stosowany w Państwa placówce?

Ad.444.Tak.

Pytanie 445.

Pakiet 305

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do 24-godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur. -2 pojedyncze opakowania zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem chlorku cetylpirydy w wyciskanej saszetce, - 4 osobne opakowania zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej z 0,05% roztworem cetylpirydy w wyciskanej saszetce. Każde pojedyncze opakowanie typu blister z wyprofilowaną częścią pełniącą jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada zintegrowany uchwyt do yankauera, umożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych odrywanych opakowań. Do każdego zestawu dołączone urządzenie umożliwiające ewakuację wydzieliny z jamy ustnej z zabezpieczeniem anty zasysającym i możliwością nadania kształtu.

Ad.445. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 446.

Pakiet 342

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w poz. 2 i 5 produktu, którego wewnętrzna warstwa drenu, mająca kontakt z lekiem pozbawiona była poliuretanu i PCV ?

Ad.446. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 447.

Pakiet 362

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe.

Ad.447. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 448.

Pakiet 362

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego z możliwością stosowania do 7 dni, potwierdzonego w oryginalnej instrukcji obsługi producenta umieszczonej w opakowaniu jednostkowym.

Ad.448. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 449.

Pakiet 366

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulania, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,18 cm H₂O i wydechowy 0,22 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Ad.449. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 450.

Pakiet 374

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zastawka antyzwrotna ma znajdować się na drenie przy miejscu podłączenia do pacjenta zamiast w komorze kropłowej.

Ad.450. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 451.

Pakiet 374

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby regulator przepływu miał kształt beczułki?

Ad.451. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 452.

Pakiet 23 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyrażanie zgody na zaoferowanie foliowej osłony urządzeń medycznych w rozmiarze 13x240cm.

Ad.452. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 453.

Pakiet 23 poz.1

Prosimy o dopuszczenie osłony z elastyczną końcówką w rozmiarze 18x244 cm.

Ad.453. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 454.

Pakiet 24 poz.1

Prosimy o dopuszczenie foliowej osłony z gumką na sprzęt medyczny w rozmiarze 104x188cm.

Ad.454. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 455.

Pakiet 24 poz.1

Prosimy o dopuszczenie osłony w rozmiarze 58 x 50 cm (szerokość x wysokość), średnica otworu po rozciągnięciu 100 cm.

Ad.455. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 456.

Pakiet 25 poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do zabiegów urologicznych o nie znacznie różniących się parametrach:

-Skład zestawu:

- 1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE ze wzmocnieniem
- 1x taśma przylepna 9x50cm
- 2x ręcznik chłonny 30x20cm
- 1x serweta z bilaminatu 75x90cm
- 1x serweta do zabiegów urologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), o gramaturze 58g/m².

Ad.456. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 457.

Pakiet 25 poz.2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cystoskopii w składzie:

- serweta główna 120 x 75 cm, z otworem w kształcie rombu 8x 18 cm
- 2 szt. nogawice w rozmiarze 79 x 140 cm,
- serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm,
- serweta na stolik Mayo oddzielnie pakowana w rozmiarze 80 x 142 cm,
- 2 szt. ręcznik chłonny 20 x 30 cm

Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), o gramaturze 58g/m².

Ad.457. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 458.

Pakiet 25 poz.3

Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wzmocnionego folią wykonanego z nieprzeźiernej włókniny polipropylenowej typu SMS. Wzmocnienia polietylenowe z polipropylenową strefą komfortu.

Materiał podstawowy 35g/m²; wzmocnienia 30g/m².

Ad.458. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 459.

Pakiet 29 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyrażanie zgody na zaoferowanie zestawu składającego się z oddzielnych komponentów.

Ad.459. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 460.

Pakiet 32 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o wymiarach 91cmx58cm, o chłonności 1550-1650g.

Ad.460. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 461.

Pakiet 34 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 40x50,5cm, powierzchni klejącej 40x42cm. Na pojedynczym opakowaniu folii operacyjnej podany jest rozmiar, data ważności oraz nr LOT. Wyrażna jest również nazwa oraz nazwa producenta.

Ad.461. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 462.

Pakiet 34 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 38,5cmx28cm, powierzchni klejącej 30x28cm. Na pojedynczym opakowaniu folii operacyjnej podany jest rozmiar, data ważności oraz nr LOT. Wyrażna jest również nazwa oraz nazwa producenta.

Ad.462. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 463.

Pakiet 35 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 70x45cm, powierzchni klejącej 60x45cm. Na opakowaniu znajdują się dwie samoprzylepne naklejki zawierające: nazwę produktu, indeks wyrobu, LOT, datę ważności.

Ad.463. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 464.

Pakiet 35 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej o rozmiarze całkowitym 40x40cm, powierzchni klejącej 34x40cm. Na opakowaniu znajdują się dwie samoprzylepne naklejki zawierające: nazwę produktu, indeks wyrobu, LOT, datę ważności.

Ad.464. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 465.

Pakiet 76, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic delikatnie teksturowanych zapewniających pewny chwyt z wewnętrzną warstwą pokrytą polimerem ułatwiającą zakładanie na suche i wilgotne dłonie. Opakowanie max 100 szt.

Ad.465. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 466.

Pakiet 76, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie korzystniejszego poziomu AQL wynoszącego 0,65 po zapakowaniu.

Ad.466. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 467.

Pakiet 76, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiety fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Rozmiar rękawicy oznakowany wyraźnym kontrastującym kolorem na mankiecie. Poziom protein < 10 µg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Ad.467. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 468.

Pakiet 77

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawiczki mają posiadać również rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III?

Ad.468. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 469.

Pakiet 77

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodność z europejskimi normami wymienionymi przez Zamawiającego tj. EN 455-1,2,3, ma być potwierdzona załączonym do oferty certyfikatem/certyfikatami europejskiej jednostki notyfikowanej wskazującym na dany produkt?

Ad.469. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 470.

Pakiet 77

Prosimy o wyjaśnienie czy rękawice mają być produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej?

Ad.470. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 471.

Pakiet 78

Czy w celu zapewnienia jak największego komfortu zamawiający oczekuje, aby opakowanie zawierało dodatkowe tłoczenia w listkach znacznie ułatwiające otwieranie?

Ad.471. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 472.

Pakiet 78

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice powinny cechować się wzmocnionym mankiem rolowanym posiadającym widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania, co umożliwi komfortową pracę także w trakcie dłuższych zabiegów chirurgicznych?

Ad.472. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 473.**Pakiet 80**

Ze względu na fakt, że winyl jako materiał do produkcji rękawic jest wyjątkowo mało wytrzymałym materiałem i ze względu na swoje właściwości fizyczne i chemiczne nie zalecanym do pracy w środowisku mokrym i w procedurach wysokiego ryzyka, zapis o zarejestrowaniu jako kategoria III może wprowadzić użytkownika w błąd i dać fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Środek ochrony osobistej kategorii III powinien nieść za sobą ochronę w procedurach wysokiego ryzyka. Winyl natomiast nie może być stosowany w kontakcie z substancjami chemicznymi, gdyż nie stanowi bariery w środowisku mokrym, a w takim środowisku jest kontakt z substancjami chemicznymi w szpitalu. Prosimy zatem Zamawiającego o dopuszczenie rękawic oznakowanych jako kategoria I Środka Ochrony Osobistej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy zatem o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał potwierdzenia barierowości na substancje używane w środkach dezynfekcyjnych, jak m.in. alkohole i aldehydy.

Ad.473. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 474.**Pakiet 81**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic, posiadających poziom ochrony 1 (min. 1 min.) dla Carmustine oraz poziom ochrony 4 dla pozostałych leków. Pragniemy nadmienić, że krótkie rękawice diagnostyczne są rękawicami ochronnymi do badań i ich wykorzystanie jest krótkotrwałe. W warunkach praktycznych Personel wykonujący czynności związane z potencjalnym kontaktem z lekiem (przenoszenie pojemników z lekiem, podawanie leku, utylizacją pojemników strzykawek) trwają max 1-2 minuty, a każde rękawice należy po wykonaniu tych czynności bezwzględnie zmienić. Dla sytuacji, gdy dochodzi do ryzyka dłuższego kontaktu z lekami cytostatycznymi – przygotowanie roztworu leku, sprzątanie po przypadkowym rozlaniu, przeznaczone są do ochrony personelu zupełnie inne rękawice o zdecydowanie większej grubości, długości i ochrony przed lekami.

Ponadto Zamawiający opisał w pakiecie 5 rękawice do masowego użytku, natomiast nie przy każdym użyciu użytkownik będzie miał kontakt z cytostatykami. Stawiając powyższy wymóg Zamawiający narusza zasady o uczciwej konkurencji.

Ad.474. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 475.**Pakiet 81**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie badań potwierdzających barierowość dla 33 % formaliny (4 poziom ochrony), zamiast dla 10 % formaliny (2 poziom). Pragniemy nadmienić, że wyższe stężenie to większe narażenie na przebicie danego związku, zatem zachowując odpowiedni poziom ochrony wobec 33% formaliny użytkownik może być pewien, że ochrona przed przebiciem niższego stężenia formaliny będzie co najmniej taka sama lub wyższa.

Ad.475. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 476.**Pakiet 81**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o czasie przebicia min. 8 min. dla Carmustine?

Ad.476. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 477.**Pakiet 81**

Prosimy o dopuszczenie rękawic posiadających barierowość dla Carmustyny na 1 poziomie ochrony (min. 15 min) oraz badania na Formaldehyd (37%) w 10% roztworze metanolu tj. o stężeniu wyższym niż opisane w SIWZ .

Ad.477. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 478.

Pakiet 89 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z roztworem koncentratu jodopowidonu (7,5%).

Ad.478. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 479.

Pakiet 89 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z roztworem glukonianu chlorheksydyny (4%).

Ad.479. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 480.

Pakiet 154 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic w rozmiarze XL konfekcjonowanych po 90sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Ad.480. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem i zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 481.

Pakiet 174 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera okrężnego dostępnego w rozmiarach: 24mm (wysokość zszywki przed zamknięciem 4.5mm), 26mm (wysokość zszywki przed zamknięciem 4.8mm) , 29mm (wysokość zszywki przed zamknięciem 4.8mm), 32mm (wysokość zszywki przed zamknięciem 5.0mm) , 34mm (wysokość zszywki przed zamknięciem 5.0mm). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Ad.481. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 482.

Pakiet 176 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplera liniowego z nożem z ładunkiem tytanowych zszywek o wysokości 3,8mm lub 4,8mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Ad.482. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 483.

Pakiet 176 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokości zszywki 3,8mm lub 4,8mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Ad.483. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 484.

Pakiet 186 poz.1

Czy Zamawiający pisząc „łatwa do dezynfekcji i czyszczenia” ma na myśli, aby strzygarka była całkowicie wodoszczelna poprzez zanurzenie i posiadała klasę szczelności min. IPX7?

Ad.484. Zamawiający dopuszcza nie wymaga z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 485.

Pakiet 186 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia także w ramach umowy ostrzy do okolic miejsc trudnodostępnych (węższe ostrze i wyższe cięcie), w ilości 200 szt. ostrzy do miejsc trudnodostępnych, a 4800 sztuk uniwersalnych. Pragniemy nadmienić, że ostrza do okolic miejsc trudnodostępnych było testowane na 3 oddziałach w Państwa szpitalu i zdecydowanie się sprawdzały.

Ad.485. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 486.

Pakiet 300 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego po 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Ad.486. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 487.

Pakiet 300 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx30cm.

Ad.487. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 488.

Pakiet 300 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx20cm konfekcjonowanego po 50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Ad.488. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 489.

Pakiet 331 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań chirurgicznych wykonanych z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m², nieprześwitujących, oddychających w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, XXL. Bluzy i spodnie oddzielnie pakowane. 25 bluz/spodni w torbie foliowej, 4x25sztuk w kartonie zbiorczym.

Ad.489. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 490.

Pakiet 386

W związku z tym, że w SIWZ nie sprecyzowano poziomów na jakim mają chronić rękawice do ochrony RTG, prosimy o doprecyzowanie zgodnie, czy rękawice z przeznaczeniem mają redukować dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV o ekwiwalencie ołowiu min. 0,04 mm Pb?

Ad.490. Zamawiający doprecyzowuje: rękawice do ochrony RTG mają redukować dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV o ekwiwalencie ołowiu min. 0,04 mm Pb. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ dotyczący Pakietu 386 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 491.

Czy zamawiający w **Pakiecie 14 a** dopuści siatkę w rozmiarze 7,5x15cm, z porami wielkości 2,0x2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ (pragniemy zaznaczyć, że obecnie dostarczamy do Państwa siatki przepuklinowe w proponowanym rozmiarze)?

Ad.491. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 492.

Czy zamawiający w **Pakiecie 14 b i c** dopuści siatki o wielkości porów 0,38x0,38mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Ad.492. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 493.

Czy zamawiający w **Pakiecie 14** dopuści siatki, które są zagięte w opakowaniach. Jesteśmy producentem siatek przepuklinowych od kilkadziesiąt lat. Z naszego i naszych klientów doświadczenia wynika, że z naszymi

siatkami nie ma problemów z powodu zgięcia ich w opakowaniu, a co więcej odpowiednie złożenie zmniejsza wielkość opakowania i ułatwia przechowywanie produktu np. na Boku Operacyjnym.

Ad.493. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 494.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 61 w pozycji 1** dopuści elektrodę o wymiarach 30x24mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.494. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 495.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 64 w pozycji 1** dopuści żel w opakowaniach 50g z odpowiednim przeliczeniem oferowanych opakowań względem wymagań SIWZ?

Ad.495. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 496.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 82 w pozycji 1** dopuści zaoferowanie cewników Tiemanna w rozmiarach od 12 do 22 spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.496. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 497.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 82 w pozycji 2** dopuści zaoferowanie cewników Nelaton w rozmiarach od 10 do 20 spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.497. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 498.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 84 w pozycji 1** dopuści worek posiadający podwójny wieszak – hak i taśma – zapewniają dodatkowe zabezpieczenie wypełnionego worka (nie posiadający wzmocnionych otworów do wieszania worka) , posiadający bezigłowe złącze do pobierania próbek moczu zapobiegające przypadkowym zakłuciom, zwiększając bezpieczeństwo personelu klinicznego (nie posiadający samouszczelniającego się portu do pobierania próbek moczu), spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.498. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 499.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 215 w pozycji 1** dopuści dren o długości 180cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.499. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 500.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 215 w pozycji 2** dopuści dren o długości 180cm i średnicy wewnętrznej 7mm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad.500. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 501.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 315 w pozycji 1** dopuści matę o wymiarach 25,5 cm x 40,5 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Ad.501. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 502.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 329 w pozycji 1** dopuści jednorazowy zestaw do drenażu jamy opłucnowej, do drenażu czynnego, trzykomorowy, z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na górze zestawu umożliwiające regulację w zakresie od 10-40cmH₂O ze stopniowaniem co 5 cm H₂O, o objętości

2500ml, wyskalowany co 1ml w zakresie 0-250ml i co 10ml do 2500ml, bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu, możliwość pobierania próbek z samouszczelniającego się drenu łączącego, przezroczysty umożliwiający obserwację prawidłowego działania zestawu, posiadający zawór ręczny z filtrem antybakteryjnym oraz pokrywą zabezpieczającą w celu kontroli nadmiaru podciśnienia, posiadający automatyczny zawór upustowy ciśnienia w przypadku nadmiaru dodatkiego ciśnienia, o wysokość max. 37 cm, sterylne, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie i podstawką rozkładaną umożliwiającą postawienie na podłodze, zapakowany sterylnie w folię i serwetę, z oznaczonym miejscem jej otwarcia, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym mechanizmem zapobiegającym załamaniu i skręcaniu drenu?

Ad.502. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 503.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 388 w pozycji 1** dopuści żel w opakowaniach 250 ml z odpowiednim przeliczeniem oferowanych opakowań względem wymagań SIWZ?

Ad.503. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 504.

pakiet 116, pozycja 1

Czy Zamawiający w pakiecie **116 pozycji 1** ma na myśli, zgłębnik typu PUR przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare, w rozmiarach CH 6/60cm, 8/110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm?

Ad.504. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 505.

pakiet 116, pozycja 2

Czy Zamawiający w pakiecie 116 pozycji 2 ma na myśli, zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna), zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit???

Ad.505. Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.

Pytanie 506.

pakiet 116, pozycja 3

Czy Zamawiający w pakiecie 116 pozycji 3 ma na myśli, zestaw do żywienia dojelitowego Flocare do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity, zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit, zgodny z zestawem wymienionym w instrukcji obsługi pompy Flocare Infinity?

Ad.506. Zamawiający dopuszcza zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.

Pytanie 507.

pakiet 116, pozycja 4

Czy Zamawiający w pakiecie 116 pozycji 4 ma na myśli, zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej o rozmiarach zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego?

Ad.507. Zamawiający miał na myśli kompletny zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii typu PEG.

Pytanie 508.

Pakiet 293, pozycja 1

Czy Zamawiający w **pakiecie 293,pozycji 1** dopuści wyspecyfikowane zgłębniki zakończone złączem ENFIT?

Ad.508. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 509.

Pakiet 293, pozycja 2

Czy Zamawiający w **pakiecie 293 pozycji 2** dopuści zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy o rozmiarze Ch 10/145 cm zakończony był złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare?

Ad.509. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 510.

Pakiet 293, pozycja 3

Czy Zamawiający w **pakiecie 293 pozycji 3** dopuści zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu z linia kontrastująca w promieniach RTG, o rozmiarach CH 10, CH 14, CH 18 do wyboru przez Zamawiającego, zakończony był złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare?

Ad.510. Zamawiający dopuszcza zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" zakończony złączem ENFIT.

Pytanie 511.

Pakiet 293, pozycja 4

Czy Zamawiający w **pakiecie 293 pozycji 4** w związku z wycofaniem z produkcji strzykawek z końcówką Enlock dopuści strzykawkę 3 częściową, enteralną, niecentryczną, z końcówką ENFit , 60 ml, jak na zdjęciu poniżej?. Nowy standard jest docelowo jedynym obowiązującym.



Ad.511. Zamawiający dopuszcza strzykawkę 3 częściową, enteralną, niecentryczną, z końcówką ENFit, 60 ml.

Pytanie 512.

pakietu nr 124

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 124 poz. 1 wkładów w dwóch pojemnościach 1,5 oraz 2,5 L? Producent wycofał z produkcji wkłady o pojemności 1L.

W związku z tym deklarujemy nieodpłatne dostosowanie starszych ssaków Medela do nowego systemu.

Ad.512. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 513.

pakietu nr 289

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 289 poz. 1 i 2 łyżki do laryngoskopu wykonane z tworzywa o zwiększonej wytrzymałości, sztywne z metalowym systemem zatraskowym?

Ad.513. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informację wysyłamy drogą elektroniczną oraz zamieszczamy na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno – inwestycyjnych
mgr Aneta Gomółka - Siembora

