

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień publicznych)
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/6/2018

09 .02.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ **Zakup i dostawę pasków z gradientem stężeń antybiotyku do określenia wartości MIC drobnoustrojów oraz testów do oznaczeń immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/6/2018,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.**

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków do określania wartości MIC wykonanych z trwałej bibuły? Rodzaj nośnika nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego, a według informacji producenta paski celulozowe zapewniają dokładniejsze przyleganie testu do powierzchni agaru i zapobiegają tworzeniu się mikropęcherzyków powietrza, które mogą zakłócać dyfundowanie antybiotyku do podłoża.

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Pakiet nr 1 Poz. 2 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na termin ważności:

Pakiet nr 1 poz. 1 – min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Pakiet nr 1 poz. 2 – min. 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Pytanie 3 - do umowy (Zał. nr 5):

1. §2 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień?
Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie określić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po stronie Zamawiającego.
2. §6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5%?
3. §6 ust. 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?
4. §6 ust. 1 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 50 zł?

5. § 6 ust. 1 lit. d – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na? „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy asortymentu -w wysokości 2% wartości wadliwego towaru, w którym stwierdzono wady, za każdy dzień zwłoki,”??
6. § 6 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na? „ za zwłokę w terminie dostawy określonej w §2 ust.2 umowy - w wysokości 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”?
7. § 6 ust. 1 lit. e – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na następującą modyfikację postanowienia umownego: „ za zwłokę w terminie dostawy określonej w §2 ust.2 umowy - w wysokości 3% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki.”?
8. § 6 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?
9. § 6 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?
Uzasadnienie: Postanowienie umowne w brzmieniu obecnym jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno – inwestycyjnych
mgr Aneta Gomółka - Siembora**