

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień Publicznych)
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

31 .01.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup i dostawę sprzętu medycznego jedнокrotnego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży*”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.**

Pytanie 1.

Pakiet 167

Poz 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł z regulowaną długością ostrza, o długości roboczej 200 cm długości igły 4 mm lub 6 mm, średnicy ostrza igły 21-23 G ?

Ad.1. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 2.

Pakiet 167

Poz 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł z regulowaną długością ostrza, o długości roboczej 240 cm długości igły 4 mm, średnicy ostrza igły 23-25 G ?

Ad.2. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 3.

Pakiet 167

Poz 3. Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiającymi otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2mm, 2,4 mm, 2,8mm (do wyboru) długość 240cm, z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego. Współpracujące z kanałem roboczym 2,8 i 3,2 mm- kleszcze o rozmiarze szczęk 2,8mm ?

Ad.3. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 4.

Pakiet 167

Poz.4. Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiającymi otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2mm, 2,4 mm, 2,8mm (do wyboru) długość 160 cm z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego . Współpracujące z kanałem roboczym 2,8 lub 3,2 mm - kleszcze o rozmiarze szczęk 2,8mm ?

Ad.4. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 5.

Pakiet 340

Poz 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowani zestawów 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr ?

Ad.5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6.

Pakiet 340

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz 1 ,2 ,3 ,4 ,5,6,7,8,9,10 do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty?

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7.

Pakiet 340

Poz 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu i zaferowania zestawu do opaskowania żyłaków przelyku zawierający 7 podwiązek, wykonanych z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia , zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązek ?

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Z – ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Lek. med. Hanna Majewska - Dąbrowska