

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/12/2020

20.03.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, gwoździ śródszpikowych oraz implantów dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/12/2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 punkt 11 dopuści również: śruby 1.3mm korowe o długości od 6mm do 18mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta krzyżowe, tytan oraz śruby 1.0mm korowe o długości od 6mm do 14mm, samogwintujące gniazdo śrubokręta krzyżowe, tytan?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

p.o. Dyrektora
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Jacek Roleder