

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900
wew. 266 – **Sekcja zamówień publicznych**
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/37/2017

08.05.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia do 12 tygodni od momentu podpisania umowy? Akceptacja umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Kon

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet 1

Ad. 1 Materac przeciwoleżynowy klasa pierwsza, dla pacjentów z odleżynami II stopnia włącznie. poz. 3Czy Zamawiający dopuści materac przeznaczony dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz z odleżynami do III stopnia (w skali do IV stopnia)? Oferowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

poz. 5

Czy Zamawiający dopuści proponowane wymiary:

- długość: 200 cm

- szerokość: 80 cm

- wysokość: 12 cm

Oferowane parametry nieznacznie różnią się od wymaganych i mogą być uznane za równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści maksymalne obciążenie pacjenta 140 kg? Akceptacja umożliwi złożenie oferty korzystnej cenowo

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5**Pakiet 1**Pkt. 4

Prosimy o dopuszczenie materaca który zapewnia redukcję ucisku na ciało pacjenta do poziomu poniżej 20 mmHg w czasie przynajmniej 30% cyklu pracy materaca u pacjentów o wadze 90 kg +/- 5% - potwierdzenie wykresem ucisku wywieranym na ciało pacjenta przez pojedynczą komorę w cyklu 10 min

Odpowiedź:**Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 6**Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie wysokości 13 cm

Odpowiedź:**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.****Pytanie 7**Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie wskaźnika braku właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną oraz o odstąpienie od wymogu wskaźnika przerwy w zasilaniu prądem

Odpowiedź:**Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 8**Pkt. 10

Prosimy o dopuszczenie maksymalnej wagi pacjenta 150 kg rozumianej jako skuteczność terapeutyczna

Odpowiedź:**Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 9**Pkt. 13

Prosimy o dopuszczenie Materaca pokrytego odpinanym, paro przepuszczalnym pokrowcem przeznaczony do prania z dzianiny rozciągliwej w czterech kierunkach – jest to parametr lepszy

Odpowiedź:**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.****Pytanie 10****Pakiet 1**Pkt. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu wskaźnika, pracy materaca i wskaźnika braku właściwego ciśnienia

Odpowiedź:**Zgodnie z SIWZ.****Pytanie 11**Pkt. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu wskaźnika przerwy w zasilaniu prądem

Odpowiedź:**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 12**Pakiet 2**Pkt. 7

Prosimy o odstąpienie od wymogu wskaźnika przerwy w zasilaniu prądem

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie materaca pokrytego odpinanym pokrowcem przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanego z dzianiny rozciągliwej czterokierunkowo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie maksymalnej wagi pacjenta 160 kg rozumianej jako skuteczność terapeutyczna

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15**Pytanie do zał. 1 do SWIZ, część nr 1 pkt. 5 – parametry wymagane**

Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy, który ma wymiary 195x88x18 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16**Pytanie do zał. 1 do SWIZ, część nr 1 pkt. 6 – parametry wymagane**

Czy Zamawiający dopuści materac bez konieczności używania dodatkowego materaca podkładowego? Nasz materac kładzie się bezpośrednio na łóżku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17**Pytanie do zał. 1 do SWIZ, część nr 1 pkt. 12 – parametry wymagane**

Czy Zamawiający dopuści materac bez dodatkowego pokrowca?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18**Pytanie do zał. 1 do SWIZ, część nr 2 pkt. 10 – parametry wymagane**

Czy Zamawiający dopuści materac który nie posiada wsparcia po piąty ponieważ posiada cały aktywny cykl komórkowy 1-w-4 obsługuje 75% ciała pacjenta przez cały czas, w grupach po trzy napompowane komory, podczas gdy czwarta komora opróżnia się na tyle, aby rozprrowadzić ciśnienie i zachęcić reperfuzję tkankową. Dodatkowe korzyści to większy komfort pacjenta, mniej świadomości ruchu naziemnego wsparcia oraz zmniejszenie występowania powikłań związanych ze stymulowaniem bodźców, takich jak skurcze mięśni.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19**Pytanie do zał. 1 do SWIZ, część nr 2 pkt. 13 – parametry wymagane**

Czy Zamawiający dopuści materac bez dodatkowego pokrowca?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Pytanie do pakietu 1 i 2 do SWIZ,

Czy zamawiający dopuści materac z okresem gwarancji do 24 miesięcy?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

PAKIET 1

Pytanie 21

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PCV ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 22

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PU ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 23

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 24

Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału nylon ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zastrzega materiału.

Pytanie 25

Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału PU ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie zastrzega materiału.

Pytanie 26

Czy pokrowiec materaca ma być odporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Czy pokrowiec materaca ma być ognioodporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego) ?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 28

Czy pokrowiec materaca ma być zapinany na nity tzw. prześcieradło czy całościowy obejmujący Materac z każdej strony zapinany zamkiem błyskawicznym ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie określa.

Pytanie 29

Czy zamek materaca ma być zabezpieczony tzw. okapnikiem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 30

Jaka ma być ilość pneumatyczna komór ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 31

Czy materac ma być materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania na ramie łóżka ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Czy zamawiający dopuści komory o wys. 13 cm (z medycznego punktu widzenia są one skuteczniejsze w terapii odleżyn) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 33

Czy komory materaca mają posiadać tzw. zabezpieczenie przeciwwrotacyjne ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 34

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależnego wypinanie każdej komory materaca do realizacji terapii bezdotykowej odleżyn ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 35

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (w zakresie ok. 20-50mmHg) ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra-niskociśnieniową (w zakresie ok. 10-30mmHg) ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 38

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 39

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 40

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać dwie sekcje materaca ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 41

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać trzy sekcje materaca ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 42

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwłuszczowy zasysanego powietrza lub filtr antybakteryjny ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 min do 25 minut ze zmianami czasu co 5 minut ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PAKIET 2**Pytanie 44**

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PCV ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 45

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PU ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 46

Czy komory materaca mają być wykonane z materiału PUN ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 47

Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału nylon ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 48

Czy pokrowiec materaca ma być wykonany z materiału PU ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa materiału.

Pytanie 49

Czy pokrowiec materaca ma być odporny na temperaturę gotowania tj. 105 st. C ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50

Czy pokrowiec materaca ma być ognioodporny (co powinno być potwierdzone badaniami Niezależnego Certyfikowanego Laboratorium Badawczego) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 51

Czy pokrowiec materaca ma być zapinany na nity tzw. prześcieradło czy całościowy obejmujący Materac z każdej strony zapinany zamkiem błyskawicznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 52

Czy zamek materaca ma być zabezpieczony tzw. okapnikiem ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 53

Jaka ma być ilość pneumatyczna komór ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 54

Czy materac ma być materacem samonośnym przeznaczonym do bezpiecznego układania na ramie łóżka ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Czy zamawiający dopuści komory o wys. 20 cm (z medycznego punktu widzenia są one skuteczniejsze w terapii odleżyn) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Czy komory materaca mają posiadać tzw. zabezpieczenie przeciwrotacyjne ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 57

Czy komory materaca mają posiadać tzw. automatyczne szybkozłączki umożliwiające niezależnego wypinanie każdej komory materaca do realizacji terapii bezdotykowej odleżyn ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 58

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą niskociśnieniową (w zakresie ok. 20-50mmHg) ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59

Czy pompa zasilająca materac ma być pompą ultra-niskociśnieniową (w zakresie ok. 10-30mmHg) ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb siedzeniowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 61

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać tryb kardiologiczny ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 62

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać automatyczny dobór wartości ciśnienia z możliwością ręcznej korekty poprzez wskaźnik według stopnia odleżyny pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 63

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać dwie sekcje materaca ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 64

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać trzy sekcje materaca ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa.

Pytanie 65

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać zewnętrzny, wymienny filtr przeciwłuszczywy zasysanego powietrza lub filtr antybakteryjny ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Czy pompa zasilająca materac ma posiadać ustawienia czasu cyklu w pompie od 5 min do 25 minut ze zmianami czasu co 5 minut ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Podpisał
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Krzysztof Bałata