

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę asortymentu do przeprowadzania badań kontrastowych
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/7/2022**

Nazwa i adres Wykonawcy:

W związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, OFERUJEMY:

**PAKIET 1
Wkłady do kontrastu do Pracowni Tomografii Komputerowej**

| Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy |
|----|---|-----------------|-------------|------------------|---------------|------|----------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p>Wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha. Zestaw mocowany za pomocą adapterów 100 ml i 200 ml, zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wkład do kontrastu o pojemności 200ml, b) wkład do soli o pojemności 100 ml, c) ostrze typu „SPIKE” – 2 sztuki, d) słomka do nabierania kontrastu - 2 szt d) złącze niskociśnieniowe z trójnikiem Y, spiralne, o długości 150 – 250cm. <p>Zestaw jednorazowy, sterylne.</p> | zestaw | 3 500 | | | | | | |
| 2 | <p>Złącze niskociśnieniowe z trójnikiem Y (ramiona różnej długości). Złącze spiralne, o długości 150-250 cm, z jedną zastawką antyzwrotną. Złącze jednorazowe, sterylne, kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha.</p> | sztuka | 2 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 3 | Dren prosty - złącze spiralne o długości 150 cm, bez zastawek antyzwrotnych - złącze jednorazowe, sterylne - złącze kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu NEMOTO DUAL-SHOT Alpha - maksymalne ciśnienie 375 psi | sztuka | 1 000 | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | | |

PAKIET 2

Wkłady do kontrastu do Pracowni Rezonansu Magnetycznego

| Lp | Asortyment | jednostka miary | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | KOD/Nr katalogowy |
|--|---|-----------------|-------------|------------------|---------------|------|----------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p>Wkłady do kontrastu kompatybilne z posiadanym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP firmy ECOMED</p> <p>Zestaw mocowany bezpośrednio do urządzenia, zawiera:</p> <p>a) wkład do kontrastu o pojemności 65 ml, b) wkład do soli o pojemności 115 ml, c) ostrze typu „SPIKE” – 2 sztuki, d) słomki do nabierania kontrastu - 2 sztuki, e) złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem Y, spiralne, o długości 150 – 250cm</p> <p>Zestaw jednorazowy, sterylny.</p> | zestaw | 1000 | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (NETTO) | | | | | | | | | |
| WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU (BRUTTO) | | | | | | | | | |