

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/56/2019

13 grudnia 2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego na wyposażenie Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/56/2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytania dotyczą Załącznik nr 4 do SIWZ:

PAKIET 1

Videoprocessor obrazu HDTV

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie videoprocessora obrazu o parametrach:

dot. poz. 34) dotyczących zasilania – napięcie: 230V (prąd przemienny), częstotliwość: 50-60Hz, prąd wejściowy: 2,4 A

dot. poz. 35) warunki pracy - temperatura otoczenia 10-40°C , wilgotność względna 30-85%

Wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem zawartym w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 2

Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów

Pytanie 1 - dot. poz. 11

Prosimy o dopuszczenie szafy z oświetleniem wewnętrznym w postaci energooszczędnego panelu LED – wmontowanego w boczne ściany każdej z komór suszenia / przechowywania.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – dot. poz. 17

Prosimy o dopuszczenie szafy w której wieszaki zamontowane są na stałe wewnątrz każdej z komór suszenia / przechowywania (bez możliwości składania pod kątem 90°) , załadunek i rozładunek endoskopów

odbywa się wewnątrz strefy przechowywania na stałej wysokości zamontowanych wieszaków (wieszaki/uchwyty na rękojeść endoskopu zamontowane na wysokości ok. 180cm).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – dot. poz. 19

Prosimy o dopuszczenie szafy z funkcją niezależnej automatycznej kontroli stanu zawieszenia/odwieszenia każdego podłączonego endoskopu (czujniki zawieszenia/odwieszenia).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dot. poz. 20

Prosimy o dopuszczenie szafy z wbudowanym dotykowym ekranem o średnicy **5"**, z menu w jęz. polskim.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 – dot. poz. 22

Prosimy o dopuszczenie szafy z wyświetlaczem/panelem sterującym z awaryjnym podtrzymaniem baterijnym wszystkich parametrów i ustawień w momencie zaniku zasilania szafy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – dot. poz. 23

Prosimy o dopuszczenie identyfikacji i rejestracji użytkowników w procesie przechowywania przez system kodów PIN oraz czytniki RFID oraz identyfikacji i rejestracji przechowywanych endoskopów przez indywidualnie programowane/oznaczane zawiesia np. poprzez modele, numery seryjne itp.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – dot. poz. 24

Prosimy o dopuszczenie identyfikacji endoskopów przez indywidualnie programowane/oznaczane zawiesia np. poprzez nazwy, modele, numery seryjne itp. – z możliwością jednoczesnego wprowadzenia maks. 8 różnych nazw/typów/modeli (oferowana szafa na 8 endoskopów).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 – dot. poz. 25

Prosimy o dopuszczenie identyfikacji użytkowników poprzez indywidualne kody PIN (wprowadzane manualnie) lub czytniki RFID. Możliwość wprowadzenia jednocześnie maks. 8 użytkowników + 1 pin dodatkowy tzw. awaryjny/serwisowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 – dot. poz. 27

Prosimy o dopuszczenie szafy z możliwością wydruków w tym m.in. po wyjęciu przechowywanego endoskopu z informacjami takimi jak:

- nazwa i nr urządzenia
- data i godzina procesu
- typ, model i nr seryjny przechowywanego endoskopu
- czas przechowywania endoskopu (z dodatkową informacją zdalny/nie zdalny do badania, użycia)
- dane personelu który wyjął endoskop
- parametry przechowywania w tym m.in. temperatura, wilgotność

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 – dot. poz. 29

Prosimy o dopuszczenie dodatkowego systemu filtracji powietrza na doprowadzeniach do indywidualnych przyłączy do kanałów endoskopu (dla każdego przyłącza niezależnie – filtry HEPA 14).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11 – dot. poz. 34

Prosimy o dopuszczenie wskaźnika postępu procesu przechowywania endoskopu w warunkach mikrobiologicznie czystych (bez konieczności dezynfekcji przed ponownym użyciem).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 – dot. poz. 36

Prosimy o dopuszczenie szafy z funkcją kontroli ciśnienia w kanałach endoskopu (z informacją / alarmem o przekroczeniu programowanych wartości granicznych).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 – dot. poz. 37 i 38

Prosimy o dopuszczenie możliwości przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez min. 72h z badaniami potwierdzającymi możliwość przechowywania do 168h (raport badania niezależnego instytutu mikrobiologii)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 – dot. poz. 39

Prosimy o dopuszczenie w przypadku braku zasilania możliwości przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez maks. 3 godziny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 – dot. poz. 43

Prosimy o dopuszczenie szafy bez możliwości sterowania sprężonego powietrza dla każdego endoskopu indywidualnie, wartości dostarczanego ciśnienia w oferowanej szafie programowane są jednakowo dla wszystkich przechowywanych endoskopów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 – dot. poz. 46

Prosimy o dopuszczenie szafy z koszykiem na akcesoria montowanym przy każdym indywidualnym wieszaku.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 – dot. poz. 48

Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach maks: szerokość 1400mm , głębokość 535mm , wysokość 2200mm .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18 – dot. poz. 49

Prosimy o dopuszczenie szafy o wadze maks 214 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 – dot. poz. 50

Prosimy o dopuszczenie szafy ze zintegrowanymi kompresorami powietrza (2 niezależne dla każdej z komór). Powietrze skompresowane 0,35 bar.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20 – dot. poz. 51

Prosimy o dopuszczenie poboru powietrza (maks. zużycie) 2700 l/min. dla zawieszonych 8 endoskopów jednocześnie. Maksymalny pobór na dobę 7,2m³/h.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21 – dot. poz. 52

Prosimy o dopuszczenie urządzenia zasilanego prądem 220-240V, 50Hz , 1.7A (L1, N, PE).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22 – dot. poz. 53

Prosimy o dopuszczenie moc maks. 400W.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy zapisów SIWZ pkt. C ppkt. 2e oraz załącznik nr 5 – pkt. 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia oświadczeń producenta w wymaganym zakresie a wystarczające okażą się oświadczenie autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego serwisu producenta.

Pytanie 24

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1b, 1c, 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1% ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1d

Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...)

- a) 3 - krotnego opóźnienia Sprzedawcy w spełnieniu świadczenia wynikającego z udzielonej gwarancji lub jednokrotnego takiego opóźnienia, które przekracza 7 dni

(...)” ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas reakcji : przyjęcie zgłoszenie –podjęcie naprawy:

- w okresie gwarancji wynosiło 36 godzin
- w okresie po gwarancji wynosiło 60 godzin

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę w okresie gwarancji – do 5 dni roboczych i po okresie gwarancji do 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przestoju, po którym termin gwarancji zostaje przedłużony z 5 na 10 dni roboczych?

Odpowiedź:

Tak, o ile na czas przestoju zostanie wstawione urządzenie zastępcze.

Pytanie 31

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Minimalna liczba napraw tego samego istotnego elementu powodująca wymianę podzespołu na nowy w okresie gwarancji”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – pkt. 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu zagwarantowania części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 33

Dotyczy zapisów SIWZ pkt. C ppkt. 2a

Czy w przypadku gdy brak w prospektach opisu danego wymogu Zamawiający wyrazi zgodę na oświadczenie autoryzowanego dystrybutora o spełnieniu wszystkich wymaganych parametrów ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 8 oraz załącznik nr 5 – pkt. 15

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia instrukcji serwisowych a co za tym idzie zrezygnuje ze szkolenia personelu technicznego w zakresie konserwacji i napraw niewymagających interwencji serwisu ?

Wszelkie czynności naprawcze, nawet drobnych awarii w okresie udzielonej gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez techników przeszkolonych u producenta urządzeń. Ponadto, co istotne do właściwej diagnostyki nawet drobnej usterki niezbędne są właściwe urządzenia (często stacjonarne), którymi dysponuje serwis Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy zapisów umowy § 6¹ ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu udzielonej rękojmi do 3 lat ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Dotyczy zapisów umowy § 6¹ ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na wymianę bądź usunięcie wad do 7 dni roboczych ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

**DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr Mariusz Obrycki**