Uwaga
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe. Ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31 wynika prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawców oznacza, że dopuszcza się zaoferowanie / zastosowanie równoważnych urządzeń innych producentów, pod warunkiem zachowania równoważnych istotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych tych urządzeń, z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień w tym również zgody przedstawiciell Inwestora i Biura Projektowego.





ETAP II - REHABILITACJA

Legenda:

Optyczny system przyzywowy Caremed IP

- Centrala dyturkowa IP
- TS - Terminal IP
- Node3 IP - Interfejs salowy IP
- Node - Interfejs salowy BUS
- Node 2 - Interfejs salowy BUS
- Serwer PC nr. art. CM635200
- SWITCH 16/24-portowy
- PoE 24-portowy
- Access Point
- Zasilacz stabilizowany 24V DC, 240W,10A montaż na szynie DIN. Wymiar: 14 jednostek szerokości
- iNurse (Android) nr art. CMINurse
- Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory z szyldem imiennym, nr art. 770471, montaż 2,2m
- Przycisk kasujący/odwołowczy PO, nr art. 957205, montaż 1,2-1,5m
- Przycisk przywoławczy podlegany PSZ, nr art. 957305, montaż 2,2m
- Przycisk przywoławczy z gniazdem PPOD i manipulatorem, nr art. 957345, montaż 1,2-1,5m (w panelu) *manipulator (sterowanie obec.) - art. 844515 *manipulator - art. 844505 *uchwyt - art. 957733

Legenda okablowania:

- U/FTP kat. 6a — przewód typu: U/FTP kat. 6a
- S — przewód systemowy "S" typu: YTDY 10x0,5mm
- Z — przewód zasilający "Z" typu: YDY 2x1,5mm2

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-600 WŁOCŁAWEK

Obiekt	Przebudowa kstn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
		Projektował	inż. T.Publicki	V.2017	182/G/99		-			
Inwestor	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża	Opracował	mgr inż. R.Bilński	V.2017			Format	Tytuł rys.	Schemat blokowy systemu przyżywowego	Nr rys.
		Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	V.2017	63/Gd/2002		-			E1-05

ETAP II - REHABILITACJA

885 x 297