

Łomża, dnia 16 czerwca 2023 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Dostępność, szansą na rozwój Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”

**Projekt pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania pro jakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/44/2023**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 1. Fotel do pobrań – 10 szt. Pkt. 7.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do pobrań o szerokości całkowitej 87cm?

Determinuje ją szerokość leża 57cm + 2szt. podłokietników o szerokości 15cm każdy.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 1. Fotel do pobrań – 10szt. Pkt. 8.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do pobrań, którego oparcie pleców regulowane jest elektrycznie za pomocą pilota w zakresie: 0-74°?


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 1. Fotel do pobrań – 10szt. Pkt. 9.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do pobrań, którego podnózek (segment nóg) ma szerokość 570mm, a jego długość wynosi 660mm? Zgodnie z rysunkiem technicznym poniżej:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 1. Fotel do pobrań – 10szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel do pobrań, którego podstawa dla zapewnienia stabilności w każdej pozycji fotela ma długość: 1048mm i szerokość: 478mm?

Poniżej zdjęcie poglądowe fotela, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie asortyment owo ilościowe i parametry wymagane PAKIET 1 – Fotel do pobrań

1. Czy Zamawiający dopuści fotel do pobrań o poniższych parametrach:

- podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym
- tapicerka bezszwowa, skóropodobna
- wysokość regulowana za pomocą bezprzewodowego pilota ręcznego
- oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0 ° do 70°
- podnóżek regulowany za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0° do 25°
- regulowane podłokietniki (w poziomie): 180°
- wieszak na podkład w rolce
- Długość: 186 cm
- Szerokość: 66 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm

Wysokość: od 45 cm do 65 cm

Wymiary podstawy: 111x53 cm

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznik nr 4 do SWZ Zestawienie asortyment owo ilościowe i parametry wymagane PAKIET 2 – KRZESEŁKO EWAKUACYJNE

1. Czy Zamawiający dopuści krzesło ewakuacyjne z regulacją wysokości uchwyty górny w przedziale od 105 cm do 160 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści krzesło ewakuacyjne o wymiarach po rozłożeniu 105 – 160 cm x 50 cm x 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści krzesło ewakuacyjne o wymiarach po złożeniu 105 cm x 50 cm x 21 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści krzesło ewakuacyjne o wadze 12 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznik nr 5 do SWZ Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia.

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę firmą kurierską asortymentu nie zakwalifikowanego jako sprzęt medyczny? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowane produkty, nie są aparaturą medyczną i nie wymagają przeglądów?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 8

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 1 foteli do pobrań o parametrach jak niżej:

Ad. 2 Wyposażony w regulację wysokości siedziska. Najniższa pozycja siedziska od podłoża minimum 550 mm,

Ad. 8 Kąt pochylenia oparcia pleców 80 stopni.

Ad. 9 Wymiary podnóżka: szerokość 490 mm, długość 290 mm,

Ad. 10 Wymiary podstawy fotela max 970 x 622 mm.

Pozostałe zapisy bez zmian.

(Proponowane fotele są użytkowane w ośrodku dializ Zamawiającego).

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ

2. Dot. załącznik nr 5 do SWZ Prosimy o dopuszczenie czasu reakcji: przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy w czasie gwarancji i po gwarancji 48 godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Pakiet 1: Fotel do pobrań – 10 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań z regulacją wysokości 500-750 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań z regulacją kąta pochylenia oparcia pleców w zakresie 850?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do pobrań z podstawą o wymiarach 600 x 900 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

1. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Postanowienie § 4 ust. 9 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

„9. Sprzedawca może przesłać Kupującemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Faktura taka, musi zawierać wszystkie dane, o których mowa w art. 6 wspomnianej Ustawy. Adres poczty elektronicznej Kupującego, na który Sprzedawca może przesłać fakturę elektroniczną:

Na wskazany w zdaniu poprzednim adres poczty elektronicznej Kupującego, Sprzedawca może przysyłać również inne dokumenty księgowo w formacie .pdf, np. duplikaty faktur, korekty faktur, noty obciążeniowe, noty korygujące”

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Sprzeda w ca za płaci Kupującemu karę umowną:

a) za odstąpienie od Umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

b) za zwłokę w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy (w tym również m. in.: w przeszkoleniu personelu Kupującego w zakresie prawidłowej eksploatacji aparatury medycznej/sprzętu medycznego oraz braku wykonania przeglądów w terminach

określonych w Umowie) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za niezrealizowaną część przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego za niezrealizowaną część przedmiotu Umowy

c) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze, o których mowa w §2 ust. 7¹ Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu Umowy

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu Umowy, z a każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu Umowy. Kary nie nalicza się w przypadku do starczenia Kupującemu na czas naprawy urządzenia zastępczego o parametrach i funkcjach równych lub lepszych,

e) za zwłokę w czasie reakcji: przyjęciu zgłoszenia podjęciu naprawy w ramach gwarancji, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu Umowy za każde 6 h zwłoki liczone odpowiednio od upływu 24 h (w okresie gwarancji) i 48 h (po okresie gwarancji) od zgłoszenia, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto należnego za wadliwą część przedmiotu Umowy

f) w wypadku każdorazowego naruszenia zasad poufności, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy kara umowna w wysokości 250, 00 z ł za każde naruszenie.

g) zwłoki w zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub projektu jej zmiany albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek.

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w związku z wezwaniem Zamawiającego do zmiany umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek,

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 i 137 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udostępnia wyjaśnienia i zmianę treści SWZ, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Dyrektor
Jarosław Pokoleńczuk