

Warunki konieczne stawiane sprzętowi laboratoryjnemu – dotyczy Pakietu I.

Wymagania określone jako „TAK”, są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Lp.	Parametry – opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sprzęt laboratoryjny jest rok produkcji 2019 r, kompletny, sprawny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.	TAK	
2	Instrukcje obsługi i konserwacji w jęz. polskim (dopuszczone na nośniku elektronicznym)	TAK	
3	Uruchomienie sprzętu laboratoryjnego i przeprowadzenie szkolenia personelu z zakresu instalacji, obsługi i konserwacji sprzętu laboratoryjnego oraz z zakresu interpretacji uzyskanych wyników analiz i użyteczności klinicznej. Urządzeń w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz dostarczenie stosownych zaświadczeń (certyfikaty) z ww. szkoleń uczestnikom szkolenia.	TAK	
4	Dostępność serwisu – możliwość zgłaszania awarii oraz uzyskania telefonicznie porady technicznej dni robocze . Czas naprawy sprzętu laboratoryjnego max. 2 dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia. Bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu laboratoryjnego przez okres trwania umowy w tym naprawy i wymiana niezbędnych części zużywalnych i szczegółowy przegląd konserwacyjny co najmniej raz w roku .	TAK	
5	Autoryzowany serwis gwarancyjny. Dołączyć certyfikat o autoryzacji serwisowej	TAK	
6	Zapewnienie urządzenia zastępczego, w wypadku naprawy serwisowej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych , na czas trwania naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy.	TAK	
7	Udostępnienie protokołów transmisji danych czytnika w celu ich wpięcia do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego – Infinity Roche.	TAK	

.....

data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Warunki konieczne stawiane sprzętowi laboratoryjnemu – dotyczy Pakietu 2

Wymagania określone jako „TAK”, są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet **jednego** z n/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Lp.	Parametry – opis	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Sprzęt laboratoryjny jest rok produkcji 2019 r, kompletny, sprawny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantujący bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego , a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych .	TAK	
2	Instrukcje obsługi i konserwacji w jęz. polskim (dopuszczone na nośniku elektronicznym)	TAK	
3	Uruchomienie sprzętu laboratoryjnego i przeprowadzenie szkolenia personelu z zakresu instalacji, obsługi i konserwacji sprzętu laboratoryjnego oraz z zakresu interpretacji uzyskanych wyników analiz i użyteczności klinicznej Urządzeń w terminie 21 dni od daty podpisania umowy oraz dostarczenie stosownych zaświadczeń (certyfikaty) z ww. szkoleń uczestnikom szkolenia.	TAK	
4	Dostępność serwisu – możliwość zgłaszania awarii oraz uzyskania telefonicznie porady technicznej dni robocze . Czas naprawy sprzętu laboratoryjnego max. 2 dni robocze od chwili przyjęcia zgłoszenia. Bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu laboratoryjnego przez okres trwania umowy w tym naprawy i wymiana niezbędnych części zużywalnych.	TAK	
5	Zapewnienie urządzenia zastępczego, w wypadku naprawy serwisowej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych , na czas trwania naprawy warsztatowej w serwisie, na koszt Wykonawcy.	TAK	
6	Udostępnienie protokołów transmisji danych czynnika w celu ich wpięcia do istniejącego w laboratorium systemu informatycznego – Infinity Roche.	TAK	

.....
data

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

