

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 266 – **Sekcja zamówień publicznych**  
**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

ZT-SZP-226/01/ 53 /2017

11.08.2017r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **zakup i dostawę testów diagnostycznych do diagnostyki alergii wraz z dzierżawą sprzętu oraz zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do dzierżawionego analizatora COBAS a także zakup i dostawę odczynników i akcesoriów do pracującego w laboratorium analizatora STARLYTE V dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 53 /2017.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1** Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ - Profil pokarmowy ( 10 alergenów) m.in. kakao,mleko, żółtko jaja, wołowina, kurczak, owoce,glutaminian. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu glutaminianu, **który nie jest IgE zależny.**

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 2** Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ - Profil wziewny/oddechowy (10 alergenów)m.in.pióra-mix, roztocza, pleśnie, odchody gołębi. Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu alergenu odchodów gołębi, który nie jest istotny klinicznie.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 3** Dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ – A – nabiał i orzechy, mąka i mięso, owoce. Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji A,B i C do oddzielnego pakietu, wpłynie to na złożenie dodatkowej oferty i umożliwi poszerzenie potencjalnych wykonawców zamówienia.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Pytanie 4** Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na bezglutenowe elektrody producenta aparatu (pozycje nr 4a, 4b, 4c, 4d) z zachowaną gwarancją, które są zgodne z nadanym znakiem CE i są ogólnie dostępne?

**Odp. Tak.**

**Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ** Par. 2 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności na 6 miesięcy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ** Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 5 ust. 2 g)** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Prawa zamówień publicznych, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie obowiązywania Umowy, Strony postanawiają, że do cen netto przedmiotów objętych umową doliczany będzie podatek od towarów i usług według nowej stawki od momentu wejścia w życie nowej stawki podatku VAT .”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 6 ust. 1 myślник pierwszy** Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 6 ust. 1 myślnik drugi i trzeci** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot.: Załącznik nr 6 do SIWZ Par. 7 ust. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.  
16.08.2017 godz. 10.00**

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

*mgr inż. Roman Nojszewski*