

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień publicznych)
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

30.01.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Zakup i dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży*”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.**

Pytanie 1.

Dotyczy Pakietu nr 126

Czy Zamawiający używając określenia „typu dretech variant” ma na myśli zestaw o kompaktowej budowie, stabilnej podstawie i wysokości nie przekraczającej 25 cm z suchą regulacją siły ssania?

Ad. 1. Zamawiający używając określenia „typu dretech variant” miał na myśli zestaw o kompaktowej budowie, stabilnej podstawie, z rączką umożliwiającą przenoszenie i powieszenie na łóżku pacjenta, wysokość max. 25 cm z mechaniczną regulacją siły ssania.

Pytanie 2.

Dotyczy Pakiet 50

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego: jednorazowego układu oddechowego jednorurowego, współosiowego (rura w rurze), o średnicy rury zewnętrznej ok. 30 mm, wewnętrznej ok. 18 mm. i długości 180cm do aparatów do znieczulenia, złącza rur standardowe o średnicy 22mm; z odłączalnym kolankiem z portem kapno z wkręcanym koreczkiem, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą rozciągalną do 150 cm i 2l workiem bezłateksowym, rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 60cm; bez DEPH, z miękkimi złączkami, z kapturkiem zabezpieczającym układ przed zanieczyszczeniami/tester szczelności. Wszystkie elementy układu pakowane w jednym opakowaniu zbiorczym.

Pragniemy zaznaczyć iż Zamawiający zna i z powodzeniem używał proponowany układ oddechowy.

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

Dotyczy Pakiet 65

Prosimy o dopuszczenie maskę do tlenu z drenem o długości 200 cm z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4.

Dotyczy Pakiet 257

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora noworodkowego firmy Ambu przeznaczonego dla jednego pacjenta o parametrach:

- worek o objętości 220 ml umożliwiający skuteczną wentylację pacjentów o masie ciała <10 kg
- maska twarzowa rozmiar 0

- dren tlenowy
- rezerwuuaru tlenu o objętości 300 ml umożliwiającą uzyskanie do 100% tlenu w mieszaninie oddechowej.

Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5.

Dotyczy Pakiet 291 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie resuscytatora jednorazowego dla dorosłych firmy Ambu wykonanego z SEBS - nowoczesnego tworzywa sztucznego pozbawionego ftalanów, odpornego na efekt starzenia się w wyniku przechowywania, o objętości worka oddechowego 1475 ml i worka tlenowego 2600ml spełniającego pozostałe wymagania SIWZ"

Ad. 5. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z zapisem SIWZ.

Pytanie 6.

Dotyczy Pakiet 291 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie resuscytatora pediatrycznego jednorazowego renomowanej firmy Ambu o objętości worka oddechowego 635 ml i worka tlenowego 2600ml spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty druku formularza ofertowego wydrukowanego tylko z pakietami, na które Wykonawca składa ofertę?

Uzasadnienie: Składając ofertę na kilka pakietów formularz ofertowy można zmniejszyć z 55 stron do kilku stron.

Ad. 7. Tak Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ - formularz oferty,, uwaga”.

Pytanie 8.

Czy zamawiający w pakiecie 123 pozycji 1 „Proteza głosowa typu PROVOX - pakowana pojedynczo, sterylna, - wykonana z silikonu medycznego, - niskooporowa, - posiadająca pierścień z tworzywa widoczny w promieniach rtg,- możliwość zakładania protezki do przetoki od strony tchawicy jak i przełyku/dodatkowy kołnierz uszczelniający od strony przełyku. Rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym” miał na myśli: Niskooporowa wszczepialna proteza głosowa zbudowana z silikonu klasy medycznej i polimeru/tworzywa fluorowego w rozmiarach: 4; 6; 8; 10; 12,5 i 15 mm, średnicy minimum 22 Fr. posiadająca pierścień z tworzywa widocznego w promieniach rentgenowskich oraz elastyczne kołnierze (od strony przełyku i od strony stomy) umożliwiające zakładanie protezy do przetoki przełykowo-gardłowej z dwóch stron tj. z dościa przedniego - przez tracheostomię oraz z dościa tylnego - od strony przełyku z użyciem giętkiej przewodnicy, proteza bezpieczna dla obrazowania MR do 3T oraz badań RTG oraz radioterapii do dawki 70Gy. proteza jest łatwo czyszczona za pomocą szczoteczki, proteza jest w opakowaniu sterylnym, korpus protezy (obudowa jednokierunkowej zastawki) widoczny w promieniach rentgenowskich, możliwość zamówienia protezy z trzecim dodatkowym kołnierzem uszczelniającym od strony przełyku, opakowanie zawiera protezę oraz podajnik, wielorazową szczoteczkę do czyszczenia protezy, instrukcje dla lekarza i pacjenta w języku polskim.

Ad. 8. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Czy zamawiający w pakiecie 123 pozycji 2 „Proteza głosowa typu PROVOX z zestawem jednorazowych narzędzi do wszczepienia protezy” miał na myśli: Zestaw do pierwotnego wszczepiania protez głosowych 8, 10 lub 12,5 mm średnicy minimum 22 Fr, z narzędziami do wykonania zabiegu, jednorazowego użytku (z wyjątkiem szczoteczki do czyszczenia protezy), jałowy, Zestaw w składzie: transparentny protektor gardła wykonany z materiału termoplastycznego - zapobiegający perforacji tylnej ściany przełyku, cienka zagięta igła punkcyjna z chirurgicznej stali nierdzewnej z kanałem wewnętrznym do przeprowadzania przewodnicy, przewodnica z barwionego tworzywa fluoroplastycznego, rozszerzacz przetoki z termoplastycznego elastomeru i polipropylenu z fabrycznie połączoną protezą głosową z silikonu klasy medycznej i polimeru fluorowego, szczoteczka do czyszczenia protezy.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Dotyczy Pakietu nr 41

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw z regulatorem, o długości 195cm bez zastawki antyzwrotnej w komorze lub z zastawką umieszczoną na końcu drenu?

Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11.

Dotyczy Pakietu nr 114

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 1 bezigłowego zaworu dostępu naczyniowego o przepływie zaworu 211/h (360 ml/min), charakteryzującego się objętością wypełnia zaworu 0,05ml, 400 aktywacjami, który umieszczony jest w opakowaniu folia-papier.

Ad. 11. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 12.

Dotyczy Pakietu nr 114

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 2 dwuświatłowego bezigłowego zaworu dostępu naczyniowego z przedłużką, o długości 8mm, średnicy drenów 1x2mm, objętości wypełnienia 0,4ml, ilość aktywacji 400.

Ad. 12. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13.

Dotyczy Pakietu nr 155

Prosimy o dopuszczenie do przetargu igieł o rozmiarze 22Ga.

Ad. 13. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14.

Dotyczy Pakietu nr 161

Prosimy o dopuszczenie do przetargu igieł o drenie wykonanym z PVC nonDEHP (ftalany zastąpione bezpiecznym materiałem TOTM), o długościach igieł 16-25mm z kołnierzem wykonanym z miękkiej pianki medycznej przytwierdzonej do przezroczystego korpusu poliwęglanowego.

Ad. 14. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15.

Dotyczy Pakietu nr 227

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w portu o średnicy przegrody 9,5 mm pozwalającej na 1500 nakłuć, z cewnikiem termoplastycznym, poliuretanowym o długości 79 cm, śr. wew. 1mm i zew. 1,9 mm.

Ad. 15. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16.

Dotyczy Pakietu nr 342

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycjach 1, 2 i 5 zestawów o długości (190-210cm), w których dreny wykonane są 2-warstwowo, warstwa wewnętrzna (mająca kontakt z lekiem) nie zawiera PVC, natomiast warstwa zewnętrzna wykonana jest z PVC bez DEHP.

Ad.16. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17.

Dotyczy Pakietu nr 342

Prosimy o dopuszczenie do przetargu w pozycji 3 linii o długości 30 -33cm i średnicy wewnętrznej drenu 3mm, bez rotacyjnego łącznika luer-lock.

Ad. 17. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18.

Dotyczy Pakietu nr 343

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia igły z przedłużką ok. 20cm wykonaną z PVC nonDEHP, wyposażoną w zacisk i zakończoną końcówką luer-lock?

Ad.18. Zamawiający doprecyzowuje opis o następujące parametry „ dren z zaciskiem bez PVC”. Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ dotyczący Pakietu 343 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 19.

Dotyczy pakietu nr 76 poz. 1

Czy nie doszło do omyłki w sprawie parametru - pudrowania rękawic. Dotychczas Zamawiający pracował na rękawicach pudrowanych, na co wskazuje również opis powierzchni - gładka.

Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 20.

Dotyczy pakietu nr 76 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe bezpudrowe polimeryzowane, powierzchnia zewnętrzna rękawic mikro teksturowana o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Ad. 20. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21.

Dotyczy pakietu nr 76 poz. 2

Czy nie doszło do omyłki w sprawie parametru - pudrowania rękawic. Dotychczas Zamawiający pracował na rękawicach pudrowanych.

Ad. 21. Nie doszło do omyłki. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22.

Dotyczy pakietu nr 76 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszej szczelności AQL 0,65 o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ

Ad. 22. Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie 23.

Dotyczy pakietu nr 76 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby poziom AQL na opakowaniu był oznaczony fabrycznie przez Producenta?

Ad. 23. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 24.

Dotyczy pakietu nr 80 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie jakich rękawic Zamawiający oczekuje: pudrowanych czy bezpudrowych?

Ad. 24. Zamawiający doprecyzowuje opis o następujące parametry „ rękawice bezpudrowe”.

Zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ dotyczący Pakietu 80 poz. 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 25.

Dotyczy pakietu nr 81 poz. 1

Czy zamiast badań na Formalina 10% lub formaldehyd 4%- poziom ochrony-klasa 2, Zamawiający dopuści rękawice z badaniami na formaldehyd 37% z poziomem ochrony-klasa 5, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Pragniemy nadmienić iż przebadanie rękawic na wyższe stężenie środka chemicznego pozwala stosować je przy niższych stężeniach.

Ad. 25. Dopuszczamy nie wymagamy, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 26.

Dotyczy pakietu nr 81 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby wymienione środki chemiczne w tym cytostatyki były fabrycznie opisane przez Producenta na opakowaniu jednostkowym?

Ad. 26. Dopuszczamy nie wymagamy.

Pytanie 27.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 174** dopuści staplery okrężne jednorazowe, zakrzywione, o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31mm, 34 mm z automatycznym dociskiem tkanki, formowanie zszywek po zamknięciu w kształt

zbliżony do litery B, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału, kowadełko z integralnym trokarem, podwójna dźwignia spustowa posiadająca zabezpieczenie manualne, wysokość zszywek przed zamknięciem 4,8 mm?

Ad.27. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 176 poz. 1** dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem dł. 60 mm, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm lub 4,8 mm, nóż wymieniany każdorazowo po odpaleniu wraz z ładunkiem, uchwyt staplera z antypoślizgową powłoką?

Ad.28. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 29.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 176 poz. 2** dopuści ładunki do staplera z pozycji 1, dł 60 mm, wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm lub 4,8 mm?

Ad.29. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 30.

Czy Zamawiający w **Pakiecie 322** dopuści czyścik do elektrod j.u. , sterylne, w opakowaniu zbiorczym 100 szt., dodatkowo każdy zapakowany oddzielnie, rozmiar 5,08 cm x 5,08 cm?

Ad.30. Zamawiający dopuszcza z zachowaniem przeliczenia sztuk na opakowanie. Pozostałe wymogi zgodnie z zapisem SIWZ.

**Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno – inwestycyjnych
mgr Aneta Gomółka - Siembora**