

Załącznik nr 5 do SWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i wymagania dotyczące oferowanego asortymentu.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2022

OFERUJEMY:

Uwaga:

- ilość opakowań należy podać z dokładnością do 1,0 zaokrąglając w górę.
- Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą Załącznik nr 5 do SWZ tylko w odniesieniu do Pakietów, w których Wykonawca składa ofertę.
- Kolumna „ Miejsce dostawy ”- Wykonawca nie ma obowiązku wypełnienia. Jest to kolumna informacyjna.

Pakiet nr 15										
L.p.	Asortyment	jednostka miary	ilość j.m.	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT%	Wartość brutto	Producent/Nazwa handlowa	KOD/Nr katalogowy	Miejsce dostawy
1	Worek jednorazowego użytku z zastawką do zamkniętego zestawu odsysania o pojemności 3000 ml: - posiadający filtr zapobiegający przepelnieniu i chroniący środowisko przed bakteriami, - zawór jednokierunkowy zapobiegający powrotowi odsysanych wydzielin do pacjenta, - łącznik kątowy zapobiegający zamknięciu światła drenu do pacjenta, - zawierający proszek żelujący.	sztuka	700							
2	Worek jednorazowego użytku z zastawką do zamkniętego zestawu odsysania o pojemności 2000 ml: - posiadający filtr zapobiegający przepelnieniu i chroniący środowisko przed bakteriami, - zawór jednokierunkowy zapobiegający powrotowi odsysanych wydzielin do pacjenta, - łącznik kątowy zapobiegający zamknięciu światła drenu do pacjenta, - zawierający proszek żelujący.	sztuka	13 600							

Zestawienie asortymentowo-ilość

3	<p>Worek jednorazowego użytku z zastawką do zamkniętego zestawu odsysania o pojemności 1000 ml:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadający filtr zapobiegający przepelnieniu i chroniący środowisko przed bakteriami, - zawór jednokierunkowy zapobiegający powrotowi odsysanych wydzielin do pacjenta, - łącznik kątowy zapobiegający zamknięciu światła drenu do pacjenta, - zawierający proszek żelujący, <p>Pozostałe wymagania:</p> <p>Na czas trwania umowy Zamawiający wymaga doposażenia Szpitala w niezbędne oprzyrządowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanistry plastikowe o pojemności 1 l - 15 szt, - kanistry plastikowe o pojemności 2 l – 95 szt, - kanistry plastikowe o pojemności 3 l – 15 szt, - mocowniki do kanistrów w postaci automatycznych klipsów mocowanych do oszynowania w stole operacyjnym – 60 szt, - mocowniki do drenów – 70 szt. - zawory z pokrętkiem – 40 szt, - ilość stanowisk do doposażenia, do uzgodnienia z Zamawiającym. 	sztuka	3 500							Apteka Szpitalna
WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO / BRUTTO										