

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/02/31/2019

10.12.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI KONKURSU OFERT

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę odzieży operacyjnej, fartuchów operacyjnych i serwet chirurgicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/31/2019

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny przeznaczony na operacje standardowego ryzyka

- wykonany z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego oraz bawełniano poliestrowej
- pole krytyczne fartucha (przód oraz rękawy) wykonane z tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego 130g/m². Tkanina zgodna z normą PN-EN 13795. Odporność na przesiąkanie płynów min. 50 cm H₂O
- poza polem krytycznym z oddychającej, komfortowej tkaniny bawełniano-poliestrowej (50%/ 50%) gramaturze 155 g/m² Tkanina zgodna z normą PN-EN 13795 pod względem pylenia oraz parametrów wytrzymałościowych
- rękawy zakończone poliestrowymi ściągaczami (100% poliester)
- w górnej części zapinany na napy
- poły nakładane na siebie
- szew łączący poszczególne elementy tkaniny kryty, zawijany, dwuigłowy, stębnowany
- wykonany z pojedynczej warstwy tkanin na całej powierzchni
- zachowanie barierowości przez okres 100 cykli PSS (pranie, suszenie, sterylizacja)
- fartuch posiada system umożliwiający łatwe rozróżnienie rozmiaru poprzez przyporządkowanie koloru ściągacza pod szyją do rozmiaru
- fartuch posiada trwały system umożliwiający określenie ilości kolejnych uzyć w postaci wszywki ze stoma kwadracikami
- fartuchy posiadają skuteczny system naprawy uszkodzeń mechanicznych takich jak np. rozdarcia, przedziurawienia (pole krytyczne)?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy Konkursu ofert.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dla kompletów operacyjnych (bluza + spodnie) i sukienek operacyjnych dopuści tkaninę bawełniano poliestrową z włóknem węglowym o zawartości bawełny 69% oraz gramaturze 150 g/m², spełniającą wszystkie parametry normy PE-EN 13795?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań Konkursu ofert.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dla Pakietu 3 pozycja 1 dopuści następujące kolory: zielony, jasny niebieski, bordowy lub czerwony?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga kolor zielony tkaniny w serwetach chirurgicznych i fartuchach, zarówno dla Bloku Operacyjnego jak i Oddziału Urologicznego; Zamawiający dopuszcza kolor jasny niebieski w fartuchach dla Oddziału Nefrologii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz dopuszcza kolor bordowy odzieży dla Oddziału Okulistycznego i Oddziału Kardiologicznego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dla spełnienia wymagania określonego w Rozdziale 5 podpunkt 2 dopuści co najmniej jedną dostawę odzieży medycznej, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto?

Odpowiedź

Zamawiający w niniejszym Konkursie ofert nie określał warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dla kompletów operacyjnych (bluza + spodnie) i sukienek operacyjnych dopuści trzy kieszenie?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych wymagań Konkursu ofert.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dla Serwet dopuści warstwę chłonną z tkaniny o gramaturze 188 +/- 8 g/m² i chłonności 100%?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy Konkursu ofert.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr Mariusz Opryski