

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. **314**
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/20/2017

23.03.2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: zakup i dostawę kontenerów do wymiany części systemu kontenerowego na Blok Operacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Zamawiający działając na podstawie art 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje o zmianie treści SIWZ polegającej na poprawieniu omyłki pisarskiej w zał. nr 1 do SIWZ.

W zał. 1 do SIWZ w poz. 4 i 5 jest:

4. Kontenery na zużyte narzędzia – 600x280x150 mm, wanna stalowa bez perforacji w dnie, pokrywa stalowa bez perforacji i otworu.

System gwarantujący pewne zamknięcie kontenera – brak możliwości przesuwania pokrywy

5. Kontenery na zużyte narzędzia – 600x280x150 mm, wanna stalowa bez perforacji w dnie, pokrywa stalowa bez perforacji i otworu.

System gwarantujący pewne zamknięcie kontenera – brak możliwości przesuwania pokrywy

W zał. 1 do SIWZ w poz. 4 i 5 powinno być:

4. Kontenery na zużyte narzędzia – 590x280x150 mm, wanna stalowa bez perforacji w dnie, pokrywa stalowa bez perforacji i otworu.

System gwarantujący pewne zamknięcie kontenera – brak możliwości przesuwania pokrywy

5. Kontenery na zużyte narzędzia – 300x280x150 mm, wanna stalowa bez perforacji w dnie, pokrywa stalowa bez perforacji i otworu.

System gwarantujący pewne zamknięcie kontenera – brak możliwości przesuwania pokrywy

Powyższe zmiany nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu.


DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
m. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Krzysztof Bałata