

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 314 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/38/2019

10 . 12. 2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku na rzecz Oddziału Noworodków i Weześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 38 /2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1.

Pakiet 34 Pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli czujniki do pomiaru saturacji jednorazowe ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2.

Pakiet 34 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego, dla noworodków poniżej 3 kg i > 40 kg, reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 3.

Pakiet 34 pozycja 1

Czy Zamawiając pozwoli na zaproponowanie czujnika do pomiaru saturacji: końcówka neonatologiczna na stopę lub dłoń zakres wagi < 3kg lub na palec zakres wagi 3 – 20 kg, miękka jednorazowa opaska na rzep, bez lateksu, możliwość przekładania na inne miejsce bez konieczności wymiany czujnika, nie powodujące podrażnień i ucisku skóry noworodka. Współpracujący z kardiomonitorem z serii Intellivue.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 5.

Pakiet 15 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu z możliwością


podawania lipidów ,sterylny, niepirogenny, optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki (możliwość zmiany pozycji w zakresie 360*), wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, bez jednego ramienia kranika zabezpieczonego zaworem bezigłowym, wolny od lateksu i ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6.

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja nr 1 plastry do mocowania wkłuc obwodowych noworodkowych i neonatologicznych, w rozmiarze 3,5 x 4,7 cm ? Plastry przy zakładaniu nie przekraczają się, są bezpośrednio zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie skleją się przy aplikacji, dzięki przezroczystej folii umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 7.

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 pozycja nr 2 plastry do mocowania wkłuc obwodowych pediatryczne, w rozmiarze 5 x 6 cm ? Plastry przy zakładaniu nie przekraczają się, są bezpośrednio zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie skleją się przy aplikacji, dzięki przezroczystej folii umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 8.

Dotyczy pakietu nr 8 pozycja nr 1 oraz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 pozycja 1 oraz 2, plastrów pakowanych po 50 szt. i przeliczenie w formularzu cenowym odpowiednio pozycja nr 1 – 30 op. , pozycja nr 2 – 6 op. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9.

Dotyczy pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody noworodkowe zgodnie z opisem SIWZ , jednakże o średnicy 25 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 10.

Dotyczy pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby elektrody noworodkowe w pozycji 1 były stosowane do 5 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 11.

Dotyczy pakietu nr 20 pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby elektrody noworodkowe w pozycji nr 2 były radioprzeziernie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ|.

Pytanie 12.

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %? Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Dlatego tak ważne jest aby okulary do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 13.

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii o konstrukcji budowy wykończonej na opasce materiałem NeoFoam zapobiegają zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwi lepsze absorbowanie światła UV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ|.

Pytanie 14.

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga aby okulary do fototerapii posiadały wyprofilowany kształt w obrębie oczodołów zapobiegające ingerencji promieni bocznych dodatkowo wyprofilowany kształt umożliwi bezproblemowe poruszanie powieką podczas naświetlania dziecka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ|.

Pytanie 15.

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający dopuści okulary w następujących rozmiarach: micro poniżej 28 cm, Small – 28- 34 cm oraz Large – powyżej 34 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ|.

Pytanie 16.

Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga aby okulary posiadały dwa rzepy do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 17.

Dotyczy pakiet 27 pozycja nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra w pakiecie nr 3 pozycja nr 1 oraz 3. Taki zapis stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Na rynku znajduje się więcej dostawców kompatybilnego z opisanym asortymentu. Zgoda Zamawiającego na odstąpienie od wspomnianego zapisu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i będzie miało pozytywny wpływ na cenę oferty ostatecznej oraz finanse szpitala.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 18.

Dotyczy pakietu nr 27 pozycja nr 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie sformułowania „Zestaw uzupełniający do tlenoterapii biernej”. Prosimy o szczegółowy opis, co powinno znajdować się w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje „ Zestaw do tlenoterapii biernej”.

Pytanie 19.

Dotyczy pakietu nr 45 pozycja 1 i 2

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów do mocowanie cewnika pępowinowego w opakowaniach po 40 szt. oraz zmieni zapis w specyfikacji asortymentowo - ilościowo - cenowej na 40 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 20.

Dotyczy pakietu nr 45 pozycja 1 i 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kupna plastrów na sztuki. Plastry są pakowane w pudełka przez producenta w ilości 40 szt. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości oraz wszystkich wymaganych parametrów produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 21.

Dotyczy pakietu nr 46

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonki czujnika temperatury w opakowaniach po 150 szt. oraz zmieni zapis w specyfikacji asortymentowo - ilościowo - cenowej na 150 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 22.

Dotyczy pakietu nr 46

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kupna osłonki czujnika temperatury na sztuki. Osłonki czujnika temperatury są pakowane w pudełka przez producenta w ilości 150 szt. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości oraz wszystkich wymaganych parametrów produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 23.

Dotyczy pakietu nr 47

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie plastry do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej w opakowaniach po 150 szt. oraz zmieni zapis w specyfikacji asortymentowo - ilościowo - cenowej na 150 szt. ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 24.

Dotyczy pakietu nr 47

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kupna plastrów do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej na sztuki. Plastry do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej są pakowane w pudełka przez producenta w ilości 150 szt. Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie odpowiedniej jakości oraz wszystkich wymaganych parametrów produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 25.

Dotyczy pakiet nr 63

Czy Zamawiający dopuści lekką, regulowaną opaskę pulsoksymetryczną jednorazowego użytku zgodna z SIWZ jednakże w opakowaniach zbiorczych po 100 szt. bez możliwości rozpakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę, a dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 sztuk.

Pytanie 26.

Dotyczy pakietu nr 71

Czy Zamawiający poprzez jednostkę miary „sztukę” rozumie jako komplet (3 szt.) elektrod do EKG?

Odpowiedź: Tak „ sztuka” jako komplet (3 sztuk) elektrod do EKG.

Pytanie 27.

Dotyczy Pakietu 25:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji okularki do fototerapii dostępne w rozmiarach

- poniżej 28 cm
- od 28 do 34 cm
- powyżej 34 cm

i spełniające wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 28.

Dotyczy Pakietu 51

Czy Zamawiający zgodzi się na dostawę układów do resuscytacji oraz adapterów, pakowane oddzielnie ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 29.

Dotyczy Pakietu 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę maseczek w rozmiarze od 35mm – 60 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 30.

Do §1 ust. 3 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust. 3 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31.

Do §4 ust. 2 wzoru umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowolnego ograniczenia wartościowego zamówienia, ale nie określił jego warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmniejszenie takie mogłoby mieć miejsce, ani nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności § 4 ust. 2 wzoru umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32.

Do §5 ust. 1 lit. d wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33.

Do §6 ust. 1 lit. b pkt i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej zastrzeżonej w § 6 ust. 1 lit. b pkt i wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34.

Do §6 ust. 1 lit. b pkt ii wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. b pkt ii wzoru umowy do wysokości 0,8% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 35.

Do §6 ust. 1 lit. c pkt i wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. c pkt i wzoru umowy do wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 36.

Do §6 ust. 1 lit. c pkt ii wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej zastrzeżonej w §6 ust. 1 lit. c pkt ii wzoru umowy do wysokości 0,8% wartości brutto reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia w wymianie towaru na wolny od wad?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 37.

Do §8¹ ust. 6 wzoru umowy: Prosimy o usunięcie ze wzoru umowy zapisów §8¹ ust. 6 wzoru umowy jako ograniczającego uprawnienia Wykonawcy wynikające z kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 38.

Pakiet 32 Poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie czujnika z końcówką ze końcówką z medycznego PCV, w komplecie z przylepnym krążkiem mocującym bez zawartości lateksu i ftalanów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39.

Pakiet 32 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,4 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40.

Pakiet 33 Poz. 1

Prosimy o podanie, jaki moduł posiada Zamawiający w monitorze Philips MP30 i MP50 – Nellcor czy Masimo?

Odpowiedź: Zamawiający posiada moduł Nellcor.

Pytanie 41.

Pakiet 33 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42.

Pakiet 34 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie wagi <3kg i >30 kg i 3kg-40kg – do wyboru przy realizacji zamówienia częściowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43.

Pakiet 34 Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 2,5 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44.

Pakiet 38 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie mankietów wykonanych z bardzo miękkiego termoplastycznego poliuretanu bez zawartości lateksu, ftalanów i innych substancji toksycznych. Czy mankiety mają być ze złączem motylek czy luer?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ. Zamawiający dopuszcza złącze motylek.

Pytanie 45.

Pakiet 38 Poz. 2

Prosimy o opuszczenie mankietów o następujących wymiarach:

obwód kończyny cm	Szer. cm	Dł. cm
3 – 6	2,5	10
4 – 8	3,1	11,9
6 – 11	4,1	14,6
7 – 13	4,8	18,1
8 – 15	5,6	19,1

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46.

Pakiet 63

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru uniwersalnego: długość 13,5 cm, szerokość 2,6 cm, 3 dziurki 1,5cm,3,8cm i 5cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47.

Pakiet 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2,4 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48.

Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiety wykonane z miękkiego TPU?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49.

Pakiet 38 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści mankiety w rozmiarach:

- 3-6 o wymiarach 2,0 x 11 cm.
- 4-8 o wymiarach 3,4 x 14 cm.
- 6-11 o wymiarach 3,9 x 20 cm.
- 7-14 o wymiarach 4,8 x 25 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50.

Pakiet nr 55

Czy Zamawiający dopuści resuscytator noworodkowy przeznaczony dla niemowląt z masą ciała <7kg, o pojemności worka 320 ml i pojemności rezerwuaru 900 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51.

Pakiet 2 Dotyczy pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności system zamknięty do odsysania o następujących cechach:

- sterylny,
- niezawierający DEHP,
- do wielokrotnego odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego,
- cewniki, kodowane kolorem wg standardu ISO, w rozmiarach Ch 05; Ch 06; Ch 07; Ch 08 o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, nieatraumatyzujące, z jednym otworem centralnym oraz dwoma bocznymi
- w zestawie trzy łączniki Y do podłączenia rurek intubacyjnych o różnej średnicy,
- wyposażony w zamykany port do przepłukiwania cewnika,
- aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe uruchomienie odsysania,
- zastawka zapewniająca szczelność układu po usunięciu cewnika z rurki intubacyjnej,
- czas użytkowania systemu - do 72 h.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 52.

Pakiet 2 Dotyczy pozycji nr 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny adapter, umożliwiający przeprowadzenie procedury bronchofiberoskopii bez przerywania wentylacji pacjenta. Adapter posiada: zintegrowany wbudowany podwójnie obrotowy łącznik, kątnachylenia pomiędzy systemem, a portem służącym do wprowadzenia bronchofiberoskopu nie większy niż 45 stopni, port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający silikonową zastawkę wewnętrzną oraz silikonową zabezpieczającą nakładkę - zapewniająca szczelność systemu w trakcie użytkowania. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h. Adapter kompatybilny z cewnikiem opisanym w zapytaniu 1 (powyżej).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 53.

Pakiet 55

Czy Zamawiający dopuści resuscytator posiadający rezerwuar tlenu 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54.

PAKIET NR 21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie o dopuszczenie układu o poniższych parametrach:

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilzaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływak kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP, BPA.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 55.**PAKIET 39**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nebulizatorów z poniższymi parametrami:

Nebulizator aktywowany oddechem umożliwia dozowanie najmniejszych ilości leku umożliwiającą skuteczną kontrolę. Nebulizator zawierający - Regulator AeroControl* Opatentowany system membrany i siatki umożliwia zwiększenie czułości mechanizmu aktywującego do poziomu wysiłku oddechowego zaledwie 15 l/min

Parametry:

Metoda dozowania	Naturalny oddech
Metoda nebulizacji	Aktywacja oddechem lub ciągła
Przepływ aktywujący	15 l/min
Linie napełniania	Zewnętrzne: 0,5 ml–6 m Wewnętrzne: 1 m
Przepływ roboczy	7–8 l/min, 50 psi
Wlot powietrza	Tak (od góry)_
Wizualny wskaźnik aktywacji	Tak
Osłona przed skapywaniem	Tak
Bez lateksu	Tak
Wymienny ustnik	Tak
Kąt roboczy	Maks. 45 stopni

Zalety użycia nebulizatora:

- Minimalna ilość aerozolu wytwarzanego podczas wydychania
- Gwarancja dawek klinicznych
- Bezpieczne środowisko w placówkach opieki zdrowotnej
- Efektywne wykorzystanie leków

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 18** przedmiot zamówienia pakowany x 2 szt? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga wyceny przedmiotu zamówienia za szt czy op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.

Pytanie 57.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 23 poz 1 i 2** przedmiot zamówienia w rozmiarach lejka 24 mm, 27 mm oraz 30 mm. Medela jako producent w tym, asortymencie oferuje tylko wyżej zaproponowane rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 24** przedmiot zamówienia w pakowany x 5 szt? W przypadku pozytywnej odpowiedzi czy Zamawiający wymaga wyceny przedmiotu zamówienia za szt czy op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę.

Pytanie 59.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w § 2. Ust 3

Realizacja zamówienia określonej partii asortymentu następować będzie w terminie:

- b. 1 dzień roboczy od złożenia zamówienia do 10:00 dla zamówień natychmiastowych (cito).
- c. 2 dni robocze od złożenia zamówienia po 10:00 dla zamówień natychmiastowych (cito).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 60.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w § 6. Ust 1.b

Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:

— **b)** za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:

- i. w wysokości 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,
- ii. w wysokości 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

— **c)** za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy:

— i. w wysokości 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,

ii. w wysokości 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 61.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od zapisów umowy w § 6. Ust 1.d

d) za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy -w wysokości 0.5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. ?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 niedostarczenie wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62.

Pakiet 25: okularki do fototerapii dla noworodków

Prosimy Zamawiający o dopuszczenie: okularki do fototerapii dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z Delikatnego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka, Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, zapinane na 1 rzep na potylicy i wykonane z jednego kawałka materiału i posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach do wyboru zamawiającego -Noworodki 30 – 38 cm, Wcześniejsi 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ

Pytanie 63.

Pakiet 25: okulary do fototerapii dla noworodków

Czy Zamawiający wymaga aby okulary do fototerapii dla noworodków miały badania zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 64.

Pakiet 35: czujniki do saturacji RD SET

Czy Zamawiający wymaga aby do prawidłowego działania i kompatybilności ze stanowiskiem do resuscytacji Panda wyposażonej w Technologie saturacji Masimo SET czujniki w pozycji 1,2,3 były wyposażone w technologię Masimo SET potwierdzona przez Autoryzowany serwis Masimo w Polsce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Pytanie 65.

Pakiet 57: przetwornik do pomiaru ciśnienia

Czy dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) zestaw ma zawierać naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Pytanie 66.

Pakiet 16

Poz. 1a

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 24G 0,7x19mm z możliwym przepływem 22ml/min., z czterema paskami kontrastującymi pod RTG. Specjalny kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli. Dostępne ze skrzydełkami mocującymi lub bez do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień. Z zatyczką z filtrem hydrofobowym, hamującą wypływ krwi. Kaniula wyprofilowana, w sposób umożliwiający potwierdzenia umieszczenia zakończenia kaniuli wewnątrz żyły poprzez pojawienie się krwi między igłą a kaniulą przy wycofaniu igły na odległość nie większą niż 4 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 67.

Pakiet 16

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych dla noworodków z podwójnie oczyszczonego PTFE, część żylna kaniuli wykonana z materiału ograniczającego przyleganie patogenu zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo mikrobiologiczne noworodka, redukcja ryzyka pojawienia się powikłań odcewnikowych u noworodka, możliwość jak najdłuższego utrzymania w naczyniu, kaniule bez portu górnego, skrzydełka boczne małych rozmiarów, długość i rozmiar kaniuli na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, produkt bezlateksowy, wartość przepływu w ml/min. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, rodzja materiału z jakiego wykonana jest kaniula na opakowaniu zbiorczym w rozmiarach 24G i 26G/19mm, przepływ 13ml/min.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 68.

Pakiet 16

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli wykonanej z poliuretanu w rozmiarze 24G 0,7x19mm z

możliwym przepływem 22ml/min., z czterema paskami kontrastującymi pod RTG. Specjalny kształt końca kaniuli i igły z tylnym szlifem celem łatwego wprowadzenia kaniuli. Dostępne ze skrzydełkami mocującymi lub bez do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówień. Z zatyczką z filtrem hydrofobowym, hamującą wypływ krwi. Z zabezpieczeniem przed zakłuciem w formie automatycznego zatrzasku osłaniającego igłę po jej wyjęciu ze światła kaniuli. Kaniuła wyprofilowana, w sposób umożliwiający potwierdzenia umieszczenia zakończenia kaniuli wewnątrz żyły poprzez pojawienie się krwi między igłą a kaniulą przy wycofaniu igły na odległość nie większą niż 4 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 69.

Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę, a dopuszcza opakowanie zbiorcze 100 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie 70.

Pakiet 25

Czy zamawiający dopuści okularki do fototerapii zgodne z normą EN 170:2002 ustęp 5.2 (skala numer 2-5) w zakresie transmitancji widmowej jako odpowiedni produkt do takich wskazań?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 71.

Pakiet 25

Czy zamawiający dopuści okularki w rozmiarach jak poniżej:

Regular: obwód czołowo-potyliczny głowy 33-38 cm,

Preemie: obwód czołowo-potyliczny głowy 26-32 cm,

Micro: obwód czołowo-potyliczny głowy 20-25 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 72.

dotyczy: § 6 ust. 1.b) i oraz ii wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73.

dotyczy: § 6 ust. 1.c) i oraz ii wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych do 0,5% wartości dostarczonych towarów o nieodpowiedniej jakości za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74.

dotyczy pakietu 21

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania układ do stosowania przez 7 dni, z odcinkiem przedłużającym do inkubatora o długości 0,4m?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 75.

dotyczy pakietu 22

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania układ do stosowania przez 7 dni, z odcinkiem przedłużającym do inkubatora o długości 0,4 m?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 76.

dotyczy pakietu 51

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania układ o długości 1,2 m?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 77.

dotyczy pakietu 51

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania układ o długości 2 m?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 78.

Pakiet 40, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14 m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 79.

Dotyczy Pakietu nr 65 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaferowania worków do osłony leków bez paska klejącego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 80.

Pytanie do Umowy – dotyczy § 6 ust. 1 pkt. b).

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3

Umowy:

- i. w wysokości 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym,
- ii. w wysokości 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito).”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81.

Pakiet nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kateter w rozmiarach 4-10 (co 2), pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 82.

Pakiet nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kateter w rozmiarach 4, 5, 6, 8, o długości efektywnej 50 cm, z podziałką cyfrową od 4cm do zakończenia cewnika, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 83.

Pakiet nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC z dopakowaną igłą 0,45x13 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 84.

Pakiet nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kranik wykonany z poliwęglanu, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie 85.

Pakiet nr 16, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 21ml/min, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Pytanie 86.

Pakiet nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okularki o następujących parametrach:

- Zapewniają optymalną ochronę przed promieniowaniem poprzez specjalną osłonę na oczy chroniącą je przed szkodliwym działaniem światła
- Doskonale dopasowują się do każdego kształtu główki, dzięki specjalnym, regulowanym zakładkom
- Odpowiedni kształt okularów (litera Y) uniemożliwia ich przesuwanie się podczas fototerapii
- Wykonane z miękkiego materiału, zmniejszają ryzyko podrażnienia delikatnej skóry dziecka
- Nie zawierają lateksu
- Dostępne w 3 rozmiarach S (290mm-355mm), M (310mm-375mm), L (330-395mm)
- Bez lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Opakowanie jednostkowe: papier/folia

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 87.

Pakiet nr 43, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści miarki o długości 100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Pytanie 88.

Pakiet nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z ręcznikami o gramaturze 65g/m² i chłonności 878%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Pytanie 89.

Pakiet nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z podkładem chłonnym o chłonności 1177ml?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 90.

Pakiet nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodka z serwetą w rozmiarze 90 x 75 cm o gramaturze 56g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie 91.

Pakiet nr 44, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu Pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie 92.

Pakiet nr 55, poz. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie 1 szt. próbek zaoferowanego asortymentu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 93.

Dotyczy wzoru umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca w wypadku:
 - i. odstąpienia od Umowy w całości – w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - ii. odstąpienia od Umowy w części – w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy w stosunku do tej części Umowy,
 - b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2 ust. 3 Umowy:
 - i. w wysokości 0,2% ceny brutto tej partii Asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu;

- ii. w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii Asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie asortymentu;**
- c) za opóźnienie w wymianie Asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o którym mowa w § 8¹ ust. 3 Umowy:
 - i. w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii Asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu;**
 - ii. w wysokości **0,5%** ceny brutto tej partii Asortymentu, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu;**
- d) za opóźnienie w przekazaniu Kupującemu dowodów na okoliczności o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy - w wysokości 0,5 % **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94.

Dotyczy wzoru umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Sprzedawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8¹ ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95.

dotyczy pakietu 34, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kabli przedłużających 1 lub 3 metrowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kabel przedłużający 3 metrowy.

Pytanie 96.

dotyczy pakietu 38, poz. 1

Czy mankiety mają mieć złącze typu bolec czy złącze typu motylek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złącze typu motylek.

Pytanie 97.

Pakiet 44, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta kompresowa	4	włóknina kompresowa	80x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		90x60
czapeczka dla noworodka	1		12x10
zacisk na pępowinę	1		

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98.

Pakiet 44, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie:

serweta kompresowa	1	włóknina kompresowa	80x60
podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft	1		60x60
czapeczka dla noworodka	1		12x10
kocyk flanelowy	1	flanela	160x75
centymetr do mierzenia	1		
szpatułka plastikowa	1	plastik	15,5

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99.

dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kary umowne w §6 pkt 1b) i c) naliczane były od wartości niezrealizowanej/reklamowanej części zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 100.

dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby kary umowne w §6 pkt 1a naliczane były od wartości niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 101.

Dot. pakietu nr 14

Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania po 120 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie zbiorcze 120 sztuk z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ

Pytanie 102.

Dot. pakietu nr 14

Prosimy o możliwość podania ceny za 1 sztukę strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 103.

Dot. pakietu nr 15, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kranika wykonanego z poliwęglanu, tworzywa odpornego na działanie tłuszczu i chemioterapeutyków, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Pytanie 104.

Dot. pakietu nr 16 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kaniuli gdzie długość, rozmiar, przepływ oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest kaniula podane są minimum na opakowaniu jednostkowym kaniuli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105.

Dot. pakietu nr 16 poz. 1a

Prosimy o dopuszczenie kaniuli 24G x 19 mm (żółta), wszystkie parametry zgodne z SIWZ o przepływie minimalnym 21 ml/ min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106.

Dot. pakietu nr 16 poz. 1b

Prosimy o dopuszczenie kaniuli 26G x 19 mm (fioletowa), wszystkie parametry zgodne z SIWZ o przepływie minimalnym 14 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107.

Dot. pakietu nr 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kaniuli gdzie długość, rozmiar, przepływ oraz rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest kaniula podane są minimum na opakowaniu jednostkowym kaniuli.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108.

Dot. pakietu nr 16 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie bezpiecznej kaniuli dożylną dla noworodków o średnicy 0,7mm i długości 19mm, przepływ minimalny 20 ml/ min, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109.

Dot. pakietu nr 16 poz. 2

Czy oferowane kaniule bezpieczne dla noworodków mają posiadać otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 110.

Dot. par. 6 ust. 10ai.wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu na „(...) odstąpienia od Umowy w całości – w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 111.

Dot. par. 6 ust. 1bi wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary z 2% na 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 112.

Dot. par. 6 ust. 1bii

Prosimy o zmianę wysokości kary z 4% na 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito)”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 113.

Dot. par. 6 ust. 1ci

Prosimy o zmianę wysokości kary z 2% na 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu zwykłym”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 114.

Dot. par. 6 ust. 1cii

Prosimy o zmianę wysokości kary z 4% na 2% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito)”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 115.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 116.

Pakiet 59

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 200 sztuk z przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku, tzn. 2,50 opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 117.

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach CH 5-10 o powierzchni zmrożonej ścianek, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi
mgr Mariusz Chryski

