

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

znak sprawy: 21 /COVID-19/2020

3 grudnia 2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty (dalej: Zaproszenie) na dostawę środków ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy 21/COVID-19/2020

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

dot. pakiet 2, pozycja 1-4:

1. Czy zamawiający wymaga, aby oferowane maski miały wyłącznie taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego, czy też dopuszcza maseczki z zaczepami na uszy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maseczek z zaczepami na uszy.

2. Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia tłumaczeń dokumentów w terminie późniejszym niż termin składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zaproszenia.

Pytanie nr 2

W opisie kombinezonów ochronnych jest zapis o normie EN 14126 , czy kombinezon musi dodatkowo spełniać normę EN 14605 ? Czy wystarczy jak państwu zaproponujemy kombinezon z normą 14126 .

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania w opisie przedmiotu zamówienia.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk