

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/11/2018

29 listopad 2018 r.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
(PAKIET 11)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego realizowane w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Dotyczy PAKIETU 11 – Myjnia Dezynfektor

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą, informuje, iż **unieważnił niniejsze postępowanie w Pakiecie 11 - Myjnia Dezynfektor na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7)**, ponieważ **postępowanie dotyczące Pakietu 11 - Myjnia dezynfektor obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,**

Uzasadnienie

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Pakiecie 11 zostały złożone następujące oferty:

- 1) oferta nr 2 Wykonawcy: PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy,
- 2) oferta nr 4 Wykonawcy: MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok,

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/11/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



3) oferta nr 9 Wykonawcy: Sani System Sp. z o.o. Sp. k., ul. Borówkowa 24, 65-124 Zielona Góra,

Zamawiający po przeprowadzeniu badania oferty nr 2 oraz oferty nr 9, wezwał w dniu 08.11.2018r. Wykonawcę MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy.

Wykonawca złożył dokumenty i oświadczenia w dniu 20.11.2018 r.

Komisja Przetargowa dokonała badania ww. dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Z analizy i oceny merytorycznej wynika, że Wykonawca nie potwierdził w przedłożonych dokumentach, iż zaoferowany sprzęt medyczny spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 do SIWZ, tj. brak jest potwierdzenia w przedłożonych przez Wykonawcę dokumentach spełnienia przez zaoferowany sprzęt medyczny parametrów technicznych określonych w punktach: 1, 6, 11, 20, 26 Załącznika nr 4 do SIWZ.

Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie ww. parametrów technicznych, z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania w Pakiecie 11.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający określił w Rozdziale IV SIWZ wymagany termin realizacji zamówienia – **do 30 listopada 2018 r.**

W związku z powyższym brak jest możliwości zawarcia umowy dotyczącej Pakietu 11 w terminie umożliwiającym realizację zamówienia zgodnie z SIWZ, tj. do 30 listopada 2018 r. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania terminów zawarcia umowy określonych w art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy, w przypadku niniejszego postępowania, terminu co najmniej dziesięciodniowego.

W sytuacji, gdyby Zamawiający zawarł z Wykonawcą Umowę po terminie realizacji, aby nie być (na gruncie ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych), zobowiązany do naliczenia Wykonawcy kar umownych za opóźnienie, w sposób oczywiście dla Wykonawcy krzywdzący, musiałby w dniu zawarcia Umowy, dokonać jej zmiany. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy, możliwość

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/11/2018

istotnej zmiany Umowy, dla swej skuteczności, powinna być przewidziana w samej Umowie. W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że rozważana zmiana Umowy, musi zostać uznana za istotną, choćby z uwagi na fakt, że w wypadku ustanowienia dłuższego terminu realizacji zamówienia, większa liczba wykonawców, mogłaby okazać swoje zainteresowanie uzyskaniem zamówienia poprzez złożenie oferty. Dodatkowo, należy zaznaczyć, że Zamawiający nie przewidział w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, możliwości zmiany Umowy w zakresie dotyczącym terminu realizacji zamówienia.

Mając powyższe na uwadze, Komisja Przetargowa wnioskuje o unieważnienie niniejszego postępowanie w Pakiecie 11 – *Myjnia Dezynfektor* na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7) ustawy.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

mgr inż. Roman Nojszewski

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/11/2018

*Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia*

