

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 268

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/28/2018

17.07.2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie bieżni medycznej z biofeedbackiem do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/28/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy serwisu gwarancyjnego:

Czy Zamawiający może uwzględnić wydłużenie czasu reakcji od przyjęcia zgłoszenia do podjęcia naprawy w okresie gwarancyjnym ze względu na wymagany bardzo krótki czas reakcji, bo tylko z 24 godziny? Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie w/w czasu do 48 godzin, tak jak to wymaga w okresie pogwarancyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ.

Informujemy, iż dopuszczamy "reakcję" jako kontakt między serwisem a Zamawiającym w formie rozmowy telefonicznej, mailowo lub jako zdalną diagnostykę.

Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno-inwestycyjnych
mgr Aneta Gornólka-Siembora