

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
SEKCJA ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
Tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/20/2019

04.06.2019 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ)

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych i rękawic diagnostycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/20/2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 .r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznik nr 4 do SIWZ - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane

Pozycja 2

1. Czy zamiast badań na Formalina 10% lub formaldehyd 4%- poziom ochrony-klasa 2, Zamawiający dopuści rękawice z badaniami na formaldehyd 37% z poziomem ochrony-klasa 5, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekiwane stężenia substancji chemicznych są stężeniami minimalnymi? Pragniemy nadmienić iż przebadanie rękawic na wyższe stężenie środka chemicznego pozwala stosować je przy niższych stężeniach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający oczekuje aby wymienione środki chemiczne w tym cytostatyki były fabrycznie opisane przez Producenta na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 3

Pozycja 3

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice o lepszej szczelności AQL 0,65?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

2. Czy Zamawiający alternatywnie dopuści rękawice które zamiast wtłoczenia w mankiet posiadają nadruk rozmiaru na mankiecie rękawicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 1 Pozycja 1-3

W związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, które obowiązują od 2015 r., prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla substancji chemicznych tj. EN 16523-1 oraz dla wirusów EN 374-5. Pragniemy podkreślić, iż EN 374-3 i ASTM F 1671 zostały wycofane i zastąpione, przez EN 16523-1 i EN 374-5 i każdy produkt dostarczany po 20 kwietnia 2019 r. powinien być zgodny z obowiązującymi normami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zakresie dwóch norm, pozostałe normy zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 1 Pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie potwierdzenia odporności rękawic na przenikanie wirusów i substancji chemicznych za pomocą raportu producenta sporządzonego na podstawie wyników badań jednostki niezależnej, ze wskazaniem jednostki niezależnej w której wykonano badanie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 1 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywę rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, AQL max. 1,0, o długości min. 260-280

mm dopasowanej do rozmiaru. Średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy (potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą), rozmiar i oznaczenie prawa/lewa fabrycznie nadrukowane na rękawicy. Mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowo-papierowe. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet 1 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o korzystniejszym poziomie AQL 0,65, poziom protein ≤ 58 ug/g, długość min. 280 mm. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 8

Pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania wymagań za pomocą karty technicznej dystrybutora- opracowanej na podstawie szeregu badań producenta, oraz raportem z badań producenta wg normy EN455 potwierdzającym takie parametry jak: AQL, grubość, długość?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a'200 dla rozmiaru XS-L, oraz a'180 dla rozmiaru XL z przeliczeniem zamawianych ilości na 10 000op.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 275mm, poziom protein max 94 μ g/g, AQL-1,0 potwierdzony raportem z badań producenta?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne bezpudrowe, o obniżonym poziomie protein lateksowych max 33µg/g, długość minimum 280mm, lepszy poziom szczelności- AQL 0,65 potwierdzony raportem z badań producenta, rozmiar rękawic wyraźnie nadrukowany na mankiecie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12**dotyczy Pozycji 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych pakowanych po 200szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13**dotyczy Pozycji 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych posiadających badania wg EN 374-3 na następujące substancje: 50% kwas siarkowy poziom 6, 36% formaldehyd poziom 3, wodorotlenek sodu 40% poziom 6 są to wyższe poziomy od wymaganych oraz badania na cytostatyki wg ASTM D 6978-05 gdzie dla carmustyny średni czas przebiccia wynosi 10.1minuty., a pozostałe wymienione cytostatyki spełniają wymagany poziom ochrony/klasa 3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Pytanie 14**dotyczy Pozycji 3**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych o poziomie AQL 0,65 oraz o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, które mają oznakowanie rozmiaru na grzbietowej części rękawicy lub mankiecie, a także na opakowaniu wewnętrznym w którym jest umieszczona rękawica przy spełnianiu pozostałych wymagań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

*Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
mgr Mariusz Obrycki*