

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/53/2020

Łomża, 04.12.2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę aparatów do hemodializy wraz z dostawą wyrobów medycznych do leczenia hemodializami na potrzeby Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/53/2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej *Ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ:

Pytanie 1

W dniu dzisiejszym próbowaliśmy przygotować oferty w ww. postępowaniu. Niestety załącznik nr 4 do SIWZ jest obciążony wadami.

W części materiały zużywalne znajdują się błędy w kolumnie Nazwa asortymentu oraz Ilość – podane są różne liczby np.

3.3 Koncentrat kwaśny do dializ do wykonania 45500 dializ w okresie 3 lat – Ilość 46000 szt.

3.4 Kapsuły wodorowęglanowe j.u. do wykonania 29600 dializ w okresie 3 lata na dzierżawionych aparatach – Ilość 32760 szt.

3.5 podobnie

4.0 Igły tętnicze i żyłne do dializ j.u. do wykonania 25 000 dializ w okresie 3 lat – Ilość 30000szt. Do każdego zabiegu używane są 2 igły dlatego ilość powinna wynosić 50000

Podobnie w pozycji 3.8 nie powinna znaleźć się ilość filtrów 32760 gdyż do każdej dializy nie jest używany jeden filtr. Są one zmieniane co około 150 zabiegów.

W przypadku środków dezynfekcyjnych do 29600 dializ nie zużywa się środka w ilości 32760.

Zwracamy się z prośbą o poprawienie formularza i przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy, który otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonał następującej zmiany treści SIWZ:

1) Rozdział XI ust. 1 i ust. 3 SIWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Termin składania ofert upływa w dniu 14 grudnia 2020 r. o godz. 9.00.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 10.00

2) Zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 grudnia 2020 r. godz. 9.00

OTWARCIE OFERT: 14 grudnia 2020 r. godz. 10.00

W związku ze zmianą SIWZ, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu Nr 2020/S 215-526520 z dnia 04.11.2020 r.

Załączniki

- 1. Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz cenowy PO ZMIANIE*

podpisał
Dyrektor
Jarosław Pokoleńczuk