

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pododdziału Onkologii i Poradni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/17/2023.

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu – dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi z czterema podgumowanymi, łożyskowanymi, łatwo obracającymi się kółkami w tym 4 z hamulcem? Zastosowanie 4 kółek z hamulcem powoduje że waga jest bardziej stabilna. Takie rozwiązanie uniemożliwia przewrócenie się wagi z pacjentem podczas siadania i wstawania. Jednocześnie znacznie ułatwia pracę użytkownikowi, który nie musi się schylać i odkręcać dodatkowych stopek które służą do stabilizacji wagi (jak ma to miejsce u niektórych producentów), a wystarczy nacisnąć nogą hamulec. Niektóre wagi nawet nie mają żadnego punktu podparcia z przodu przez co są niestabilne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 250 kg i zakresem tary 250 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max 300 kg i zakresem tary 300 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzeselkowej składanej? Nowatorska składana konstrukcja wagi krzeselkowej, pozwala na natychmiastowe złożenie wagi (w celu łatwiejszego przechowywania i transportu) nawet między pomiarami - waga składa się na zawiasach umiejscowionych pod oparciem oraz pod poręczą z panelem wagowym. Po złożeniu najwyższym punktem wagi jest siedzisko.

Wszystkie koła skrętne i z blokadą, podłokietniki uchylne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi krzeselkowej medycznej z legalizacją?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę zasilaną bateriami (ok. 10 000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwi zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagi gdzie:

- wilgotność względna powietrza wynosi: 15 ÷ 85%
- temperatura pracy wynosi 5 ÷ +35 °C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 2 – waga krzeselkowa

Czy Zamawiający dopuści wagę ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, instalacji i szkolenia, a dopuści wysyłkę wag firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze, nie wymagający montażu - dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisane jest w instrukcji obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagi gdzie:

- wilgotność względna powietrza wynosi: 15 ÷ 85%
- temperatura pracy wynosi : 5 ÷ +35 °C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę ze złączem USB (przewód w zestawie pozwala na transmisję danych pomiarowych)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę zasilaną bateriami (ok. 10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, ok. 70 h pracy) i dodatkowo w zestawie zasilacz (230V)? Rozwiązanie tożsame z wymaganym, nie wpływające na parametry użytkowe wagi. Dodatkowo rozwiązanie takie umożliwi zachowanie ciągłości pracy podczas braku prądu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający będzie wymagał wagi medycznej z legalizacją?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z wyświetlaczem LCD bez podświetlenia. Wagi oferowane z takim wyświetlaczem mają bardzo duży, jasny, nowoczesny wyświetlacz z dużymi cyframi, które widoczne są nawet pod kątem 90 stopni oraz w cieniu i nie potrzebują dodatkowego podświetlenia? Ze względu na zasady bezpieczeństwa nie przeprowadza się badań w pomieszczeniach ciemnych, nie oświetlonych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max: 200 kg i zakresem Tary -200 kg?

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu: 200 g ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z dokładnością odczytu: 50g<150kg>100g ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 2 – waga medyczna

Czy Zamawiający dopuści wagę z obciążeniem max: 300 kg i zakresem Tary -300 kg?

Rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Podpisał

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk