

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/1p/2019

12.03 .2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/1p/2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 2 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować opaski do obliteracji żyłaków przelyku sześciogumkowe zastawy, ze słyszalnym momentem zrzutu opaski oraz elementem pozwalającym na stabilne przymocowanie zestawu do endoskopu, wymiar zewnętrzny endoskopu 9,5-11,5 mm, głowica wyposażona w port do irygacji miejsc a obliteracji?

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do dróg żółciowych niepowlekaną, wykonaną z nitinolu, niepowlekaną, posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10mm, fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o dł. 180cm i średnicy 8Fr.; kompatybilny z przewodnikiem 0,035"?

Ad. 2. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do dróg żółciowych powlekaną, wykonaną z nitinolu, powlekaną, posiadająca markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10mm, fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o dł. 180cm i średnicy 9Fr., kompatybilny z przewodnikiem 0,035"?

Ad. 3. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 4

Prosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Ad. 4. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% do 5%, z 2% do 0,5%, z 1% do 0,2%, z 0,5% do 0,1%?

Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej treści:
„Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do wywiązania się z obowiązków umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: ...”

Ad. 6. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad. 7. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ust. 1 i 2 następującą treścią:
„Sprzedawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do Umowy zobowiązanie, że będzie ubezpieczony zgodnie z powyższym przez cały czas obowiązywania umowy.”

Ad. 8. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 9 - Dotyczy:

Pakiet 1 Poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów przewodnika hydrofilnego z rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm, zawierającą wolfram, średnica końcówki .035-.027", dwubarwny, dostępne średnice i długości:

.025" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł. 450 cm lub usztywniona, długość 260 cm i 450 cm

.035" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 i 260 cm,

.035" – o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 i 260cm?

Ad. 9. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 10 - Dotyczy:

Pakiet 1 Poz 1 dotyczy parametru ocenianego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru ocenianego na hydrofilna końcówka widoczna w rtg długości conajmniej 50 mm ?

Ad. 10. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 11 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sfinkterotomu obrotowego jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 st), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu, dł. robocza min 200 cm, noska 5mm, dł. cięciwy tnącej 20 i

30 mm, średnice końcówki dystalnej :3,9 Fr, 4,4 Fr, 4,9 Fr, ze znaczkami na odcinku dystalnym przeznaczony do współpracy z przewodnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm, 0,35 mm?

Ad. 11.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 12 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 2 dotyczy parametru ocenianego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ocenę parametru zamiast „ciężka pokryta izolacyjną warstwą ochronną” wyrazi zgodę na ocenę płynnego obrotu końcówki sfinkterotomu?

Ad. 12.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 13 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 3 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów dopuści balony do ekstrakcji złożeń, o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, i "kwadratowych ramionach" - ułatwiających usunięcie złożeń, dostępne z użyciem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujące z przewodnikiem 0,035” o długości 260cm i 450 cm, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji?

Ad. 13.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 14 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego narzędzia do napełniania poszerzadeł balonowych, obj 60 cc, wyposażony w mechanizm blokujący wysterylizowane przy użyciu tlenu etylenu (EO).

Ad. 14.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 15 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie polimerowej protezy cienkościennej do drenażu dróg żółciowych, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, w wersjach - centralnie zgięta i ze zgięciem dwunastniczym, średnice 7 Fr (śr. wewnętrzna 1,7 mm) 8,5 Fr (śr. wewnętrzna 2,1 mm) i 10 Fr (śr. wewnętrzna 2,3 mm), długości protez - 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm ?

Ad. 15.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 16 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych cienkościennych protez plastikowych typu pigtail, o średnicy 7 FR, niebieski kolor, dostępne długości : 30 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150mm ?

Ad. 16.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 17 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wprowadzania protez 7 Fr; 8,5 Fr, 10 Fr o długości 202,5 cm ?

Ad. 17.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 18 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych trójstopniowych poszerzadeł balonowych do poszerzenia przelyku/odźwiemika/jelit/dróg żółciowych, średnice balonu 6-7-8 mm lub 8-9-10mm lub 10-11-12mm lub 12-13.5-15 mm lub 15-16.5-18 mm lub 18-19-20 mm długość narzędzi 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm ?

Ad. 18.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 19 - Dotyczy:

Pakiet 1 poz 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, współpracujące z przewodnikami o średnicy 0,025” i 0,035”. Średnica cewników 5 Fr zakończone zwężeniem, dostępne różne typy końcówek dystalnych (m.in. standardowa, stożek lub zakończona kulka wykonane z tworzywa syntetycznego, długość robocza narzędzia 210 cm, cewniki posiadają zabezpieczający stalowy mandryn na końcu proksymalnym po usunięciu, którego cewnik może współpracować z przewodnikiem, cewniki widoczne w RTG, kompatybilny z kanałem roboczym o średnicy min. 2,8 mm ?

Ad. 19. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 20 - Dotyczy:

Pakiet 1 Czy Zamawiający wydzieli poz. 9,10,11, do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty?

Ad. 20. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 21 - Dotyczy:

Pakiet 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przełyku zawierający 7 podwiązek, wykonanych z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązek ?

Ad. 21. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 22 - Dotyczy:

Pakiet 3 Poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów niepokrywanych długości protez : 4 cm, 6 cm, 8cm, 10cm,12 cm (średnica kateteru 8 FR) dla średnicy 8 mm oraz 10 mm, stent z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim przewodnikiem jak i w sposób standardowy z przewodnikiem długim ?

Ad. 22. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 23 - Dotyczy:

Pakiet 3 Poz 2 Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji zgodzi się na dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów samorozprężalnego stentu pokrywającego do protezowania zwężeń dróg żółciowych, z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, usuwalny w okresie 12 miesięcy od momentu implantacji, minimalny czas usunięcia 9 m-cy warunki i czas usunięcia stentu zamieszczone w instrukcji obsługi i dołączone do produktu, wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym bardzo dobrą widoczność w obrazie RTG, długości protez – 4 cm,6 cm, 8 cm dla średnicy 6 mm, średnica kateteru 8,5 FR, długości protez – 6 cm, 8 cm (średnica kateteru 8,5 FR), 10 cm,12 cm (średnica kateteru 9 FR) dla średnicy 8 mm, długości 4 cm, 6 cm 8cm (średnica kateteru 8,5 FR), 10 cm,12 cm(średnica kateteru 9 FR) – dla średnicy 10 mm ?

Ad. 23. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.

Pytanie 24 - Dotyczy Pakietu 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów cztero, sześć lub siedmiogumkowych, ze słyszalnym momentem zrzutu opaski, o konstrukcji nie wymagającej dodatkowych elementów stabilizujących, wymiar zewnętrzny endoskopu 9,5 – 13,0 mm, opaski z lateksu wysokiej jakości.

Ad. 24. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 25 - Dotyczy Pakietu 3:

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie protez zaopatrzonych w 12 znaczników radiologicznych wykonanych ze sproszkowanego metalu, po 4 na końcach i 4 pośrodku, długości jak w opisie, średnica 10 mm, średnica kołnierzy do 11,0 mm, aplikator o długości 180 cm i średnicy 2,66 mm.

Ad.25. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 26 - Dotyczy Pakietu3:

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie protez pokrywanych całkowicie silikonem, wykonanych z nitinol, z poszerzonymi końcami dla zapobieganiu migracji, z 1 pętlą do usuwania / repozycji protezy umieszczonej na końcu dwunastniczym, zaopatrzonych w 12 znaczników radiologicznych wykonanych ze sproszkowanego metalu, po 4 na końcach i 4 pośrodku, długości jak w opisie, średnica 10 mm, średnica kołnierzy do 11,0 mm, aplikator o długości 180 cm i średnicy 2,66 mm, pojedynczy system kontroli punktu cofania protezy na aplikatorze, znacznik graficzny i radiologiczny na aplikatorze.

Ad.26. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 27 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 3, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostaw „na cito” wynosił 2 dni robocze?

Ad.27. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 28 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt b), pozycja i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia?

Ad.28. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 29 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt b), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito)?

Ad.29. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 30 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c), pozycja i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia?

Ad.30. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 31 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito)?

Ad.31. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 32 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, podpunkt a), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu pozycji ii) na następujący zapis: „2 dni robocze, w stosunku do terminu (...)”?

Ad.32. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 33 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, podpunkt b), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu pozycji ii) na następujący zapis: „2 dni robocze, w stosunku do terminu (...)”?

Ad.33. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 34 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8¹, ustęp 3, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu a) na następujący zapis: „3 dni robocze liczone od momentu (...)”?

Ad.34. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 35 -

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8¹, ustęp 3, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu b) na następujący zapis: „2 dni robocze liczone od momentu (...)”?

Ad.35. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Niniejsze pismo zostaje przesłane drogą elektroniczną wykonawcom, którzy przekazali wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej szpitala www.szpital-lomza.pl

Z-ca DYREKTORA
ds. Lecznictwa
SZPITALA WOJEWODZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

lek. med. Hanna Majewska-Dąbrowska

