

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień publicznych)
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/1/2019

29 .01.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych na potrzeby Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/1/2019

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1 - Dotyczy Pakietu 1

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści:

Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, kształt owalny, okrągły, półksiężycowaty lub heksagonalny; dostępne średnice pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm do wyboru przez zamawiającego; pętla wykonana z plecionego drutu, długość narzędzia co najmniej 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki 2.3 mm; pętla do gorącej polipektomii.

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 2 - Dotyczy Pakietu 3

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający pozwoli złożyć ofertę częściową z pominięciem pozycji 5,6,7,9,10,11 dopuści:

Poz 1

Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" oraz 0,035", długość robocza 2600 mm lub 4500 mm, do wyboru zamawiającego. Końcówka o standardowej giętkości, prosta lub zakrzywiona, do wyboru zamawiającego.

Poz 2.

Papillotom trójkanałowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; długość narzędzia 2000 mm do wyboru zamawiającego; długość noska 3 mm, długość cięciwy 25 mm lub 30 mm do wyboru zamawiającego kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm, średnica współpracującej prowadnicy 0,025" oraz 0,035"; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku.

Poz 3.

Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 9 mm, 12 mm, 15,0 mm lub 15 mm, 18 mm, 21 mm narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu do wyboru przez Zamawiającego; długość narzędzia 2000 mm, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

poz 8

Jednorazowe Trójstopniowe Poszerzadła Balonowe; do poszerzania przetyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vater; średnice balonu: 6 – 7 – 8 mm lub 8 - 9 - 10 mm lub 10 - 11 - 12 mm lub 12 - 13,5 - 15 mm, lub 15 – 16,5 - 18 mm lub 18 - 19 - 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna atraumatyczna końcówka; długość prowadnika 2300mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu.

Ad.2.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 3 - Dotyczy Pakietu 6

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści:

Jednorazowa pułapka na polipy 4 komorowa; sterylna montowana między endoskopem, a ssakiem endoskopowym.

Ad.3. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 4 - Dotyczy Pakietu 7

Czy w ramach poprawy konkurencyjności Zamawiający dopuści:

poz 1

Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku; długość całkowita: 40 mm, 60 mm, 80 mm, do wyboru przez zamawiającego, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13 mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 3,00/9Fr. Dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy. Rodzaj protezy: niepokrywane.

Poz 2

Proteza do dróg żółciowych - samorozprężalna, pokrywana silikonem wykonana z nitynolu. Posiada rozszerzone końce zapobiegające migracji oraz lasso wykonane z polipropylenu - na dłuższym umieszczono złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40 mm, 60 mm, 80 mm, do wyboru zamawiającego. Średnica 10 mm; średnica kołnierza 13 mm; Aplikator o długości 180 cm i średnicy 10 Fr (3,33mm). Proteza kompatybilna z przewodnicą 0,035 cala; posiada 10 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 2 w części środkowej proteza usuwalna, również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 sztuka w opakowaniu. Rodzaj protezy: pokrywane.

Ad.4. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 5 - Dotyczy pakietu nr 7 poz. 1

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy:

Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, wykonana z nitynolu, o strukturze siatki, niepowlekana z atraumatycznymi zakończeniami, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długość 4,5,6,7,8,9,10,12 cm (dla każdego rozmiaru). Po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej, widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 7Fr, długość zestawu do wprowadzania 180 cm. Możliwość zastosowania krótkiego lub długiego przewodnika do zakładania protezy. Osobne porty do przewodnika i podawania kontrastu. Możliwość zakładania przezskórnego.

Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 6 - Dotyczy pakietu nr 7 poz.2

Czy w pozycji nr 2 Zamawiający dopuści złożenie oferty na protezy:

Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna, usuwalna. Wykonana z nitynolu o strukturze siatki, całkowicie pokryta silikonem, z atraumatycznymi końcami, z lassem do usunięcia stentu w części proksymalnej, o średnicy 6,8 lub 10 mm, długość 4,5,6,7,8,9,10,12 cm (dla każdego rozmiaru). Po trzy znaczniki na obu końcach i dwa znaczniki w części środkowej widoczne w RTG. Zestaw do wprowadzania pod kontrolą endoskopu o śr. max 8Fr, dł. zestawu do wprowadzania 180 cm. Możliwość zastosowania krótkiego lub długiego przewodnika do zakładania protezy. Osobne porty do przewodnika i podawania kontrastu. Możliwość zakładania przezskórnego oraz możliwość repozycji.

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 1 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować pętle do polipektomii jednorazowego użytku, kształt owalny - wykonane z drutu pojedynczego i plecionego (do wyboru przez Zamawiającego) dostępne średnice pętli 10mm, 15mm, 25mm, 35mm oraz kształt asymetryczny i heksagonalny o dostępnych średnicach

pętli 15mm i 25mm (do wyboru przez Zamawiającego), długość narzędzia 230 cm, średnica zewnętrzna osłonki 2.3 mm; takie które były używane przez Zamawiającego?

Ad.7. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 2 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowe klipsownice do endoskopowego tamowania krwawień o długości 230 cm (do zastosowania zarówno w gastrokopii jak i kolonoskopii) szerokość otwarcia ramion klipsa 13 mm lub 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego), narzędzie jednoelementowe?

Ad.8. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035" długość robocza 4500 mm końcówka hydrofilna o dł. 5cm, końcówka prosta lub zagięta (do wyboru zamawiającego) oraz o średnicy 0,025" długości roboczej 450 cm, końcówka hydrofilna 50cm o końcówce prostej?

Ad.9. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować papillotom trójkanałowy jednorazowego użytku; posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyt; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; długość narzędzia 2000 mm; długość noska ok 5mm; długość cięciwy 20 mm 25mm i 30 mm do wyboru zamawiającego kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm, średnica współpracującej prowadnicy 0,025" oraz 0,035" ; dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagiętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku?

Ad.10. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złożeń z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 9 mm, 13mm, 16mm, narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej; długość narzędzia 2000 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm lub 3,2 mm; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy?

Ad.11. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzań balonowych; jednorazowe narzędzie w pełni złożone, max ciśnienie 30 atm; sterylne, przygotowane do bezpośredniego użycia?

Ad.12. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 5

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe proste protezy plastikowe wykonana z PE o optymalnej sztywności i giętkości, średnica 7, 8.5, 10 Fr, z listkami zapobiegającymi przemieszczaniu, doskonała widoczność we fluoroskopii; dostępne długości 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150mm?

Ad.13. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 6

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe protezy plastikowe typu pig-tail wykonana z PE o optymalnej sztywności i giętkości; średnica 7Fr, dodatkowo otwory na pętli oraz na końcówce prostej optymalizujące przepływ żółci, doskonała widoczność we fluoroskopii; niebieski kolor dla doskonałej widoczności w endoskopowym polu widzenia; dostępne długości: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150 mm?

Ad.14. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 7

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowy popychacz do protez 7Fr o długości 180cm oraz zestaw do wprowadzania protez 8,5Fr, 10Fr, długość narzędzia 2200 mm, ze znacznikami RTG, współpracujące z przewodnikami 0,035"?

Ad.15. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowe trójstopniowe poszerzadła balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm lub 8 - 9 - 10 mm lub 10 - 11 - 12 mm lub 12 - 13,5 - 15 mm, lub 15 – 16,5 - 18 mm lub 18 - 19 - 20 mm; ze znacznikami RTG, atraumatyczna końcówka; współpracujące z przewodnikiem min. średnica kanału roboczego 2,8mm?

Ad.16. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowy koszyk do usuwania złożeń, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 6-drutowy do usuwania małych kamieni wykonany z plecionego miękkiego drutu, dostosowany do kanału roboczego endoskopu o średnicy 2,8 mm i 3,7 mm, szerokość rozłożonego koszyka wynosi 20 mm, długość robocza narzędzia 2000 mm, zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych, posiada funkcje rotacji, posiada port iniekcyjny?

Ad.17. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 9

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaferować jednorazowy koszyk do usuwania złożeń, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 8-drutowy

do usuwania małych kamieni wykonany z drutu pojedynczego (monofilament) współpracujący z przewodnikiem - dostosowany do kanału roboczego endoskopu o średnicy 3,7 mm (przewodnik wychodzi na końcu dystalnym koszyka – ułatwia wejście do przewodów żółciowych), oraz do użycia bez przewodnika (do wyboru przez Zamawiającego) – dostosowany do kanału roboczego 2,8mm narzędzia 1800 mm, zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; w obu koszykach szerokość rozłożonego koszyka wynosi 20 mm, długość robocza, posiada funkcje rotacji, posiada port iniekcyjny?

Ad.18. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 10

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować jednorazowy koszyk do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z plecionego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,3 mm; średnica endoskopu 2,8 mm oraz 3,7 mm; szerokość rozłożonego koszyka 20 mm i 25mm (do wyboru); długość robocza narzędzia 2 000 mm; zaokrąglona końcówka dystalna lub wprowadzany po przewodnicy; posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku, takie które były używane przez Zamawiającego?

Ad.19. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kosze do litotrypsji wraz z osłonkami w ilości odpowiadającym wymogom SIWZ do mechanicznej litotrypsji, koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 4000 mm; średnica koszyka 20mm, 25mm, 30 mm (do wyboru Zamawiającego); na przewodnik lub bez przewodnika, w sterylnym pakiecie oraz dostarczyć 1 szt. rękojeści wielorazowego użytku kompatybilnej z w/w koszami do litotrypsji na potrzeby pracowni; lub czy wydzieli pozycję 11 do oddzielnego pakietu, pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje w pakiecie nr 3?

Ad.20. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu nr 3 – poz. 12

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować cewnik z końcówką o kształcie: standardowym, zwężanym, i zakończonym metalową kulą do wyboru zamawiającego. Długość 200 cm; średnica 1,8mm; zalecany przewodnik 0.035". Gotowy do użytku, jedna sztuka w opakowaniu?

Ad.21. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu nr 4 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować opaski do obliteracji żyłaków przelyku sześciogumkowe zastawy, ze słyszalnym momentem zrzuć opaski oraz elementem pozwalającym na stabilne przymocowanie zestawu do endoskopu, wymiar zewnętrzny endoskopu 9,5-11,5 mm, głowica wyposażona w port do irygacji miejsca obliteracji?

Ad.22. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu nr 6 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do dróg żółciowych niepowlekaną, wykonaną z nitinolu, niepowlekaną, posiadającą markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu:: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10mm, fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o dł. 180cm i średnicy 8Fr.; kompatybilny z przewodnikiem 0,035"?

Ad.23.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu nr 6 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować protezę samorozprężalną do dróg żółciowych powlekaną, wykonaną z nitinolu, powlekaną, posiadającą markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu, dostępne długości stentu:: 40mm, 60mm, 80mm i 100mm, średnica stentu po pełnym rozprężeniu: 10mm, fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, aplikator o dł. 180cm i średnicy 9Fr, kompatybilny z przewodnikiem 0,035".

Ad.24.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy zapisów umowy § 4

Prosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Ad.25. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 10% do 5%, z 2% do 0,5%, z 1% do 0,2%, z 0,5% do 0,1%?

Ad.26. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie następującej treści:

„Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu do wywiązania się z obowiązków umowy, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: ...”

Ad.27. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad.28. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy zapisów umowy § 11 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ust.1 i 2 następującą treścią:

„Sprzedawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do Umowy zobowiązanie, że będzie ubezpieczony zgodnie z powyższym przez cały czas obowiązywania umowy.”

Ad.29. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy jednorazowej do endoskopowego tamowania krwawień o długości 155 cm i 235 cm, szerokość otwarcia ramion 11 mm, narzędzie jednoelementowe ?

Ad.30. Zamawiający wyrazi zgodę.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu nr 2 poz 4 dotyczy parametru ocenianego Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ocenę parametru zamiast,, plastikowa osłonka umożliwiająca schowanie całego klipsa” ; na parametr oceny - możliwość rotacji klipsa w ręczce?

Ad.31.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu nr 3 Czy Zamawiający wydzieli poz 9, 10, 11, do oddzielnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty?

Ad.32.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu nr 3 Poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów przewodnika hydrofilnego z rdzeniem odpornym na załamania, izolowany elektrycznie z hydrofilną końcówką roboczą długości 5 cm, zawierającą wolfram, średnica końcówki .035-.027", dwubarwny, dostępne średnice i długości:
.025" – sztywność standardowa, końcówka prosta, dł. 450 cm lub usztywniona, długość 260 cm i 450 cm
.035" – sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 i 260 cm,
.035" – o zwiększonej sztywności, końcówka prosta i zagięta, dł. 450 i 260cm?

Ad.33. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu nr 3 Poz 1 dotyczy parametru ocenianego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametru ocenianego na hydrofilna końcówka widoczna w rtg długości co najmniej 50 mm ?

Ad.34. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sfinkterotomu obrotowego jednorazowego użytku ; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku (360 st), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika . Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla przewodnika i podawania kontrastu ,dl. robocza min 200 cm, noska 5mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej :3,9 Fr, 4,4 Fr, 4,9 Fr, ze znacznikami na odcinku dystalnym przeznaczony do współpracy z przewodnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18 mm, 0,25 mm, 0,35 mm?

Ad.35. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 2 dotyczy parametru ocenianego - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ocenę parametru zamiast,,cięciwa pokryta izolacyjną warstwą ochronną “ wyrazi zgodę na ocenę płynnego obrotu końcówki sfinkterotomu?

Ad.36. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 3 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów dopuści balony do ekstrakcji złożeń, o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, i "kwadratowych ramionach" - ułatwiających usunięcie złożeń, dostępne z ujęciem kontrastu powyżej i poniżej balonu, współpracujące z przewodnikiem 0,035" o długości 260cm i

450 cm, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji?

Ad.37. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego narzędzia do napełniania poszerzadeł balonowych, obj 60 cc, wyposażony w mechanizm blokujący wysterylizowane przy użyciu tlenu etylenu (EO).

Ad.38. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie polimerowej protezy cienkościennej do drenażu dróg żółciowych, z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, w wersjach - centralnie zgięta i ze zgięciem dwunastniczym, średnice 7 Fr (śr. wewnętrzna 1,7 mm) 8,5 Fr (śr. wewnętrzna 2,1 mm) i 10 Fr (śr. wewnętrzna 2,3 mm), długości protez - 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm ?

Ad.39. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych cienkościennych protez plastikowych typu pigtail, o średnicy 7 FR, niebieski kolor, dostępne długości : 30 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm, 120 mm, 150mm ?

Ad.40. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 7 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wprowadzania protez 7 Fr; 8,5 Fr, 10 Fr o długości 202,5 cm ?

Ad.41. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych trójstopniowych poszerzadeł balonowych do poszerzenia przełyku/odźwiernika/jelit/dróg żółciowych, średnice balonu 6-7-8 mm lub 8-9-10mm lub 10-11-12mm lub 12-13.5-15 mm lub 15-16.5-18 mm lub 18-19-20 mm długość narzędzi 240 cm, do kanału roboczego 2,8 mm ?

Ad. 42. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu nr 3 poz 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do kontrastowania dróg żółciowych i trzustkowych, współpracujące z przewodnikami o średnicy 0,025" i 0,035". Średnica cewników 5 Fr zakończone zwężeniem, dostępne różne typy końcówek dystalnych (m.in. standardowa, stożek lub zakończona kulką wykonane z tworzywa syntetycznego, długość robocza narzędzia 210 cm, cewniki posiadają zabezpieczający stalowy mandryn na końcu proksymalnym po usunięciu, którego cewnik może współpracować z przewodnikiem, cewniki widoczne w RTG, kompatybilny z kanałem roboczym o średnicy min. 2,8 mm ?

Ad.43. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu nr 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do opaskowania żyłaków przełyku zawierający 7 podwiązek, wykonanych z materiału hypoalergicznego, niezawierającego lateksu, podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, zestaw wyposażony w giętki dren,

przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązek ?

Ad.44. Zamawiający dopuści zestawy siedmiogumkowe.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu nr 7 Poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów niepokrywanych długości protez : 4 cm, 6 cm, 8cm, 10cm,12 cm (średnica kateteru 8 FR) dla średnicy 8 mm oraz 10 mm, stent z możliwością uwalniania go zarówno we współpracy z systemem narzędzi z krótkim przewodnikiem jak i w sposób standardowy z przewodnikiem długim ?

Ad.45.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu nr 7 Poz 2 Czy Zamawiający w ramach uczciwej konkurencji zgodzi się w na dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów samorozprężalnego stentu pokrywającego do protezowania zwężeń dróg żółciowych, z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, usuwalny w okresie 12 miesięcy od momentu implantacji, minimalny czas usunięcia 9 m-cy warunki i czas usunięcia stentu zamieszczone w instrukcji obsługi i dołączone do produktu, wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym bardzo dobrą widoczność w obrazie RTG, długości protez – 4 cm, 6 cm, 8 cm dla średnicy 6 mm, średnica kateteru 8,5 FR, długości protez – 6 cm, 8 cm (średnica kateteru 8,5 FR) ,10 cm,12 cm (średnica kateteru 9 FR) dla średnicy 8 mm, długości 4 cm, 6 cm 8cm (średnica kateteru 8,5 FR) ,10 cm,12 cm (średnica kateteru 9 FR) – dla średnicy 10 mm ?

Ad.46.Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli owalnych, półksiężycowatych lub heksagonalnych.

Ad.47. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu nr 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów siedmiogumkowych, ze słyszalnym momentem rzutu opaski o konstrukcji nie wymagającej dodatkowych elementów stabilizujących, wymiar zewnętrzny endoskopu 9,5 – 13,0 mm, opaski z lateksy wysokiej jakości.

Ad.48. Zamawiający dopuści zestawy siedmiogumkowe. Wymaga dodatkowego elementu stabilizującego zestaw na endoskopie.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 7 dopuści zaoferowanie protez zaopatrzonych w 12 znaczników radiologicznych wykonanych z ze sproszkowanego metalu, po 4 na końcach i 4 pośrodku, długości jak w opisie, średnica 10 mm, średnica kołnierzy do 11,0 mm, aplikator o długości 180 cm i średnicy 2,66 mm.

Ad.49. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu nr 7. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 7 dopuści zaoferowanie protez pokrywanych całkowicie silikonem, wykonanych z nitinolu, z poszerzonymi końcami dla zapobieganiu migracji, z 1 pętlą do usuwania / repozycji protezy umieszczonej na końcu dwunastniczym, zaopatrzonych w 12 znaczników radiologicznych wykonanych z ze sproszkowanego metalu, po 4 na końcach i 4 pośrodku, długości jak w opisie, średnica 10 mm, średnica kołnierzy do 11,0 mm, aplikator o długości 180 cm i średnicy 2,66 mm, pojedynczy

system kontroli punktu cofania protezy na aplikatorze, znacznik graficzny i radiologiczny na aplikatorze.

Ad.50. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 51

Dotyczy zapisów umowy § 2

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 2, ustęp 3, podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostaw „na cito” wynosił 2 dni robocze?

Ad.51. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy zapisów umowy § 6

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt b), pozycja i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia?

Ad.52. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 53

Dotyczy zapisów umowy § 6

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt b), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito)?

Ad.53. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 54

Dotyczy zapisów umowy § 6

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c), pozycja i): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia?

Ad.54. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 55

Dotyczy zapisów umowy § 6

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% ceny brutto tej partii asortymentu, za każdy dzień opóźnienia, przy zamówieniu natychmiastowym (cito)?

Ad.55. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 56

Dotyczy zapisów umowy § 7

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, podpunkt a), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu pozycji ii) na następujący zapis: „2 dni robocze, w stosunku do terminu (...)”?

Ad.56. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 57

Dotyczy zapisów umowy § 7

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 3, podpunkt b), pozycja ii): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu pozycji ii) na następujący zapis: „2 dni robocze, w stosunku do terminu (...)”?

Ad.57. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 58

Dotyczy zapisów umowy §8¹

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8¹, ustęp 3, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu a) na następujący zapis: „3 dni robocze liczone od momentu (...)”?

Ad.58. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Pytanie 59

Dotyczy zapisów umowy § 8¹

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8¹, ustęp 3, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu b) na następujący zapis: „2 dni robocze liczone od momentu (...)”?

Ad.59. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ.

Niniejsze pismo zostaje przesłane drogą elektroniczną wykonawcom, którzy przekazali wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej szpitala www.szpital-lomza.pl

**Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno – inwestycyjnych
mgr Aneta Gomółka - Siembora**