

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 (Sekcja zamówień Publicznych)
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) www.szpital-lomza.pl

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

01. 02.2018r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego jedнокrotnego użytku oraz sprzętu wielokrotnego stosowania dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży”, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/39/2017

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) **przekazuje wnioski** o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, **wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ.**

Pytanie nr 1
dotyczy pakietu nr 143 poz. 1

W związku z ukazaniem się odpowiedzi z dnia 30.01.2018 r. do pytań 78; 116; 152; 346; 423 informuję, że udzielone odpowiedzi nawzajem się wykluczają i w związku z tym nie jest możliwe złożenie ważnych porównywalnych ofert. Spowoduje to brak możliwości porównania ofert co za tym idzie brak wyboru wykonawcy w danym pakiecie.

Prosimy zatem Wykonawcę o potwierdzenie, że w pakiecie nr 143 poz. 1 będzie wymagał przyrządów zgodnych z opisem SIWZ czyli:

„Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych

- jałowy,
- wolny od ftalanów,
- komora kroplowa 20 kropli = 1ml + (-) 0,1ml przezroczysta, długość 65mm, wykonana z elastycznego tworzywa, umożliwia łatwe ustalenie poziomu płynu, elastyczne tworzywo daje komfort podłączenie przyrządu, wolna od PVC;
- przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką,
- z zaczepem na dren, dren o długości 150cm,
- łącznik luer – lock z osłonką,
- igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wykonana z materiału wzmocnionego włóknem szklanym,
- na przyrządzie logo producenta,
- seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym

10 szt. próbek „

Ad.1. Zamawiający anuluje udzielone odpowiedzi z dn. 30.01.2018 (część III) dotyczące pytania nr 116, 152, 346, 423 i dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie Pakietu 143.

Załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie Pakietu 143 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie nr 2
dotyczy pakietu nr 144 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka przy odpowiedziach do pytania 424 i 425 z dnia 30.01.2018 r. Zamawiający w danym pakiecie dopuścił przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnym, a pierwotnie wymagał przyrządów do przetaczania krwi.

W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w danym pakiecie będzie wymagał przyrządów zgodnych opisem SIWZ czyli:

„Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych:

- jałowy,
 - jednorazowego użytku,
 - wolny od ftalanów,
 - posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym,
 - filtr krwi – końcówka luer – lock,
 - zaciskacz pozwalający precyzyjnie dozować lub zatrzymywać podawany płyn,
 - elastyczna komora kroplowa wolna od PVC,
 - oba końce zabezpieczone zatyczkami z przełącznikiem otwarty/zamknięty,
 - na przyrządzie logo producenta,
 - seria i data ważności na opakowaniu jednostkowym
- 10 szt. próbek”

Ad.2. W związku z zaistniałą omyłką pisarską Zamawiający anuluje udzieloną odpowiedź z dn. 30.01.2018 r. (część III) dotyczącą pytania nr 424. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie nr 424 „ Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ”. Zamawiający wymagał przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, a nie do przetaczania płynów infuzyjnych.

Zamawiający anuluje udzieloną odpowiedź z dn. 30.01.2018 r. (część III) dotyczącą pytania nr 425. Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na pytanie nr 425. Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie Pakietu 144. Załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie Pakietu 144 otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu.

**Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno – inwestycyjnych
mgr Aneta Gomółka - Siembora**