



Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/25/2021

Łomża, dnia 02 grudnia 2021 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej *Ustawą* na świadczenie usług serwisowych rezonansu magnetycznego *OPTIMA MR360* oraz tomografu komputerowego *OPTIMA CT660* dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 5 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie daty ostatniej wymiany lampy w tomografie komputerowym i jej przebiegu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ostatnia wymiana lampy w tomografie komputerowym była dokonana w lutym 2021 r. (dotychczas wykonano około 6 400 badań).

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że na dzień podpisania umowy aparaty będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą sprawne i będą posiadały ważny przegląd, natomiast **Wykonawca nie będzie odpowiadał za uszkodzenia powstałe w trakcie obowiązywania poprzedniej umowy serwisowej i nie usunięte przez jego poprzedniego Wykonawcę do momentu jej zakończenia, a tym samym nie będzie zobowiązany do naprawy usterek powstałych przed podpisaniem umowy.** W związku z powyższym bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przeprowadzenia wstępnego przeglądu w dniu zawarcia umowy w celu potwierdzenia stanu technicznego przedmiotowych aparatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rezonans magnetyczny *OPTIMA MR360* oraz tomograf komputerowy *OPTIMA CT660* są sprawne i mają ważne przeglądy okresowe.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że – zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP – Zamawiający dopuszcza stosowanie części zamiennych **równoważnych** do oryginalnych, w szczególności zaoferowanie przez Wykonawcę lampy RTG **równoważnej** do lampy Performix 40 produkcji GE - kompatybilnej z tomografem komputerowym GE Optima CT 660, posiadającej certyfikat zgodności CE. Jak bowiem wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 10 lutego 2011 roku, sygn. akt KIO 153/11, z przepisów ustawy o wyrobach medycznych nie wynika utrata certyfikatu zgodności CE dla całego produktu w wypadku użycia części zamiennych innej niż producenta, zwłaszcza jeśli niniejsza część ma także certyfikat zgodności CE, do tego jest dedykowana dla tomografu komputerowego danego producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie części zamiennych równoważnych do oryginalnych, pod warunkiem zachowania wszystkich funkcji i prawidłowego funkcjonowania tomografu komputerowego, w sposób nie gorszy niż przy zastosowaniu części oryginalnych.

Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży  
Jarosław Pokoleńczuk