



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Łomża, dnia 18 luty 2022 r.

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/1/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, na świadczenie usług serwisowych urządzeń medycznych producenta SIEMENS dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/1/2022

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 5 i ust. 6 Ustawy, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1 w wyjaśnieniach z dnia 15.02.2022, prosimy o ponowne rozpatrzenie wskazanej w pytaniu kwestii.

Zwracamy uprzejmie uwagę, że producent nie gwarantuje/nie będzie gwarantował wsparcia serwisowego i dostępności wszystkich części zamiennych przez cały okres obowiązywania umowy dla aparatów:

AXIOM Artis U sn 20434

Axiom Luminos dRF sn 2077

Axiom Aristos FX Plus sn 1357

Polymobil Plus sn 10168

Acuson X300 World Wide sn 312928 i sn 320780

Acuson Antares Premium Edition sn 117021

Zatem Wykonawca nie może zobowiązać się, że każda zgłaszana usterka zostanie usunięta.

Mając na uwadze powyższe prosimy o dopuszczenie wyłączenia aparatów z umowy serwisowej w przypadku rzeczywistego braku niezbędnych do naprawy części. W takiej sytuacji Wykonawca poinformuje o braku możliwości wywiązania się z naprawy urządzenia (wskazując ww. okoliczność) i jednocześnie w drodze aneksu do umowy dane urządzenie zostanie wyłączone z umowy. Opisana wyżej sytuacja nie będzie wywoływała skutków prawnych związanych z ewentualnymi karami umownymi za niewywiązanie się z naprawy w określonym terminie czy rozwiązaniem umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wyjaśnienia treści SWZ udzielone w dniu 15 lutego 2022 r.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk