

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/02/4/2020

28 stycznia 2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA KONKURSU OFERT

Dotyczy Konkursu ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych (papieru) do aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści Konkursu ofert:

Pytanie 1

Poz. 2

Proszę o wskazanie czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru z nadrukiem czy bez

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.

Pytanie 2

Poz. 7 i 8

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 107x23 z powodzeniem stosowanego w partach Lifepak 11,12. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania Konkursu ofert.

Pytanie 3

Poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji papieru oryginalnego czy dopuszcza papier kompatybilny z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że doszło do pomyłki i w pozycji nr 15 Zamawiający oczekuje papieru nie w roli, tylko w składance – 50 sztuk, ponieważ papier ten nie występuje w rolkach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poz. 15 Załącznika nr 2 do Konkursu ofert nastąpiła omyłka pisarska.

Załącznik nr 2 do Konkursu ofert otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie 5


Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w pozycji nr 4 oraz 16 oczekuje papieru oryginalnego, czy kompatybilnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 do Konkursu ofert PO ZMIANIE


Z-ca Dyrektora
d/s Pieręgniarstwa
dr n. o zdr. Joanna Chłińska

nazwa i adres Wykonawcy

Skladając ofertę na dostawę materiałów eksploatacyjnych (papieru) do aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/02/14/2020

OFERUJEMY:

Lp.	Asortyment	Jednostka miary	Ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	podatek VAT	wartość brutto	Nazwa, producent, symbol/numer katalogowy oferowanego asortymentu
1	Papier do EKG 60 X 25 na plastikowych rolkach Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 rolka	rolka	60					
2	Papier do EKG 104 x 40 na plastikowych rolkach Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 rolka	rolka	230					
3	Papier do EKG 112 X 25 na plastikowych rolkach Wymagane próbki oferowanego asortymentu - 1 rolka	rolka	360					
4	Papier termoczulowy do videoprintera K 61, szer. 110mmx20m	Rolka	120					
5	Papier do KTG kompatybilny z aparatem Philips Avalon F1020 i aparatem Goldway	szafka (składanka)	210					
6	1.57 Rozmiar papieru 150 x 100 x 150 Papier do drukarki defilibratora typu Lifepak, termoczulowy, kratka 8 x 5 mm rozmiar 10 - szerokość 50 mm	szafka	15					
7	Papier do drukarki defilibratora typu Lifepak, termoczulowy, kratka 8 x 5 mm rozmiar 11 - szerokość 104 mm	szafka	25					
8	Papier do drukarki defilibratora typu Lifepak, termoczulowy, kratka 8 x 5 mm rozmiar 12 - szerokość 100 mm	szafka	35					
9	Papier do EKG MAC 800 - Papier termoczulowy do aparatu MAC800 – wersja V2, - Typ – składanka, - Rozmiar papieru: 110 mm x 140 mm., - Ilość arkuszy w ryzie min. 200, - Wiąz z ryzu papieru kartonowy prowadnik ułatwiający ładowanie papieru do kasyety aparatu, - Każda rzyza papieru zapakowana oddzielnie w opakowanie ochronne zapobiegające uszkodzeniu papieru poprzez zmiany temperatury i wilgotc., - Papier kompatybilny z drukarką termiczną aparatu MAC800 w pełnym zakresie ustawień oporności drukarki dokonywanej przez serwis producenta/dystrybutora, - Papier dopuszczony do użytku z aparatem przez producenta aparatury Medical Systems bez wyłączeń gwarancyjnych.	szafka (składanka)	500					
10	Papier termoczulowy do EKG kompatybilny z aparatem As CARD Green firmy Aspel. Rolka, szerokość papieru 98 mm.	rolka	40					
11	Papier do spirometru MicroLab ML 3500/MK8 - wymiary szerokość 110 mm, długość 7 metrów, - typ rolka, - gładki, bez nadruku, - opakowanie zbiorcze po 5 rolek, - rolki papieru zapakowane oddzielnie w opakowanie ochronne zapobiegające uszkodzeniu przez wilgoć.	opakowanie = 5 rolek	25					
12	Termiczny papier do defibrylatora Philips Elicia DFM 100, szerokość rolki 50 mm x 20 m, pakowany po 12 rolek, termoaktywny, bez nadruku kratki.	opakowanie = 12 rolek	70					
13	Termiczny papier rejestrujący do defibrylatora Inomed – Cardio – Aid™200 – B, szerokość rolki 50 mm x 30 m, z nadrukiem kratki.	rolka	90					
14	Papier do defibrylatora Mindray BeneHeart D3 - Bez nadruku, - Rozmiar 50 mm x 20 m	rolka	210					
15	Papier do EKG kompatybilny z aparatem Altra 3100 w rozmiarze 210 x 300 x 200 mm PF	szafka (składanka)	50					
16	Papier do drukarki termicznej SONY UP-977AD, rozmiar 210mmx 25m, Papier termoczulowy do defibrylatora Zoll, składany, kratka 8x5 mm, rozmiar papieru 171 50x90x200 mm	rolka	50					
17		szafka (składanka)	20					

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy