

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 268

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/33/2018

1.08.2018 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie respiratorów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/33/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, przekazuje w załączeniu wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ:

Pytanie 1 SIWZ – Rozdział VI.C, pkt 2

- 1) **Ppkt d** - Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia na wezwanie Zamawiającego instrukcji obsługi oferowanego urządzenia. Zgodnie z zapisami wzoru umowy dokument taki zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z aparatem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

- 2) **Ppkt h** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oświadczenie o częstotliwości wykonywanych przeglądów, o którym mowa w ppk-cie 2h, wystawione było przez Wykonawcę, który jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanych urządzeń?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 - SIWZ, Rozdział VI.C, pkt 2a oraz Załącznik nr 4 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo – ilościowe i parametry techniczne i wymagane

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych (katalogów, folderów itp.) na wezwanie, nie zaś wraz z ofertą.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza - zgodnie z SIWZ, rozdział VI lit. C pkt 2 a).

Pytanie 3 - Załącznik nr 5 do SIWZ – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenia

1. **Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 2** - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź:

TAK

2. **Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 3** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

3. **Załącznik nr 2 do SIWZ, pkt. 19 oraz załącznik nr 6, par. 2 ust. 8a** – Wraz z dostawą urządzenia zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu instrukcję obsługi, zawierającą wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania aparatu. W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia instrukcji serwisowych, jak wskazano w punkcie 19.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 - Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

1. **Załącznik nr 6 do SIWZ, par. 6 ust. 1**– W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/usunięciu wad. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

2. **Załącznik nr 6 do SIWZ, par. 6¹ ust. 4** - Z uwagi na fakt, iż na zamówienie i sprowadzenie aparatu, będącego przedmiotem postępowania, potrzebne jest ok. 4 tygodni prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisu w ust. 4 tak, aby w opisanym przypadku Wykonawca zobowiązany był do wymiany aparatu w terminie do 4 tygodni od dnia zgłoszenia wadliwości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

podpisał

**Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno – inwestycyjnych
mgr Aneta Gomółka - Siembora**